

EKG holter 2 db felvevő egységgel

Igényelt mennyiség: **2** db

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Az ajánlott készülékek típusa:	
A gyártó megnevezése:	
Magyarországi szervíz képviselő elérhetősége:	

Általános követelmények	Minimum követelmények	Súlyszám	Ajánlott paraméterek
Hosszútávú EKG felvétel készítésére és kiértékelésére szolgáló berendezés	Igen		
1 db központi kiértékelő munkahely	Igen		
Kiértékelő szoftver	Igen		
Felhasználó által szerkeszthető riportok	Igen		
FD (full disclosure) megjelenítés	Igen		
Szerkeszthető QRS és eseményosztályozás	Igen		
ST analízis	Igen		
Pacemaker analízis	Igen		
Számítógép, billentyűzet, egér és lézernyomtató	Igen, kérjük a típusokat megadni		
Min. 19" LCD monitor	Igen, kérjük megadni		
2 db Felvevő egység	Igen		
Grafikus kijelző	Igen		
Digitális adatfelvétel	Igen		
Min. 3 EKG-csatorna rögzítése	Igen, kérjük megadni		
Adattárolás	Kérjük megadni		
Az adatok betöltése kártyaolvasón vagy USB csatlakozón keresztül	Igen, kérjük megadni		
Akkumulátoros vagy elemes működés	Igen, kérjük megadni		
Súly max. 100g	Igen, kérjük megadni		
2 szett indulókészlet (akkumulátor, EKG kábel, hordtáska)	Igen		