

EKG készülék

Igényelt mennyiség: 1 db

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Az ajánlott készülékek típusa:	
A gyártó megnevezése:	
Magyarországi szervíz képviselő elérhetősége:	

Általános követelmények	Minimum követelmények	Súlyszám	Ajánlott paraméterek
Könnyen kezelhető, hordozható EKG készülék	Igen		
Magyar nyelvű szoftver	Igen		
Defibrillátor védett	Igen		
12 elvezetéses adatgyűjtés és analízis	Igen		
Nyugalmi EKG mérő és analízis program	Igen		
Beépített LCD kijelző min. 5"	Igen, kérjük megadni		
Beépített alfanumerikus billentyűzet	Igen		
Szívfrekvencia tartomány min. 30-250 bpm	Igen, kérjük megadni		
Automatikus alapvonal állítás	Igen		
Beépített, A4 méretű hőírós nyomtató, amely 12 csatorna egyidejű nyomtatására alkalmas	Igen		
Papírsebesség min. 5-10-25-50 mm/sec	Igen, kérjük megadni		
Akkumulátoros és hálózati üzemmód	Igen		
Akkumulátoros üzemmódban teljesen feltöltött akkumulátorral felvehető és kinyomtatható 12 elvezetéses automata EKG felvételek száma min. 150	Igen, kérjük megadni		
Számítógépes adatátvitel	Igen		
Súly max. 5 kg	Igen, kérjük megadni		