

A Szegedi Tudományegyetem/2013/SZTE. számú,
„3 dimenziós piezoelektromos elven működő patch-clamp mikromanipulátor”
 készülékegyüttes beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények	Ajánlat megfelelése a minimum követelményeknek	
	azonos/eltérő	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere
<p><u>3 dimenziós piezoelektromos elven működő patch-clamp mikromanipulátor mikroszkópra rögzítő kiegészítőkkel</u></p> <p>A manipulátor paramétere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Működési távolság : <ul style="list-style-type: none"> -piezo üzemmód: 150-300 µm - manuális üzemmód: 25 mm • Sebesség: egyenesen arányos a tekerőgombra kifejtett erővel • Drift (csúszás) < 1 µm /óra • Méretek: 5.57” x 2.52” x 7” <p>Jótállási feltételek: minimum 24 hónap</p> <p>A mikroszkópra történő rögzítő adapterek paramétere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • manipulátor rögzítő adapter Nikon TE-2000 mikroszkóhoz • Pipetta rögzítő adapter injekciós pipettához 		

Lehetséges ajánlattevők: