

Betegőrző monitor

Igényelt mennyiség: 3 db

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Az ajánlott készülékek típusa:	
A gyártó megnevezése:	
Magyarországi szerviz képviselő elérhetősége:	

Általános követelmények	Minimum követelmények	Súlyszám	Ajánlott paraméterek
Monitor képernyő			
Színes LCD/TFT min. 15"	Igen, kérjük megadni		
Egyidejűleg megjeleníthető valós idejű görbék, csatornák száma (nem összes EKG elvezetés módban) min. 8	Igen, kérjük megadni		
Általános tulajdonságok			
Magyar nyelvű szoftver	Igen		
Gyermek és felnőtt üzemmódok	Igen, kérjük megadni		
Hordozhatóság	Igen		
Cserélhető akkumulátor(ok)	Igen		
Akkumulátoros üzemmód min. 120 perc	Igen, kérjük megadni		
Monitor súlya akkumulátorral max. 10 kg	Igen, kérjük megadni		
Mért paraméterek és értékek			
EKG	Igen		
EKG elvezetések száma min. 7	Igen, kérjük megadni		
Szívfrekvencia mérési tartomány min. 30-250 ütés/perc	Igen, kérjük megadni		
Pacemaker felismerés	Igen		
ST analízis	Igen		
Aritmia analízis	Igen		
RESP (Légzésszám)	Igen		
Mérés mellkasi ellenállás (impedancia) változásából	Igen		
Mérési tartomány, min. 10-120 lélegzés/perc	Igen, kérjük megadni		
Respirogram görbe megjelenítése a	Igen		

kijelzőn			
SPO₂ (Pulzoximetria)	Igen		
Mérési tartomány min. 30-100%	Igen, kérjük megadni		
Szaturációs érték és plethysmogram görbe megjelenítése a kijelzőn	Igen		
Perifériás pulzusszám mérés	Igen		
NIBP (Nem invazív vérnyomásmérés)	Igen		
Kézi és automatikus mérés indítás	Igen		
Mérési tartomány min. 30-260 Hgmm	Igen, kérjük megadni		
TEMP (Hőmérsékletmérés)	Igen		
Mérési tartomány min. 10-45°C	Igen, kérjük megadni		
IBP (Invazív nyomás) és CO (Cardiac Output) mérés továbbfejleszthetőségének lehetősége	Igen		
Riasztások:	Igen		
Minimum 3 szintű, egymástól jól elkülöníthető vizuális és akusztikus riasztás	Igen, Kérjük megadni		
Riasztási határértékek beállíthatók	Igen		
Adattárolás			
Táblázatos és grafikus trendek	Igen		
Trend ideje, min. 72 óra	Igen, kérjük megadni		
Kimenetek, kommunikáció			
Hálózati ethernet port	Igen		
USB port	Igen		
Az intézetben üzemelő EDAN MFM-CMS központi monitorral kompatibilis (a hálózatra kötés kiépítése ajánlattevő feladata)	Igen		
Szállítandó tartozékok összesen a 3 monitorhoz:			
3 db Hálózati kábel	Igen		
3 db EKG pácienskábel (komplett)	Igen		
3 db NIBP cső és normál felnőtt mandzsetta	Igen		
3 db SpO ₂ kábel és felnőtt ujjszenzor	Igen		
3 db Hőmérő kábel és felületi érzékelő	Igen		