

A Szegedi Tudományegyetem/2013/SZTE. számú,
 készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának
 műszaki minimumfeltételei

A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények	Ajánlat megfelelése a minimum követelményeknek	
	<i>azonos/eltérő</i>	<i>Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere</i>
Jellemzők:3200 ETH Sonica ultrahang készülék		
1. Gyors, roncsolás mentes tisztítás		
2. Növelt ultrahang - elosztás		
3. Továbbfejlesztett kavitáció		
4. Egyszerű, könnyű kezelhetőség		
5. Vízálló vezérlőfelület		
6. Magas működési frekvencia		
7. Alacsony zajszint		
8. Nagy teljesítményű ultrahang generátor		
9. 6 liter kapacitású		
10. Mikroprocesszoros vezérlés (hőmérséklet és tisztítási időtartam)		
11. Külső méret Szé+Mé+Ma) 325x270x210 mm		
12. Kamra mérete Szé+Mé+Ma) 300x240x100 mm		
13. Jelátalakítók száma 4		
14. Tömeg 3,5 kg		