

A Szegedi Tudományegyetem/2013/SZTE. számú,
 készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának
 műszaki minimumfeltételei

A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények	Ajánlat megfelelése a minimum követelményeknek	
	<i>azonos/eltérő</i>	<i>Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere</i>
Elera 11 asztali gőzsterilizáló		
1. Csomagolt, porózus és üreges eszközök sterilizálására tervezve		
2. Intuitív kezelés, csupán 3 gomb segítségével		
3. Nagy kapacitású memória		
4. A legnagyobb B osztályú autokláv a piacon		
5. rövid ciklusidő, és nagy hatásfokú elő és utóvákuum pumpa a tökéletes B osztályú sterilizáláshoz		
6. 316L rozsdamentes acélból készült kamra és ajtó		
7. Beépített gőzgenerátor		
8. Könnyen és automatikusan záródó kamra és ajtó		
9. Nagy, 28.5 literes kamra, mégis kis méret- standard 60 cm-es asztalon elfér		
10. Kapacitása 5 tálca, de képes kazetták befogadására is		
11. A víz betöltése előlről történik, így nem kell szabadon hagyni a készülék feletti teret		
12. Mikroprocesszoros vezérlés, a legutóbbi 40 ciklus adatai eltárolásra kerülnek		
13. LCD kijelző, rajta futó program adataival		
14. Beépített nyomtató, USB csatlakozás		
15. 8 beépített program, melyből kettő teszt		