

A Szegedi Tudományegyetem/2012/SZTE. számú,
INTUBÁCIÓS TRÉNER
 készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

Sebészeti Műtéttani Intézet

A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelése a minimum követelményeknek | |
|--|--|--|
| | <i>azonos/eltérő</i> | <i>Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere</i> |
| Jellemzők: | | |
| Endotracheális intubációhoz, valamint orális és pharyngeális üregek leszívásának gyakorlásához használható fantom. | | |
| A gyakorlás történhet orotracheális, nasotracheális, nasopharyngealis, laryngiális tubussal és Guedel tubusokkal. | | |
| A fantom révén pontosan modellezhető az ornyílás, a fogak, a nyelv, a garat, a gégefő, az epiglottis, a hangszálak, a trachea, a nyelőcső és a tüdők anatómiai helyzete. | | |
| A fej valóságúen megemelhető és hátrabillenthető. | | |
| A fej bal oldala nyitott, ezért lehetőséget biztosít a tubus útjának ellenőrzésére. A garat és a trachea fala áttetsző, ami lehetővé teszi a ledugott tubus további követését. | | |
| Akusztikus jelek segítik a tanulót a hibák korrigálásában. | | |

Eszközbeszerzési Osztály
 tölti ki:



A Szegedi Tudományegyetem/2012/SZTE. számú,
Vénás és infúziós gyakorló kar
készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

Sebészeti Műtéttani Intézet

A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelése a minimum követelményeknek | |
|--|--|---|
| | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| Jellemzők: | | |
| Intravénás kanül bevezetése, infúzió összeállítására és adására, valamint vérvételre alkalmas fantom | | |
| Hozzáférhető vénák: dorsalis metacarpalis, v. cephalica, medián cubitalis, v. basilica | | |
| Tulajdonságok: zárt rendszerű, automatikus nyomáscsökkentő szeleppel ellátott, hajlítható csukló, speciális szilikon bőr, melyen a vénák tapinthatók | | |

Eszközbeszerzési Osztály
tölti ki:



A Szegedi Tudományegyetem/2012/SZTE. számú,
Injekciós és vénás kar I. típus
 készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

Sebészeti Műtéttani Intézet

A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelése a minimum követelményeknek | |
|---|---|--|
| | <i>azonos/eltérő</i> | <i>Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere</i> |
| Jellemzők: | | |
| Gyógyszer beadására és vérvétel technikák alkalmazására alkalmas élethű fantom kar, melyen a cubitalis régió történő beavatkozások gyakorolhatók. | | |
| A kar speciális szilikongumiból készült, ezért élethű. Az injekciós pontok ellenállóak, többszöri gyakorlás sem okoz jelentős károsodást. | | |
| A kiegészítőként alkalmazott művér hasonló viszkozitású és színű, mint a valódi vér. A művér szilárd komponense vízben oldódik, ezért az esetlegesen kifolyt vér könnyen letisztítható. | | |

Eszközbeszerzési Osztály
 tölti ki:

