

A Szegedi Tudományegyetem/2013/SZTE. számú,
..... készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának
műszaki minimumfeltételei

A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények	Ajánlat megfelelése a minimum követelményeknek	
	azonos/eltérő	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere
I. Páciens szék		
1. Ülőfelület magassága minimum 350mm, max. 830 mm, 180 kg teherbírás		
2. 4 programozható AP pozíció + LP és SP pozíció		
3. Széles tartományban állítható 2 csuklós fejtámla (anatómiai kialakítású)		
4. Progress háttámla		
5. Kárpit: Soft cushion set puha elasztikus design-színkálának megfelelően választható		
6. Elektromechanikus székmozgatás.		
7. A vizesblokk együtt mozogjon a páciens székkel.		
II. Orvosi konzol		
1. Orvosi konzol 5 instrument hellyel felsőkaros kivitelben. Alacsony maximum 45 cm magas lengőasztal, két pozícióba beakasztható instrument karok. A tömlők hossza min. 85 cm!		
2. Könnyen mozgó gázrugóval szerelt széles körön elfordítható karon		
3. Szilikon instrument alátét S verzióhoz-leszerelhető, fertőtleníthető		
4. LCD kijelzővel ellátott érintógombos vezérlőfelület az instrumentek és a székfunkciók vezérléséhez		
5. Forgási sebesség, időzítő és idő kijelzés		
6. Instrument tálca „amerikai” méretben		
7. Speciális motorvezérlés, a teljes fordulatszám.tartományban 100-40.000 ford/perc garantálja a max. forgatónyomatékot.		
8. Szénkefe mentes elektromos mikromotor		
9. Fényes MIDWEST csatlakozású turbinatömlő, halogén és LED-es kuplung használatához egyáltalán megfeleljen.		
10. LED-es kuplung spray-szabályozással, visszaszívásgátlóval!		
11. Fényes, nyomógombos, kerámia csapágyas turbina, cserélhető spray mikroszűrővel, 4 lyukú spray hűtéssel minimum 18W-os teljesítmény!		
12. 1:1 áttételű fényes könyökdarab		
13. 1.1 áttételű nem fényes egyenes		
14. Ultrahangos depurátor, 3 hegygel		
15. Háromfunkciós puszter-3F rozsdamentes acél		
16. Integrált SD kártya-leolvasó a szoftver frissítésekhez!		
III. Asszisztens oldal		
1. Comfort kezelőfelület (székmozgatás, pohártöltő, öblítő) kifordítható, 4 instrument tartóhellyel		
2. Nyálszívótömlő		

3. Exhausztor tömlő-szárüzemű nagy teljesítményű elszívás		
IV. Vizesblokk		
1. Porcelán köpöcsésze, leszerelhető, sterilizálható		
2. Kifordítható vizesblokk rész-az asszisztencia jobb hozzáférhetőségéért		
3. Száraz elszívás Ventúri elven, direkt lefolyású köpöcsészével		
4. Kompakt vizes blokk, nyomásszabályozóval.		
5. Folyamatos csírátlanítás vizespalackkal		
6. Intenzív csírátlanítás külön palackkal		
7. Lábvezérlés		
8. Kombinált lábkapcsoló instrument és székfunkciók állítására		
9. Műszerek ki-be kapcsolása, folyamatos fordulatszám és intenzitás szabályzás		
10. Multifunkciós lábkapcsoló-a szék és a kézidarabok valamennyi funkciója legyen vezérelhető a lábkapcsolóval.		
V. Operációs lámpa		
1. Operációs lámpa oszloppal (halogén 8000-25.000 LUX, 5000 Kelvin fényhőmérséklet)		