

A Szegedi Tudományegyetem [redacted] /2014/SZTE. számú,

16 csatornás szoftvervezérelt analóg-digitál mérőegység készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „*azonos / eltérő*” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „*azonos*” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „*eltérő*” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények	Ajánlat megfelelése a minimum követelményeknek	
	azonos/eltérő	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere
16 csatornás analóg-digitál mérőegység		
Számítógéphez USB 3.0 kapcsolaton keresztül csatlakoztatható, 16 csatornás AD jelátalakító egység DAQ kártyával, vezérlő szoftverrel		