

Haemofiltrációs gép műszaki specifikáció

Minimum műszaki előírás	Elvárás
A készülék min. 5 féle kezelési modalitás elvégzésére alkalmas:	
CVVH – folyamatos veno-venózus hemofiltráció	Igen
HV – CVVH – nagy volumenű folyamatos veno-venózus hemofiltráció	Igen
CVVHDF – folyamatos veno-venózus hemodiafiltráció	Igen
CVVHD – folyamatos veno-venózus hemodialízis	Igen
SCUF – lassú folyamatos ultrafiltráció	Igen
MPS – membrán plazma szeparáció	Igen
HP – hemoperfúzió	Igen
A készülék felépítése:	
Monitor: min. 12” –os színes érintőképernyő	Igen, 12”
Legalább 3 db roller-pumpa	Igen, 5 db
Min. 4 db mérleg (mérési elv: gravimetrikus)	Igen
Vérmelegítő rendszerrel rendelkezzen	Igen
légdetektor, vérszivárgás detektor, optikai érzékelő	Igen
Citrát vagy heparin antikoaguláció egyaránt lehetséges <u>ugyanazon</u> kazettarendszerrel	Igen
TMP, artériás, vénás, filter előtti nyomás mérés	Igen
Integrált Calcium pumpával oldja meg a citrát antikoagulálást	Igen
Integrált heparin pumpával oldja meg az antikoagulálást (kivéve a itrát antikoagulálást)	Igen
A készülék hemofiltrációs zsákokból oldja meg a különböző modalitásokhoz szükséges folyadék felhasználást.	Igen
A kazetta magába foglalja az artériás, vénás és filtrátum szerelést.	Igen
Filtercsere nélkül terápiás modalitás váltható	Igen
Magyar nyelvű szoftver és kézikönyv	Igen
Kazetta felismerő vonalkódeolvasó	Igen
Gyermek, csecsemő citrát kezelése lehetséges minden CRRT modalitásban	Igen
A készülék alkalmas felnőtt és gyermek (csecsemő is) szerelék befogadására.	Igen