



## ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000883782018

**E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz**

Közbeszerzés tárgya: **Képkalkotó diagnosztikai eszközök beszerzése**

Ajánlatkérő neve: **Szegedi Tudományegyetem**

### Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

## Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

### I. szakasz: Ajánlatkérő

#### I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Szegedi Tudományegyetem	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_95571285				
Postai cím:							
Város:	Szeged	NUTS-kód:	HU333	Postai irányítószám:	6720	Ország:	Magyarország
Egyéb cím adatok:	Dugonics Tér 13						
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Baranyainé dr. Fialka	Magdolna				
E-mail:	baranyaine.fialka.magdolna@gmf.u-szeged.hu	Telefon:	+36 62544779	Fax:	+36 62544779		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.u-szeged.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

#### Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	Electool Beszerzési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_59976703				
Postai cím:							
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1123	Ország:	Magyarország
Egyéb cím adatok:	Alkotás Utca 53. MOM Park C ép. III. em.						
Kapcsolattartó személy:	Németh	Krisztina					
E-mail:	kozbeszerzes@electool.com	Telefon:		Fax:			
Internetcím(ek)							

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.u-szeged.hu

A felhasználói oldal címe: (URL) www.electool.com

## II. szakasz: Tárgy

### II.1) Meghatározás

#### II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Képkalkotó diagnosztikai eszközök beszerzése

### II.2) A közbeszerzés mennyisége

#### II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Képkalkotó diagnosztikai eszközök beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére”

## IV. szakasz: Eljárás

### IV.1) Meghatározás

#### IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Kbt. Második Része szerinti eljárás

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Uniós Nyílt eljárás

#### IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

#### IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

### IV.2) Adminisztratív információk

#### IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 231-527286

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 233

#### IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

#### IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

#### IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

## V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma, elnevezése: 1 - CT berendezések

A szerződés száma: 1

Az eljárás eredményes volt: Igen

## V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

### V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

### V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

### V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

### V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

### V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

## V.2 Az eljárás eredménye

### V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

### V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1138 Budapest, Bence Utca 3. 26575113241

Indoklás: – ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, – az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, – vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. CT berendezés (alap) A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 135 100 000 Ft Fókuszpont-detektor távolság (Max. 109 cm, 109 cm felett érvénytelen) Az ajánlatot egy tizedesjegy pontossággal, cm-ben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 95 Az egy detektorkoszorú-mátrix soraiban lévő detektorok legnagyobb soronkénti száma (Min. 670 darab szilárdtest (szcintillációs) detektor, 670 db alatt érvénytelen) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, db számban kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 848 A legjobb elérhető X-Y (axiális síkbeli) térfelbontás 50 cm Scan FOV és 64 szelet per fordulat mellett asztaltolás nélkül. Az elemi detektorméretet csökkentő fémrács nélkül, azaz teljes felületi határfok mellett @ MTF 10% Előny a nagyobb (Min. 12 lp/cm, 12 lp/cm alatt az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot egy tizedesjegy pontossággal, Lp/cm-ben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 16 A legjobb elérhető X-Y (axiális síkbeli) térfelbontás 50 cm Scan FOV és 64 szelet per fordulat mellett asztaltolás nélkül. Az elemi detektorméretet csökkentő fémrács nélkül, azaz teljes felületi határfok mellett @ MTF 50% Előny a nagyobb (Min. 8 lp/cm, 8 lp/cm alatt az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot egy tizedesjegy pontossággal, Lp/cm-ben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 12,1 Helikális kis kontrasztú felbontáshoz tartozó páciens dózis Előny a kisebb (Max 15 mGy, 15 mGy felett az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot egy tizedesjegy pontossággal, mGy értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 4,6 Számítógép hardware képtár média csatlakozási lehetősége USB-vel Előny a megléte Igen Számítógép hardware rekonstruált szeletek tárolása merevlemezen (rövid távú archiválás 512-es matrix tömörítetlenül) Előny a nagyobb (Min. 5000 kép, 5000 kép alatt az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, db számban kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 460 000 CT berendezés – SBO esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 156 980 000 Ft Fókuszpont-detektor távolság (Max. 109 cm, 109 cm felett az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot k egy tizedesjegy pontossággal, cm-ben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 95 Az egy detektorkoszorú-mátrix soraiban lévő detektorok legnagyobb soronkénti száma (Min . 670 darab szilárdtest (szcintillációs) detektor, amely alatt az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, db számban kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 848 A legjobb elérhető X-Y ( axiális síkbeli) térfelbontás 50 cm Scan FOV és 64 szelet per fordulat mellett asztaltolás nélkül. Az elemi detektorméretet csökkentő fémrács nélkül, azaz teljes felületi határfokj mellett @ MTF 10% (Min. 12 lp/cm, amely alatt az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot egy tizedesjegy pontossággal, Lp/cm-ben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 16 A legjobb elérhető X-Y (axiális síkbeli) térfelbontás 50 cm Scan FOV és 64 szelet per fordulat mellett asztaltolás nélkül. Az elemi detektorméretet csökkentő fémrács nélkül, azaz teljes felületi határfokj mellett @ MTF 50% (Min. 8 lp/cm, amely alatt az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot egy tizedesjegy pontossággal, Lp/cm-ben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 12,1 Helikális kis kontrasztú felbontáshoz tartozó beteg dózis (Max 15 mGy, amely felett az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot egy tizedesjegy pontossággal, mGy értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 4,6 Számítógép hardware képtár média csatlakozási lehetősége USB-vel (Igen/Nem) Igen Kardiológiai rekonstrukcióval készült egy szegmensű (félfordulatos) szeletek legjobb hatásos (effektív) időbeli felbontása (Max 200 msec, amely felett az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, msec értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 29 Sugárterápiás tervező CT esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 115 000 000 Ft Fókuszpont-detektor távolság (max. 128 cm, a felett az ajánlat érvénytelen) Előny a kisebb Az ajánlatot egy tizedesjegy pontossággal, cm-ben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 106,2 Legmagasabb alkalmazható Röntgenső feszültség min 135 kV Előny a nagyobb (Nem kisebb, mint 135 kV, amely alatt az ajánlat érvénytelen) A 135 és 140

kV között nincs kiosztható pontszám, tekintettel arra, hogy a 140 kV érték nagyon fontos korpulens betegek vizsgálata esetén, köztes érték Ajánlatkérő számára nem képvisel többlet értéket. Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kV értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 140 Geometriai felbontó képesség X-Y síkban A legnagyobb mért látómező átmérő és az egy sorban lévő detektorok számának hányadosa. Előny a kisebb Az ajánlatot legfeljebb két tizedesjegy pontossággal kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 0,55 A megengedett legnagyobb pitch faktor cone-beam korrekcióval Előny a nagyobb Az ajánlatot legfeljebb két tizedesjegy pontossággal kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 1,75 A kis kontrasztú felbontás mérésnél alkalmazott sugárdózis (peremfeltételek: 20 cm CATPHAN fantom, 5 mm objektum, 3 HU kontraszt, 10 mm szeletvastagság, 120 kV) Előny a kisebb Az ajánlatot kerek egy tizedesjegy pontossággal, mGy értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 5,9

### V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

2856

Szöveges értékelés:

### V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0

10

### V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Összesen ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A pontok kiosztása a fordított arányosítás esetében:  $P - P_{min} / P_{max} - P_{min} = \text{Alegjobb} / \text{Avizsgált}$  ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme CT berendezés (alap) esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.7. részszempontok esetében a pontkiosztás módszere. CT berendezés - SBO esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.7. részszempontok esetében a pontkiosztás módszere. Sugárterápiás tervező CT esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.5. részszempontok esetében a pontkiosztás módszere.

### V.2.6) A nyertes ajánlattevő

#### Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1138 Budapest, Bence Utca 3.

26575113241

Indokolás: – ajánlata - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, – az ajánlatával szemben - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, – vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok, és a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tette. Az ellenszolgáltatás összege: CT berendezés (alap) nettó 135 100 000 Ft CT berendezés - SBO nettó 156 980 000 Ft Sugárterápiás tervező CT nettó 115 000 000 Ft

### V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

### V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

### V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

### V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

### V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

### V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Az Ajánlattevő a hiánypótlás teljesítése során, az előírt határidőben nem csatolta a megajánlott termékek műszaki adatlapjait cégszerű aláírással ellátott pdf formátumban és szerkeszthető word formátumban, továbbá a hiánypótlás teljesítése során, az előírt határidőben nem került csatolásra a megajánlott termékek magyar és/vagy angol nyelvű termékismertetője, és/vagy gyártói adatlapja, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelés igazolható ezért Ajánlattevő 1. részajánlati körre vonatkozó ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) pontjában foglaltakra tekintettel érvénytelen, mivel így egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak.

## V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 2 - CBCT készülék

A szerződés száma: 2

Az eljárás eredményes volt:

Igen

### V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

#### V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

#### V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

#### V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

#### V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

## V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

### V.2 Az eljárás eredménye

#### V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

#### V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Dent-East Orvosi Műszer Kereskedelmi Kft., 1112 BUDAPEST, Rétkerülő Út 51

10255328243

Indokolás: – ajánlata - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, – az ajánlatával szemben - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, – vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. Az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 37 089 000 Ft Live Positioning Assistant: min. 2 db kamera segítségével az érintő kijelzőn élőben kijelzett pozícionáló segéd, amely színjelzéssel jelzi az éppen megfelelő vagy hibás pozíciót. Igen Az FOV pozíció elhelyezése a leképezni kívánt területre történő „csúsztatással” az érintőképernyőn élőben megjelenő páciens kameraképén. Igen Lézermentes pozícionálás Igen Csőfeszültség tartomány felső határa minimum 90 kV Igen

#### V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

Dent-East Orvosi Műszer Kereskedelmi Kft.

1020

Szöveges értékelés:

**V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:**

0 ..... 10

**V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:**

Összesen ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A pontok kiosztása a fordított arányosítás esetében:  $P - P_{min} / P_{max} - P_{min} =$  Alegejobb / Avizsgált ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegejobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Fül-orr-gégészeti programmal rendelkező CBCT készülék RÉSZ SZEMPONT ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE SÚLYSZÁM A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) Fordított arányosítás 70 RÉSZ SZEMPONT ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE SÚLYSZÁM Live Positioning Assistant: min. 2 db kamera segítségével az érintő kijelzőn élőben kijelzett pozicionáló segéd, amely színjelzéssel jelzi az éppen megfelelő vagy hibás pozíciót. Igen: 10 pont, Nem: 0 pont 8 Az FOV pozíció elhelyezése a leképezni kívánt területre történő „csúsztatással” az érintőképernyőn élőben megjelenő páciens kameraképén. Igen: 10 pont, Nem: 0 pont 8 Lézermentes pozicionálás Igen: 10 pont, nem: 0 pont 8 Csőfeszültség tartomány felső határa minimum 90 kV Igen : 10 pont, nem: 0 pont 6

**V.2.6) A nyertes ajánlattevő****Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

Dent-East Orvosi Műszer Kereskedelmi Kft., 1112 BUDAPEST, Rétkerülő Út 51 ..... 10255328243

Indokolás: – ajánlata - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, – az ajánlatával szemben - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, – vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok, és a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tette. Az ellenszolgáltatás összege: összesen ajánlati ár (nettó Ft) 37 089 000 Ft.

**V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:****V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

**V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:****V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:****V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

**V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye ..... Adószáma

**V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:**

Rész száma, elnevezése: ..... 3 - RTG és DSA

A szerződés száma: ..... 3

Az eljárás eredményes volt: ..... Igen

**V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ****V.1.1) A befejezetlen eljárás oka**

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették: .....

A szerződés megkötését megtagadták: .....

**V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?**

### V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

### V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

### V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

## V.2 Az eljárás eredménye

### V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

### V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
BLUEMED Kft., 2091 Etyek, Liliom Köz 2	14570692207
<p>Indokolás: – ajánlata - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, – az ajánlatával szemben - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, – vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. Az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Elektrofiziológiai RTG berendezés esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 186 600 000 Ft Nagy teherbírású asztal (tartozékok nélkül) vizsgálható betegsúly (kg) (min. 200 kg, amely alatt az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kg értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 275 Újraélesztés lehetősége maximális páciensterhelés mellett az asztallap teljesen kinyújtott pozíciójában is, legalább 500 N erővel Igen Anód csapágyazás módja folyékony fém Igen Detektor pixel méret (µm) (max 200 µm, amely felett az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, µm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 154 Alacsony dózisos fluoroszkópiás üzemmódban kardiológiai vizsgálatnál, min. 0,5 mm CU ekvivalens szűrő alkalmazásával, max.25 cm-s mezőméret, min.70kg-os páciens esetén a referencia levegő Kerma teljesítmény értéke max. 0,16 mGy/s Igen Haemodinamikai RTG berendezés esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 186 900 000 Ft Nagy teherbírású asztal (tartozékok nélkül) vizsgálható betegsúly (kg) (min 200 kg, amely alatt az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kg értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 275 Újraélesztés lehetősége maximális páciensterhelés mellett az asztallap teljesen kinyújtott pozíciójában is, legalább 500 N erővel Igen Anód csapágyazás módja folyékony fém Igen Detektor pixel méret (µm) (max 200 µm, amely felett az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, µm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 154 Alacsony dózisos fluoroszkópiás üzemmódban kardiológiai vizsgálatnál, min. 0,5 mm CU ekvivalens szűrő alkalmazásával, max.25 cm-s mezőméret, min.70kg-os páciens esetén a referencia levegő Kerma teljesítmény értéke max. 0,16 mGy/s Igen Folyamatosan változó tengelyű rotációs angiográfia Igen Valós idejű sztent kiemelési funkció Igen Előzetes projekciókon alapuló gombnyomásra aktiválódó dinamikus 3D koronária roadmap Igen Neuro DSA berendezés esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 151 400 000 Ft Beteg méretén, alakján alapuló ütközésvédelem, mely teljes sebességű gantrymozgást engedélyez az automatikus megállásig, és sem a cső, sem a detektor soha nem érinti a páciens a vizsgálat során Igen C kar forgása CRAN/CAUD vetületben fejség pozícióban (fok), amely alatt az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, fok értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 180 Rotációs sebesség rotációs angiográfia közben (fok/sec) (Min. 40 fok/sec, amely alatt az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, fok/sec értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 55 Nagy teherbírású asztal (tartozékok nélkül) vizsgálható betegsúly (kg) (min 200 kg, amely alatt az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kg értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 275 Újraélesztés lehetősége maximális páciensterhelés mellett az asztallap teljesen kinyújtott pozíciójában is, legalább 500 N erővel Igen Forgó anód, folyékonyfém csapágyazással Igen Csőbúra hőkapacitása (MHU) (min 5,0 MHU, amely alatt az ajánlat érvénytelen) Az ajánlatot legfeljebb egy tizedesjegy pontossággal kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen . 9,4 Kiegészítő sugárszűrő filterek választási lehetősége legalább 3 szinten min. 1 mm Cu ekvivalenciáig Igen</p>	

### V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:	A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
BLUEMED Kft.	2976
Szöveges értékelés:	

### V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

**V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszereknek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:**

Összesen ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A pontok kiosztása a fordított arányosítás esetében:  $P - P_{min} / P_{max} - P_{min} = A_{legjobb} / A_{vizsgált}$  ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa A<sub>legjobb</sub>: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) A<sub>vizsgált</sub>: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. RÉSZ SZEMPONT ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE SÚLYSZÁM A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) Fordított arányosítás 70 Elektrofiziológiai RTG berendezés esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.5. részszerpontok esetében a pontkiosztás módszere. Haemodinamikai RTG berendezés esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.8. részszerpontok esetében a pontkiosztás módszere. Neuro DSA berendezés esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.8. részszerpontok esetében a pontkiosztás módszere.

**V.2.6) A nyertes ajánlattevő**

**Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

BLUEMED Kft., 2091 Etyek, Liliom Köz 2

14570692207

Indokolás: – ajánlata - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, – az ajánlatával szemben - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, – vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok, és a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tette. Az ellenszolgáltatás összege: Elektrofiziológiai RTG berendezés esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 186 600 000 Ft Haemodinamikai RTG berendezés esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 186 900 000 Ft Neuro DSA berendezés esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 151 400 000 Ft

**V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:**

**V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

**V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

**V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:**

**V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

**V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

**V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:**

Rész száma, elnevezése: 4 - Hagyományos röntgen berendezések

A szerződés száma:

Az eljárás eredményes volt:

Igen

**V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ**

**V.1.1) A befejezetlen eljárás oka**

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

**V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?**

**V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők**



Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

#### V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

#### V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

### V.2 Az eljárás eredménye

#### V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 5

#### V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság, 1143 Budapest, Gizella Út 51-57	25296826244
<p>Indokolás: – ajánlata - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, – az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, – vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. Az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 242 000 000 Ft Röntgencső anód hőkapacitása min. 550 kHU (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kHU értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 820 Vizsgálószerkezet teherbírása asztal emelés és/vagy döntés közben min. 230 kg (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kg értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 300 Sugárzás nélküli pozicionálás az utolsó átvilágítási kép alapján (előny a megléte) Igen Sugárzás nélküli kollimáció az utolsó átvilágítási kép alapján (előny a megléte) Igen Távvezérlő pult; Emberi kéz érintésére aktiválódó kezelőszervek a véletlen mozgások elkerülésére (előny a megléte) Igen Páciensasztal legalsó pozíciója a padlótól mérve max. 650 cm (előny a kisebb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, cm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 480 Digitális mennyezeti sínes felvételi röntgen berendezés esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 317 600 000 Ft Röntgencső anód hőkapacitása min. 550 kHU (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kHU értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 820 Páciens asztal motorikus mozgástartománya min. 35 cm (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, cm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 44 Előnézeti kép megjelenítésének ideje max. 4 mp (előny a kisebb) Az ajánlatot legfeljebb egy tizedesjegy pontossággal kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 2 Kézi fogantyú a digitális detektoron a biztonságos kezelés érdekében Igen Detektor akkumulátor kapacitás; egy töltéssel készíthető képek száma min. 500 db (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, db értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 950 Helyszíni mobil röntgen berendezés esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 209 600 000 Ft Forgatható oszlopon és teljesen kiegyensúlyozott csuklós karon elhelyezett röntgen cső, a könnyű pozicionálás érdekében (előny a megléte) Igen Teljesen rejtett kábelvezetés (a röntgencsőhöz és a kollimátorhoz vezető kábelek végig a röntgencső tartó karon belül helyezkednek el) (előny a megléte) Igen Csőfókusz legnagyobb padlótól mért távolsága min 190 cm (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, cm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 213 Sebészeti C-karos képerősítő berendezés 20x20 esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 235 000 000 Ft Motorikusan állítható monitor magasság (előny a megléte) Igen/Nem Igen Felvételi fókusz mérete Max.1,5 mm (előny a kisebb) Az ajánlatot legfeljebb egy tizedesjegy pontossággal, mm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 0,6 C-ív mélysége Min. 660 mm (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, mm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 730 C-kar elforgathatósága Min. ±190° (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, fok értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 450 Visszakereshető tárolt kép 1Kx1K mártixban min. 50.000 db (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, db értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 150 000 Sebészeti C-karos képerősítő berendezés 30x30 esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 27 800 000 Ft Motorikusan állítható monitor magasság (előny a megléte) Igen/Nem Igen Felvételi fókusz mérete Max.1,5 mm (előny a kisebb) Az ajánlatot legfeljebb kettő tizedesjegy pontossággal, mm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 0,6 C-ív mélysége Min. 660 mm (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, mm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 730 C-kar elforgathatósága Min. ±190° (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, fok értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 450 Visszakereshető tárolt kép 1Kx1K mártixban min. 50.000 db (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, db értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 150 000</p>	

SzamosMediko Kft., 1124 Budapest, Fodor Utca 93. fszt. 2.

23394021243

Indokolás: – ajánlata - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, – az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, – vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. Az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés esetében A

részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 231 120 000 Ft Röntgenső anód hőkapacitása min. 550 kHU (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kHU értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 800 Vizsgálószerkezet teherbírása asztal emelés és/vagy döntés közben min. 230 kg (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kg értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 284 Sugárzás nélküli pozicionálás az utolsó átvilágítási kép alapján (előny a megléte) Igen Sugárzás nélküli kollimáció az utolsó átvilágítási kép alapján (előny a megléte) Igen Távvezérlő pult; Emberi kéz érintésére aktiválódó kezelőszervek a véletlen mozgások elkerülésére (előny a megléte) Igen Páciensasztal legalsó pozíciója a padlótól mérve max. 650 cm (előny a kisebb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, cm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 560 Digitális mennyezeti sínes felvételi röntgen berendezés esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 272 160 000 Ft Röntgenső anód hőkapacitása min. 550 kHU (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kHU értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 600 Páciens asztal motorikus mozgástartománya min. 35 cm (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, cm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 36 Előnézeti kép megjelenítésének ideje max. 4 mp (előny a kisebb) Az ajánlatot legfeljebb egy tizedesjegy pontossággal kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 2 Kézi fogantyú a digitális detektoron a biztonságos kezelés érdekében Igen Detektor akkumulátor kapacitás; egy töltéssel készíthető képek száma min. 500 db (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, db értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 1000 Helyszíni mobil röntgen berendezés esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 191 520 000 Ft Forgatható oszlopon és teljesen kiegyensúlyozott csuklós karon elhelyezett röntgen cső, a könnyű pozicionálás érdekében (előny a megléte) Igen Teljesen rejtett kábelvezetés (a röntgensőhöz és a kollimátorhoz vezető kábelek végig a röntgenső tartó karon belül helyezkednek el) (előny a megléte) Nem Csőfókusz legnagyobb padlótól mért távolsága min 190 cm (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, cm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 203 Sebészeti C-karos képerősítő berendezés 20x20 esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 228 900 000 Ft Motorikusan állítható monitor magasság (előny a megléte) Igen/Nem Nem Felvételi fókusz mérete Max.1,5 mm (előny a kisebb) Az ajánlatot legfeljebb egy tizedesjegy pontossággal, mm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 0,5 C-ív mélysége Min. 660 mm (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, mm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 800 C-kar elforgathatósága Min.  $\pm 190^\circ$  (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, fok értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 230 Visszakereshető tárolt kép 1Kx1K mártixban min. 50.000 db (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, db értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 300 000 Sebészeti C-karos képerősítő berendezés 30x30 esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 31 997 400 Ft Motorikusan állítható monitor magasság (előny a megléte) Igen/Nem Nem Felvételi fókusz mérete Max.1,5 mm (előny a kisebb) Az ajánlatot legfeljebb kettő tizedesjegy pontossággal, mm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 0,8 C-ív mélysége Min. 660 mm (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, mm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 660 C-kar elforgathatósága Min.  $\pm 190^\circ$  (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, fok értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 190 Visszakereshető tárolt kép 1Kx1K mártixban min. 50.000 db (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, db értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 200 000

Szamos-H. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1113 Budapest, Karolina Út 34. B. lház. 1/5 7. 12128251243

Indokolás: – ajánlata - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, – az ajánlatával szemben - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, – vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. Az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 231 120 000 Ft Röntgenső anód hőkapacitása min. 550 kHU (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kHU értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 800 Vizsgálószerkezet teherbírása asztal emelés és/vagy döntés közben min. 230 kg (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kg értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 284 Sugárzás nélküli pozicionálás az utolsó átvilágítási kép alapján (előny a megléte) Igen Sugárzás nélküli kollimáció az utolsó átvilágítási kép alapján (előny a megléte) Igen Távvezérlő pult; Emberi kéz érintésére aktiválódó kezelőszervek a véletlen mozgások elkerülésére (előny a megléte) Igen Páciensasztal legalsó pozíciója a padlótól mérve max. 650 cm (előny a kisebb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, cm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 560 Digitális mennyezeti sínes felvételi röntgen berendezés esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 250 360 000 Ft Röntgenső anód hőkapacitása min. 550 kHU (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kHU értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 857 Páciens asztal motorikus mozgástartománya min. 35 cm (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, cm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 42 Előnézeti kép megjelenítésének ideje max. 4 mp (előny a kisebb) Az ajánlatot legfeljebb egy tizedesjegy pontossággal kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 2 Kézi fogantyú a digitális detektoron a biztonságos kezelés érdekében Igen Detektor akkumulátor kapacitás; egy töltéssel készíthető képek száma min. 500 db (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, db értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 900 Helyszíni mobil röntgen berendezés esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 191 520 000 Ft Forgatható oszlopon és teljesen kiegyensúlyozott csuklós karon elhelyezett röntgen cső, a könnyű pozicionálás érdekében (előny a megléte) Igen Teljesen rejtett kábelvezetés (a röntgensőhöz és a kollimátorhoz vezető kábelek végig a röntgenső tartó karon belül helyezkednek el) (előny a megléte) Nem Csőfókusz legnagyobb padlótól mért távolsága min 190 cm (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, cm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 203 Sebészeti C-karos képerősítő berendezés 20x20 esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 228 900 000 Ft Motorikusan állítható monitor magasság (előny a megléte) Igen/Nem Nem Felvételi fókusz mérete Max.1,5 mm (előny a kisebb) Az ajánlatot legfeljebb egy tizedesjegy pontossággal, mm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 0,5 C-ív mélysége Min. 660 mm (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, mm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 800 C-kar elforgathatósága Min.  $\pm 190^\circ$  (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész

számban, tizedesjegyek nélkül, fok értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 230 Visszakereshető tárolt kép 1Kx1K mártixban min. 50.000 db (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, db értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 300 000 Sebészeti C-karos képerősítő berendezés 30x30 esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 31 997 400 Ft Motorikusan állítható monitor magasság (előny a meglete) Igen/Nem Nem Felvételi fókusz mérete Max.1,5 mm (előny a kisebb) Az ajánlatot legfeljebb kettő tizedesjegy pontossággal, mm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 0,8 C-ív mélysége Min. 660 mm (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, mm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 660 C-kar elforgathatósága Min. ±190° (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, fok értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 190 Visszakereshető tárolt kép 1Kx1K mártixban min. 50.000 db (előny a nagyobb) Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, db értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 200 000

Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1142 11909879242  
Budapest, Szatmár Utca 46/A

Indokolás: – ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, – az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, – vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. Az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft): 200 000 000 Röntgenső anód hőkapacitása (KHU ) min. 550 kHU: 800 Vizsgálószerkezet teherbírása asztal emelés és/vagy döntés közben (kg) min. 230 kg: 300 Sugárzás nélküli pozicionálás az utolsó átvilágítási kép alapján (Igen/ Nem): Nem Sugárzás nélküli kollimáció az utolsó átvilágítási kép alapján (Igen/ Nem): Nem Távvezérlő pult; Emberi kéz érintésére aktiválódó kezelőszervek a véletlen mozgások elkerülésére (Igen/ Nem): Igen Páciensasztal legalsó pozíciója a padlótól mérve (cm ) max. 650 cm: 48 Digitális mennyezeti sínes felvételi röntgen berendezés esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft): 232 800 000 Röntgenső anód hőkapacitása (kHU ) min. 550 kHU: 800 Páciens asztal motorikus mozgástartomány (cm) min. 35 cm: 45 Előnézeti kép megjelenítésének ideje (mp) max. 4 mp: 1,5 Kézi fogantyú a digitális detektoron a biztonságos kezelés érdekében (Igen/ Nem): Igen Detektor akkumulátor kapacitás; egy töltéssel készíthető képek száma (db) min. 500 db: 1 400 Helyszíni mobil röntgen berendezés esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft): 184 000 000 Forgatható oszlopon és teljesen kiegyensúlyozott csuklós karon elhelyezett röntgen cső, a könnyű pozicionálás érdekében (Igen/ Nem): Igen Teljesen rejtett kábelvezetés (a röntgensőhöz és a kollimátorhoz vezető kábelek végig a röntgenső tartó karon belül helyezkednek el) ( Igen/Nem): Nem Csőfókusz legnagyobb padlótól mért távolsága min 190 cm (cm): 203 Sebészeti C-karos képerősítő berendezés 20x20 esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft): 255 000 000 Motorikusan állítható monitor magasság (Igen/ Nem): Nem Felvételi fókusz mérete Max.1,5 mm (előny a kisebb ) (mm): 0,6 C-ív mélysége Min. 660 mm (mm): 680 C-kar elforgathatósága Min. ±190° (előny a nagyobb) (fok): 225 Visszakereshető tárolt kép 1Kx1K mártixban min. 50.000 db (db): 100 000 Sebészeti C-karos képerősítő berendezés 30x30 esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft): 20 000 000 Motorikusan állítható monitor magasság (Igen/ Nem Nem): Felvételi fókusz mérete Max.1,5 mm (előny a kisebb ) (mm): 0,3 C-ív mélysége Min. 660 mm (mm): 680 C-kar elforgathatósága Min. ±190° (előny a nagyobb) (fok): 225 Visszakereshető tárolt kép 1Kx1K mártixban min. 50.000 db (db): 100 000

### V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:	A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság	4391
Szöveges értékelés:	
SzamosMediko Kft.	3999.2
Szöveges értékelés:	
Szamos-H. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	4141.7
Szöveges értékelés:	
Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	4418.6
Szöveges értékelés:	

### V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

### V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Összesen ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A pontok kiosztása a fordított arányosítás esetében:  $P - P_{min} / P_{max} - P_{min} = \text{Alegjobb} / \text{Avizsgált ahol: } P$ : a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  $P_{max}$ : a pontskála felső határa  $P_{min}$ : a pontskála alsó határa **Alegjobb**: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) **Avizsgált**: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. **RÉSZ SZEMPONT ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE SÚLYSZÁM** A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) Fordított arányosítás 70 Digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.6. részszerpontok esetében a pontkiosztás módszere. Digitális mennyezeti sínes felvételi röntgen berendezés esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.5. részszerpontok esetében a pontkiosztás módszere. Helyszíni mobil röntgen berendezés esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.3. részszerpontok esetében a pontkiosztás módszere. Sebészeti C-karos képerősítő berendezés 20x20 esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.5. részszerpontok esetében a pontkiosztás módszere. Sebészeti C-karos képerősítő berendezés 30x30 esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.5. részszerpontok esetében a pontkiosztás módszere.

## V.2.6) A nyertes ajánlattevő

### Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1142 Budapest, Szatmár Utca 46/A 11909879242

Indokolás: – ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, – az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, – vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok, és a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tette. Az ellenszolgáltatás összege: Digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft): 200 000 000 HUF Digitális mennyezeti sínes felvételi röntgen berendezés esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft): 232 800 000 HUF Helyszíni mobil röntgen berendezés esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft): 184 000 000 HUF Sebészeti C-karos képerősítő berendezés 20x20 esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft): 255 000 000 HUF Sebészeti C-karos képerősítő berendezés 30x30 esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft): 20 000 000 HUF

### V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

#### V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

## V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság, 1143 Budapest, Gizella Út 51-57 25296826244

Indokolás: – ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, – az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, – vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok, és a nyertest követő legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tette. Az ellenszolgáltatás összege: Digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 242 000 000 Ft Digitális mennyezeti sínes felvételi röntgen berendezés esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 317 600 000 Ft Helyszíni mobil röntgen berendezés esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 209 600 000 Ft Sebészeti C-karos képerősítő berendezés 20x20 esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 235 000 000 Ft Sebészeti C-karos képerősítő berendezés 30x30 esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 27 800 000 Ft

### V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

#### V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

## V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
PASCAL TEAM Kereskedelmi és Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1028 Budapest, Patakhegyi Utca 13/1	10876013241

Az Ajánlattevő a hiánypótlás teljesítése során, az előírt határidőben nem csatolta a Nyilatkozat alvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján szóló nyilatkozatot, amelynek csatolása nemleges tartalommal is szükséges mind az ajánlati felhívás, mind a közbeszerzési dokumentumok szerint, ezért Ajánlattevő 4. részajánlati körre vonatkozó ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) pontjában foglaltakra tekintettel érvénytelen, mivel így egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak. Az Ajánlattevő a hiánypótlás teljesítése során, az előírt határidőben nem

csatolta a „Nyilatkozat az egyenértékűségről” szövegű nyilatkozatot, ezért Ajánlattevő 4. részajánlati körre vonatkozó ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) pontjában foglaltakra tekintettel érvénytelen, mivel így egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak. Az Ajánlattevő a hiánypótlás teljesítése során, az előírt határidőben nem csatolta a 4/4. tétel, Sebészeti C-karos képerősítő berendezés 20x20 termék, valamint a 4/5. tétel, Sebészeti C-karos képerősítő berendezés 30x30 termék esetében a magyar és/vagy angol nyelvű termékismertetőt, és/vagy gyártói adatlapját, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelés igazolható - adott esetben (cégszerű aláírással ellátott pdf formátumban és szerkeszthető word formátumban egyaránt), ezért Ajánlattevő 4. részajánlati körre vonatkozó ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) pontjában foglaltakra tekintettel érvénytelen, mivel így egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak.

## V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 5 - Digitális Mammográfiás berendezés

A szerződés száma:

Az eljárás eredményes volt: Igen

### V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

#### V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

#### V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

#### V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

#### V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

## V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

### V.2 Az eljárás eredménye

#### V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

#### V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhely Adószáma

Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1142 Budapest, Szatmár Utca 46/A 11909879242

Indokolás: – ajánlata - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, – az ajánlatával szemben - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, – vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. Az értékelési szempontok tartalmi elemei: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 98 000 000 Ft Anód hőkapacitás Min. 160 kHU Előny a nagyobb Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kHU értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 300 A páciens távirányításos wifi eszközzel maga irányíthatja a kompressziót. Előny megléte Nem Gantry mozgató step and shoot Előny a megléte Nem Magyar nyelvű kezelő felület. Nem Lokális kontraszt optimalizálás, helyi képtartalom megvilágítása a kurzor helyén Nem Szintetikus 2D képen azonosított lézióra klikkelve a rendszer automatikusan az adott szeletet jeleníti meg Nem

FUJIFILM HUNGARY KFT., 1037 Budapest, Bojtár Utca 56. 10495311241

Indokolás: – ajánlata - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, – az ajánlatával szemben - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, – vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. Az értékelési szempontok tartalmi elemei: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 87 000

000 Ft Anód hőkapacitás Min. 160 kHU Előny a nagyobb Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kHU értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 300 A páciens távirányításos wifi eszközzel maga irányíthatja a kompressziót. Előny megléte Nem Gantry mozgatása step and shoot Előny a megléte Nem Magyar nyelvű kezelő felület. Igen Lokális kontraszt optimalizálás, helyi képtartalom megvilágítása a kurzor helyén Nem Szintetikus 2D képen azonosított lézióra kattintva a rendszer automatikusan az adott szeletet jeleníti meg Igen

GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1138 Budapest, Bence Utca 3. 26575113241

Indokolás: – ajánlata - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, – az ajánlatával szemben - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, – vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. Az értékelési szempontok tartalmi elemei: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 141 000 000 Ft Anód hőkapacitás Min. 160 kHU Előny a nagyobb Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kHU értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 340 A páciens távirányításos wifi eszközzel maga irányíthatja a kompressziót. Előny megléte Igen Gantry mozgatása step and shoot Előny a megléte Igen Magyar nyelvű kezelő felület. Igen Lokális kontraszt optimalizálás, helyi képtartalom megvilágítása a kurzor helyén Igen Szintetikus 2D képen azonosított lézióra kattintva a rendszer automatikusan az adott szeletet jeleníti meg Igen

### V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

656.6

Szöveges értékelés:

FUJIFILM HUNGARY KFT.

835

Szöveges értékelés:

GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

731.9

Szöveges értékelés:

### V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

### V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Digitális Mammográfiás berendezés RÉSZ SZEMPONT ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE SÚLYSZÁM 1. A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) Fordított arányosítás 70 2.1 Anód hőkapacitás Min. 160 kHU Előny a nagyobb Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kHU értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 330kHU vagy felette = 10 pont, 280 - 329 kHU = 7 pont 220 - 279 kHU = 4 pont 161 - 219 kHU = 1 pont 160 = 0 pont 5 2.2 A páciens távirányításos wifi eszközzel maga irányíthatja a kompressziót. Előny megléte Igen: 10 pont Nem: 0 pont 5 2.3 Gantry mozgatása step and shoot Előny a megléte Igen: 10 pont Nem: 0 pont 5 2.4 Magyar nyelvű kezelő felület. Igen: 10 pont Nem: 0 pont 5 2.5 Lokális kontraszt optimalizálás , helyi képtartalom megvilágítása a kurzor helyén Igen: 10 pont Nem: 0 pont 5 2.6 Szintetikus 2D képen azonosított lézióra kattintva a rendszer automatikusan az adott szeletet jeleníti meg Igen: 10 pont Nem: 0 pont 5

### V.2.6) A nyertes ajánlattevő

#### Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

FUJIFILM HUNGARY KFT., 1037 Budapest, Bojtár Utca 56.

10495311241

Indokolás: – ajánlata - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, – az ajánlatával szemben - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, – vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok, és a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tette. Az ellenszolgáltatás összege: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 87 000 000 Ft

### V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

### V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

**V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

**V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:**

**V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

**V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

**V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:**

Rész száma, elnevezése: 6 - 1,5T MR berendezés

A szerződés száma:

Az eljárás eredményes volt:

Igen

**V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ**

**V.1.1) A befejezetlen eljárás oka**

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

**V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?**

**V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők**

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

**V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

**V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:**

**V.2 Az eljárás eredménye**

**V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 2

**V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők**

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1138 Budapest, Bence Utca 3. 26575113241

Indokolás: – ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, – az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, – vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. Az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 280 000 000 Ft MR gantryről lecsatolható vizsgálóasztal mely lehetővé teszi vészhelyzet esetén a beteg azonnali evakuálását Igen Betegpozicionálás és vizsgálati workflow optimalizálása és felgyorsítás (A vizsgáló asztal kézzel való megérintésével történik a pozicionálás, tekercs aktiválás, centrálás és a mérés indítása) Igen A megajánlott kis és nagy méretű flexibilis tekercs minimum 16 csatornás Igen A megajánlott térd tekercs adó és vevő (Transmit/Receive) phased array technológiával rendelkezik Igen Leggyorsabb képrekonstrukciós sebesség 2DFFT esetén 256 x 256 mérési mátrixra teljes FOV-ra vonatkozóan

Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, fok értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 62000 2D mozgás érzéketlen képalkotás (pl.: PROPELLER, MultiVane, BLADE) kompatibilis DWI szekvenciával Igen Az MR vizsgálati konzolon az agy szövet viabilitásának haemodinamikai perfúziós paramétereinek (BV, BF, TTP, MTT [SVD], BAT , TMax. post-processing műveletei elvégezhetőek Igen A megadott 3D kontrasztanyag nélküli perfúziós szekvencia (ASL) Fast Spin Echo alapú a susceptibilitási műtermékek minimalizálása érdekében Igen A megajánlott szuszceptibilitás súlyozott mérés multi-echo alapú amely, egyszerre 8 különböző TE értékkel mér Igen A megajánlott fémes implantátumok által keletkező műtermékek minimalizálását csökkentő 3D alapú mérés Igen

### V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság 1000

Szöveges értékelés:

### V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

### V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részzempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

1,5T MR berendezés RÉSZ SZEMPONT ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE SÚLYSZÁM 1. A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) Fordított arányosítás 70 2.1 MR gantryről lecsatolható vizsgálóasztal mely lehetővé teszi vészhelyzet esetén a beteg azonnali evakuálását igen: 10 pont nem: 0 pont 3 2.2 Betegpozicionálás és vizsgálati workflow optimalizálása és felgyorsítás (A vizsgáló asztal kézzel való megérintésével történik a pozicionálás, tekercs aktiválás, centrálás és a mérés indítása) igen: 10 pont nem: 0 pont 3 2.3 A megajánlott kis és nagy méretű flexibilis tekercs minimum 16 csatornásak igen: 10 pont nem: 0 pont 3 2.4 A megajánlott térd tekercs adó és vevő (Transmit/Receive) phased array technológiával rendelkezik Igen: 10 pont Nem: 0 pont 3 2.5 Leggyorsabb képrekonstrukciós sebesség 2DFFT esetén 256 x 256 mérési mátrixra teljes FOV-ra vonatkozóan Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, fok értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 60 000 vagy felette = 10 pont 45 000 - 59999 = 7 pont, 25 000 - 44999 = 4 pont 12 000 - 24999 = 1 pont 25000 vagy alatta = 0 pont 3 2.6 2D mozgás érzéketlen képalkotás (pl.: PROPELLER, MultiVane, BLADE) kompatibilis DWI szekvenciával Igen: 10 pont Nem: 0 pont 3 2.7 Az MR vizsgálati konzolon az agy szövet viabilitásának haemodinamikai perfúziós paramétereinek (BV, BF, TTP, MTT [SVD], BAT, TMax. post-processing műveletei elvégezhetőek Igen: 10 pont Nem: 0 pont 3 2.8 A megadott 3D kontrasztanyag nélküli perfúziós szekvencia (ASL) Fast Spin Echo alapú a susceptibilitási műtermékek minimalizálása érdekében igen: 10 pont nem: 0 pont 3 2.9 A megajánlott szuszceptibilitás súlyozott mérés multi-echo alapú amely, egyszerre 8 különböző TE értékkel mér igen: 10 pont nem: 0 pont 3 2.10 A megajánlott fémes implantátumok által keletkező műtermékek minimalizálását csökkentő 3D alapú mérés igen: 10 pont nem: 0 pont 3

### V.2.6) A nyertes ajánlattevő

#### Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1138 Budapest, Bence Utca 3. 26575113241

Indokolás: – ajánlata - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, – az ajánlatával szemben - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, – vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok, és a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tette. Az ellenszolgáltatás összege: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 280 000 000 Ft

#### V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

#### V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

### V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

#### V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

#### V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:



## V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

BLUEMED Kft., 2091 Etyek, Liliom Köz 2

14570692207

Indokolás: A hiánypótlás teljesítése során Ajánlattevő által az EEKD II. rész C. pontja változatlan tartalommal került csatolásra, a „Nem”-et jelölte meg Ajánlattevő, ugyanakkor nem csatolta ennek az adattartalomnak megfelelően módosított Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot, ugyanakkor a hiánypótlás teljesítése során Ajánlattevő csatolta az ajánlata 7. oldalán csatolt nyilatkozatban megjelölt gazdasági szereplő képviselőre jogosult személy aláírási címpéldányát, viszont nem csatolta a hiánypótlási felhívásban előírtak szerint a kapacitást nyújtó szervezet EEKD-ját valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakkal összhangban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A fentiekben leírtakra tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) pontjában foglaltakra tekintettel az Ajánlattevő 6. részajánlati körre vonatkozó ajánlata érvénytelen, mivel így Ajánlattevő 6. részajánlati körre vonatkozó ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak.

## V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

7 - Nukleáris medicina eszközei

A szerződés száma:

Az eljárás eredményes volt:

Igen

### V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

#### V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

#### V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

#### V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

#### V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

## V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

## V.2 Az eljárás eredménye

### V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:

1

### V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1138 Budapest, Bence Utca 3.

26575113241

Indokolás: – ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, – az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, – vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. Az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): PET / CT berendezés esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 659 000 000 Ft Axiális látómező mérete min. 20 cm Az ajánlatot legfeljebb egy tizedesjegy pontossággal, cm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 26 Egésztest vizsgálat elvégzéséhez szükséges ágypozíciók száma max. 9 (static multi-bed módban, 95 cm-es effektív axiális látómezővel) Előny a kisebb 5 NEMA érzékenység min. 10 cps/kBq Az ajánlatot egy tizedesjegy pontossággal, cps/kBq értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 22 NECR 2,4 kBq/ml (klinikai) aktivitás-koncentráció mellett min. 30 kcps Az ajánlatot egy

tizedesjegy pontossággal, cps értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 75 Teljes konvergenciás PET iteratív rekonstrukció a jel-zaj viszony és a SUV számítás pontosságának jelentős növeléséhez (Bayesian penalized rekonstrukciós algoritmus) Igen Spect-CT berendezés esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 115 000 000 Ft Helyszíni upgrade lehetősége direkt digitális (CZT) NM detektorokkal - legalább egy klinikai hely megjelölésével, ahol a direkt digitális NM detektorokkal szerelt berendezés napi rutin vizsgálatok során megtekinthető Igen Felbontás helyreállítás és zajkompenzáció nem 99mTc izotóppal végzett tomografikus vizsgálatokhoz Igen A szív és koronária erek anatómiájának meghatározása, a stenosis kvantitatív meghatározása, koronária kalcifikáció feldolgozó program, 2D és 3D automatikus reformatting Igen NM SPECT rekonstrukciós eljárások, nem Tc-99m izotóppal (Ga-67, In-111, I-123, TI-201) végzett vizsgálatokhoz Igen PET/CT,CT, MR onkológiai feldolgozó applikáció különböző időpontban végzett vizsgálatok összehasonlításával (RECIST,ill. WHO standard szerinti támogatással) Igen Tüdő CT vizsgálat feldolgozása. A tüdőlebenyek és a nodulusok automatikus szegmentációja, a máj CT vizsgálat feldolgozása, máj lebenyek automatikus szegmentálása Igen Dinamikus agyi MR vizsgálat feldolgozása, erek automatikus meghatározása a perfúziós térképen, intenzitás térképek generálása Igen SPECT/CT vizsgálatok alapján az uptake változás szervenkénti meghatározása az idő függvényében Igen SPECT/CT vizsgálatok alapján a standard uptake value (SUV) kvantitatív meghatározása, MBq/ml egységben a dózis és demografikus adatok figyelembevételével Igen A SPECT/CT gantry tömege LEHR kollimátorral együtt max 3400 kg Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kg értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 3374

### V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság 973

Szöveges értékelés:

### V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

### V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszereknek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részzempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

PET / CT berendezés RÉSZ SZEMPONT ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE SÚLYSZÁM 1. A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) Fordított arányosítás 70 2.1 Axiális látómező mérete min. 20 cm Az ajánlatot legfeljebb egy tizedesjegy pontossággal, cm értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 25 cm vagy nagyobb = 10 pont 22 - 24,9 cm: 5 pont 20,1-21,9 cm = 1 pont 20 cm = 0 pont 2.2 Egésztest vizsgálat elvégzéséhez szükséges ágypozíciók száma max. 9 (static multi-bed módban, 95 cm-es effektív axiális látómezővel) Előny a kisebb Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 5 vagy kisebb = 10 pont 5 - 7 = 7 pont 7 - 8 = 4 pont 9 = 0 pont 6 2.3 NEMA érzékenység min. 10 cps/kBq Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, cps/kBq értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 20 cps/kBq vagy nagyobb = 10 pont 16 - 19 cps/kBq = 7 pont 13 - 15 cps/kBq = 4 pont 11 - 12 cps/kBq: 1 pont 10 cps/kBq = 0 pont 6 2.4 NECR 2,4 kBq/ml (klinikai) aktivitás-koncentráció mellett min. 30 kcps Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, cps értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 70 kcps vagy nagyobb = 10 pont 55 - 69 kcps = 7 pont 45 - 54 kcps = 4 pont 31 - 44 kcps = 1 pont 30 kcps = 0 pont 6 2.5 Teljes konvergenciás PET iteratív rekonstrukció a jel-zaj viszony és a SUV számítás pontosságának jelentős növeléséhez (Bayesian penalized rekonstrukciós algoritmus) Igen: 10 pont Nem: 0 pont 6 Spect-CT berendezés RÉSZ SZEMPONT ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE SÚLYSZÁM 1. A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) Fordított arányosítás 70 2. Helyszíni upgrade lehetősége direkt digitális (CZT) NM detektorokkal - legalább egy klinikai hely megjelölésével, ahol a direkt digitális NM detektorokkal szerelt berendezés napi rutin vizsgálatok során megtekinthető Igen: 10 pont Nem : 0 pont 3 3. Felbontás helyreállítás és zajkompenzáció nem 99mTc izotóppal végzett tomografikus vizsgálatokhoz Igen: 10 pont Nem : 0 pont 3 4. A szív és koronária erek anatómiájának meghatározása, a stenosis kvantitatív meghatározása, koronária kalcifikáció feldolgozó program, 2D és 3D automatikus reformatting Igen: 10 pont Nem : 0 pont 3 5. NM SPECT rekonstrukciós eljárások, nem Tc-99m izotóppal (Ga-67, In-111, I-123, TI-201) végzett vizsgálatokhoz Igen: 10 pont Nem : 0 pont 3 6. PET/CT,CT, MR onkológiai feldolgozó applikáció különböző időpontban végzett vizsgálatok összehasonlításával (RECIST,ill. WHO standard szerinti támogatással) Igen: 10 pont Nem : 0 pont 3 7. Tüdő CT vizsgálat feldolgozása. A tüdőlebenyek és a nodulusok automatikus szegmentációja, a máj CT vizsgálat feldolgozása, máj lebenyek automatikus szegmentálása Igen: 10 pont Nem : 0 pont 3 8. Dinamikus agyi MR vizsgálat feldolgozása, erek automatikus meghatározása a perfúziós térképen, intenzitás térképek generálása Igen: 10 pont Nem : 0 pont 3 9. SPECT/CT vizsgálatok alapján az uptake változás szervenkénti meghatározása az idő függvényében Igen: 10 pont Nem : 0 pont t 3 10. SPECT/CT vizsgálatok alapján a standard uptake value (SUV) kvantitatív meghatározása, MBq/ml egységben a dózis és demografikus adatok figyelembevételével Igen: 10 pont Nem : 0 pont 3 11. A SPECT/CT gantry tömege LEHR kollimátorral együtt max 3400 kg Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kg értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 3000 kg vagy kevesebb = 10 pont 3001 - 3150 = 7 pont 3151 - 3300 = 4 pont 3301 - 3399 = 1 pont 3400 = 0 pont 3

### V.2.6) A nyertes ajánlattevő

#### Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1138 Budapest, Bence Utca 3. 26575113241

Indokolás: – ajánlata - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, – az ajánlatával szemben - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, – vele szemben nem állnak fenn a felhívásban

előírt kizáró okok, és a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tette. Az ellenszolgáltatás összege: PET / CT berendezés esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 659 000 000 Ft Spect-CT berendezés esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 115 000 000 Ft

**V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:**

**V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

**V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

**V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:**

**V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

**V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

**V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:**

Rész száma, elnevezése: 8 - Spect kamera

A szerződés száma:

Az eljárás eredményes volt:

Igen

**V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ**

**V.1.1) A befejezetlen eljárás oka**

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

**V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?**

**V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők**

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

**V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

**V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:**

**V.2 Az eljárás eredménye**

**V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 1

**V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők**

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Indokolás: – ajánlata - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, – az ajánlatával szemben - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, – vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. Az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): SPECT berendezés esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 65 900 000 Ft Helyszíni upgrade lehetősége direkt digitális (CZT) NM detektorokkal - legalább egy klinikai hely megjelölésével, ahol a direkt digitális NM detektorokkal szerelt berendezés napi rutin vizsgálatok során megtekinthető Igen Felbontás helyreállítás és zajkompenzáció nem 99mTc izotóppal végzett tomografikus vizsgálatokhoz Igen NM SPECT rekonstrukciós eljárások, nem Tc-99m izotóppal (Ga-67, In-111, I-123, TI-201) végzett vizsgálatokhoz Igen PET/CT, CT, MR onkológiai feldolgozó applikáció különböző időpontban végzett vizsgálatok összehasonlításával (RECIST,ill. WHO standard szerinti támogatással) Igen A SPECT gantry tömege LEHR kollimátorral együtt max 2500 kg Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kg értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 2052

### V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

1000

Szöveges értékelés:

### V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0

10

### V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszereknek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot:

SPECT berendezés RÉSZ SZEMPONT ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE SÚLYSZÁM 1. A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) Fordított arányosítás 70 2. Helyszíni upgrade lehetősége direkt digitális (CZT) NM detektorokkal - legalább egy klinikai hely megjelölésével, ahol a direkt digitális NM detektorokkal szerelt berendezés napi rutin vizsgálatok során megtekinthető Igen: 10 pont Nem : 0 pont 6 3. Felbontás helyreállítás és zajkompenzáció nem 99mTc izotóppal végzett tomografikus vizsgálatokhoz Igen: 10 pont Nem : 0 pont 6 4. NM SPECT rekonstrukciós eljárások, nem Tc-99m izotóppal (Ga-67, In-111, I-123, TI-201) végzett vizsgálatokhoz Igen: 10 pont Nem : 0 pont 6 5. PET/CT, CT, MR onkológiai feldolgozó applikáció különböző időpontban végzett vizsgálatok összehasonlításával (RECIST,ill. WHO standard szerinti támogatással) Igen: 10 pont Nem : 0 pont 6 6. A SPECT gantry tömege LEHR kollimátorral együtt max 2500 kg Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, kg értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 2100 kg vagy kevesebb = 10 pont 2101 - 2200 = 7 pont 2201 - 2300 = 4 pont 2301 - 2499 kg = 1 pont 2500 kg vagy a fő= 0 pont 6

### V.2.6) A nyertes ajánlattevő

#### Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1138 Budapest, Bence Utca 3.

26575113241

Indokolás: – ajánlata - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, – az ajánlatával szemben - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, – vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok, és a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tette. Az ellenszolgáltatás összege: SPECT berendezés esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 65 900 000 Ft

#### V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

#### V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

### V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

#### V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

#### V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

**V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

**V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:**

Rész száma, elnevezése: 9 - Digitális Csontsűrűség-mérő készülék

A szerződés száma:

Az eljárás eredményes volt:

Igen

**V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ****V.1.1) A befejezetlen eljárás oka**

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

**V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?****V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők**

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

**V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

**V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:****V.2 Az eljárás eredménye****V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 1

**V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők**

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

GREEN SOUND PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1035  
Budapest, Berend Utca 6.

13323387241

Indokolás: – ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, – az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, – vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. Az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Digitális csontsűrűség mérő készülék esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 18 900 000 Ft Alacsony sugárdózissal működjön. Átlagos vastagságú beteg, standard teljes test felvétele esetében ne haladja meg a páciens belépő dózisa az 1 µG (mikro Gray) -t. Kérjük megadni! Előny a kisebb Az ajánlatot legfeljebb egy tizedesjegy pontossággal, µG értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 0,4 A korábbi DEXA készülék (GE Lunar) adatainak migrálása, az új készülékre, korábbi mérésekkel történő összehasonlítás, mind a ROI terület képe, mind a mért értékek tekintetében. Az előző és aktuális értékek, változások megjelenítése egy leleten. Előny a megléte Igen Az eddig vizsgált páciensek képeinek megnyitása és a kijelölt vizsgálati terület (ROI) képi áthúzása az új készülék új felvételeire. Előny a megléte Igen

**V.2.3) Az ajánlatok értékelése**

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok  
ajánlattevőnként:GREEN SOUND PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű  
Társaság

1000

Szöveges értékelés:

**V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:**

0 ..... 10

**V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:**

Digitális csontsűrűség mérő készülék RÉSZ SZEMPONT ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE SÚLYSZÁM 1. A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) Fordított arányosítás 70 2.1. Alacsony sugárdózissal működjön. Átlagos vastagságú beteg, standard teljes test felvétele esetében ne haladja meg a páciens belépő dózisa az 1 µG (mikro Gray) -t. Kérjük megadni! Előny a kisebb Az ajánlatot legfeljebb egy tizedesjegy pontossággal, µG értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. < 1 µG : 10 pont ≥ 1 µG : 0 pont 10 2.2. A korábbi DEXA készülék (GE Lunar) adatainak migrálása, az új készülékre, korábbi mérésekkel történő összehasonlítás, mind a ROI terület képe, mind a mért értékek tekintetében. Az előző és aktuális értékek, változások megjelenítése egy leleten. Előny a megléte Igen : 10 pont Nem : 0 pont 10 2.3. Az eddig vizsgált páciensek képeinek megnyitása és a kijelölt vizsgálati terület (ROI) képi áthúzása az új készülék új felvételeire. Előny a megléte Igen : 10 pont Nem : 0 pont 10

**V.2.6) A nyertes ajánlattevő****Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**GREEN SOUND PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1035 Budapest, ..... 13323387241  
Berend Utca 6.

Indokolás: – ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, – az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, – vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok, és a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tette. Az ellenszolgáltatás összege: Digitális csontsűrűség mérő készülék esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 18 900 000 Ft

**V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:****V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

**V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:****V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:****V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

**V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

**V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:**

Rész száma, elnevezése: ..... 10 - Ultrahang készülékek

A szerződés száma: .....

Az eljárás eredményes volt:

Igen

**V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ****V.1.1) A befejezetlen eljárás oka**

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették: .....

A szerződés megkötését megtagadták: .....

**V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?**

### V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

### V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

### V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

## V.2 Az eljárás eredménye

### V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

### V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

BLUEMED Kft., 2091 Etyek, Liliom Köz 2

14570692207

Indokolás: – ajánlata - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, – az ajánlatával szemben - a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján - nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, – vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. Az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): „A” UH készülék 4 fejjel - 1 esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 27 900 000 Ft PureWave mátrix szerkezetű vizsgálófejek csatlakoztathatósága Igen Fúziós képalkotás navigációval Nem Az UH kép megjeleníthető az érintőképernyőn Igen „A” UH készülék 4 fejjel - 2 esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 27 900 000 Ft PureWave mátrix szerkezetű vizsgálófejek csatlakoztathatósága Igen Fúziós képalkotás navigációval Nem Az UH kép megjeleníthető az érintőképernyőn Igen „A” UH készülék 4 fejjel - 3 esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 27 900 000 Ft PureWave mátrix szerkezetű vizsgálófejek csatlakoztathatósága Igen Fúziós képalkotás navigációval Nem Az UH kép megjeleníthető az érintőképernyőn Igen „A” UH készülék 5 fejjel esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 29 900 000 Ft PureWave mátrix szerkezetű vizsgálófejek csatlakoztathatósága Igen Fúziós képalkotás navigációval Nem Az UH kép megjeleníthető az érintőképernyőn Igen „B” UH készülék 3 vizsgáló fejjel esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 95 900 000 Ft PureWave mátrix szerkezetű vizsgálófejek csatlakoztathatósága Igen Az UH kép megjeleníthető az érintőképernyőn Igen „B” UH készülék 4 vizsgáló fejjel - 1 esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 19 500 000 Ft PureWave mátrix szerkezetű vizsgálófejek csatlakoztathatósága Igen Az UH kép megjeleníthető az érintőképernyőn Igen „B” UH készülék 4 vizsgáló fejjel - 2 esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 19 500 000 Ft PureWave mátrix szerkezetű vizsgálófejek csatlakoztathatósága Igen Az UH kép megjeleníthető az érintőképernyőn Igen Mobil, laptop formátumú UH készülék esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 16 300 000 Ft Laterális erősítés (Lateral gain, LGC) állíthatósága manuálisan potenciométerekkel (vertikális erősítés). Igen Intelligens Doppler (felhasználó által előre fixálható szögkorrekció 0, 50 és 60 fokra) Igen A készülék bővíthető laporoszkópiás vizsgálófejjel min. 4.0-10.0 MHz frekvencia tartománnyal. Nem Kontrasztanyag alkalmazás lehetősége. Igen Szülészeti-nőgyógyászati ultrahang készülék esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 10 530 000 Ft A 4D hüvelyi vizsgálófej 3D/4D térfogat felvételi szöge Az ajánlatot kerek egész számban, tizedesjegyek nélkül, fok értékben kifejezve kell megadni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 120 A 4D felvételi ablak határának automatikus, folyamatos igazítása a magzat testfelületéhez élő képen egy gombnyomásra élő képen Igen A 4D hüvelyi vizsgálófejnél a 2D képsík mozgatása a vizsgálófej mozgatása nélkül, kizárólag a vizsgálófejben levő kristály elektronikus úton történő billentésével Igen A beteg adatbázisban, a készülék merevlemezén tárolt képnek a képernyőre való visszatöltésével együtt egy gombnyomásra az adott kép készítése során használt képparaméterek is automatikusan visszaállítódnak és egy következő kép készítésekor azonnal használhatók Igen

### V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

BLUEMED Kft.

8530

Szöveges értékelés:

### V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0

10

### V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszereknek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot:

Összesen ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A pontok kiosztása a fordított arányosítás esetében:  $P - P_{min} / P_{max} - P_{min} = \text{Alegjobb} / \text{Avizsgált ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)}$  Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. RÉSZ SZEMPONT ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE SÜLYSZÁM A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) Fordított arányosítás 70 „A” UH készülék 4 fejjel - 1 esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.3. részszerpontok esetében a pontkiosztás módszere. „A” UH készülék 4 fejjel - 2 esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.3. részszerpontok esetében a pontkiosztás módszere. „A” UH készülék 4 fejjel - 3 esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.3. részszerpontok esetében a pontkiosztás módszere. „A” UH készülék 5 fejjel az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.3. részszerpontok esetében a pontkiosztás módszere. „B” UH készülék 3 vizsgáló fejjel esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.2. részszerpontok esetében a pontkiosztás módszere. „B” UH készülék 4 vizsgáló fejjel - 1 esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.2. részszerpontok esetében a pontkiosztás módszere. „B” UH készülék 4 vizsgáló fejjel - 2 esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.2. részszerpontok esetében a pontkiosztás módszere. Mobil, laptop formátumú UH készülék esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.4. részszerpontok esetében a pontkiosztás módszere. Szülészeti-nőgyógyászati ultrahang készülék esetében az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszere, a 2.1.-2.4. részszerpontok esetében a pontkiosztás módszere.

## V.2.6) A nyertes ajánlattevő

### Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

BLUEMED Kft., 2091 Etyek, Liliom Köz 2

14570692207

Indokolás: – ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, – az ajánlatával szemben – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, – vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok, és a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot tette. Az ellenszolgáltatás összege: „A” UH készülék 4 fejjel - 1 esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 27 900 000 Ft „A” UH készülék 4 fejjel - 2 esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 27 900 000 Ft „A” UH készülék 4 fejjel - 3 esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 27 900 000 Ft „A” UH készülék 5 fejjel esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 29 900 000 Ft „B” UH készülék 3 vizsgáló fejjel esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 95 900 000 Ft „B” UH készülék 4 vizsgáló fejjel - 1 esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 19 500 000 Ft „B” UH készülék 4 vizsgáló fejjel - 2 esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 19 500 000 Ft Mobil, laptop formátumú UH készülék esetében A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 16 300 000 Ft Szülészeti-nőgyógyászati ultrahang készülék esetében: A részletes ártáblázat szerinti összesen ajánlati ár (nettó Ft) 10 530 000 Ft

### V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

#### V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

## V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

### V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

#### V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

### V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

### V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

### VI.1) További információk:



**VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama**

Kezdetre: 2019.04.25

Lejárata: 2019.05.06

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

A Kbt. 131. § (8) bekezdés a.) pontja alapján a 2., 3., 7., 8., 9. és 10. rész esetében a fenti szerződéskötési moratórium lejárt előtt megköthető a szerződés.

**VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:** 2019.04.17**VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:** 2019.04.24**VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:****VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:****VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:****VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:****VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:****VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:****VI.1.10) További információk:****ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK**

Eljárás cselekmény típusa	Indítás dátuma	Indító felhasználó
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról	2019.03.21 11:42:47	molnarbeata

Összesen: 1 sor (1 / 1)