



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Létesítménygazdálkodási Igazgatóság
Beszerzési és Szolgáltatási Iroda

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplő!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, a Szegedi Tudományegyetem 1/Ny/2017/SZTE számú, **Eszközök beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.3-15-2016-00010 keretében** tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásában beérkezett ajánlattevői kérdésekről, valamint az ajánlatkérő válaszairól.

1. Kérdés (Ajánlati felhívás, II.2.14) pont vonatkozásában)

Kérjük, megerősíteni, hogy jól látjuk, miszerint elírás történt, és a helyszíni bejárás időpontja helyesen 2017.01.31.

Válasz: Igen, a helyszíni bejárás időpontja a IV. rész tekintetében helyesen: 2017. január 31. napja. Az Európai Közbeszerzési Értesítőben helytelenül jelent meg az időpont, mellyel kapcsolatban 2017. január 26. napján helyesbítő hirdetmény került feladásra KÉ-1544/2017. számon. Jelen kiegészítő tájékoztatásunk mellé csatoljuk a Közbeszerzési Értesítőben 1117/2017 számon feladott hirdetményt, melyben a helyszíni bejárásra vonatkozó információ helyesen szerepel.

2. Kérdés (5. rész vonatkozásában: N2 cseppfolyósító)

a) Jól értelmezzük, miszerint a „Cseppfolyós nitrogén tároló Dewar” tétel esetében a kért „Napi párolgás értéke igen/nem” paraméter esetében konkrét értékre/tartományra gondoltak?

Válasz: „Napi párolgás értéke” tájékoztató jellegű adat.

b) Itt a kért /tartomány megfelel 3-4 % értékben?

Válasz: Megfelel a 3-4%/napi érték.

3. Kérdés (5. rész vonatkozásában: N2 cseppfolyósító)

Kérjük, szíveskedjenek pontosan részletezni, hogy mit értenek a következő előírás alatt: „Az ajánlat tartalmazza a szükséges engedélyezések beszerzését.”

Válasz: Nyomástartó edények hatósági engedély dokumentációja.

Szeged, 2017. január 30.

Tisztelettel:

Ajánlatkérő képviselője
Dr. Málnár Mirtill
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00477

