



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Létesítménygazdálkodási Igazgatóság
Beszerzési és Szolgáltatási Iroda

Tárgy: Tájékoztatás

Tisztelt Érdekelte Gazdasági Szereplő!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szegedi Tudományegyetem 6/Ny/2017/SZTE számú, „**Műszerek beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére**” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumát a Kbt. 55. §-a alapján az alábbiak szerint módosítja:

A módosítással érintett részek:

A műszaki leírás a 4. részben az alábbiak szerint módosul:

1. *Beépített (készülékházon belüli) akkumulátor, tápegység és töltő tekintetében: Elvárás „Kérjük megadni.” helyett „Igen”*
2. *Kisütések száma feltöltött akkumulátor esetén maximális energiával tekintetében: Elvárás „min. 130 db” helyett „min. 140 db”*
3. *Energialépcsők száma tekintetében: Elvárás „min. 20 db” helyett „min. 23 db”*
4. *IrDa kommunikációs port adatletöltéshez tekintetében: Elvárás „Kérjük megadni.” helyett „Igen”*
5. *A minimum műszaki leírás az alábbiakkal egészül ki:*

Minimum műszaki elvárás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Színes kijelző	Igen	
Pacemaker inger áram:0-200mA	Igen	
Készülék súly akkuval max: 5,6kg	Igen	

A módosított specifikáció, a módosítások egyértelmű jelölésével (piros színnel) a www.u-szeged.hu/kozbeszerzesek oldalról letölthető.

Kérjük, hogy ajánlatukat a módosított specifikáció szerint nyújtsák be.

A közbeszerzési dokumentumok egyéb részei változatlan tartalommal irányadóak.

Szeged, 2017. február 23.

Tisztelettel:


.....
dr. Mendebayev Ajánlatkérő képviselője
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
00076

