



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Létesítménygazdálkodási Igazgatóság
Beszerzési és Szolgáltatási Iroda

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás és tájékoztatás módosításról

Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplő!

Ezúton tájékoztatjuk Önt, a Szegedi Tudományegyetem 7/Ny/2017/SZTE számú, *Sztereoszkopikus operációs mikroszkóp beszerzése és beüzemeltetése a Szegedi Tudományegyetem részére* tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásában beérkezett ajánlattevői kérdésekről, valamint az ajánlatkérő válaszairól.

1. Kérdés:

Elvárás: „Beépített RS 232 interfész neuronavigációs rendszerhez való csatlakozáshoz.” A neuronavigációs rendszerhez való csatlakozás elvárás a jövőben lesz szükséges, vagy jelen ajánlatban megajánlani kíván mikroszkópnak is tudnia kell a működést a neuronavigációs rendszerrel? (Ismert, hogy ehhez csak az elektromos interfész nem elegendő.)

Válasz: Most szeretnénk csatlakoztatni, jelenleg is 3 MEDTRONIC navigációval rendelkezünk.

2. Kérdés:

Elvárás: „Motoros optikai fókuszálás legalább 200mm-500mm-es távolság tartományban, lencsecsere nélkül.”

Ismert, hogy cégünk mikroszkópjait ez az elvárás kizárja.

Kérjük, a 225-mm-től való indítást elfogadását, cserébe viszont olyan mikroszkópot fogunk ajánlani, ami bőven 500mm- felett tud motorikusan fókuszálni, ami a korpulensebb betegek esetében fontosabb elvárás lehet Önök számára is.

Válasz: Elfogadjuk a 225 mm-től való indítást és az 500 mm távolságot meghaladó tartományú motoros optikai fókuszálást lencsecsere nélkül.

3. Kérdés:

Kérjük szíves magyarázatukat a „mini robotra” vonatkozóan. Ez alatt milyen funkciót vár el a mikroszkóptól a tisztelt kiíró. (Úgy gondoljuk, hogy a Medtronic Stealth Station 7-es készülékkel kell, hogy kapcsolatban legyen.)

Válasz: Igen a Medtronic Stealth Station 7-es készülékkel van kapcsolatban.

4. Kérdés:

Bírálati szempont: Elektronikus mélységélesség állítás a lábkapcsolóról/kézi vezérlésről”

A korábbiakban ez szerepelt, mint minimum feltétel, így megítélésünk szerint nem lehet bírálati szempont. Kérjük tisztelettel kivenni a bírálendő szempontokból.

Válasz: A jelen eljárásban, mivel nem történt módosítás a „korábban” nem értelmezhető. Az „elektronikus mélységélesség állítás a lábkapcsolóról/kézi vezérlésről” nem bírálati, hanem értékelési szempont, ami azt jelenti, hogy amennyiben az ajánlott eszköz ezzel a tulajdonsággal nem rendelkezik, akkor sem érvénytelen az ajánlata, hanem kevesebb pontszámot kap. Amennyiben ez mégis minimum feltétel lenne és az ajánlott eszköz ezzel a tulajdonsággal nem rendelkezne, akkor viszont érvénytelen lenne az ajánlat.

Ennek okán továbbra értékelési szempontok között kívánjuk szerepeltetni, hiszen ha minimum elvárás lenne, akkor az Ajánlattevők számára ez hátrányt jelentene.



5. Kérdés:

Kérjük tisztelt kiíró szíves magyarázatát a „Robotic funkció megléte” elvárásra.

Válasz: Ez szinte már alapvető követelmény ezen eszközök vonatkozásában.

6. Kérdés:

Az „Intraoperatív fluorescencia (IOF): vascularis dinamikus IOF, amely a véráramlás dinamikáját is megjeleníti, és sárga 560 nm hullámhosszú tumorrezekcióra alkalmas IOF” elvárás esetében jó értelmezzük, hogy ezek a funkciók továbbépítési lehetőségével kell, hogy rendelkezzen a mikroszkóp?

Válasz: Igen.

7. Kérdés:

Elfogadja-e tisztelt kiíró, ha a „Elektronikus mélységélesség állítás a lábkapcsolóról/kézi vezérlésről” funkciót a megajánlani kívánt mikroszkóp alaplól tudja, azaz mind a felbontás, mind a mélységélesség egyszerre egy időben kiemelkedően jó?

Válasz: Igen.

Tájékoztatás a Közbeszerzési dokumentum és az ajánlattételi határidő módosításáról:

A 2. kérdésre adott válasza tekintettel Ajánlatkérő módosította a közbeszerzési eljárás Műszaki leírását, melyet jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként csatolunk, piros színnel jelölve a módosítással érintett részt.

A Műszaki leírás módosítására tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdései alapján a Kbt. 55. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottak szerint Korrigendumot adott fel 2017. március 24. napján a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-4485/2017. iktatószámom.

A Közbeszerzési dokumentum módosítással érintett részei:

- 1.5. pont: Ajánlat beadásának időpontja, helye
- 1.6. pont: Bontás időpontja, helye
- Műszaki leírás (Excel táblázat 34. sora)

A *Módosított Közbeszerzési dokumentumot* jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként csatoljuk, piros színnel jelölve a módosítással érintett részeket.

Az új ajánlattételi határidő: 2017. április 11. 11 óra

A Közbeszerzési dokumentum módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal irányadóak!

Szeged, 2017. március 24.

Tisztelettel:


Dr. Nagy Paulina
beszerzési és szolgáltatási irodavezető

Ellenjegyezte:


Dr. Mendebaba Radmila, FARSZ
Dr. Mendebaba Radmila
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
00076