



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Létesítménygazdálkodási Igazgatóság
Beszerzési és Szolgáltatási Iroda

Tárgy: válasz előzetes vitarendezési kérelemre

Tisztelt Kérelmező, Tisztelt Érintettek!

A Szegedi Tudományegyetem 2/Ny/2016/SZTE számú „**Adásvételi szerződés sebészeti varrógépek és tartozékaik beszerzésére a SZTE SZAKK Sebészeti-, Gyermekgyógyászati-, Urológiai Klinika és egyéb egészségügyi intézményei részére**” tárgyú közbeszerzési eljárásban 2017. március 23. napján kezdeményezett előzetes vitarendezés keretében az alábbiakban tájékoztatjuk az érintetteket a kérelmező által előadottakról, valamint az ajánlatkérő azzal kapcsolatos álláspontjáról.

A részletes vitarendezési kérelmet mellékelten csatoljuk.

Válasz:

Az ajánlatkérő a műszaki leírások meghatározásakor az általa ismert termékek jellemzőiből indul ki. Az SZTE-nek, mint költségvetési intézménynek (akárcsak más ajánlatkérőknek) nincs kapacitása, hogy külön orvosi-műszaki egységet tartson fenn arra, hogy az adott beszerzési tárgy területén teljeskörű piacfelmérést végezzen, hogy milyen termékek érhetők el, majd az elérhető termékek műszaki jellemzőit összehasonlítva próbáljon olyan specifikációkat kialakítani, amelybe minden piaci szereplő terméke belefér. A Kbt. nem is támaszt ilyen elvárást, hiszen a kérelmező által idézett jogszabályhelyek is indokolatlan megkülönböztetésről szólnak. A szakmailag indokolt jellemzők rögzítésére lehetőség van, annak megítélése pedig, hogy mely jellemzők fontosak orvos-szakmai szempontból a felhasználó orvosok kompetenciája, nem pedig az egyes piaci szereplőké.

A közbeszerzés tárgyának meglehetősen speciális volta miatt nyilvánvalóan nem vitatható, mennyire nem mindegy, hogy milyen eszköz kerül azt azokat alkalmazó orvosok kezébe. Éppen Kérelmező jelöl meg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet azon passzusát, miszerint Ajánlatkérői kötelezettség a közbeszerzés tárgyának, a műszaki leírásnak a kellően pontos meghatározása, amelynek maradéktalanul eleget tettünk.

E körben kívánjuk felhívni Kérelmező figyelmét arra, hogy magának a közbeszerzésnek - összhangban a vonatkozó jogszabályokkal – az a célja, hogy az ajánlatkérői elvárásoknak megfelelő ajánlatok kerüljenek beadásra, nem az tehát, hogy a piac valamennyi szereplőjének versenyigénye kielégítést nyerjen.

Fenti elvárásunkkal összhangban a Közbeszerzési Döntőbizottság D.290/17/2012. számú határozatában is kimondta, hogy:

„... sem a Kbt., sem a Korm. rendelet kötelező előírása – mely összhangban van az Európai Unió irányelveivel és gyakorlatával is – nem korlátozza abban az ajánlatkérő jogát, hogy

maga határozza meg a beszerzési igényének megfelelően a műszaki specifikációját, a konkrét esetben azt, hogy milyen műszaki tartalmú termékek szállítását kéri.”

Ettől függetlenül természetesen a jogszabályi követelményeknek eleget téve a kiírásban is jeleztük, hogy „a mellékletben megadott részletes értékeknek megfelelő, illetve azzal egyenértékű paraméterekkel rendelkező eszközt tartalmazó ajánlatot fogadjuk el érvényes ajánlatnak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3), amennyiben az eltérés nem jelent változtatást az eszköz használatában ill. használhatóságában.”

A részajánlati körök megállapításával kapcsolatban meg kívánjuk jegezni, hogy a Kbt. csupán azt a követelményt tartalmazza, hogy:

„Kbt. 61.§ (4) Az ajánlatkérő köteles megvizsgálni, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Ha az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, az eljárást megindító felhívásban köteles megadni ennek indokát.”


Fenti feltételnek maradéktalanul eleget tesz a kiírás, melynek műszaki tartalmán sem tartalmilag, sem strukturálisan nem kívánunk változtatni.

Szeged, 2017. március 28.

Dr. Nagy Paulina
.....
Dr. Nagy Paulina
beszerzési és szolgáltatási irodavezető



Ellenjegyezte:



.....
Dr. Mendebaba Radmila

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

dr. Mendebaba Radmila

felelős akkreditált

közbeszerzési szaktanácsadó

00076

Szegedi Tudományegyetem
Létesítménygazdálkodási Igazgatóság
Beszerzési és Szolgáltatási Iroda
Macsek Bernadett részére

6722 Szeged,
Szenháromság u. 34.

Fax: (+36) 62/545-073

Email: macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu

Tárgy: Előzetes vitarendezési kérelem „Adásvételi szerződés sebészeti varrógépek és tartozékaik beszerzésére a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Sebészeti-, Gyermekgyógyászati-, Urológiai Klinika és egyéb egészségügyi intézményei részére” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárással kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező specifikációt illetően.

Tisztelt Ajánlatkérő!

Kérelmező jogosultságáról, a megsértett jogszabályi rendelkezésekről az alábbiakat adjuk elő

Kérelmező neve, székhelye:

A Kbt. 80. § (1) bekezdés b) illetve ba) pontja szerint előzetes vitarendezés kezdeményezésére jogosult az ajánlattételi határidő lejártá előtti tizedik napig bármely érdekelt gazdasági szereplő, ha álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértő a felhívással együtt elérhető közbeszerzési dokumentum.

A fenti határidő - az április 04-i ajánlattételi határidő lejártá előtti tizedik nap – 2017.március 24.

Jelen előzetes vitarendezési kérelmünket ezen határidő eljáráta előtt nyújtjuk be.

Kérelmező a jelen közbeszerzési eljárásban érdekelt gazdasági szereplőnek minősül, tekintettel arra, hogy olyan jogképes szervezet, amely a piacon az érintett közbeszerzési eljárásban beszerezni kívánt árukhoz hasonló áruk szállítását kínálja.

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében a jelen előzetes vitarendezési kérelemben az alábbiakban jelöljük meg a jogsértőnek tartott elemeket, adjuk meg a kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra hivatkozással.

Előzetes vitarendezést kezdeményező álláspontja szerint a T. Ajánlatkérő megsértette a Kbt. 2. § (1) - (4) bekezdését, 50. § (4) bekezdése, 58. § (3), valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 46. §-ának (3) bekezdését.

A Kérelmező álláspontja szerint a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező specifikáció excel fileban foglalt műszaki leírásban az alábbi részek alábbi gépeinek tekintetében súlyosan versenykorlátozó és kizárja az egyenlő eséllyel történő megfelelő ajánlattételt, ezen túl sérti a jóhiszemű joggyakorlat és az ésszerű és hatékony közpénz-felhasználás alapelveit.

Kérelmező a közbeszerzési dokumentumok jogsértőnek tartott részei pontban felsorolt részek és azon belül sorok tekintetében elfogultság, versenykorlátozás és nem megfelelő specifikáltság okán kezdeményezi az előzetes vitarendezést.

A közbeszerzési dokumentum jogsértőnek tartott részei a jogsértést illető kérelmezői álláspont:

A jogsértőnek tartott részek:

- 1. részajánlati kör 1. tételsora: Kétkezes egyenes varrógépet kér melynek tulajdonságai kétkezes, állítható kapocs magasságú 1,0-2,5 egyenes varrógép, párhuzamos pofazárással, 2 sor, 30 mm-es varrathosszal, vastag szövetre, nyitott kapocsláb 4,8 mm.
- 1. részajánlati kör 2a tételsora: Egykezes, egyenes 30 mm-es varrógép, Egykezes, fix kapocsmagasságú egyenes varrógép 2 sor 30 mm-es varrathosszal, 2 mm-es, vastag szövetre, külön biztonsági záró és elsütő karral. Az üllő hegye 5 mm-nél kisebb, a könnyebb bevezetés érdekében tökéletesen sima, egynemű kialakítású.
- 1. részajánlati kör 3a. és 4a. tételsora: Egyenes, egykezes 60 mm-es varrógép vastag szövetre, 60 mm-es egyenes varrógép vastag szövetre, tárral, egykezes, fix kapocsmagasságú, 2 sor 60 mm-es varrathosszal, külön záró és elsütő karral rendelkezik vagy egy záró és egy elsütőkarral rendelkezik. Középzárasi pozícióval, párhuzamos pofazárással. Nyitott kapocsláb 4,8 mm, zárt kapocsláb 2,0 mm. Üllő anyaga tiszta fém, sima, egynemű kialakítású. Kör keresztmetszetű kapcsok vagy téglalap keresztmetszetű kapcsok, titánium, alumínium, vanádium ötvözetből.
Egyenes, egykezes 60 mm-es varrógép normál szövetre, 60 mm-es egyenes varrógép normál szövetre, tárral, egykezes, fix kapocsmagasságú, 2 sor 60 mm-es varrathosszal, külön záró és elsütő karral rendelkezik vagy egy záró és egy elsütőkarral rendelkezik. Középzárasi pozícióval, párhuzamos pofazárással. Nyitott kapocsláb 3,5 mm, zárt kapocsláb 1,5 mm. Üllő anyaga tiszta fém, sima, egynemű kialakítású. Kör keresztmetszetű kapcsok vagy téglalap keresztmetszetű kapcsok, titánium, alumínium, vanádium ötvözetből
- 1. részajánlati kör 3b. és 4b. tételsora: Egyenes, egykezes 60 mm-es varrógép tár vastag szövetre, Egykezes, fix kapocsmagasságú egyenes varrógép tár 2 sor 60 mm-es varrathosszal, vastag szövetre. Nyitott kapocsláb 4,8 mm, zárt kapocsláb 2,0 mm. Huzal átmérő 0,27 mm. Kör keresztmetszetű kapcsok vagy téglalap keresztmetszetű kapcsok, titánium, alumínium, vanádium ötvözetből.
Egyenes, egykezes 60 mm-es varrógép tár normál szövetre, Egykezes, fix kapocsmagasságú egyenes varrógép tár 2 sor 60 mm-es varrathosszal, normál szövetre. Nyitott kapocsláb 3,5 mm, zárt kapocsláb 1,5 mm. Huzal átmérő 0,23 mm. Kör keresztmetszetű kapcsok vagy téglalap keresztmetszetű kapcsok, titánium, alumínium, vanádium ötvözetből.

- = 1. részajánlati kör 5a. tételsorában egykezes, egyenes varrógép kér melynek tulajdonságai 30 mm-es egyenes varrógép vasculáris szövetre, tárral, egykezes, fix kapocsmagasságú, 3 sor 30 mm-es varrathosszal, külön záró és elsütő karral vagy egy záró és egy elsütőkarral rendelkezik. Középzárési pozícióval, párhuzamos pofazárással. Nyitott kapocsláb 2,5 mm, zárt kapocsláb 1,0 mm. Kör keresztmetszetű kapesok vagy téglalap keresztmetszetű kapesok, titánium, alumínium, vanádium ötvözetből.
- = 1. részajánlati kör 6a. tételsorában vágó-varrógép, gépen állítható kapocsláb magassággal kér melynek tulajdonságai 75 mm-es, egyenes vágó-varrógép tár nélkül, állítható zárt kapocsmagassággal, egy táron belül háromféle zárt szövet vastagságra állítható: Normál (1,5 mm), középvastag (1,8 mm) és vastag (2,0 mm). Egy műtéten belül 12-szer újratölthető. Elsütéskor a villák párhuzamosak. 2x3 kapocssort rak be, kés a tárban, két oldalról elsűthető.
- = 1. részajánlati kör 6b tételsorában 75 m vágó-varrógéptár az egyenes vágó-varrógéphez. Egy táron belül állítható háromféle zárt kapocsmagassággal, háromféle szövet vastagságra: Normál (1,5 mm), középvastag (1,8 mm) és vastag (2,0 mm). Kés a tárban, 2X3 sor kapocssort rak be, 3 sor 75 mm-es varrathosszal,
- = 1. részajánlati kör 7a. endoszkópos 60 mm-es vágó varrógépet kér melynek tulajdonságai egykezes, endoszkópos, artikulálható vágó varrógép 60 mm-es varrathosszal, egyenes 34 cm-es szárral, fixen rögzített, nem levehető fejvel, biztonsági, 2db elsütő kar, kés a gépben, bevezetése: 12 mm-es trokáron, 6 különböző tárral tölthető: 0,75; 1,0; 1,5; 1,8; 2,0; 2,2 mm-es.
- = 1. részajánlati kör 7b tételsora Endoszkópos vágó varrógép tár 6 sor 60 mm-es varrathosszal, 2,0 mm vastag szövethez, nyitott kapocsláb 4,5 mm 4,1 mm.
- = 2. részajánlati kör 1a és 1b tételsora Egykezes egyenes 60mm-es haránt varrógép, Egyenes egykezes varrógép tárral, 60 mm-es varrathosszal, vastag szövetre. Zárt kapocsláb magasság: 2 mm. Külön záró és elsütő karral, köztes zárési pozícióval. Műtét alatt többször újratölthető legyen. Kör keresztmetszetű vagy téglalap keresztmetszetű titánium kapesok. Egykezes 60 mm-es varrógép tár, Egyenes egykezes varrógép tár az 1a. sorban szereplő géphez.
- = 2. részajánlati kör 3. tételsora Egykezes egyenes haránt vágó varrógép 40mm-es vagy 45 mm-es varrathosszal, 2-2 titánium varratsorral, közötté sebészeti acél vágópenge. Nyitott kapocsláb 4,5 mm, zárt kapocsláb 2 mm.
- = 3. részajánlati kör 4. tételsorában Egyenes egykezes haránt vágó-varrógépet kér melynek tulajdonságai 40mm-es varrathosszal, 2-2 titánium varratsorral, közötté sebészeti acél vágópenge, nyitott kapocsláb 4,5 mm, zárt kapocsláb 2 mm.

A megsértett jogszabályi rendelkezések:

Kbt. 2. § (1) - (4) bekezdése, 50. § (4) bekezdése, 58. § (3), valamint a 321/2015. (X.30.)Korm.rendelet 46. §-ának (3) bekezdése.

A Kbt. 2. §-ának (1) - (4) bekezdései szerint:

*„2. § (1) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát.
(2) Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplők számára.*

(3) Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. A joggal való visszaélés tilos.

(4) Az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia.”

A Kbt. 50. §-ának (4) bekezdése szerint:

„50. § (4) Az eljárást megindító felhívásnak és a többi közbeszerzési dokumentumnak minden esetben biztosítani kell, hogy annak alapján a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek, illetve részvételi jelentkezést nyújthassanak be.”

A Kbt. 58. §-ának (3) bekezdése szerint:

„58.§ (3) A műszaki leírásnak valamennyi gazdasági szereplő számára egyenlő hozzáférést kell lehetővé tennie, és nem lehet olyan hatása, amely indokolatlanul akadályozná a verseny biztosítását a közbeszerzés során.

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 46. §-ának (3) bekezdése szerint:

„46.§ (3). A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kizorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.

Javaslat, észrevétel, valamint az álláspontot alátámasztó adatok, tények:

- 1. részajánlati kör 1. tételsora: Kétkezes egyenes varrógépet kér melynek tulajdonságai kétkezes, állítható kapocs magasságú 1,0-2,5 egyenes varrógép, párhuzamos pofazárással, 2 sor, 30 mm-es varrathosszal, vastag szövetre, nyitott kapcsoláb 4,8 mm tekintetében, mivel Kérelmező álláspontja szerint a kiírásban szereplő varrógép cégspecifikus volta és az igényelt alacsony darabszám (2 darab) aránytalanul nagy mértékben korlátozza az Ajánlattevők körét.

A Kérelmező álláspontja szerint a specifikációban meghatározott gép indokolatlanul került be ebbe a csoportba. Kérelmező nem tud orvoszakmai érvekről, vagy bármiről ami alátámasztja, hogy ez a kétkezes technika ne lenne elavult. Kérelmező álláspontja szerint jogsértő, hogy ez a technika, - amit évek óta mellőztek – mégis bekerült egy olyan csoportba, ahol Ajánlatkérő szerint nagy gyakorlattal, és biztonsággal használnak gépeket, hogy a hibalehetőséget csökkentse. Ezért ebből a részből a kétkezes egyenes varrógépet javasoljuk kivenni.

- 1. részajánlati kör 2a tételsora tekintetében, mivel Ajánlatkérő nem fogadja el az eltérő technikát.
- 1. részajánlati kör 3a. és 4a. tételsora tekintetében, mivel Ajánlatkérő nem fogadja el az eltérő technikát.

Egyrészt ezekben a tételsorokban meghatározott varrógépek eltérnek az 1. részajánlati kör 1. tételsorában kiírt gépektől. Kérelmező álláspontja szerint ellentmondás tapasztalható, hogy melyik technikájú gépek a legbiztonságosabbak Ajánlatkérő szerint. Figyelembe véve azt a tényt, hogy több, mint 2 éve a kérelmező által forgalmazott varrógépeket használja a Mellkassebészet, mely gépeknek a technikája eltér a jelenleg kiírt specifikációktól, versenykorlátozást látunk ebben. Javasoljuk az eltérő technika elfogadását.

- 1. részajánlati kör 3b. és 4b. tételsora tekintetében, mivel Kérelmező álláspontja szerint a kiírásban szereplő huzalátmérő intervallum cég specifikus, Ajánlatkérő nem fogadja el a szélesebb intervallum megajánlást.

A kiírásban szereplő huzalátmérő méretét intervallum nélkül meghatározni erősen verseny korlátozó. Ajánlatkérő a versenyt korlátozza azzal, hogy csak egy értéket határoz meg. Tekintve azt a tényt, hogy a huzalátmérőben felfelé eltérve pl. 1-5 század milliméterrel nem kapunk kevésbé megbízható gépet, ha a huzal teljes hosszúságában azonos (tehát gyengítés nélküli) a huzal átmérője. Javasoljuk, hogy a huzalátmérő méret szélesebb intervallum megajánlását ajánlatkérő fogadja el.

- 1. részajánlati kör 5a. tételsorában egykezes, egyenes varrógép kér melynek tulajdonságai 30 mm-es egyenes varrógép vasculáris szövetre, tárral, egykezes, fix kapocsmagasságú, 3 sor 30 mm-es varrathosszal, külön záró és elsütő karral vagy egy záró és egy elsütőkarral rendelkezik. Középzárési pozícióval, párhuzamos pofazárással. Nyitott kapocsláb 2,5 mm, zárt kapocsláb 1,0 mm. Kör keresztmetszetű kapcsok vagy téglalap keresztmetszetű kapcsok, titánium, alumínium, vanádium ötvözetből tekintetében, mivel Kérelmező álláspontja szerint a kiírásban szereplő varrógép cég specifikus volta aránytalanul nagy mértékben korlátozza az Ajánlattevők körét.

Az egy részben történő szerepeltetés tehát súlyosan versenykorlátozó, Kérelmező javasolja az adott sor külön részben történő szerepeltetését, ezzel is elősegítve hogy több gazdasági szereplő is tehessen ajánlatot.

- 1. részajánlati kör 6a. tételsorában vágó-varrógép, gépen állítható kapocsláb magassággal kér melynek tulajdonságai 75 mm-es, egyenes vágó-varrógép tár nélkül, állítható zárt kapocsmagassággal, egy táron belül háromféle zárt szövet vastagságra állítható: Normál (1,5 mm), középvastag (1,8 mm) és vastag (2,0 mm). Egy műtéten belül 12-szer újratölthető. Elsütéskor a villák párhuzamosak. 2x3 kapocssort rak be, kés a tárral, két oldalról elsüthető tekintetében, és a 1. részajánlati kör 6b tételsorában 75 m vágó-varrógéptár az egyenes vágó-varrógéphez. Egy táron belül állítható háromféle zárt kapocsmagassággal, háromféle szövet vastagságra: Normál (1,5 mm), középvastag (1,8 mm) és vastag (2,0 mm). Kés a tárral, 2X3 sor kapocssort rak be, 3 sor 75 mm-es varrathosszal, mivel Kérelmező álláspontja szerint a kiírásban szereplő varrógép és varrógéptár cég specifikus volta aránytalanul nagy mértékben korlátozza az Ajánlattevők körét.

Kérelmező javasolja az 1. részajánlati kör 6 a. és 6 b. tételsorait külön csoportba átmozgatni, vagy külön részajánlati körként lehetővé tétel, egyrészt, hogy nagyobb számú

ajánlat érkezzen, másrészt megvásárolhatná az Ajánlatkérő a specifikáció által meghatározott gépet.

- 1. részajánlati kör 7a. endoszkópos 60 mm-es vágó varrógépet kér melynek tulajdonságai egykezes, endoszkópos, artikulálható vágó varrógép 60 mm-es varrathosszal, egyenes 34 cm-es szárral, fixen rögzített, nem levehető fejjel, biztonsági, 2db elsütő kar, kés a gépben, bevezetése: 12 mm-es trokáron, 6 különböző tárral tölthető: 0,75; 1,0; 1,5; 1,8; 2,0; 2,2 mm-es tekintetében, és a
- 1.részajánlati kör 7b tételsora Endoszkópos vágó varrógép tár 6 sor 60 mm-es varrathosszal, 2,0 mm vastag szövethez, nyitott kapocsláb 4,5 mm 4,1 mm, mivel Kérelmező álláspontja szerint a kiírásban szereplő varrógép és varrógéptár cég specifikus volta és az igényelt alacsony darabszám (1 darab) nagy mértékben korlátozza az Ajánlattevők körét.

Kérelmező javasolja az 1. részajánlati kör 7 a. és 7 b. tételsorait külön csoportba átmozgatni vagy külön részajánlati körként lehetővé téve, egyrészt, hogy nagyobb számú ajánlat érkezzen, másrészt megvásárolhatná az Ajánlatkérő a specifikáció által meghatározott gépet.

- 2.részajánlati kör 1a és 2a tételsora, mivel Ajánlatkérő nem fogadja el az eltérő technikát.

Tekintettel arra, hogy több, mint 2 éve a kérelmező által forgalmazott varrógépeket használja a Mellkassebészet, mely gépeknek a technikája eltér a jelenleg kiírt specifikációtól, az egy karral rendelkező típus, amely külön lépésben teljes biztonságosan és jól megkülönböztethetően látja el mind a záró – másik lépésben pedig az elsütő funkciót.

A Kérelmező által feltett kiegészítő tájékoztatásra kapott Ajánlatkérői válasz szerint: *„Ajánlatkérő jelenleg a kiírásban szereplő varrógép-típust alkalmazza, azaz külön záró-és elsütő-karral rendelkező varrógépet, amit nagy gyakorlattal, és ezáltal biztonsággal használ. Amennyiben ettől eltérő technikájú eszközt használnánk a jövőben a megszokotthoz képest, az nagymértékben megnövelné a hibalehetőséget.”* – ez az Ajánlatkérői válasz épp az ellenkező tényét támasztja alá. Ezért javasoljuk az eltérő technika elfogadását.

- 2. részajánlati kör 3. tételsorában és a 3. részajánlati kör 4. tételsorában Egyenes egykezes haránt vágó-varrógépet kér ,melynek tulajdonságai 40mm-es varrathosszal, 2-2 titánium varratsorral, közötté sebészeti acél vágópenge, nyitott kapocsláb 4,5 mm, zárt kapocsláb 2 mm tekintetében, mivel Kérelmező álláspontja szerint a kiírásban szereplő varrógép cég specifikus volta és az igényelt alacsony darabszám (2 darab) aránytalanul nagy mértékben korlátozza az Ajánlattevők körét.

Kérelmező javasolja az a 2. részajánlati kör 3. tételsorát és a 3. részajánlati kör 4. tételsorát külön csoportba átmozgatni, vagy külön részajánlati körként lehetővé téve, egyrészt, hogy nagyobb számú ajánlat érkezzen, másrészt megvásárolhatná az Intézmény a specifikáció által meghatározott gépet.

Összességében a fent felsorolt részajánlati körök és azon belüli tételsorok vonatkozásában a Kérelmező álláspontja szerint a T. Ajánlatkérő által előírt követelmények versenykorlátozóak, továbbá az ajánlattétel vonatkozásában sérti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét.

Mindezekre tekintettel javasoljuk, hogy T. Ajánlatkérő vizsgálja felül álláspontját a 1. részajánlati kör 1, 5a, 6a, 6b, 7a, 7b tételsora, 2. részajánlati kör 3. tételsora és a 3. részajánlati kör 4. tételsora vonatkozásában, hogy a gazdasági szereplőknek lehetősége legyen külön részként ajánlatot tenni a felsorolt tételsorokra is.

Majd ezt követően szíveskedjen az eljárásban kiadott közbeszerzési dokumentumokat (műszaki leírást) oly módon módosítani, hogy a közbeszerzési eljárásban külön részként kerüljenek megjelölésre a fent említett részeken belüli tételsorok.

Továbbá a 1. részajánlati kör 2a, 3a, 4a, tételsora és a 2. részajánlati kör 1a, 2a tételsora tekintetében javasoljuk, hogy T. Ajánlatkérő szintén vizsgálja felül álláspontját, hogy engedje meg az eltérő technika alkalmazását, valamint a 1. részajánlati kör 3b és 4b tételsora esetében a szélesebb huzalátmérő intervallum megajánlását.

Jelezni kívánjuk, hogy amennyiben a fent megjelölt részek tekintetében az Ajánlatkérő nem módosítja az ajánlati felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat a fentiekben kifogásoltak esetében, úgy, hogy az egyenlő eséllyel való megfelelő ajánlattétel lehetőségét biztosítja és a tényleges versenyhelyzet kialakulását lehetővé teszi, akkor jogorvoslati eljárást kezdeményezünk a Közbeszerzési Döntőbizottságnál jogaink és jogos érdekeink érvényesítése érdekében.

Budaörs, 2017. március 23.

.....
ügyvezető igazgató

