



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Létesítménygazdálkodási Igazgatóság
Beszerzési és Szolgáltatási Iroda

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás 2

Tisztelt Ajánlattevők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Szegedi Tudományegyetem **6/NY/2017/SZTE** számú **Műszerek beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére** tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlattevői kérdésről és az ajánlatkérő arra adott válaszáról az alábbiak szerint:

1. kérdés:

2. rész: Aneszteziológiai munkaállomás vonatkozásában

Az MR kompatibilis aneszteziológiai munkaállomással kapcsolatban az alábbi kérdés tesszük fel:

Ajánlati felhívás szerint:

Az aneszteziológia munkaállomás egység tartalmaz 1 db MR kompatibilis páciens monitort. Ajánlatkérő az alábbi műszaki-szakmai követelményt határozta meg az MR kompatibilis páciens monitorral kapcsolatban,

ST analízis egyidejűleg 3 csatornán	Igen
-------------------------------------	------

Ismereteink szerint, a potenciális MR kompatibilis páciens monitort gyártók egyetlen egy termékeke sem rendelkezik ST analízissel. Ezen gyártói paraméter hiányában, az előírás szerinti ST analízis-sel rendelkező MR kompatibilis páciens monitor nem ajánlható meg.

Felhívjuk ajánlatkérő figyelmét, hogy érvényes ajánlatot az aneszteziológia munkaállomásra (altatógép + monitor) ezáltal nem lehet tenni, hiszen a munkaállomás-egység részét képező MR kompatibilis monitor - gyártói ST analízis hiánya miatt – nem megajánlható.

Felhívjuk ajánlatkérő figyelmét, hogy az előzőekben leírtak miatt – feltételezhetően - egyetlen érvényes ajánlat sem érkezik a felhívásra.

Sikeres pályázat érdekében kérjük ajánlatkérőt, hogy az MR kompatibilis páciens monitor műszaki – szakmai elvárásai közül az ST analízist, mint kötelezően előírt paramétert törölje.

Válasz: Az ST analízis valóban nem műszaki-szakmai elvárása az MR kompatibilis páciens monitornak, így a kötelezően előírt paraméterek közül törlésre kerül, módosítva a „2. rész: Aneszteziológiai munkaállomás” műszaki tartalmát.

2. kérdés:

8. rész monitorrendszer vonatkozásában

A „8. rész monitor” eszköz paraméterei között, a telemetriás egységre vonatkozó elvárások között a „EKG, RR és SpO2 valós idejű monitorozása” sor szerepel. Telemetriás egység tipikus felhasználása az ágyhoz nem kötött, aktív betegek monitorozása, mely esetben a nem légzőmozgás által generált mellkasmozgás könnyen hamis légzésszám értéket generál, ilyen esetben a mellkasi impedancia alapú légzésszám nem megbízható adat.

Kérjük a T. kiíró, hogy az EKG és SpO2 valós idejű monitorozás megtartása mellett az „RR”-érték monitorozási elvárást törölje.

Válasz: Nem aktív betegek monitorizálására használjuk a telemetriás egységet. Elsősorban kritikus állapotú betegek transzportja során kerül felhasználásra, így nem kívánunk eltekinteni az RR érték valós idejű monitorizálásától.

Az 1. kérdésre adott válaszra tekintettel a kiegészítő tájékoztatás mellékleteként csatoltan küldjük a 2. részt (Aneszteziológiai munkaállomás) érintő 2. számú módosított műszaki leírást, melyben piros színnel jelöltük a módosítással érintett sort.

A műszaki leírás módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal irányadóak.

Szeged, 2017. március 31.



Dr. Nagy Paulina

Dr. Nagy Paulina
beszerzési és szolgáltatási irodavezető

Ellenjegyezte:

Dr. Molnár Mirtill
.....
Dr. Mendebaba Radmila, FAKSZ
dr. Molnár Mirtill
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00477