



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS  
**SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM**  
Létesítménygazdálkodási Igazgatóság  
Beszerzési és Szolgáltatási Iroda

**Tárgy:** kiegészítő tájékoztatás 2  
**Melléklet:** 1 db ártáblázat

Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplő!

Ezúton tájékoztatjuk Önt, a Szegedi Tudományegyetem 8/Ny/2017/SZTE számú, *Traumatológiai implantátumok beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére* tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásában beérkezett ajánlattevői kérdésekről, valamint az ajánlatkérő válaszairól.

**1. Kérdés:**

A kiegészítő tájékoztatás 2. pontjában foglaltak értelmében Ajánlatkérő a darabár megadását kéri, az ártáblázatban a nettó egységárként a Gauss görbe közepét megadva, amely „a gyakorlatban az adott termékhez kapcsolódóan leggyakrabban használt áru értéke”.

Egy adott ajánlattevő kizárólag az általa forgalmazott termékportfólión belül tudja kiválasztani a leggyakrabban használt (legnagyobb mennyiségben értékesített) terméket. Az ajánlattevők által forgalmazott termékportfóliókon belül leggyakrabban használt termékek között jelentős eltérés lehet.

A kiegészítő tájékoztatásban nem találtunk útmutatást arra, hogy milyen felhasználói körben történő felhasználást kell figyelembe venni. (pl. kizárólag az ajánlatkérő intézménynek történő értékesítést, vagy valamennyi magyarországi egészségügyi intézmény összes vásárlását, esetleg nemzetközi adatokat is figyelembe kell venni). Egy adott ajánlattevő különböző profillal rendelkező, eltérő műtéti számú intézmény számára értékesít. Az egyes ajánlattevők vevőkörének összetétele is eltér egymástól.

A fentiekre tekintettel amennyiben az egyes ajánlattevők önállóan határozzák meg az ismereteik szerint leggyakrabban használt termékeket, úgy sérülhet a közbeszerzési törvény alapelve, mely szerint az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplők számára (Kbt. 2. § (2) bekezdés)

Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy pontosítani szíveskedjen, hogy az egyes részajánlati körökben mely termékek nettó egységárának feltüntetését kéri!

**Válasz:** Minden részhez megadtunk egy-egy elméleti összeállítást (Ártáblázat), kérjük ennek megfelelően határozzák meg árait. Az Ártáblázatot jelen válaszuk mellékleteként megküldjük, valamint az eredeti dokumentumokkal megegyező módon elérhetővé tesszük.

**2. Kérdés:**

A kiegészítő tájékoztatás 3. pontjában Ajánlatkérő az eljárás 32.1 tétele vonatkozásában érkezett kérdésre adta meg választ. A kérdés arra vonatkozott, hogy a specifikációban előírt 1,25 mm átmérő helyett az 1,2 mm-es átmérő megajánlását Ajánlatkérő elfogadja-e funkcionálisan egyenértékű termék megajánlásaként.

Helyesen értelmezzük-e, hogy Ajánlatkérő az eljárás 32.1 tétele vonatkozásában az 1,2mm-es átmérőt az 1,25mm átmérő megajánlásával funkcionálisan egyenértékűként fogadja el?

Ebben az esetben kérjük a 32.1 tételre vonatkozó műszaki leírás 1,2 mm átmérővel történő kiegészítésének pontosítását azzal, hogy az 1,2 mm átmérő az eredetileg előírt 1,25 mm átmérő helyett, azzal egyenértékűnek elfogadható méretként, és nem önállóan teljesítendő követelményként került rögzítésre.

**Válasz:** 1,2 mm átmérő az eredetileg előírt 1,25 mm átmérő helyett azzal egyenértékűnek elfogadható méretként, és nem önállóan teljesítendő követelményként kerüljön rögzítésre. Ennek megfelelően egyértelművé tettük ezt a műszaki leírásban is.



### 3. Kérdés:

A felolvasólapon az egyes részekben megadott nettó egységárat, a szállítási határidőt és a beültető műszerkészlet súlyát kell feltüntetni.

1.	Ajánlati ár (nettó) /db /HUF	nettó .....,-Ft/db + ... % ÁFA, azaz bruttó .....,-Ft/db
2.	Szállítási idő (min.:24 – max.: 72 óra)	
3.	Beültető készlet súlya/kg	

a) Azon részek esetében, amelyek több tételsorból állnak (pl.: 1.1 és 1.2) a nettó darabár megadásához az ajánlati ártáblázatban az adott rész tételsoraiban megadott nettó egységárok összesített értékét kell megadni?

**Válasz: Minden részhez megadtunk egy-egy elméleti összeállítást (Ártáblázat - mellékelve), kérjük ennek megfelelően határozzák meg áraikat. A felolvasólapon természetesen az adott rész összesen nettó árát kell feltüntetni.**

b) Amennyiben a több tételsorból álló részekben az egyes tételsorokhoz adott esetben eltérő beültető műszerkészlet szükséges, és ez által a súlyuk is eltérő azt milyen formában kéri Ajánlatkérő a felolvasólapon feltüntetni: tételsoronként megadva vagy egy összesített értéként?

**Válasz: A beültető készlet súlyát tételsor megjelölésével (pl.1.1,1.2) kérjük megadni.**

Szeged, 2017. április 19.

Tisztelettel:

  
Dr. Nagy Paulina  
beszerzési és szolgáltatási irodavezető



Ellenjegyezte:

  
Dr. Molnár Mirtilla FAKSZ  
felelős akkreditált  
közbeszerzési szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00477