

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás 4 és tájékoztatás
ajánlattételi határidő módosításról

Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplő!

Ezúton tájékoztatjuk Önt, a Szegedi Tudományegyetem 8/Ny/2017/SZTE számú, *Traumatológiai implantátumok beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére* tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásában beérkezett ajánlattevői kérdésről, valamint az ajánlatkérő válaszáról.

Kérdés:

Ajánlatkérő a 4.2. tétel sorban (A combcsont szártöréseinek és térd közeli töréseinek endomedulláris stabilizációja) az ajánlati ár számításához szükséges implantátum összeállításban 1 db 5.0 x75 mm retesz csavart adott meg.

Kérdésünk, hogy elfogadja-e Ajánlatkérő az 5.0 x 76 mm-es reteszcsavar megajánlását és ezáltal az azzal történő számítást?

Válasz: Elírás történt a reteszcsavarra megadott méret megadásánál, így elfogadja Ajánlatkérő az 5.0 x76 mm-es reteszcsavar megajánlását.

Tájékoztatás a Közbeszerzési dokumentum és az ajánlattételi határidő módosításáról:

A kérdésre adott válasza tekintettel Ajánlatkérő módosította a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező Ártáblázatát, melyet jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként csatolunk, piros színnel jelölve a módosítással érintett részt.

Az Ártáblázat módosítására tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdései alapján a Kbt. 55. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottak szerint Korrigendumot adott fel 2017. április 26. napján a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-6090/2017. iktatószámán.

A Közbeszerzési dokumentum módosítással érintett részei:

- I.5. pont: Ajánlat beadásának időpontja, helye
- I.6. pont: Bontás időpontja, helye
- Ártáblázat (Excel táblázat 16. sora)

Az új ajánlattételi határidő: 2017. május 15. 11 óra

A Közbeszerzési dokumentum módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal irányadóak.

Szeged, 2017.04.26.


Ajánlatkérő képviselő
Teljes akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00477