



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Létesítménygazdálkodási Igazgatóság
Beszerzési és Szolgáltatási Iroda

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevő!

Ezúton tájékoztatjuk Önt, a Szegedi Tudományegyetem 11/T/2017/SZTE számú, **Felületi fotofeszültség spektroszkóp beszerzése** tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásában beérkezett ajánlattevői kérdésről, valamint az ajánlatkérő válaszáról.

Kérdés:

Kérjük, szíveskedjenek pontosítani, hogy a szondához tartozó 2. tű méretének pontosan milyen értékhatárok közé kellene esnie, mert a "min. 0,2 eV, max. 0,1 eV között" energiadimenzióban megadott feltételt a tű méreténél nem tudjuk értelmezni.

Válasz: Szondához tartozó 2. tű mérete min. 0.05 mm, max. 0.1 mm, a kisebb jobb.

Szeged, 2017. május 25.

Tisztelettel:

Dr. Nagy Paulina

Dr. Nagy Paulina
beszerzési és szolgáltatási irodavezető



Ellenjegyezte:

Dr. Mendebaba Radmila
Dr. Mendebaba Radmila, FAKSZ
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
00076

