

# Regeneratív medicina és celluláris farmakológiai kutató laboratórium létrehozásához szükséges eszközök beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére

Közbeszerzési Értesítő száma:	2017/181
Beszerzés tárgya:	Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:	Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2017.10.09.
Iktatószám:	14365/2017
CPV Kód:	38000000-5
Ajánlatkérő:	Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

2014/23/EU irányelv

2014/24/EU irányelv

2014/25/EU irányelv

**Figyelmeztetés:** amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.

**I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)**

I.1) Név és címek

Hivatalos név: [Szegedi Tudományegyetem](#)

Nemzeti azonosítószám: [AK07122](#)

Postai cím: [Dugonics tér 13.](#)

Város: [Szeged](#)

NUTS-kód: [HU333](#)

Postai irányítószám: [6720](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Macsek Bernadett](#)

Telefon: [+36 62546481](#)

E-mail: [macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu](mailto:macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu)

Fax: [+36 62545073](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): [www.u-szeged.hu](http://www.u-szeged.hu)

A felhasználói oldal címe (URL): [www.u-szeged.hu](http://www.u-szeged.hu)

## II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1)

Elnevezés: [Regeneratív medicina és celluláris farmakológiai kutató laboratórium létrehozásához szükséges eszközök beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére](#)

Hivatkozási szám: [21/Ny/2017/SZTE](#)

II.1.2) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	38000000-5	

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:

[egeneratív medicina és celluláris farmakológiai kutató laboratórium létrehozásához szükséges,primer,ős- és progenitor sejtek,szövetek izolálására,és azok ex vivo és in vitro tenyésztésére,farmakológiai,morfológiai, fenotípusos vizsgálatára,génexpressziós és protein mintázatának screeningjére alkalmas laboratóriumi eszközök beszerzése 4 részben](#)

1. rész:1 db Fluoreszcens kutatómikroszkóp szövetanalizáló szoftverrel nagy felbontású time lapse mikroszkóp, inkubációs kamrával,1 db Scan<sup>^</sup>R HCS/HT adatgyűjtő- és kiértékelő,1 db Inkubációs kamra rendszer (T, CO2, humid)
2. rész:Impedancia alapú sejttesztelő készülék
3. rész:Génexpressziós mintázat kimutató platform (RNS/DNS mérés QPCR készülék)
4. rész:Eszközök sejttenyésztéshez,sejtfeltáráshoz,őssejt izoláláshoz,sejtbanki működéséhez

Az AT feladatát képezi az eszközök beszerzése,leszállítása,installálása,betanítása (leszállításkor,az AK rendelkezésre álló személyzete részére)

Az egyes termékek paramétereit a KD 13. sz. melléklete tartalmazza

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

[2017/10/04](#) (éééé/hh/nn)

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja  
eNotices

TED eSender

Egyéb mód:

TED eSender bejelentkezés: [TED88](#)

TED eSender ügyfél bejelentkezés: [TED88](#)

Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 12712 (év és a dokumentum száma)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 171 - 350108

Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:

2017/09/04 (éééé/hh/nn)

## VII. szakasz: Változások

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.1) A módosítás oka

x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása

A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

**Szakasz száma:**

II . 2 . 5

**Rész száma: 4**

**A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok**

**A következő helyett:**

x) Az alábbiakban megadott szempontok

[x] Minőségi kritérium -

1 Jobb oldali CO2 inkubátor reduktorral tekintetében a max. hőmérséklet (°C) min. 6, max. 65 (előny a nagyobb) 3

2 Jobb oldali CO2 inkubátor reduktorral tekintetében a kapacitás min. 135 l, max. 160 l (előny a nagyobb) 3

3 Jobb oldali CO2 inkubátor reduktorral tekintetében: lyukacsos nemesacél polc min. 2 max 4 db (előny a több) 3

4 Kis térfogatú centrifuga súlya: min. 25 kg, max. 40 kg (előny a kevesebb) 3

5 Biztonsági fülke (Steril fülke) tekintetében a zajszint min. 25, max. 70 dB(A) (előny az alacsonyabb) 3

6 Rázó-billegető készülék tekintetében a minimum terhelés: min. 1 kg, max. 6 kg (előny a magasabb érték) 3

7 110 L Folyékony nitrogéntartály rackekkel, 36 db tárolódobozzal kapacitása minimum 100 l - maximum 120 l (előny a magasabb érték) 3

8 Automata sejtszámoló készülék számolási ideje min. 0 sec., max. 20 sec (előny az alacsonyabb érték) 3

9 Multi-Mode Microplate Olvasó sebessége min. 1 perc, max 5 perc 96-lyukú plate leméréséhez (előny az alacsonyabb érték) 3

10 Multi-Mode Microplate Olvasó súlya min. 5 kg, max. 25 kg (előny az alacsonyabb érték) 3

( ) Költség kritérium -

(x) Ár - Súlyszám: 70

( ) Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra

**Helyesen:**

(x) Az alábbiakban megadott szempontok

[x] Minőségi kritérium -

1 Jobb oldali CO2 inkubátor reduktorral tekintetében a max. hőmérséklet (°C) min. 6, max. 65 (előny a nagyobb) 3

2 Jobb oldali CO2 inkubátor reduktorral tekintetében a kapacitás min. 135 l, max. 160 l (előny a nagyobb) 3

3 Jobb oldali CO2 inkubátor reduktorral tekintetében: lyukacsos nemesacél polc min. 2 max 4 db (előny a több) 3

4 Kis térfogatú centrifuga súlya: min. 25 kg, max. 40 kg (előny a kevesebb) 3

5 Biztonsági fülke (Steril fülke) tekintetében a zajszint min. 25, max. 70 dB(A) (előny az alacsonyabb) 3

6 Rázó-billegető készülék tekintetében a minimum terhelés: min. 1 kg, max. 6 kg (előny a magasabb érték) 3

7 110 L Folyékony nitrogéntartály rackekkel, 36 db tárolódobozzal kapacitása minimum 100 l - maximum 120 l (előny a magasabb érték) 3

8 Automata sejtszámoló készülék számolási ideje min. 0 sec., max. 20 sec (előny az alacsonyabb érték) 3

9 Multi-Mode Microplate Olvasó sebessége min. 1 perc, max 5 perc 96-lyukú plate leméréséhez (előny az alacsonyabb érték) 3

10 Multi-Mode Microplate Olvasó súlya min. 5 kg, max. 30 kg (előny az alacsonyabb érték) 3

( ) Költség kritérium -

(x) Ár - Súlyszám: 70

( ) Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Helyesen:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

Szakasz száma:

IV . 2 . 2

A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

A következő helyett:

Dátum: 2017/10/10 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: 2017/10/18 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

**Fő tárgy:**

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Helyesen:

**Fő tárgy:**

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Szakasz száma:

**IV . 2 . 7**

A módosítandó szöveg helye: **Az ajánlatok felbontásának feltételei**

A következő helyett:

Dátum: **2017/10/10** (éééé/hh/nn)

Helyi idő: **10:00** (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: **2017/10/18** (éééé/hh/nn)

Helyi idő: **10:00** (óó:pp)

VII.2) További információk:

A közbeszerzési dokumentumok módosítással érintett részei:

Ajánlati felhívás:

- A 4. rész tekintetében a II.2.5) (értékelési szempontok) pontban a minőségi kritériumok alatt megfogalmazott utolsó értékelési szempont
- A IV.2.2) és IV.2.7) pont

Közbeszerzési dokumentum:

- A KD részét képező műszaki leírás a 4. rész tekintetében
- II.11.4. pontja alatt ismertetett, 4. részre vonatkozó értékelési szempont
- 1. sz. melléklete, Felolvasólap 4. részében meghatározott értékelési szempont
- I.7.4. pont
- II.4.5.1. pont
- II.7.2. pont törlésre került
- II.7.3. pont
- II.7.4. pont
- A 4. sz. iratminta
- A 13. sz. iratminta törlésre került

- A Szerződéstervezet V. pontja
- A Szerződéstervezet IX.2.3. pontja
- A Szerződéstervezet kiegészítésre IX.4. ponttal.

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

---

1 szükség szerinti számban ismétlje meg

2 adott esetben

7 közzétételre nem kerülő kötelező információ