

Ez a hirdetés a TED weboldalon: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393506-2017:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Szeged: Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)
2017/S 192-393506**

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetés

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 171-350108)

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Szegedi Tudományegyetem
AK07122
Dugonics tér 13.
Szeged
6720
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Macsek Bernadett
Telefon: +36 62546481
E-mail: macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
NUTS-kód: HU333

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.u-szeged.hu>
A felhasználói oldal címe: <http://www.u-szeged.hu>

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:

Regeneratív medicina és celluláris farmakológiai kutató laboratórium létrehozásához szükséges eszközök beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére.
Hivatkozási szám: 21/Ny/2017/SZTE

II.1.2) Fő CPV-kód

38000000

II.1.3) A szerződés típusa

Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:

Regeneratív medicina és celluláris farmakológiai kutató laboratórium létrehozásához szükséges, primer, ősz- és progenitor sejtek, szövetek izolálására, és azok ex vivo és in vitro tenyésztésére, farmakológiai, morfológiai, fenotípusos vizsgálatára, génexpressziós és protein mintázatának screeningjére alkalmas laboratóriumi eszközök beszerzése 4 részben.

1. rész:1 db Fluoreszcens kutatómikroszkóp szövetanalizáló szoftverrel nagy felbontású time lapse mikroszkóp, inkubációs kamrával,1 db Scan^R HCS/HT adatgyűjtő- és kiértékelő,1 db Inkubációs kamra rendszer (T, CO2, humid).
 2. rész:Impedancia alapú sejtesztelő készülék.
 3. rész:Génexpressziós mintázat kimutató platform (RNS/DNS mérés QPCR készülék).
 4. rész:Eszközök sejtenyésztéshez,sejtfeltáráshoz,őssejt izoláláshoz,sejtbanki működéséhez.
- Az AT feladatát képezi az eszközök beszerzése,leszállítása,installálása,betanítása (leszállításkor,az AK rendelkezésre álló személyzete részére).
- Az egyes termékek paramétereit a KD 13. sz. melléklete tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5) **E hirdetmény feladásának dátuma:**
04/10/2017

VI.6) **Az eredeti hirdetmény hivatkozásai**
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 171-350108

VII. szakasz: Változások

VII.1) **A módosítandó vagy megadandó információ**

VII.1.2) **Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész**

Szakasz száma: II.2.5

Rész száma: 4

A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok

A következő helyett:

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: Jobb oldali CO2 inkubátor reduktorral tekintetében a max. hőmérséklet (°C) min. 6, max. 65 (előny a nagyobb) / Súlyszám: 3

Minőségi kritérium - Név: Jobb oldali CO2 inkubátor reduktorral tekintetében a kapacitás min. 135 l, max. 160 l (előny a nagyobb) / Súlyszám: 3

Minőségi kritérium - Név: Jobb oldali CO2 inkubátor reduktorral tekintetében: lyukacsos nemesacél polc min. 2 max 4 db (előny a több) / Súlyszám: 3

Minőségi kritérium - Név: Kis térfogatú centrifuga súlya: min. 25 kg, max. 40 kg (előny a kevesebb) / Súlyszám: 3

Minőségi kritérium - Név: Biztonsági fülke (Steril fülke) tekintetében a zajszint min. 25, max. 70 dB(A) (előny az alacsonyabb) / Súlyszám: 3

Minőségi kritérium - Név: Rázó-billegető készülék tekintetében a minimum terhelés: min. 1 kg, max. 6 kg (előny a magasabb érték) / Súlyszám: 3

Minőségi kritérium - Név: 110 L Folyékony nitrogéntartály rackekkel, 36 db tárolódobozzal kapacitása minimum 100 l – maximum 120 l (előny a magasabb érték) / Súlyszám: 3

Minőségi kritérium - Név: Automata sejtszámoló készülék számolási ideje min. 0 sec., max. 20 sec (előny az alacsonyabb érték) / Súlyszám: 3

Minőségi kritérium - Név: Multi-Mode Microplate Olvasó sebessége min. 1 perc, max 5 perc 96-lyukú plate leméréséhez (előny az alacsonyabb érték) / Súlyszám: 3

Minőségi kritérium - Név: Multi-Mode Microplate Olvasó súlya min. 5 kg, max. 25 kg (előny az alacsonyabb érték) / Súlyszám: 3

Ár - Súlyszám: 70

Helyesen:

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium -

- 1 Jobb oldali CO2 inkubátor reduktorról tekintetében a max. hőmérséklet (°C) min. 6, max. 65 (előny a nagyobb) 3
- 2 Jobb oldali CO2 inkubátor reduktorról tekintetében a kapacitás min. 135 l, max. 160 l (előny a nagyobb) 3
- 3 Jobb oldali CO2 inkubátor reduktorról tekintetében: lyukacsos nemesacél polc min. 2 max. 4 db (előny a több) 3
- 4 Kis térfogatú centrifuga súlya: min. 25 kg, max. 40 kg (előny a kevesebb) 3
- 5 Biztonsági fülke (Steril fülke) tekintetében a zajszint min. 25, max. 70 dB(A) (előny az alacsonyabb) 3
- 6 Rázó-billegető készülék tekintetében a minimum terhelés: min. 1 kg, max. 6 kg (előny a magasabb érték) 3
- 7 110 L Folyékony nitrogéntartály rackekkel, 36 db tárolódobozzal kapacitása minimum 100 l – maximum 120 l (előny a magasabb érték) 3
- 8 Automata sejtszámoló készülék számolási ideje min. 0 sec., max. 20 sec (előny az alacsonyabb érték) 3
- 9 Multi-Mode Microplate Olvasó sebessége min. 1 perc, max. 5 perc 96-lyukú plate lemeréséhez (előny az alacsonyabb érték) 3
- 10 Multi-Mode Microplate Olvasó súlya min. 5 kg, max. 30 kg (előny az alacsonyabb érték) 3

() Költség kritérium -

(x) Ár – Súlyszám: 70

() Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra.

Szakasz száma: IV.2.2

A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

A következő helyett:

Dátum: 10/10/2017

Helyi idő: 10:00

Helyesen:

Dátum: 18/10/2017

Helyi idő: 10:00

Szakasz száma: IV.2.7

A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei

A következő helyett:

Dátum: 10/10/2017

Helyi idő: 10:00

Helyesen:

Dátum: 18/10/2017

Helyi idő: 10:00

VII.2) **További információk:**

A közbeszerzési dokumentumok módosítással érintett részei:

Ajánlati felhívás:

— A 4. rész tekintetében a II.2.5) (értékelési szempontok) pontban a minőségi kritériumok alatt megfogalmazott utolsó értékelési szempont

— A IV.2.2) és IV.2.7) pont

Közbeszerzési dokumentum:

— A KD részét képező műszaki leírás a 4. rész tekintetében

— II.11.4. pontja alatt ismertetett, 4. részre vonatkozó értékelési szempont

— 1. sz. melléklete, Felolvasólap 4. részében meghatározott értékelési szempont

- I.7.4. pont
- II.4.5.1. pont
- II.7.2. pont törlésre került
- II.7.3. pont
- II.7.4. pont
- A 4. sz. iratminta
- A 13. sz. iratminta törlésre került
- A Szerződéstervezet V. pontja
- A Szerződéstervezet IX.2.3. pontja
- A Szerződéstervezet kiegészítésre IX.4. ponttal.



dr. Molnár Mirtill
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00477