



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Beszerzési Igazgatóság
Közbeszerzési Iroda

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás 1.

Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplő!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, a Szegedi Tudományegyetem 35/E/2017/SZTE számú, **Adásvételi keretszerződés fogyóanyagok beszerzésére 29 részajánlati körben - GINOP-2.3.2-15-2016-00015** tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásában beérkezett ajánlattevői kérdésekről, valamint az ajánlatkérő válaszairól.

1. Kérdés:

Az ajánlati felhívás szerint:

Alkalmassági követelmény

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő valamennyi rész esetében, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a minőségellenőrzésért felelős szakemberrel, aki felsőfokú végzettséggel és laboratóriumi fogyóanyagok értékesítésének területén legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik. (320/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1) bekezdés b) pont).

Több részre történő ajánlattétel esetén egy szakember több résznél is megjelölhető az alkalmasság igazolása érdekében.

Igazolási mód:

Az ajánlatban csatolandó az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerint figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdésére. Ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerint felhívott ajánlattevő az alkalmassági igazolása érdekében cégszerű nyilatkozatot köteles benyújtani az M/1. pontban meghatározott szakember nevéről, végzettségéről és szakmai tapasztalatáról, valamint a foglalkoztatás jogviszonyáról.

Az ajánlati dokumentációban található minta szerint:

Teljesítésben betöltött pozíció: Minőségellenőr

Jól értelmezzük, hogy nem minőségbiztosítási szakemberrel kell rendelkezünk, illetve nem „külön” önállóan foglalkoztatott minőségellenőrrel (ilyen feladatra külön szakemberünk nincsen, hiszen nem végzünk gyártást), hanem olyan szakemberrel, aki felsőfokú végzettséggel és laboratóriumi fogyóanyagok értékesítésének területén legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik és adott esetben jelen szerződés teljesítésekor a termékek minőségéért felelős? Ezt jelenti a teljesítésben betöltött minőségellenőr pozíció?

1. Válasz:

Jól értelmezi kérdező, nem minőségbiztosítási szakemberrel kell rendelkezni, illetve nem „külön” önállóan foglalkoztatott minőségellenőrrel, hanem a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő szakemberrel, aki a jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés(ek) teljesítése



során a minőség ellenőrzéséért felelős, egyúttal a szerződés teljes időtartama alatt közvetlenül is elérhető megrendelő által.

2. Kérdés:

Az szerződés tervezet szerint:

6. Teljesítési idő

6.1. A teljesítési határidő: a szerződéskötést követő 12 hónap időszakban kell teljesíteni a szállításokat, a Vevő lehívásai alapján, a megrendelés kézhezvételét követő **legfeljebb 7 munkanapon** belül, az ettől való eltérést a visszaigazolásban indokolni kell.

Mivel sok gyártó egyedi terméke szerepel az eljárásban, a 7 munkanap teljesítési határidő sok esetben nem tartható. Kérnénk a határidőt 60 napra módosítani, vagy ilyen esetekben elegendő a visszaigazolás indokolásban megadni, hogy a gyártó vállalása alapján a szállítási határidő pl. 60 nap?

2. Válasz:

Ajánlatkérő a határidőt legfeljebb 15 munkanapra módosítja. Egyúttal felhívja ajánlatkérő a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként egy 1 éves időtartamú szerződés jön létre, így a nyertes ajánlattevő felkészülhet korábban is a teljesítésre, mint a konkrét megrendelés, és természetesen a megrendelővel lehet egyeztetni a várható megrendelésekről is előre.

3. Kérdés:

A kiszerezésekkel kapcsolatosan kérdeznénk az alábbi példán szemléltetve:

A műszaki leírásban:

Egyenértékűség/ műszaki leírás meghatározásának szempontjai	Mértékegység	Kiszérés (max méret)	Mennyiség
Luminol enchanszer oldatot és peroxidáz oldatot tartalmazó kit. Röntgenfilmes és digitális előhíváshoz is alkalmas. 250 ml kiszerezésű.	250 ml	1x 250ml	1

Az ártáblázat szerint:

Részajánlati kör száma	Termék megnevezése	Egységár (nettó Ft/kiszérés)	Mennyiség	Nettó ár összesen	ÁFA mértéke (%)
14	Pierce ECL Plus Western Blotting Substrate		1	0	

3.I. A „mértékegység”-nél a számot (250) nem tudjuk értelmezni, mert a ml a mértékegység.

Eltérő kiszerezésű terméket lehet-e ajánlani „a kiszérés (max méret)”-ből erre következtetünk, illetve úgy gondoljuk, hogy ez egyenértékűnek tekinthető?

3.II. Ha igen ezt hogyan jelöljük? Külön készítsünk egy szakmai ajánlatot, ahol megjelöljük az általunk ajánlott termék kiszerezését is?

3.III. Az egységárunkat ekkor az általunk ajánlott kiszérés tekintetében adjuk meg és módosítjuk a mennyiséget az ártáblázatban?

3.IV. Mit tegnünk, ha pl. 100 ml-es terméket ajánlunk meg, ekkor az összehasonlíthatóság miatt 2,5 db-ot ajánljunk?

3. Válasz:

3.I. A mennyiség az adott mértékegységre/kiszerelesre értelmezendő, azaz 1x250 ml, eltérő kiszerelesek, melyek mennyisége a fent megjelölttel egyenértékű (pl:2x100ml + 50ml, 5x50ml) ajánlattételre természetesen jogosult, erre kíván utalni a kiszereles rész „max méret” kijelentés is.

3.II. Eltérő kiszereles esetén az adott részajánlatra vonatkozóan az érintett termékek tekintetében az ajánlattételi felhívás XXIV. 1) pontjában előírt, az ajánlathoz csatolandó műszaki leírásban kell egyértelműen megjelöli a megajánlott kiszerelesek.

3.III. A konkrét kiszerelesek egységárát kérjük, hogy a 3.II. válaszban hivatkozott műszaki leírásban jelölje meg ajánlattevő, míg a költségvetést ne módosítsa, hanem ott egységárként a kiszerelesek összegségárát tüntesse fel.

Például:

1x250 ml kiszerelest ajánlattevő 2x100 + 1 x 50 ml-es kiszerelessel kíván teljesíteni.

A 100 ml-es kiszereles egységára nettó 100,- Ft, míg az 50 ml-es kiszerelesé nettó 50,- Ft.

Ezeket az adatokat rögzítse ajánlattevő a műszaki leírásában, míg az árazott költségvetésben egységárként a $100 + 100 + 50 = 250,-$ Ft-ot rögzítse.

3.IV. A kérdező által hozott példában szereplő termék tekintetében kizárólag 100 ml-es kiszerelessel nem lehet teljesíteni, mert ebben az esetben nem tud ajánlatkérő 250 ml-t rendelni. Egyebekben lásd az előző pontban kifejtetteket.

4. Kérdés:

2. rész: MEM Non-Essential Amino Acids Solution vagy ezzel egyenértékű: L-glutamin mentes oldat elfogadható?

4. Válasz:

Minden termék esetén az adott termékre vonatkozó egyenértékűségi meghatározásban foglaltak megfelelő termékeket tudjuk elfogadni, ezen túlmenően az ajánlatok bontását követően van lehetőség ajánlatkérőnek az ajánlatokat bíráltni.

5. Kérdés

14. rész: Pierce ECL Plus Western Blotting Substrate vagy azzal egyenértékű: Kérjük pontosítani a kiszerelest, mivel a megnevezésben szereplő „Pierce ECL Plus Western Blotting Substrate” terméknek kétféle kiszerelese létezik: 25 ml-es (250 cm²-es felületre) vagy 100 ml-es (1000 cm² felületre). Melyiket kívánják beszerezni?

5. Válasz:

A kiírásban a maximális kiszereles lett csupán meghatározva, tehát ezen belül ajánlattevő teljesíthet bármilyen kiszerelesi kombinációval. Egyebekben lásd. a 3.III. válaszban leírtakat.

6. Kérdés

15. rész: 2q PCR Probe Mix vagy ezzel egyenértékű: Megajánlható olyan mix, melynek csak kék festéket tartalmazó formája van és a kiszerezése 10x1,25 ml (1250 reakciónyi)?

6. Válasz:

Eltérő mennyiségű kiszerezés megajánlható egy termékből, amennyiben az adott termék az egyenértékűség meghatározásánál leírtaknak megfelel és nem haladja meg a kiírásban szereplő maximális kiszerezést. Ezen túlmenően az ajánlatok bontását követően van lehetősége ajánlatkérőnek az ajánlatokat bírálni.

7. Kérdés

18. rész: TRI-Reagent vagy azzal egyenértékű: Elfogadnak 30-60% fenol és <30% tiocianát tartalmú reagenst, mely kiszerezése 100 ml?

7. Válasz:

Nem fogadunk el 50%-nál nagyobb fenol tartalmú, illetve 30%-nál nagyobb tiocianát tartalmú reagenst, mert az nem felel meg az egyenértékűségi kritériumoknak. Eltérő mennyiségű kiszerezés megajánlható egy termékből, amennyiben az nem haladja meg a kiírásban szereplő maximális kiszerezést. Ezen túlmenően az ajánlatok bontását követően van lehetősége ajánlatkérőnek az ajánlatokat bírálni.

Szeged, 2018.01.02.

Tisztelettel:

Ajánlatkérő megbízásából eljárva

Dr. Hegyes Péter

ügyvezető

KÖKI-Innováció Kft.