



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Beszerzési Igazgatóság
Közbeszerzési Iroda

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás 2

Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplő!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, a Szegedi Tudományegyetem 39/Ny/2017/SZTE számú, **Eszközbeszerzés a Szegedi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.3-15-2016-00035 sz. projekt keretében** kiírt közbeszerzési eljárásában beérkezett ajánlattevői kérdésekről, valamint az ajánlatkérő válaszairól.

1. Kérdés:

Szeretnénk tájékoztatást kérni, hogy ha előleget veszünk igénybe, ez hány százalékot jelent, milyen feltételei vannak, továbbá az előleg-visszafizetési biztosíték milyen összeget jelent?

Válasz:

A felhívás III.2.2) pontja, továbbá a szerződéstervezet 4.1. és 8.6. pontja szerint.

2. Kérdés: a kiírás 2. részét érintő (Rész száma: 2. - Glovebox - Programozható moduláris öblítőkamra, hőmérséklet szabályozóval, és beépíthető szenzorokkal; Kiírás: Belső atmoszféra cirkuláltatható, állítható elszívási sebességgel)

Kérjük visszajelzésüket, hogy elfogadják-e egyenértékű műszaki megoldásként, ha a megajánlani kívánt fülkében az elszívási sebességet a rendszer automatikusan szabályozza a megfelelő tisztaságú belső atmoszféra fenntartása érdekében.

Válasz:

Véleményünk szerint a két megoldás nem egyenértékű, ezért ragaszkodunk a kiírásban szereplő műszaki tartalomhoz.

Szeged, 2018. január 29.

Tisztelettel:

DR. HEGYES PÉTER
Felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00064

.....
Dr. Hegyes Péter
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

