

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás 3.

### Tisztelt Ajánlattevők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Szegedi Tudományegyetem 38/Ny/2017/SZTE számú „Eszközbiztosítás a Szegedi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.3-15-2016-00040 sz. projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban, beérkezett ajánlattevői kérdésekről és az ajánlatkérő arra adott válaszáiról az alábbiak szerint:

**1. Kérdés:** 1. rész: Fémporos 3D nyomtató: Kezdő alapanyag készlet

Kérem, tájékoztassanak, hogy melyik anyagokból és milyen mennyiségű kezdő alapanyag készletet tartalmazzon ajánlatunk?

**Válasz:** Arra kérjük a tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlatuk legalább annyi alapanyagot tartalmazzon, amennyi – nyertes ajánlattétel esetén – a nyomtató installálásához, beüzemeléséhez, az ezzel kapcsolatos teszt-nyomtatások elvégzéséhez és a betanítás során felmerülő feladatok sikeres bemutatásához szükséges. Elvárjuk továbbá, hogy a beüzemelés és betanítás során mindhárom kötelezően elvárt anyagból (titán, Co-Cr és rozsdamentes acél) készüljön (referencia) próbanyomat.

**2. Kérdés:** 1. rész: Fémporos 3D nyomtató: Minőségbiztosítási ellenőrző szoftver

Kérjük, pontosítsák, hogy milyen minőségbiztosítási ellenőrző szoftvert szeretnének beszerezni!

**Válasz:** Ajánlatkérőnek nem szándéka gyártó-specifikus részegységek (szoftverek, szoftver modulok) preferálása. Mivel a kiegészítő tájékoztatás kérés gyártó specifikus információkat tartalmazott, amely alapján beazonosítható lenne a kérdező, így már a kérdést is csak kivonatos formában tesszük közzé. A konkrét szoftver megjelöléseket nem hivatkozunk. A kérdés tárgyát érintő minőségbiztosítási szoftver tekintetében pedig az az elvárásunk, hogy a megajánlott konfiguráció – minden szempontból, tehát hardveresen és szoftveresen is – a lehető legteljesebb körűen tegye lehetővé a berendezés műszaki követelményekben leírt összes funkciójának ellátását.

A fentiekén túl ajánlatkérő észlelte, hogy a 2. számú kiegészítő tájékoztatás 1. kérdésére adott válaszban elírásra került a módosítással érintett értékelési szempont megfogalmazása, amely helyesen:

*„1.4. Terhelőkeret többletmerevsége a kötelező 100 kN/mm felett (min. 0 kN/mm, max pontot kap a 90 kN/mm, csak egész kN/mm ajánlható) – súlyszám: 2”*

Szeged, 2018. február 9.

Dr. Hegyes Péter  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó