

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.6-12/1A-2013-0003 kódszámú pályázatának keretében digitális UH diagnosztikai berendezés, 8 kapillárisos genetikai analízátor (DNS szekvenátor és fragmens analízátor) és immunhisztokémiai festő automata beszerzése (33/Ny/ 2014/SZTE)
 1. részajánlati kör: 1 db digitális UH diagnosztikai berendezés; 2. részajánlati kör: 1 db 8 kapillárisos genetikai analízátor (DNS szekvenátor és fragmens analízátor); 3. részajánlati kör: 1 db immunhisztokémiai festő automata
 3. A választott eljárás fajtája: közösségi értékhatár szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
 - 4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --
 - 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: --
 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: TED: 2014/S 109-191602 (2014.06.07.); KÉ: 10851/2014, (2014.06.10.)
 7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen, kivéve a 3. részajánlati kör
 - b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:
 3. részajánlati kör: a Kbt. 76. § (1) b) pontja alapján („*kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be*”)
 - c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: igen
 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 9 ajánlat (1. részajánlati kör: 4 részajánlat, 2. részajánlati kör: 1 részajánlat, 3. részajánlati kör: 4 részajánlat)
 9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
Bio-Science Kft. 1119 Budapest, Andor u. 47-49. (2. részajánlati kör)
Hitachi Medical Systems Kft. 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15. (1. részajánlati kör)
MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kft. 2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor u. 63. (1. részajánlati kör)
Medexpert Kft. 1037 Budapest, Törökkő u. 5-7. (1. részajánlati kör)
MEDIREX Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 98/B. (1. részajánlati kör)
- Ajánlattevők alkalmasságának indoklása: az Ajánlattételi felhívásnak, a Dokumentációnak és a Kbt.-nek megfelelően nyújtották be ajánlatukat. Az ajánlattevők megfeleltek az utolsó kettő lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatos elvárásnak, igazolták az előírt szakember rendelkezésre állását.
- Az ajánlatok bírálati részszempontok szerinti tartalmi elemeit a mellékelt táblázat tartalmazza részajánlati körönként.
- b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): lásd mellékelt táblázat
 - c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10
 - d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1., 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12., 15., 16., 17. bírálati részszempontok esetében ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra, aránypár alkalmazásával.
A 7., 8., 13., 14., 18., 19.. bírálati részszempontok esetében abszolút értékelési módszert alkalmaz az ajánlatkérő, amely során a meghatározott műszaki paraméter/jellemző megléte esetén 10 pontot, annak hiányában 1 pontot kap az ajánlattevő.
A 6. bírálati részszempont esetében: abszolút értékelési módszert alkalmaz az ajánlatkérő, amely során 2 diódás gerjesztés megléte esetén 10 pontot, 1 diódás gerjesztés megléte esetén 1 pontot kap az ajánlattevő.
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
BioMarker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2100 Gödöllő, Rigó u. 20. (3. részajánlati kör)
Frank Diagnosztika Kft. 1036 Budapest, Dereglye u. 2. (3. részajánlati kör)
„**KROMAT**” Műszerforgalmazó Kft. 1112 Budapest, Péterhegyi út 98. (3. részajánlati kör)
Roche (Magyarország) Kft. 2040 Budaörs, Edison u. 1. (3. részajánlati kör)
- Indoklás:

A tárgy szerinti eljárás a TIOP-2.2.6-12/1A-2013-0003 számú, „Struktúraváltás támogatása az onkológiai centrum fejlesztésével a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban” című pályázat keretében, pályázati forrásból finanszírozott eszközbeszerzésre irányul. Tekintettel arra, hogy az eljárás közösségi eljárásrendben került lefolytatásra, a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (KFF) által végzett folyamatba épített ellenőrzés mellett történt az értékelés. Az ajánlatkérő csak a KFF támogató tanúsítványa mellett hirdethet eredményt, ellenkező esetben a pályázati forrás részben vagy egészben történő elvonására kerülhet sor. A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály értékelésében az alábbiakat rögzítette:

„Az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció és a kiadott felolvasólap iratminta ellentmondást tartalmaz a 3. részre megajánlandó Targylemezre pipettázott reagens térfogat széles intervallumban, minél kisebb léptékben történő változtathatósága nevű részszerzőpont mértékegységére vonatkozóan. A mikroliter rövidítése (μ l), míg a milliliteré (ml), és ezen rövidítések a dokumentumokban ellentmondásosan szerepelnek.

Az ajánlati felhívás IV.2.1) pontja a 3. részre vonatkozóan a következő értékelési részszerzőpontot rögzíti: Targylemezre pipettázott reagens térfogat széles intervallumban, minél kisebb léptékben történő változtathatósága (min. 50, max. 100 ml lépték) (3. részajánlati kör). A kiadott felolvasólap iratminta a következőt rögzíti: Targylemezre pipettázott reagens térfogat széles intervallumban, minél kisebb léptékben történő változtathatósága (min. 50, max. 100 ml lépték): mikroliterenkénti lépték. Az ajánlati dokumentáció 4.2.15. pontja szerint Targylemezre pipettázott reagens térfogat széles intervallumban, minél kisebb léptékben történő változtathatósága (előny a kisebb mikroliterenkénti mérték, min. 50, max. 100 ml lépték).

A Közbeszerzési Döntőbizottság D.476/14/2014. számú határozatában kimondja: „A Kbt. alapelveinek érvényesülése érdekében garanciális szabály, hogy az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásra vonatkozó előírásai egyértelműek legyenek. Alapvető követelmény, hogy a közbeszerzési eljárás dokumentumai, a felhívás és a dokumentáció, valamint a közbeszerzési eljárás során kiadott további ajánlatkérői okiratok egymással összhangban, egyértelműen rendelkezzenek egy konkrét kérdéssről. Az ajánlattevők ugyanis csak az ajánlatkérő egyértelmű előírásai alapján kerülnek abba a helyzetbe, hogy egyenlő eséllyel tudjanak ajánlatot tenni.”

A fentiekre tekintettel a 3. rész vonatkozásában valamennyi ajánlat érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján.”

A Fentiekre tekintettel az ajánlatkérő a 3. rész vonatkozásában valamennyi ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján.

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

1. részajánlati kör: digitalis UH diagnosztikai berendezés

Medexpert Kft. 1037 Budapest, Törökkő u. 5-7.

Ellenszolgáltatás összege: 6.300.000,-Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 8.001.000,-Ft

2. részajánlati kör: 8 kapillárisos genetikai analízátor (DNS szekvenátor és fragmens analízátor)

Bio-Science Kft. 1119 Budapest, Andor u. 47-49.

Ellenszolgáltatás összege: 27.900.000,-Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 35.433.000,-Ft

Ajánlatuk kiválasztásának indoka: az összességében legelőnyösebb ajánlatok

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: --

12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:--

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:

1. részajánlati kör tekintetében: 2014.11.21.

2. részajánlati kör tekintetében: -- (a Kbt. 124. § (8) a) pontja alapján)

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:

1. részajánlati kör tekintetében: 2014.11.30.

2. részajánlati kör tekintetében: -- (a Kbt. 124. § (8) a) pontja alapján)

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. november 20.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. november 20.

18.* Az összegezés módosításának indoka:--

19.* Az összegezés módosításának időpontja:--

20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja:--

21.* Az összegezés javításának indoka:--

22.* Az összegezés javításának időpontja:--

23.* A javított összegezés megküldésének időpontja:--

24.* Egyéb információk: Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy jelen eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 83. § (7) és 65. § (2) bekezdése alapján – betartva a törvény kötelező előírását – eljárást lezáró döntést hozott, amelyről a jelen Összegezés megküldésével tájékoztatjuk az ajánlattevőket. Felhívjuk azonban az ajánlattevők figyelmét a támogatások felhasználása körében az ajánlatkérőre irányadó 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet alábbi előírásaira:

42. § (1) A központi koordinációs szerv a bírálati összegezés megküldését megelőzően, több szakaszból álló eljárás esetén valamennyi eljárási szakasz vonatkozásában - a 41. § (3) bekezdés szerinti dokumentumok kézhezvételét követő 15 napon belül - közbeszerzési szabályossági tanúsítványt állít ki, amelyet megküld a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett, valamint a közreműködő szervezet részére.

(2) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett - figyelemmel a 37. § (3) bekezdésében foglaltakra is - a közbeszerzési eljárást lezáró döntését akkor hozhatja meg, ha a központi koordinációs szerv az eljárás lefolytatását ellenőrizte és erről közbeszerzési szabályossági tanúsítványt állított ki. A közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület a Kbt. szerinti írásbeli szakvélemény és döntési javaslat, valamint a közbeszerzési szabályossági tanúsítványban foglaltak figyelembevételével hozza meg az eljárást lezáró döntését.

(3) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a bírálati összegezés - annak megküldésével egyidejűleg - valamint - eltérő vélemény esetén - a közbeszerzési szabályossági tanúsítványban foglaltakkal kapcsolatos álláspontját a központi koordinációs szerv részére megküldi. A központi koordinációs szerv egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról, illetve jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről.

43. § (1) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett részére támogatás csak a központi koordinációs szerv támogató tartalmú minőségellenőrzési tanúsítványának, támogató tartalmú szabályossági tanúsítványának, valamint a közreműködő szervezet 39/B. § (4) bekezdése szerinti támogató nyilatkozatának a megléte esetén folyósítható.

A fentiek értelmében az ajánlatkérő a szerződés megkötésére csak akkor képes, ha – szabályossági tanúsítvány birtokában – a támogatás összege a jogszabály értelmében rendelkezésére áll.

DR. MAKSZIN ANDRÁS
igazgató
6721 Szeged, Tótk u. 8. III/B.
Tel: 20-947-7059
Ajánlatkérő képviselője: 0537630

A Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.6-12/1A-2013-0003 kódszámú pályázatának keretében digitális UH diagnosztikai berendezés, 8 kapillárisos genetikai analízátor (DNS szekvenátor és fragmens analízátor) és immunhisztokémiai festő automata beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának eljárásának értékelő táblázata (34/Ny/2014/SZTE)

1. részajánlati kör: digitális UH diagnosztikai berendezés (becsült érték: nettó 9.500.000,-Ft)

| | Hitachi Medical Systems Kft. | | | | MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kft. | | | | Medexpert Kft. | | | | MEDIREX Zrt. | | | |
|---|------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|--|
| | megadott adat | értékelési pontszám | súlyozott értékelési pontszám | megadott adat | értékelési pontszám | súlyozott értékelési pontszám | megadott adat | értékelési pontszám | súlyozott értékelési pontszám | megadott adat | értékelési pontszám | súlyozott értékelési pontszám | megadott adat | értékelési pontszám | súlyozott értékelési pontszám | |
| Bírálati részpontok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ajánlati ár (nettó Ft) | 18 | 7,88 | 141,94 | 8.855.000 | 7,11 | 127,98 | 6.300.000 | 10 | 180 | 7.874.000 | 8 | 144 | | | | |
| 2. Jótállási idő (min. 12, max. 36 hónap) | 2 | 8,33 | 16,66 | 12 hónap | 3,33 | 6,66 | 36 hónap | 10 | 20 | 36 hónap | 10 | 20 | 36 hónap | 10 | 20 | |
| 3. TGC sáv állítások száma | 3 | 8 | 10 | 8 | 10 | 30 | 8 | 10 | 30 | 8 | 10 | 30 | 8 | 10 | 30 | |
| Összesített pontszám | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 188,5 | | | | 164,64 | | | | 230 | | | | 194 | | | |

2. részajánlati kör: 8 kapillárisos genetikai analízátor (DNS szekvenátor és fragmens analízátor)

(becsült érték: nettó 33.900.000,-Ft)

| | Bio-Science Kft. | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | megadott adat | értékelési pontszám | súlyozott értékelési pontszám | súlyozott értékelési pontszám |
| Bírálati részpontok | | | | |
| 4. Ajánlati ár (nettó Ft) | 20 | 27.900.000 | 10 | 200 |
| 5. Jótállási idő (min. 12, max. 36 hónap) | 2 | 24 hónap | 10 | 20 |
| 6. Fényforrásként far-red dióda lézerek (600 nm-nél magasabb hullámhossz gerjesztéssel) alkalmazása az alacsony zaj elérése érdekében | 1 | 2 dióda | 10 | 10 |
| 7. Cy5 fluoreszcens jelölés gerjesztésének és detektálásának lehetősége | 1 | Igen | 10 | 10 |
| 8. A különböző applikációkhoz (szekvenálás, fragmens analízis különböző fejítai, SNP) csak egyféle, lineáris poliakrilamid alapú – nem mérgező – univerzális gélt/pollimert használjon a készületek | 1 | Igen | 10 | 10 |
| 9. A készületekkel együtt szállított, szekvenálásra szolgáló kezdő reagensek csomag által biztosított mintaszám (min. 100, max. 5000 mintaszám) | 3 | 2764 db | 10 | 30 |
| 10. A készületekkel együtt szállított, fragmensanalízisre szolgáló kezdő reagensek csomag által biztosított mintaszám (min. 100, max. 5000 mintaszám) | 3 | 2688 db | 10 | 30 |
| Összesített pontszám | | | | |
| | 310 | | | |

3. részajánlati kör: immunhisztokémiai festő automata (becsült érték: nettó 11.800.000,-Ft)

| | súlyszám | BioMarker Kft. | | | Frank Diagnosztika Kft. | | | „KROMAT” Műszerforgalmazó Kft. | | | Roche (Magyarország) Kft. | | |
|---|----------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | megadott adat | értékelési pontszám | súlyozott értékelési pontszám | megadott adat | értékelési pontszám | súlyozott értékelési pontszám | megadott adat | értékelési pontszám | súlyozott értékelési pontszám | megadott adat | értékelési pontszám | súlyozott értékelési pontszám |
| Bírálati részempontok | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Ajánlati ár (nettó Ft) | 25 | 11.568.000 | | 0 | 8.050.000 | | 0 | 11.800.000 | | 0 | 6.500.000 | | 0 |
| 12. Jótállási idő (min. 12, max. 36 hónap) | 2 | 12 hónap | | 0 | 36 hónap | | 0 | 24 hónap | | 0 | 36 hónap | | 0 |
| 13. Nyílt rendszerű automata antifitestek tekintetében | 1 | igen | | 0 | igen | | 0 | igen | | 0 | igen | | 0 |
| 14. Nyílt rendszerű automata jelölő rendszer tekintetében | 1 | nem | | 0 | igen | | 0 | igen | | 0 | nem | | 0 |
| 15. Tájélemezre pipettázott reagens tőrfogat széles intervallumban, minél kisebb léptékben történő változathatósága (min. 50, max. 100 µl lépték) | 2 | 50 µl lépték | | 0 | 50 µl lépték | | 0 | 50 µl lépték | | 0 | 100 µl lépték | | 0 |
| 16. Minél több férőhelyes tárgylemez tartó, így minél több minta egy menetben belüli futhatósága (min. 30, max. 50 férőhely) | 2 | 30 férőhely | | 0 | 50 férőhely | | 0 | 48 férőhely | | 0 | 30 férőhely | | 0 |
| 17. Minél több férőhelyes reagens tartó, így minél többféle antifitest egy menetben belüli alkalmazhatósága (min. 30, max. 50 férőhely) | 2 | 36 férőhely | | 0 | 50 férőhely | | 0 | 42 férőhely | | 0 | 35 férőhely | | 0 |
| 18. Veszélyes hulladék (DAB reagens) elküldött gyűjtése | 1 | igen | | 0 | igen | | 0 | igen | | 0 | nem | | 0 |
| 19. Laboratóriumi információs rendszerbe (LIS = Laboratory Information system) és helyi hálózatba (LAN = Local Area Network) integrálható | 1 | igen | | 0 | igen | | 0 | igen | | 0 | igen | | 0 |

Összesített pontszám

0

0

0

0