

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
Szerződés száma: 50/Ny/2014/SZTE/8.

amely létrejött a mai napon

egyrésztől a **Szegedi Tudományegyetem**

székhelye: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

képviseli: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor; Dr. Majó Zoltán gazdasági és műszaki főigazgató

azonosítószáma: 3365-20/2008

adószáma: 15329815-2-06

mint **Vevő / Megrendelő,**

másrésztől a **Szamos-H Kft.**

székhelye: 1026 Budapest, Gyergyó u. 5.

képviseli: dr. Németh Julianna Erzsébet ügyvezető igazgató

cégjegyzékszám: 01-09-467579

adószáma: 12128251-2-41

mint **Eladó / Szállító** között, közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint.

Jelen szerződés a Megrendelő által meghirdetett a Szegedi Tudományegyetem DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 kódszámú pályázatának neurológiai és pszichiátriai moduljai részére orvostechnológiai gép-műszerek és felszerelések és rehabilitációs eszközök leszállítása, üzembe helyezése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján lefolytatott uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárás eredményeként a 3., 6. és 8. részajánlati körökben nyertesként kihirdetett ajánlattevővel jött létre a Ptk. 6:231. § előírásai szerint.

A Megrendelő nem teszi lehetővé a Szállító / Szállítók által gazdálkodó szervezet létrehozását a teljesítéshez.

1. A szerződés tárgya

1.1. **Szállító** köteles a Szegedi Tudományegyetem DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére **3. részajánlati kör: Fekvőbeteg fürdető ágy (neurológiai modul), 6. részajánlati kör: Elektroterápiás készülék (neurológiai modul), 8. részajánlati kör: Önálló közlekedést gyakorló eszközök (neurológiai modul)** (továbbiakban: Áru) leszállítani, üzembe helyezni és a kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtani.

1.2. Az Áru megnevezését, típusát, a darabszámát, árát a jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az Árunak meg kell felelnie az Ajánlati felhívásban és a jelen szerződés 2. sz. mellékletében foglalt specifikációnak, illetve a hatályos minőségi bizonyítványnak. Az Áru fogalmába az eszközök elválaszthatatlan illetve a műszaki specifikációban meghatározott tartozékait is bele kell érteni.

A felek a Kbt. 124. § (2) bekezdésének, azaz a közbeszerzési eljárásban értékelt adatoknak a szerződésben való szerepeltetési kötelezettségének úgy tesznek eleget, hogy a szerződés részét képező 3. számú mellékletként csatolják ezen értékelés körébe tartozó elemeket.

1.3. Pályázati forrás: **DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 kódszámú „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a dél-alföldi régióban”** c. pályázat

2. Vételár:

3. részajánlati kör: 793.500,-Ft + 27%ÁFA, bruttó 1.007.745,-Ft
azaz bruttó egymillió-hétezer-hétszáznegyvenöt forint

**6. részajánlati kör: 2.414.440,-Ft + 27%ÁFA, bruttó 3.066.339,-Ft
azaz bruttó hárommillió-hatvanhatezer-háromszázharminckilenc forint**
**8. részajánlati kör: 2.704.674,-Ft + 27%ÁFA, bruttó 3.434.936,-Ft
azaz bruttó hárommillió-négyszázharmincezer-kilencszázharminchét forint**

2.1. A szerződéses ár fix összegű, amely magyar forintban értendő. Az ÁFA mértékét a hatályos jogszabály szerint kell meghatározni.

2.2. A szerződéses ár tartalmazza áru ellenértékét, az áru kezelésével, rakodásával, a helyszínre történő szállításával, a teljesítés helyén való átadásával, helyszíni felszerelésével, beüzemelésével kapcsolatos minden költséget (beleértve a szükséges átalakítási, tervezési, szerelési, csatlakoztatási költségeket), a teljes körű üzembe helyezésnek, a betanításnak, a szükséges engedélyeknek (beleértve az üzembe helyezést megelőző előzetes munkavédelmi felülvizsgálat elvégzését), az előírt dokumentációknak a költségét, a belföldi forgalomba hozatalhoz szükséges adókat, vámokat, illetékeket, minden egyéb, az áru rendeltetésszerű használatba vételével kapcsolatban felmerülő költségeket, ide értve a vállalt jótállás teljesítésének a költségeit is (kapcsolódó szolgáltatások).

2.3. A szerződéses áron felül a Szállító nem jogosult egyéb költség, vagy díj felszámítására. A fenti ár módosítására kizárólag kétoldalú, írásos megállapodás alapján kerülhet sor, a Kbt.-ben rögzítettek alapján.

3. Fizetési mód

3.1. A **Megrendelő** kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező beszerzés pénzügyi fedezete, részben saját erőből, részben pályázati forrásból rendelkezésre áll. A fenti 2. pont szerinti vételár kiegyenlítése a kiadott teljesítésigazolásra benyújtott számla alapján saját rész vonatkozásában a Megrendelő által, a DAOP forrás tekintetében szállítói finanszírozással, a pályázat Közreműködő Szervezete által a Ptk. 6:130 § (1)-(2) szerinti határidőn belül, a Szállító OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11795009-29906091-00000000 számú számlájára való átutalással kerül kiegyenlítésre.

3.1.1. Előlegfizetés

Az előleg maximális mértéke a szerződés elszámolható összegének 30%-a, a 4/2011. (I.28) Kormányrendelet 57/A. § (1) bekezdése alapján.

Az előlegkérés feltétele és eljárásrendje:

A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet

(1) Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közsféra szervezet kedvezményezett

a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, valamint

b) a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet szerinti beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

(2) Az irányító hatóság a szállítói előleg kifizetését független, az irányító hatóság által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti.

(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárások eredményeként kötött szerződésben a közsféra szervezet kedvezményezett köteles kikötni az (1) bekezdés szerinti eljárások eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a

Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékeként.

(4) Az (1) bekezdés szerinti szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a szállító közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett egyidejű értesítése mellett. A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a kedvezményezett részéről elfogadottnak kell tekinteni.

(5) A kedvezményezett köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében.

(6) A központi koordinációs szerv meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait.

Az előleg visszafizetési biztosíték igénybevételére akkor kerülhet sor, ha a Vállalkozó az előleg visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét – Ajánlatkérő írásbeli felszólítására - 5 munkanapon belül nem teljesítette.

Elszámolás az előleggel: A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A. § (6) bekezdése szerint a végszámlában.

A Szállító a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a jelen szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

Az előleg igénylésre vonatkozóan az irányító szerv mindenkori iránymutatása alkalmazandó.

3.1.2. A számlák benyújtásának feltételei:

Részszámla benyújtására nincs lehetőség.

Végszámla: az eszközök átadását és minden szerződéses kötelezettség szerződésszerű igazolt teljesítését (hiánytalan átadás-átvétel, betanítás, dokumentumok átadását) követően nyújthatja be Szállító.

Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Szállító teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

Fizetési határidő: a fizetési határidő a formai és tartalmi szempontból megfelelő számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 30 nap.

3.2. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállító a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.

3.3. A nettó 1 millió forintot elérő illetve meghaladó számlák esetében Megrendelő a számla összegéből az önrész arányát utalja át Szállítónak. A támogatás kifizetése a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet szerint, közvetlen szállítói finanszírozással a Közreműködő Szervezet feladatait ellátó ESZA Kft. Közreműködésével történik.

3.4. Szállító tudomásul veszi, hogy számlája kibocsátása során köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat, Megrendelő csak a minden előírásnak megfelelő és a szükséges mellékletekkel hiánytalanul felszerelt számlát köteles befogadni.

3.5. A Szállító a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján vállalja, hogy

a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ügyletekről az Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

3.6. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

3.7. A 3.6. pont szerinti felmondás esetén a Szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

3.8. A külföldi adóilletőségu Szállító köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szállítóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

3.9. Felek a pénzügyi teljesítés során „Az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. §-ának figyelembe vételével járnak el.

4. Teljesítési hely:

4.1. Szállítási cím:

Mindhárom részajánlati kör esetében:

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Neurológiai Klinika 6725 Szeged, Semmelweis u. 6.

4.2. Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

4.3. Számlaküldési cím:

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Stratégiai Igazgatóság 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.

4.4. **Teljesítés, teljesítésigazolás:** a Megrendelő által a szállítás fogadásának visszaigazolása keretében megadott helyszíneken kell az eszközöket beüzemelni és átadni Megrendelő részére. Szállító az eszközök leszállítását és az alábbiak – az adott eszköz tekintetében értelmezhető – teljes körű teljesítését követően jogosult teljesítésigazolásra:

a) Az eszköz (próbaüzeme), üzembe helyezése megtörtént (amennyiben az eszköz használatba vétele igényli vagy Megrendelő külön kérésére)

b) A személyzet betanítása megtörtént.

c) Az előírt magyar nyelvű Átadási dokumentumok átadásra kerültek az alábbiak szerint:

- 1 pld Szállítólevél
- 1 pld gépkönyv (magyar nyelvű)

Handwritten signature/initials

- 2 példány magyar nyelvű kezelési-használati útmutató (tartalmaznia kell az eszköz üzemeltetési, karbantartási utasítását, technológiai utasítást, egyéb üzemeltetési dokumentációkat).
- Minőségi, megfelelőségi tanúsítványok másolati példánya
- Bizonylatok, nyilatkozatok (érintés, tűz, munkavédelmi, környezetvédelmi engedélyek, jegyzőkönyvek)
- Szakhatósági hozzájárulás (szükség esetén)
- Hatósági engedély (szükség esetén)
- 2 példány mérési jegyzőkönyv (szükség esetén)
- 3 példány Átadás-átvételi jegyzőkönyv
- 2 példány oktatási jegyzőkönyv
- 2 pld Szállítói tanúsítvány a szoftverek jogtisztaságára és Megrendelő részére biztosított felhasználói jogra.
- 1 pld. előzetes munkavédelmi felülvizsgálat elvégzését igazoló dokumentáció

Megrendelő a teljesítésigazolást minden – az adott eszköz tekintetében értelmezhető – feltétel szerződés szerű teljesítése esetén köteles haladéktalanul kiadni Szállító részére.

4.5. A teljesítésigazolás birtokában Szállító jogosult számlát benyújtani a 3.1. pontban foglaltak szerint.

5. Szállítási feltételek és határidők

5.1. Az árunak a teljesítési helyig történő szállításáért a Szállító külön díjazást nem igényelhet. A Szállító a leszállítandó Árut a szállítás módjának, illetve az előírásoknak megfelelő csomagolásban szállítja le, és a helyszínre beszereléssel, üzembe helyezéssel, betanítással ill. engedélyek, áruleírások, egyéb szükséges dokumentumok beszerzésével, illetve azoknak a Megrendelő részére történő átadásával teljesíti. A csomagoló anyagok helyszínről történő elszállítása Szállító kötelezettsége.

5.2. A teljesítési határidő:

5.2.1. A szerződéskötés napjától számított 42 naptári nap (kötbér köteles)

Az eszközöket a projekt keretében felújított Neurológiai Klinika A/4 szárny épületébe és Pszichiátriai Klinika felújított, kibővített részlegeibe kell szállítani, telepíteni.

A telepítést nem igénylő eszközöket a – szállítás fogadásának visszaigazolása keretében megadott helyiségekben - kell átadni az átvételre kijelölt orvos szakmai egység képviselőjének átadás-átvételi jegyzőkönyv kitöltésével és aláírásával.

A teljesítési határidőre Szállító köteles valamennyi eszközt (tartozékokkal) hiánytalan mennyiségben és kifogástalan minőségben leszállítani, a helyszínen üzembe helyezni, a személyzet oktatását eredményesen lebonyolítani, a szükséges engedélyeket beszerezni, az eszközt az előírt dokumentumokkal együtt átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átadni Megrendelő részére.

5.2.2. Szállító az eszközöket Megrendelővel egyeztetett időpontban – a szerződés szerinti teljesítési határidő figyelembe vételével - jogosult leszállítani és átadni.

5.2.3. A Szállító köteles a **szállítás várható időpontja előtt 5 nappal** Megrendelőt e-mail útján értesíteni a leszállítandó áruk megnevezésének, mennyiségének és gyári számának megjelölésével. Megrendelő az eszközök fogadására készségét visszaigazolja, egyben megadja a helyiségek listáját és az átvételre kijelöltek adatait.

5.3. A leszállított áruk fuvarozótól történő átvétele és a fuvarozóval szembeni esetleges kárigények érvényesítése a Szállító kötelezettsége.

5.4. A Szállító előszállításra a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával jogosult.

6. Az Áru helyszíni üzembe helyezése

6.1. Az eszközök üzembe helyezését egy kórházként folyamatosan működő épületben kell megvalósítani. Szállító tevékenysége a kórház rendeltetésszerű működését nem akadályozhatja. A leszállításkor a helyszíni üzembe helyezést haladéktalanul el kell végezni. Az átadás-átvétel lezárásáig az eszközök esetlegesen szükséges raktározását, őrzését Szállító saját költségén köteles biztosítani.

6.2. A Szállító kötelezettsége, hogy az eszközök üzembe helyezéséhez, működéséhez szükséges infrastruktúrára (elektromos, víz, gáz, légtechnikai, informatikai stb.) rácsatlakozzon, - amennyiben szükséges - a rácsatlakozáshoz az átalakításokat saját költségére elvégezze. Az esetleges átalakításokhoz és a rácsatlakozáshoz az engedélyeket Szállító köteles beszerezni, és az átalakítást és a rácsatlakozást dokumentálni.

6.3. Az üzembe helyezés során az orvostechnikai eszközökre és egészségügyi létesítményekre vonatkozó valamennyi jogszabálynak és szabványnak teljes körűen megfelelően kell eljárnia. Szállító köteles a szállítás, üzembe helyezés során a működő klinika munka- és házirendjéhez alkalmazkodni, a biztonsági előírásait betartani. A helyszíni munkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi-, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírások be nem tartásából eredő minden jogi- és anyagi felelősség Szállítót terheli.

6.4 Az eszköz helyszínre szállítását követően, a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott üzembe helyezést kell tartani, amelynek költségeit a vételár tartalmazza.

7. Az Áru átadás-átvétele

7.1. Felek a beüzemelés eredményes befejezését követően – a műszaki dokumentációban meghatározottak szerint - átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel.

7.2. Az üzembe helyezés során az árunak rendelkeznie kell az összes alkatrészszel, illetve a gyári előírás szerinti illetve megrendelt további tartozékkal, valamint működnie kell minden, a specifikációban vállalt funkcióknak. Az üzembe helyezés időpontját és a felek által tett megállapításokat az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

7.3. A sikeres átadás-átvételtől készült jegyzőkönyv lezárásának napjától az áruval kapcsolatos költség- és kárveszély Megrendelőre száll át és e dátummal kezdődik Szállító jótállási kötelezettsége. A jegyzőkönyv lezárásának napjától számított legfeljebb 15 napon belül Megrendelő köteles a teljesítési igazolást kiadni Szállító részére.

8. Betanítás, átadási dokumentáció

8.1. Az áru próbaüzemének keretében – a próbaüzem lezárásáig – Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az orvos-szakmai illetve műszaki személyzetet, legalább 2 főt a helyszínen kiképzzi az áru rendeltetésszerű használatára. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az eszközök üzembe helyezését, és az oktatási feladatokat arra megfelelő szakmai végzettséggel, szakmai gyakorlattal, a szakma gyakorlására, és a munka végzésére megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberek közreműködésével hajtja végre. Amennyiben a Szállító szakembere magyar nyelven nem kommunikál, a tolmács biztosítása, és annak költsége Szállítót terheli.

8.2. Az átadás-átvételi eljárás eredményes befejezésének, a jegyzőkönyv lezárásának a feltétele egyebek mellett, hogy Szállító a műszaki leírás 3. pontjában meghatározott Átadási dokumentációt is hiánytalanul magyar nyelven átadja Megrendelő részére.

9. Ellenőrzések és vizsgálatok

9.1. A Megrendelő az Áru átadás-átvétele során az átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásáig köteles elvégezni minden vizsgálatot és mérést annak megállapítására, hogy az Áru megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak.

9.2. Ha az átadás-átvétel során a Megrendelő azt állapítja meg, hogy az Áru nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a Megrendelő az Áru kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, a Szállító

pedig köteles a Megrendelő által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.

9.3. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik.

10. Szavatosság, jótállás

10.1. A Szállító kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés alapján szállított berendezések újak, megfelelnek mindazon minőségi követelményeknek, műszaki és szabvány előírásoknak, amelyek a berendezések rendeltetésszerű használatához szükségesek, továbbá megfelelnek az orvostechikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben meghatározott alapvető követelményeknek, rendelkezik az erre vonatkozó tanúsítványokkal, engedélyekkel és igazolásokkal, azokat a Megrendelő részére a teljesítés keretében átadja.

10.2. A Szállító minden eszközre a helyszíni sikeres átadás-átvételtől készült jegyzőkönyv lezárásának napjától számított **24 hónapra** teljes körű jótállást vállal, és szavatolja, hogy a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Szállító vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A jótállás magában foglalja az árunak a gyártó által előírt karbantartási munkáinak díjmentes ellátását is a jótállási időn belül. A jótállási időszakban semmilyen költség (pl. kiszállási díj, kilométerdíj, munkadíj, a javításkor kötelezően cserélendő fogyóanyagokon felül egyéb anyagköltség stb.) nem számolható fel. A Szállító jótállással vállalt felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

10.3. Az árukra vonatkozó, jelen szerződésben meghatározott feltételekkel összhangban lévő jótállási feltételeket az árukhoz mellékelte jótállási jegyek tartalmazzák.

10.4. A Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Szállítót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

11. Szerviz, alkatrészellátás

11.1. Szállító kötelezi magát, hogy a jótállási feladatok ellátására technikailag felszerelt, a szállított eszközökre kiképzett, magyarul beszélő legalább 2 fő szakemberrel rendelkező szerviz bázist tart fenn. A jótállási időszak alatt előforduló meghibásodásokat a Szállító – saját választása szerint – csere vagy javítás útján saját költségére küszöböli ki. A kijavított részekre a jótállási kötelezettség újra kezdődik. A jótállási feladatokat ellátó szerviz adatait (cím, nyitvatartási idő, telefon, fax, e-mail cím, kapcsolattartó) az eszközre vonatkozó jótállási dokumentációban átadja Megrendelő részére.

11.2. A Szállító a jótállási idő alatt a hiba bejelentését követő maximum 48 órán belül a helyszínen megkezdi a hiba kijavítását, illetve a hiba jellegétől függően – a Megrendelővel egyeztetve – a szükséges javításokat szervizben elvégezteti a lehető legrövidebb időn belül. Amennyiben az eszköz a helyszínen nem javítható, Szállító köteles gondoskodni annak el- és visszaszállításáról. Amennyiben a hiba kijavítása ésszerű határidőn belül nem lehetséges, Szállító köteles az eszközt vagy a hibás alkatrészt kicserélni. A jótállási idő alatt a garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető a Megrendelőre.

11.3. Ha a Szállító nem, vagy nem szerződészerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a Megrendelő a Szállító költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése érdekében.

11.4. A Szállító vállalja, hogy a jótállási idő alatt évente 2 alkalommal minden szállított eszközre kiterjedő karbantartást végez.

12. Kötbér, kártérítés

12.1. A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a Szállító kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A kötbér mértéke késedelem esetén a teljesítésig, illetve hibás teljesítés esetén a hiba kijavításáig minden napra a késedelmes vagy hibásan történő szállítással érintett árunak a szállítási szerződés szerinti nettó ellenértékének 1 %-a. A kötbér maximuma az érintett áru nettó árának 30 %-a. A kötbérek a szerződésszegések napján esedékessé válnak.

12.2. Szállítót, amennyiben a jelen szerződésben előírt teljesítési határidőt elmulasztja, Megrendelő jogosult írásban felszólítani megfelelő új teljesítési határidő megjelölésével.

12.3. A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

12.4. Szállító anyagi felelősséggel tartozik a Megrendelő tárgyi eszközeiben általa, vagy az általa a szerződés teljesítésébe bevont harmadik személy által okozott károkért.

13. Engedélyek

13.1. A Szállító a saját költségére köteles biztosítani a Megrendelő részére az Áruk felhasználásához szükséges engedélyeket, igazolásokat.

13.2. A Szállító a saját költségére köteles biztosítani, hogy az eszközök üzembe helyezéséhez szükséges szakhatósági engedélyeket és tanúsítványokat szükség szerint megszerezze.

14. Együttműködés, kapcsolattartás

14.1. Felek a szerződés teljesítése során minden olyan akadályról, körülményről, amely a jelen szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek.

14.2. A szerződés keretében a kapcsolattartásra kijelölt személyek:

Megrendelő részéről:

Név: Lombfalvi Katalin

Levelezési cím: 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.

Telefon: 62/341-470; 30/321-8621

E-mail: lombfalvi.katalin@gmf.u-szeged.hu

Szállító részéről:

Név: dr. Németh Julianna Erzsébet

Levelezési cím: 1026 Budapest, Gyergyó u. 5.

Telefon: +36209356933, +3612251897

E-mail: szamos-h@t-online.hu

14.3. Szállító a helyszíni tevékenysége során köteles együttműködni a területen tevékenységet végző más vállalkozókkal, köteles figyelembe venni a működő kórház előírásait és telepítendő eszközökkel kapcsolatos egyeztetéseken – Megrendelő meghívására – köteles részt venni.

15. Titoktartási kötelezettség

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során a másik fél tudomására jutott valamennyi információ, adat üzleti titkot képez, azokat egymás érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem használják fel. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségekre.

16. A szerződés hatálya és megszűnése

16.1. A szerződés mindkét szerződő fél aláírásakor, a későbbi aláírás dátumával lép hatályba.

16.2. Szállító súlyosan szerződésszegő magatartása esetén a Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására vagy a szerződéstől való elállásra. Szállító súlyosan szerződésszegő magatartásának minősül különösen:

- a) a Szállító késedelmes teljesítése miatt kitűzött póthatáridő eredménytelenül eltelt, vagy a késedelem meghaladta a 30 napot, vagy a késedelmi kötbér elérte a maximális mértéket,
- b) a berendezések a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanok,
- c) a berendezések nem felelnek meg az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben meghatározott alapvető követelményeknek,
- d) Szállító bármely okból, előzetes írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti a szerződésben vállalt valamely kötelezettségét (ide nem értve a vis maior esetét),
- e) Szállító ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás indult, vagy egyébként fizetése képtelenné vált.
- f) A szerződés 3.6. pontjában foglalt feltételek bekövetkezése.

16.3. A szerződésszegő fél köteles a másik félnek a szerződésszegésből eredő kárát megtéríteni.

17. Szerzői és iparjogvédelmi jogok

17.1. Szállító - az általa szállított és átadott áru tekintetében – a Szerződés tárgyával kapcsolatos minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb, harmadik fél által történő követelés kielégítését magára vállalja, attól Megrendelőt mentesíti.

17.2. A Szállítónak kártalanítania kell a Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden olyan igény esetén, amely licenc, szabadalom, védjegy és ipari vagy használati minta oltalmak alá eső jogok megsértéséből származik az áruknak, vagy azok bármely részének a Megrendelő részéről történő felhasználás folytán.

18. Egyéb megállapodások

18.1. A jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 132. §.-ában előírtaknak megfelelően, írásos formában van lehetőség.

18.2. Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, vagy telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezés nyelve: magyar.

18.3. A jelen szerződés fizikailag csatolt mellékletei, és a Szállító által benyújtott ajánlat és a közbeszerzési dokumentáció, mint a szerződés fizikailag nem csatolt mellékletei, a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ha a szerződést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor - ebben a sorrendben - a közbeszerzési dokumentáció, jelen szerződés, a jelen szerződés mellékletei, illetve a Szállító által benyújtott ajánlat tartalma az irányadó.

18.4. A Szállító tudomásul veszi, hogy a teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Szállító alkalmasságának igazolásában. A Szállító köteles a Megrendelőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.

18.5. Az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Szállító alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Szállító az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Szállító a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

18.6. A Szállító, alvállalkozó teljesítési kötelezettségét teljesítheti a Szállító vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.

18.7. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett állandó Választott Bíróság kizárólagos illetékességének. A felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot és a Választott bíróság Eljárási Szabályzatát kell alkalmazni.

18.8. A szállító jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezetük átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról az Egyetemet haladéktalanul tájékoztatja.

18.9. Jelen szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. A szerződés 4 db mindenben egyező, eredeti példányban készült.

18.11. A szerződés fizikailag csatolt mellékletei:

1. számú melléklet: A szerződés tárgyát képező, eszközökre bontott tételes árlista
2. számú melléklet: Az eszközök műszaki specifikációja
3. számú melléklet: A nyertes ajánlat értékelés körébe tartozó elemek

Szeged, 2014. 2015. 01. 14.

Budapest, 2014. 2015. 01. 12.

Megrendelő részéről:

Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor



Dr. Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató

Prof. Dr. Pál Attila
Klinikai Központ elnök

Szállító részéről:

Szamos-H Kft.
képv: dr. Németh Julianna Erzsébet



1026 Budapest, Gyergyó u. 5.
Tel.: 225-1897, Fax: 255-9972
E-mail: szamos-h@t-online.hu
Adószám: 12128251-2-41

1. számú melléklet

Ártáblázat

Eszközök	Db	Nettó egységár	Nettó összesen	Bruttó összegár (27% ÁFA)
3. részajánlati kör				
3.1. Betegfürdő-lemosó kocsí	1	793 500	793 500	1 007 745
6. részajánlati kör				
6.1. Többfunkciós elektroterápiás készülék (4 csatornás elektroterápia bővíthet áramformákkal)	2	803 520	1 607 040	2 040 941
6.2. Vákuum egység elektroterápiához	2	403 700	807 400	1 025 398
8. részajánlati kör				
8.1. Kerekes szék koordinációs zavarú egyéneknek	3	150 104	450 311	571 895
8.2. Kerekes szék emelt fejtartóval, dönthető háttámlával	4	108 379	433 518	550 568
8.3. Kerekes szék könnyített szerkezetű	8	112 367	898 932	1 141 644
8.4. Betegrögzítő biztonsági mellény kerekes székhez	8	9 886	79 088	100 442
8.5. Tüsolószék önállóan hajtható kerekekkel	5	168 565	842 825	1 070 387

2

7

2. számú melléklet

Betegfürdető/lemosó kocsi
1 db

Megnevezés:
Össz. darabszám:

Ajánlattevő neve:
Gyártó: Szécsinox Kft.

Megajánlott termék típusa: BékésAqua 500H

A készülékkel szemben támasztott követelmények:
Alapkövetelmények:

jellemző adatok, paraméterek	igény	Ajánlott paraméter
Fekvőbetegek fürdetését és mozgatását segítő eszköz.	Igen	Fekvőbetegek mozgatását, fürdetését segítő berendezés
A vázszerkezet rozsdamentes kivitel vagy ezzel egyenértékű porozott acél vagy alumínium, kerékei közül kettő fékezhető, minden irányban könnyen gördíthető	Igen	Rozsdamentes acélváz (AISI 304), szinterezett felülettel, négy darab fékezhető, önbeálló, nyomot nem hagyó kerék Ø100 mm, mellvel minden irányba könnyen gördíthető.
Két oldalán fei- ill. lehajtható rács	Igen	Mindkét hosszanti oldalal lehajtható.
A fekvőfürdető lap magassága fokozatmentesen állítható, vezérlése 2 oldalról	Igen	Hidraulikus, mindkét hosszanti oldalról, lábpedállal, fokozatmentesen.
Az elhasznált víz leengedése a kád egyik végén elhelyezett zárható kifolyón keresztül, lejtés a kifolyó irányába	Igen	Az elhasznált víz leengedése a kád egyik végén elhelyezett zárható kifolyón keresztül, lejtés a kifolyó irányába.
Terhelhetőség:	Minimum 150 kg	Terhelhetőség : 200 kg
Állítható magasság:	Minimum 550-750 mm között	A fekvőfelület magassága 550-1000 mm között állítható.
Magasság állítás: lábpedálos hidraulikus	Igen	Hidraulikus, mindkét hosszanti oldalról, lábpedállal.
Párnázott fekvőfelület belső szélesség: Minimum 550 mm	Igen, kérjük megadni	Párnázott fekvőfelület belső szélesség: 650 mm
Párnázott fekvőfelület belső hossz: Minimum 1850 mm	Igen, kérjük megadni	Párnázott fekvőfelület belső hossz: 1900 mm
Fekvőfelület vízhatlan, antisztikus, nagy szaktószilárdságú PVC műanyag belső szivacsos bélással, fejpárnával	Igen	Fekvőfelület vízhatlan, antisztikus, fertőtleníthető nagy szaktószilárdságú PVC műanyag fólia belső szivacsos bélással, melynek oldalafa lehajtható, fejpárnával.
A fekvőfelület oldalirányban, függőlegesen lehajtható a fürdető kocsi kisebb helyen történő tárolásához	Igen, kérjük megadni	A fekvőfelület függőleges helyzetbe is állítható az egyszerűbb tárolás érdekében.
Vízvezető gégecső megléte	Igen	A flexibilis vízvezetecső a fekvőfelülethez csatlakoztatható, hossza állítható, min. 200cm hosszú.

8
p
ai

Megnevezés:

Többfunkciós elektroterápiás készülék (4 csatornás elektroterápia bővített áramformákkal) vákuumegységgel

Össz. darabszám:

2 db

Ajánlattevő neve:

Szamos-H Kft.

Gyártó:

ENRAF NONIUS/Hollandia

Megajánlott termék típusa:

ENDOMED 684 V

A készülékkel szemben támasztott

követelmények:

Alapkövetelmények:

Jellemző adatok, paraméterek	Igény	Ajánlott paraméter
4 csatornás 8 elektródás elektroterápiás készülék bővített áramformákkal	igen	Igen, 4 csatornás 8 elektródás elektroterápiás készülék bővített áramformákkal, négy, egymástól független csatorna, 4 független időbeállítás, páciensek független kezelése
nagyméretű min. 12 cm átmérőjű LCD kijelző	igen	Igen, kristálytisza karcmentes érintő képernyő, mely minden szögből biztosítja a paraméterek teljes láthatóságát, teljes Ø 12 cm Színes anatómiai képek vannak megadva a kezelési területekről ill. az elektróda elhelyezésekhez.
4 független kimeneti csatorna	igen	Igen, 4 független kimeneti csatorna
állandó áramú és állandó feszültségű működési mód legyen választható	igen	Állandó áramú és állandó feszültségű kezelések, CC és CV mód
választható polaritás: negatív, pozitív, megforduló	igen	Igen, választható polaritás: negatív, pozitív, megforduló
áramformák: galván, diadinamikus, TENS, pulzus áramok, pulzus moduláció, elektrodiagnosztika	igen	Alacsony és középfrekvenciás áramok: Galvánáram folyamatos és megszakított üzemmódokkal, 8 kHz-es szaggatva (95% duty cycle) Iontoforézis: igen Diadinamikus áramok Igen (DF, MF, CP, CP-ID, LP, RS), plussz IG áramok, mono és bifázisú Traebert 2-5: Fázisstartam: 2 ms Intervallum: 5 ms Polaritás: pozitív vagy negatív Amplitúdó: 0-80 mA Klasszikus interferencia Interferencia- 4 pólusú Vivó frekvencia: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kHz Inger frekvencia (AMF): 0-200 Hz, 1 Hz-es lépések Frekvenciamoduláció (Spektrum): 0-180 Hz, 1 Hz lépések Modulációs programok: 1/1, 6/6, 12/12, 1/30/1/30 s Amplitúdó: 0-100 mA

Áramforma: CC

2-pólusú középfrekvenciás áramok:

Vívó frekvencia: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kHz

Inger frekvencia (AMF): 0-200 Hz, 1 Hz-es lépések
Frekvenciamoduláció (Spektrum): 0-180 Hz, 1 Hz lépések

Modulációs programok: 1/1,6/6,12/12, 1/30/1/30 s
Amplitúdó: 0-100 mA

Orosz stimuláció:

Vívó frekvencia: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kHz

Burst-frekvencia: 0-100 Hz, 1 Hz-es lépésekben
Burst/Szünet: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5

Amplitúdó: 0-100 mA

Ízoplanikus vektor:

Vívó frekvencia: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kHz

Inger frekvencia (AMF): 0-200 Hz, 1 Hz-es lépések
Frekvenciamoduláció (Spektrum): 0-180 Hz, 1 Hz lépések

Modulációs programok: 1/1,6/6,12/12, 1/30/1/30 s
Amplitúdó: 0-100 mA

Áramforma: CC

Dipol-Vektor automatikus:

Vívó frekvencia: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kHz

Inger frekvencia (AMF): 0-200 Hz, 1 Hz-es lépések
Amplitúdó: 0-100 mA

Rotációs idő: 1-10 s, 1 s-os lépésekben

Áramforma: CC

Dipol-vektor manuális:

Vívó frekvencia: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kHz

Inger frekvencia (AMF): 0-200 Hz, 1 Hz-es lépések
Frekvenciamoduláció (Spektrum): 0-180 Hz, 1 Hz lépések

Modulációs programok: 1/1, 6/6, 12/12, 1/30/1/30 s
Amplitúdó: 0-100 mA

Vektorfelosztás: 2,25° lépésenként (160 lépés 360°)

Áramforma: CC

Pulzusáramok, pulzus moduláció

Középfrekvenciás Burst hullámcsomag kezelés

Aszimmetrikus:

Fázisstartam: 10-400 mikrosec,5 mikrosec lépésenként

Impulzusfrekvencia: 1-200 Hz, 1 Hz-es lépésekben
Frekvenciamoduláció: 0-180 Hz, 1 Hz-es lépésekben
Modulációs programok: 1/1,6/6,12/12, 1/30/1/30 s
Amplitúdó: 0-140 mA

Aszimmetrikus váltóáram:

Fázisstartam: 10-400 mikrosec,5 mikrosec lépésenként

Impulzusfrekvencia: 1-200 Hz, 1 Hz-es lépésekben
Frekvenciamoduláció: 0-180 Hz, 1 Hz-es lépésekben
Modulációs programok: 1/1,6/6,12/12, 1/30/1/30 s
Amplitúdó: 0-140 mA

SZTE DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 kódszámú pályázat eszközei.../NY/2014/SZTE
 8. Részajánlati kör: Önálló közlekedést gyakorló eszközök

Megnevezés: Kerekesszékek koordinációs zavarú egyéneknek
 Össz. darabszám: 3 db

Ajánlattevő neve: Szamos-H Kft.
 Gyártó: Rehab Zrt.
 Megajánlott termék típusa: Transzit szék

A készülékkel szemben támasztott követelmények:
 Alapkövetelmények:

Jellemző adatok, paraméterek	igény	Ajánlott paraméter
Könnyű alumíniumötvözetből vagy könnyített acél ötvözetű, felület kezelt váz szerkezet, ergonómikus vázzal	Igen, kérjük megadni	könnyített acél ötvözetű, felület kezelt váz szerkezet, ergonómikus vázzal
Anatómiai fejtámasz	Igen	Igen
Teherbírása	Minimum 120 kg	125 kg
hátradönthető háttámla, mely a megfelelő pozícióban rögzíthető	Igen, kérjük megadni	hátradönthető háttámla, mely a megfelelő pozícióban rögzíthető
A háttámla közel vízszintes helyzetig hátradönthető.	Igen, kérjük megadni	A háttámla közel vízszintes helyzetig hátradönthető.
A lábtartó kivethető, szögben állítható	Igen, kérjük megadni	A lábtartó kivethető, szögben állítható
A kartartó egy mozdulattal kivethető	Igen, kérjük megadni	A kartartó egy mozdulattal kivethető

J Au

SZTE DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 kódszámú pályázat eszközei .../Ny/2014/SZTE
2. Részajánlati kör: Önálló közlekedést gyakorló eszközök

Ülés és a háttámla anyaga erős, poliészter szövettel fertőtleníthető borítással vagy ezzel egyenértékű	Ülés és a háttámla anyaga erős, poliészter szövettel fertőtleníthető borítással vagy ezzel egyenértékű
Ülésmagasság	Igen, kérjük megadni Minimum 500 mm
Ülésszélesség	Minimum 450 mm

8
6

8. Részajánlati kör: Önálló közlekedést gyakorló eszközök

Megnevezés:

Kerekés szék emelt fejtartóval, dönthető háttámlával
4 db

Össz. darabszám:

Ajánlattevő neve:

Szamos-H Kft.

Gyártó:

Rehab Zrt.

Megajánlott termék típusa:

B-4205

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Alapkövetelmények:

jellemző adatok, paraméterek	Igény	Ajánlott paraméter
Könnyű alumíniumötvözetből vagy könnyített acél ötvözetű, felület kezelt váz szerkezet, ergonómikus vázzal	Igen, kérjük megadni	könnyített acél ötvözetű, felület kezelt váz szerkezet, ergonómikus vázzal
Tömege	Maximum 20 kg	20 kg
Összecsukható kivitel	Igen	Igen
Teherbírása	Minimum 120 kg	125 kg
hátradönthető háttámla, mely a megfelelő pozícióban rögzíthető	Igen, kérjük megadni	hátradönthető háttámla, mely a megfelelő pozícióban rögzíthető
A háttámla közel vízszintes helyzetig hátradönthető.	Igen, kérjük megadni	A háttámla közel vízszintes helyzetig hátradönthető.
Háttámla hosszított vagy hosszabbítóval rendelkezik	Igen, kérjük megadni	Háttámla hosszított
A lábtartó felhajtható vagy leszerelhető	Igen, kérjük megadni	A lábtartó felhajtható vagy leszerelhető
A kartartó felhajtható vagy levehető	Igen, kérjük megadni	A kartartó felhajtható vagy levehető

20




SZTE DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001 kódszámú pályázat eszközei .../Ny/2014/SZTE
 8. Részajánlati kör: Önrülő közlekedést gyakorló eszközök

Ülés és a háttámla anyaga erős, poliészter szövettel fertőtleníthető borítással vagy ezzel egyenértékű	Ülés és a háttámla anyaga erős, poliészter szövettel fertőtleníthető borítással vagy ezzel egyenértékű
Ülésmagasság állítás	Igen, kérjük megadni Minimum 500 mm
Ülésszélesség	Minimum 450 mm

8. Részajánlati kör: Önálló közlekedést gyakorló eszközök

Megnevezés:

Kerekés szék könnyített szerkezetű

Össz. darabszám:

8 db

Ajánlattevő neve:

Szamos-H Kft.

Gyártó:

Meyra GmbH

Megajánlott termék típusa:

Budget2

A készülékekkel szemben támasztott követelmények:

Alakövetelmények:

Jellemző adatok, paraméterek	Igény	Ajánlott paraméter
Könnyű alumíniumötvözetből vagy könnyített acél ötvözetű, felület kezelte váz szerkezet, ergonómikus vázzal	Igen	könnyített acél ötvözetű, felület kezelte váz szerkezet, ergonómikus vázzal
Tömege	Maximum 20 kg	18,5 kg
Összecsukható kivétel	Igen	Igen
Teljesítménye	Minimum 120 kg	130 kg
A lábtartó felhajtható, leszerelhető	Igen	A lábtartó felhajtható, leszerelhető
A kartartó felhajtható	Igen	A kartartó felhajtható, kivethető
Ülés és a háttámla anyaga erős, poliészter szövettel borított vagy ezzel egyenértékű	Igen	Ülés és a háttámla anyaga erős, poliészter szövettel borított vagy ezzel egyenértékű
Ülésmagasság állítás	Minimum 500 mm	47-51 cm
Ülésszélesség	Minimum 450 mm	46 cm

8. Részajánlati kör: Önálló közlekedést gyakorló eszközök

Megnevezés: Tusolószek önállóan hajtható kerekkel
 Össz. darabszám: 5 db

Ajánlattevő neve: Szamos-H Kft.

Gyártó: Meyra GmbH

Megajánlott termék típusa: McWet tusoló- és WC
 szek

A készülékek szemben támasztott követelmények:Alapkövetelmények:

Jelemző adatok, paraméterek	Igény	Ajánlott paraméter
Szoba WC és tusolószek egyben	Igen	Igen
Könnyű alumíniumötvözetből vagy könnyített acél ötvözetű, felület kezelt váz szerkezet, ergonómikus vázzal	Igen, kérjük megadni	könnyített acél ötvözetű, felület kezelt váz szerkezet, ergonómikus vázzal
Tehertirása	Minimum 130 kg	130 kg
Mosható bevonatú ülő és háttámla felülettel	Igen	Mosható bevonatú ülő és háttámla felülettel
A kartartó felhajtható vagy levehető	Igen, kérjük megadni	A kartartó felhajtható
A hátsókerekek önállóan hajthatóak	Igen	24" önállóan hajtható hátsó kerék
Felhajtható kartámasz	Igen	Felhajtható kartámasz
Ílábtámasz	Igen	Felhajtható ílábtámasz
Ülésmagasság:	Maximum 500 mm	50 cm