

**Összegezés az ajánlatok elbírálásáról**

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Szállítási szerződés ultramélyhűtő és fagyasztó, a fagyasztóhoz tartozó CO2 backup tartozékkal beszerzésére.

Mennyiség:

1. részajánlati kör: 1 db Ultramélyhűtő
2. részajánlati kör: 1 db -86 C fagyasztó és CO2 backup a fagyasztóhoz
3. A választott eljárás fajtája: nemzeti értékhatár szerinti közbeszerzési eljárás
- 4.\* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --
- 5.\* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: --
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: KÉ-4824/2012. (2012.04.09.)
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
- b)\* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: --
- c)\* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: --
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 2 ajánlat, 4 részajánlat (1. részajánlati kör: 2 részajánlat, 2. részajánlati kör: 2 részajánlat)
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

**Bio-Science Kft.** 1119 Budapest, Andor u. 47-49.

1. részajánlati kör: 1 db Ultramélyhűtő (Pszichiátria Klinika)

Ajánlati ár: 1.987.000,-Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 2.523.490,-Ft

**TS Labor Kft.** 1047 Budapest, Attila u. 126.

2. részajánlati kör: 1 db -86 C fagyasztó és CO2 backup a fagyasztóhoz (Orvosi Biológiai Intézet)

Ajánlati ár: 1.623.000,-Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 2.061.210,-Ft

Ajánlattevők alkalmasságának indoklása: az Ajánlattételi felhívásnak és a Kbt.-nek megfelelően nyújtották be ajánlatukat. Az ajánlattevők megfeleltek az utolsó kettő lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatos elvárásnak, igazolták a megkövetelt szakember rendelkezésre állását.

b)\*\* Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): --

c)\*\* Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: --

d)\*\* Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot: --

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

**Bio-Science Kft.** 1119 Budapest, Andor u. 47-49. (2. részajánlati kör tekintetében)

Indoklás:

Az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírásban, az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények körében rögzítette a *zajhatás: max. 56dB* előírást. Az ajánlattevő ajánlatában e körben a *zajszint: <57 dB* paramétert adta meg, amellyel kapcsolatban az ajánlatkérő hiánypótlási felhívást adott ki, hogy megállapítható legyen a minimumkövetelményeknek való megfelelés. A Bio-Science Kft. a hiánypótlás keretében úgy nyilatkozott, hogy *az ajánlott készülék zajszintje meghaladja az 56dBA értéket és kevesebb, mint 57dBA, tehát nem felel meg.* Mindezekre tekintettel, mivel az ajánlat a 2. részajánlati kör tekintetében nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az a Kbt. 74. § (1) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen.

**TS Labor Kft.** 1047 Budapest, Attila u. 126. (az 1. részajánlati kör tekintetében)

Az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírásban, az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények körében rögzítette a *483 literes úrtartalom* előírást. Ezen műszaki paraméterrel kapcsolatban az ajánlatok beadását megelőzően kiegészítő tájékoztató kérés is érkezett, amelyben az eltérési lehetőség mértékéről érdeklődött az egyik ajánlattevő. Az ajánlatkérő válaszában tájékoztatta az ajánlattevőket, hogy maximum 3 l-es eltérést fogad el. Az ajánlattevő által megajánlott eszköz a hivatkozott paraméter tekintetében 445 l-es úrtartalommal rendelkezik, amely nem felel meg az előírt értéknek, és a minimumkövetelményekhez képest megadott eltérési lehetőséget is jelentősen meghaladja. Mindezekre tekintettel, mivel az ajánlat az 1. részajánlati kör tekintetében nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

1. részajánlati kör tekintetében: **Bio-Science Kft.** 1119 Budapest, Andor u. 47-49.

Ellenszolgáltatás összege: 1.987.000,-Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 2.523.490,-Ft

Ajánlata kiválasztásának indoka: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

2. részajánlati kör tekintetében: **TS Labor Kft.** 1047 Budapest, Attila u. 126.

Ellenszolgáltatás összege: 1.623.000,-Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 2.061.210,-Ft

Ajánlata kiválasztásának indoka: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

b)\* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: --

12.\* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --

b)\* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --

13.\* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --

b) \* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --

14. \* Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: --

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --

b)\* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2012.05.12.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2012.05.21.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012.05.10.

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2012.05.11.

18.\* Az összegezés módosításának indoka: --

19.\* Az összegezés módosításának időpontja: --

20.\* A módosított összegezés megküldésének időpontja: --

21.\* Az összegezés javításának indoka: --

22.\* Az összegezés javításának időpontja: --

23.\* A javított összegezés megküldésének időpontja: --

24.\* Egyéb információk: --

.....  
Ajánlatkérő képviselője

