

**Összegezés az ajánlatok elbírálásáról**

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  
**Szállítási szerződés a Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére 1. részajánlati körben flexibilis endoszkópok; 2. részajánlati körben laparoszkópos eszközök leszállítása, üzembe helyezése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyban**  
Mennyiség:  
1. részajánlati kör: Flexibilis endoszkópok  
Bronchoscop 3 db  
Intubációs laryngofiberoscop 1 db  
Gastrofiberscop 1 db  
Rectoscop 1 db  
Hidegfényforrás 1 db  
2. részajánlati kör: Laparoszkópos eszközök  
Laparoscopos műtői tálca 7 db  
Laparoscopos-thoracoscopos HDTV felsőkategóriás torony 4 db  
Sebészeti vágó 3 db  
Video-mediastinoscop 1 db
3. A választott eljárás fajtája: a Kbt. II. rész XII. fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
- 4.\* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --
- 5.\* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: --
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: TED: 2012/S 159-265736 (2012.08.21.), KÉ-12429/2012 (2012.08.24.); korrigendum: TED: 2012/S 167-276088 (2012.08.31.), KÉ-13085/2012 (2012.08.31.)
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen  
b)\* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: ---  
c)\* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: --
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 2 ajánlat, 3 részajánlat (1. részajánlati kör: 1 ajánlat, 2. részajánlati kör: 2 ajánlat)
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszerzőpontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):  
**Anamed Kft. 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.**  
**1. részajánlati körben:**  
**Egyösszegű ajánlati ár Ft:** 18.650.000,-Ft + 5.035.500,-ÁFA, bruttó 23.685.500,-Ft, azaz bruttó huszonhárommillió-hatszáznyolcvanötezer-ötszáz  
**Hosszabb fizetési határidő vállalása:** 30 nap + 30 nap  
**2. részajánlati körben:**  
**Egyösszegű ajánlati ár Ft:** 123.290.000,-Ft + 33.288.300,-ÁFA, bruttó 156.578.300,-Ft azaz bruttó százötvenhatmillió-ötszázhetvennyolcezer-háromszáz Ft.  
**Hosszabb fizetési határidő:** 30 nap + 30 nap  
Ajánlattevő alkalmasságának indoklása: az Ajánlattételi felhívásnak és a Kbt.-nek megfelelően nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlattevő megfelelt az utolsó kettő lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatos elvárásnak, rendelkezik az előírt árbevétellel és igazolta az előírt referenciakövetelményeknek való megfelelést.  
b)\*\* Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): lásd melléklet  
c)\*\* Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10

d)\*\* Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot:

Az 1-8, 11, 13. bírálati részszerpont esetében: Az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra, aránypár alkalmazásával: 2, 4, 5, 7, 11, 13. részszerpontnál egyenes, az 1, 3 és 6, 8. részszerpontnál fordított arány szerint.

A 9-10, 12, 14-18. bírálati részszerpont esetében: Abszolút bírálati módszert alkalmaz az ajánlatkérő, amely során a meghatározott műszaki tartalom megléte esetén 10 pontot, annak hiányában 1 pontot kap az ajánlattevő.

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

**RB MED Kft.** 2096 Üröm, Budakalászi út 21/b.

Indoklás:

Az ajánlatok jogi-közbeszerzési és műszaki-szakmai vizsgálatát követően az ajánlatkérő hiánypótlásra és felvilágosítás adásra hívta fel az ajánlattevőt.

A hiánypótlási felhívásban megjelölt hiányosságok pótlását, valamint a felvilágosítás adást az ajánlattevő a megadott határidőre nem teljesítette, így az ajánlata *nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek*, illetve alkalmatlan mert nem igazolta az alkalmassági minimumkövetelmények fennállását, ezért az a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) és d) pontja alapján érvénytelen.

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

1. részajánlati kör: **Anamed Kft.** 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.

Egyösszegű ajánlati ár: 18.650.000,-Ft + 5.035.500,-ÁFA, bruttó 23.685.500,-Ft

Hosszabb fizetési határidő vállalása: 30 nap + 30 nap

2. részajánlati kör: **Anamed Kft.** 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.

Egyösszegű ajánlati ár Ft: 123.290.000,-Ft + 33.288.300,-ÁFA, bruttó 156.578.300,-Ft

Hosszabb fizetési határidő: 30 nap + 30 nap

Az ajánlat kiválasztásának indoka: az összességében legelőnyösebb ajánlat

b)\* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: --

12.\* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 2. részajánlati kör: sebészeti vágó és videomediasztinoszkóp szerződés szerinti szervizellátása

b)\* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --

13.\* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --

b) \* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --

14. \* Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --

b)\* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2012.11.09.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2012.11.18.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012.11.08.

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2012.11.08.

18.\* Az összegezés módosításának indoka: --

19.\* Az összegezés módosításának időpontja: --

20.\* A módosított összegezés megküldésének időpontja: --

21.\* Az összegezés javításának indoka: --

22.\* Az összegezés javításának időpontja: --

23.\* A javított összegezés megküldésének időpontja: --

24.\* Egyéb információk: --

NAGYMIHÁLY ÜGYVÉDI IRODA  
Dr. Nagymihály Tamás ügyvéd  
6722 Szeged, Gogol u. 6.  
Tel.: 20/9648-886  
Adószám: 18466254-2-06  
Bsz: NYSTF 11606002-23385900-06000004

Ajánlatkérő képviselője

Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére 1. részajánlati körben flexibilis endoszkópok; 2. részajánlati körben laparoszkópos eszközök leszállítása, üzembe helyezése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyú közbeszerzési eljárásának értékelő táblázata (61/Ny/2012/SZTE)

Bírálati részszerpontok		súlyszám		Ajánlattevők					
				Anamed Kft.			RB MED KR.		
				megadott adat	értékelési pontszám	súlyozott értékelési pontszám	megadott adat	értékelési pontszám	súlyozott értékelési pontszám
<b>1. részajánlati kör: flexibilis endoszkópok</b>									
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)	70	18 650 000 Ft	10	700	-	-	-		
2. Hosszabb fizetési határidő vállalása	10	+ 30 nap	10	100	-	-	-		
<b>A megajánlott eszközök műszaki jellemzői</b>									
<b>Bronchoescop</b>									
3. Disztális végződés külső átmérő	5	5,9 mm	10	50	-	-	-		
4. Munkacsatorna átmérő	5	2,8 mm	10	50	-	-	-		
<b>Intubációs laryngofiberoscop</b>									
5. Munkacsatorna átmérő	5	2,6 mm	10	50	-	-	-		
<b>Gastrofiberscop</b>									
6. Disztális végződés külső átmérő	5	9,8 mm	10	50	-	-	-		
7. Munkacsatorna átmérő	5	2,8 mm	10	50	-	-	-		
<b>Összesített pontszám</b>				<b>1050</b>					
<b>2. részajánlati kör: laparoszkópos eszközök</b>									
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)	75	123 290 000 Ft	10	750	140 247 000 Ft	-	-		
2. Hosszabb fizetési határidő vállalása	10	+ 30 nap	10	100	+ 1 nap	-	-		
<b>A megajánlott eszközök műszaki jellemzői</b>									
<b>Laparoscopes-thoracoscopos HDTV felsőkategóriás torony</b>									
3. A torony kompatibilis a már meglévő Olympus laparoszkópos tornyokkal: kamerafej csatlakoztatható, optika csatlakoztatható, fénykábel csatlakoztatható	5	igen	10	50	igen	-	-		
<b>Nagyfelbontású (HD) digitális kamera vezérlő egység, HD kamerafejjel</b>									
4. Rendelkezik kép a képből funkcióval, külső képek (pld. ultrahang) a látott képpel egyidőben történő ábrázolására	4	igen	10	40	igen	-	-		
5. Színállítást min. 4 lépcsőben	4	8 lépcsőben	10	40	8 lépcsőben	-	-		
6. Van beépített kép és adattárolás hordozható memóriakártyán	4	igen	10	40	igen	-	-		
<b>XENON hidegfényforrás</b>									
7. Automatikus fényerő szabályozás, manuális állítással lehetőséggel minimum 5 fokozatú	4	8 fokozatú	10	40	8 fokozatú	-	-		
8. Rendelkezik készenléti funkcióval (amikor használaton kívül a készülék, lámpa-élettartam növelése céljából)	4	igen	10	40	igen	-	-		
<b>Elektronikus CO2 inszufflátor</b>									
9. A hasüri nyomás beállítása 1 Hgmm-es lépésekben történik	4	igen	10	40	igen	-	-		
10. Bekapcsoláskor a készülék automatikusan alacsony áramlási tartományban indul	4	igen	10	40	igen	-	-		
<b>Ultrahangos sebészeti vágó koaguláló készülék</b>									
11. Kompatibilitás (csatlakoztathatóság) nagyfrekvenciás sebészeti vágó/koaguláló készülékekhez. Az eszközök egyszerre csatlakoztathatók az ultrahangos transducerhez és a nagyfrekvenciás vágó/koaguláló készülékhez	4	igen	10	40	igen	-	-		
12. Többször használatos, autoklávozható kézieszközökkel rendelkezik laparoszkópos és nyílt műtétekhez	3	igen	10	30	igen	-	-		
<b>Összesített pontszám</b>				<b>1250</b>					

64