

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 1 db mobil digitális C-íves röntgenképerősítő berendezés
3. A választott eljárás fajtája: nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
- 4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:--
- 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:--
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: K.É.-17166/2012. (2012.11.06.)
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
- b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:--
- c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:--
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1 ajánlat
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
GE Hungary Kft. 1044 Budapest, Váci út 77.
Ajánlati ár: 13.900.000,-Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 17.653.000,-Ft
Folyamatos átvilágítás áramerőssége: 12 mA
Digitális „Snapshot” áramerőssége: 16 mA
C ív szabad nyílás: 78 cm
Cikk-cakk mozgató: + 12,5fok
Súly: 245 kg
Rács: 8:1, 60 l/cm
Monitorok mérete: 19’’
Monitorok fényessége: 1000 cd/m²
Képtárolási kapacitás: 80000 kép
Ajánlattevő alkalmasságának indoklása: az Ajánlattételi felhívásnak, a Dokumentációnak és a Kbt.-nek megfelelően nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlattevő megfelelt az utolsó kettő lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatos elvárásnak, igazolta a megkövetelt szakember rendelkezésre állását.
- b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): lásd melléklet
- c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10
- d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot: Az 1-6. és 8-10. részajánlati körök esetében az arányosítás módszerét alkalmazza az ajánlatkérő, amely során a legelőnyösebb ajánlat 10 pontot kap, míg a többi ajánlat pontértéke a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra, aránypár alkalmazásával, két tizedesjegyre történő kerekítéssel. A 7. részajánlati kör esetében a sorba rendezés módszerét alkalmazza az ajánlatkérő. Az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat – amelyik a legjobb értékkel rendelkezik a részszempont szerinti műszaki paraméter tekintetében – 10 pontot kap, míg a sorban következők 2-2 ponttal kevesebbet. A sorban 6. helyen szereplő ajánlat és az azt követő ajánlatok egyaránt 1-1 pontot kapnak.
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:--
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
GE Hungary Kft. 1044 Budapest, Váci út 77.
Ellenszolgáltatás összege: 13.900.000,-Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 17.653.000,-Ft
Ajánlata kiválasztásának indoka: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
- b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:--

- 12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
- a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:--
 - b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--
- 13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
- a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:--
 - b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:
- a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:--
 - b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:-- (a Kbt. 124. § (8) a) pontja alapján)
- b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: -- (a Kbt. 124. § (8) a) pontja alapján)
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012. november 27.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2012. november 28.
- 18.* Az összegezés módosításának indoka:--
- 19.* Az összegezés módosításának időpontja:--
- 20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja:--
- 21.* Az összegezés javításának indoka:--
- 22.* Az összegezés javításának időpontja:--
- 23.* A javított összegezés megküldésének időpontja:--
- 24.* Egyéb információk:--



.....
Ajánlatkérő képviselője

A Szegedi Tudományegyetem 78/E/2012/SZTE számú, mobil digitális C-íves röntgenképerősítő berendezés beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának értékelő táblázata

		Ajánlattevő		
		GE Hungary Kft.		
		megadott adat	értékelési pontszám	súlyozott értékelési pontszám
Bírálati részszerpontok	súlyszám			
1. Ajánlati ár (nettó forint)	50	13.900.000	10	500
2. Folyamatos átvilágítás áramerőssége	2	12 mA	10	20
3. Digitális „Snapshot” áramerőssége	2	16 mA	10	20
4. C ív szabad nyílás	3	78 cm	10	30
5. Cikk-cakk mozgathatóság	3	±12,5fok	10	30
6. Súly	3	245 kg	10	30
7. Rács	3	8:1, 60 l/cm	10	30
8. Monitorok mérete	3	19"	10	30
9. Monitorok fényessége	3	1000 cd/m2	10	30
10. Képtárolási kapacitás	3	80000 kép	10	30

Összesített pontszám

750