

**KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ**

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja

1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

On-line értesítés: http://www.

**AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA**

Árubeszerzés

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma \_\_\_\_\_

Azonosító kód \_\_\_\_\_

**I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ**

**I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)**

<b>Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem</b>		
<b>Postai cím:</b> Dugonics tér 13.		
Város/Község: Szeged	Postai irányítószám: 6720	Ország: Magyarország
<b>Kapcsolattartási pont(ok):</b> Szegedi Tudományegyetem Közbeszerzési Munkacsoport Címzett: Dr. Nagymihály Tamás		Telefon: 62/545-857
E-mail: nagymt@admin.u-szeged.hu		Fax: 62/545-073
<b>Internetcím(ek) (adott esetben)</b> Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu A felhasználói oldal címe (URL): -		

További információk a következő címen szerezhetők be: <input checked="" type="checkbox"/> Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
A dokumentáció a következő címen szerezhető be: <input checked="" type="checkbox"/> Ha attól eltérő, kérjük <i>töltse ki az A.II mellékletet</i>
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: <input checked="" type="checkbox"/> Ha attól eltérő, kérjük <i>töltse ki az A.III mellékletet</i>

**I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA**

Központi szintű	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------

**I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE**

**I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN**

<input checked="" type="checkbox"/> Oktatás
---

<b>I. 4.)</b> Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? <b>nem X</b>
---

**II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA**

**II.1) MEGHATÁROZÁS**

<b>II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés</b> Szállítási szerződés Termoanalizáló és szemcseanalizáló készülékek beszerzésére	
<b>II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye</b>	
b) Árubeszerzés	<input checked="" type="checkbox"/>

Adásvétel	X
<b>A teljesítés helye</b>	
Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszertechnológiai Intézet 6720 Szeged, Eötvös u. 6. NUTS-kód HU333	
<b>II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul</b>	
Közbeszerzés megvalósítása	X
<b>II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya</b>	
Meghatározása: Szállítási szerződés Tárgya: Termoanalizáló és szemcseanalizáló készülékek	
<b>II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)</b>	
	<b>Fő szójegyzék</b>
<b>Fő tárgy</b>	38550000-5
<b>II.1.7) Részekre történő ajánlattétel igen X</b>	
<b>Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):</b>	
Valamennyi részre	X
<b>II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem X</b>	
<b>II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR</b>	
<b>II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték 2 db</b>	
Részletezve az alábbiak szerint:	
Mindkét részajánlati kör esetében a Kbt. 58. § (7) szerint a kiírt típus, eredet esetén azzal egyenértékű ajánlat is tehető.	
1. részajánlati kör – Termoanalizáló készülék minimum követelményei:	
TGA, Hőmérséklet tartomány: szobahőmérséklettől legalább 1000°C-ig	
Fűtési sebesség 0,01-50°K/min-ig	
Hőmérséklet kalibrálás: NIST szabványos hőmérséklet kalibráló standardokkal: In, Zn, Sn, Al.	
Integrált stabil horizontális valódi mikromérleg, párhuzamosan megvezetett erőkarral.	
Méréstartomány: 0-5g, Felbontás: 1µg	
Izotermikus mérlegstabilitás: legalább ±5µg/h	
Súlykalibrálás: beépített belső súllyal és külső hiteles E1 súllyal	
Visszahűtési lehetőség: külső szabályozható hűtő-fűtő termosztáttal (-20°C-tól)	
Motoros horizontális kemencenyitás	
Gázöblítés, automatikus gáz-váltás, gázáramlás szabályozás	
Megajánlott gázelemző készülékkel csatlakoztatható	
Windows-alapú szoftver a meglévő DSC-hez is illeszkedő, s azt real-time módon vezérlő kiépítésben (Mettler 8.21e, STARe 9.10a verziójú szoftver)	
Kvázi izoterm mód: reakciók által vezérelt TGA felfűtési mód, Dr. Paulik Ferenc szabadalma alapján	
0 - 5 g mérésstartomány, 1 µg-os felbontás akár 900 µl-es mintatartó használata.	
Mintaváltó: cserélhető, levehető mintatányér min. 30 mintás férőhellyel. Automata tégelyfedő lyukasztás, közvetlenül a mérés előtt. Különböző méretű tégelyek (akár 900 µl-es) egyidejű kezelése, tetszőleges szekvencia szerint is.	
Meglévő DSC-t (Mettler 8.21e, STARe 9.10a verziójú szoftver) vezérlő számítógépes rendszer bővítése 2 aktív munkállomássá (pl. STARe Client-Server struktúra alapján),	

mely lehetővé teszi az összes mérés (a meglévőeket is) mindkét készüléken történő megjelenítését, kiértékelését.

MS

Beépített olajmentes szivattyú

Többszörös ion detektálás: min. 128 csatorna (különböző tömegszám)

Tartós kettős filament

Ion-forrás gyors felfűtése

Gazdaságos kapilláris használat (tartalék kapilláris hurok. A kapillárist eldugulás esetén sem kell kicserélni, csak az eldugult részt letörni, és ugyanúgy tovább használható)

Méréstartomány 1-300amu

Alacsony detektálási érték:<1ppm

Kompakt méret kb: 60×30×40 cm (Hosszúság×szélesség×magasság)

MS csatlakoztatás

Fűthető csatlakoztatás 350°C

Fűthető kapilláris 350°C

Csatlakoztató vákuumozhatósága 1/100.000mbar-ig

Alkalmazási tartomány vákuumtól-atmoszférikus nyomásig

Ethernetes kommunikáció

Minden készülék estében szükséges ethernetes kommunikáció

Egyéb

Az MS mérési adatok legyenek ábrázolhatóak a TG ill. a DSC görbékkel egy ábrán.

2. részajánlati kör – Szemcseanalizáló készülék minimum követelményei:

Szemcseanalizáló, lézeres analizáló, mikro- és nanomérettartomány

Készülék Hardware követelmények:

Méréstartomány 0.1 – 2000um lencse csere nélkül, a készüléknek képesnek kell lenni a teljes méréstartományon való mérésre egy lencsével, lencse csere nélkül.

A műszer tartalmazzon multi-element silicon photo-diode array detektort mint Focal Plane detektor, oldalszórás detektort, széles szórásszögű detektort és visszaszórt fény detektort.

A jó minőségű sub-mikron mérésekhez a rendszer legalább 12db olyan detektort tartalmazzon, ami a széles szórási szögben és a visszaszórt fény szögében van elhelyezve

Két-lézeres optika a megfelelő érzékenység biztosítására mind a finom mind pedig a nagyobb méretű részecskék esetén

Az optika alignment-je automatikusan történjen. Lehetőség legyen minden mérés előtt az alignment ellenőrzésére, és ha kell az automatikus beállítására

Az előkészítő egységek gyors és egyszerű cseréje és a csere utáni automatikus optika beállítás

A mérőrendszer pontossága < +/- 1%

Reprodukálhatóság < +/- 1% (mérőrendszerek közti)

Mintaelőkészítő egységek:

1db Manuális kis mintatérfogató min 60ml(vizes és oldószeres közegre),

1db Automata kis mintatérfogató min 60ml(vizes és oldószeres közegre),

1db Automata száraz diszpergáló.

Készülék Szoftver követelmények:

A szoftver által készített mérési jegyzőkönyvek (reportok) szerkeszthetők legyenek a különféle mérési paraméterek, diagrammok, táblázatok kijelzésére és kinyomtatására.

A mérőszoftvernek alkalmasnak kell lenni Windows Vista Business Edition és Windows XP Pro alatti működésre egyaránt

A szoftvernek alkalmasnak kell lenni többszörös grafikonok ábrázolására, több mérés egyidejű megjelenítésére (legalább 20 mérés egymáson történő megjeleníthetősége a könnyebb adat kiértékelés miatt)

Minden mérési paraméter a mérési eredménnyel együtt legyen tárolva a paraméterek gyors visszakereshetősége miatt

A mérőszoftvernek képesnek kell lenni a mérési adatok és paraméterek exportálására más programokba, mint pl. Microsoft Excel

Lehetőség a diszpergáló egység automatikus felismerésére a szoftver által

A szoftver képes legyen különböző felhasználói szinteket kezelni, jelszó és felhasználói név használatával

A mérési eredmények kiértékelése Mie elmélet alapján történjen (lehetőség a pontos törésmutató valós és imaginárius részének beírására és szerkesztésére). Lehetőség a Fraunhofer közelítés használatára

Lehetőség az eredmények mérés utáni újraszámolására különböző optikai tulajdonságokkal

A Residual érték megjelenítése a mérési eredmények kiértékelése és a mérési paraméterek optimalizálása érdekében

Lehetőség a mérendő mérettartomány (szemcseméret osztályok) kiválasztására és megváltoztatására a felhasználói igény szerint.

Száraz diszpergáló egység követelmények:

A levegő és a mintaadagolási ráta szabályozása (beállítása) a szoftverből

A diszpergáló levegő beállítható legyen 0-4 bar tartományban 0.1 bar osztásban

A mérési cella zárt legyen, hogy a minta ne kerüljön ki a mérőrendszerből, és hogy ne szennyezze a mérő hely környezetét.

Nedves (Folyadék) diszpergáló egység (automata és manuális) követelmények:

Minimális térfogat 60ml

Az automata mintadiszpergáló egységnek beépített ultrahanggal kell rendelkezni

Az ultrahang erősségének (amplitúdójának) a szoftverből szabályozhatónak kell lenni 100 lépésben

Az ultrahangozásnak szabályozhatónak kell lenni a szoftverből, úgy hogy a mérés alatt folyamatos ultrahang, mérések előtti ultrahang beállítható legyen és ez hozzárendelhető legyen egy mérési eljárásához.

A folyadék pumpa és keverő sebessége beállítható legyen +/- 1rpm pontossággal és az automata egységnél a sebesség része legyen a mérési eljárásnak.

### **II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE**

Az időtartam napokban: 70 (a szerződés megkötésétől számítva)

## **III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK**

### **III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK**

#### **III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)**

Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér és jótállás a dokumentációban meghatározott feltételek szerint.

#### **III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre**

Az áru ellenértékét az ajánlatkérő a szállítást követő **60 napon** belüli átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Az ellenérték megfizetésére a Kbt. 305.§ szakaszai és az Art 36/A. §-a is irányadóak.	
<b>III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy(adott esetben) nem: X</b>	
<b>III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem X</b>	
<b>III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK</b>	
<b>III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is</b>	
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1), 61. § (1) d), illetőleg az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) a)-c) és a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.	
<u>Igazolási mód:</u> A Magyarországon cégbejegyzéssel rendelkező gazdasági társaság, illetve egyéni vállalkozó, mint ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet a kizáró okokra vonatkozó igazolást a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint teljesítheti, azaz nyilatkoznia kell azok fenn nem állásáról.	
<b>III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság</b>	
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: <b>A pénzügyi és gazdasági alkalmasságra beadandó igazolásokat az ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak önállóan kell benyújtaniuk.</b> (1) Csatoljon ajánlattevő valamennyi számlavezető <b>pénzügyi intézményétől</b> , az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 napnál nem régebbi eredeti nyilatkozatot, az alábbi tartalommal: 1. mióta vezeti az ajánlattevő számláját, 2. volt-e <b>30 napot</b> meghaladó sorban álló tétel az ajánlattevő számláján az elmúlt 12 hónapban. (2) Csatolja az utolsó lezárt üzleti éve számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg+eredménykimutatás+kiegészítő melléklet).	Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): <b>A pénzügyi és gazdasági alkalmasságra beadandó igazolásoknak az ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak önállóan kell megfelelni.</b>  (1) <b>Alkalmatlanság:</b> az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan, ha a bank igazolása szerint az elmúlt 12 hónapban volt 30 napot meghaladó sorban állás az ajánlattevő számláján.  (2) <b>Alkalmatlanság:</b> az ajánlattevő alkalmatlan, ha az utolsó lezárt üzleti év mérleg szerinti eredménye negatív volt.
<b>III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság</b>	
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: <b>A műszaki, ill. szakmai alkalmasságra beadandó igazolásokat az ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak együttesen kell benyújtaniuk.</b>	Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): <b>A műszaki, ill. szakmai alkalmasságra beadandó igazolásoknak az ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak együttesen kell megfelelni.</b> (1) <b>Alkalmatlanság:</b> nem tud bemutatni

<p>(1) Mutassa be legalább 1 fő szakemberét önéletrajza csatolásával, aki a közbeszerzés tárgyát képező készülék beüzemelését és teljes körű szervizelését végzi.</p> <p>(2) Az <b>1. részajánlati kör esetében</b> csatoljon referencianyilatkozatot <b>az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap időszakból összesen</b> legalább 1 db TGA készülékre vonatkozóan, melyet az ajánlattételi időt megelőző három évben a gyógyszeriparban értékesített.</p> <p>(3) A <b>2. részajánlati kör esetében</b> csatoljon referencianyilatkozatot <b>az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap időszakból összesen</b> legalább 1 db szemcseanalizáló készülékre vonatkozóan, melyet az ajánlattételi időt megelőző három évben a gyógyszeriparban értékesített.</p> <p>A referencia körében adja meg a szállítás tárgyát idejét és a megrendelő nevét kapcsolattartó elérhetőségét, valamint a szállítás ellenértékét vagy más mennyiségre utaló adatot. Az egyszerű eljárásra tekintettel elegendő saját nyilatkozat csatolása.</p>	<p>legalább 1 szakembert.</p> <p>(2) <b>Alkalmazatlanság:</b> nem tud bemutatni az <b>előírás szerint</b> legalább 1 db referenciát, amit a gyógyszeriparban alkalmazott hatóanyagok és segédanyagok vizsgálatánál alkalmaznak.</p> <p>(3) <b>Alkalmazatlanság:</b> nem tud bemutatni <b>előírás szerint</b> legalább 1 db referenciát, amit a gyógyszeriparban alkalmazott hatóanyagok és segédanyagok vizsgálatánál alkalmaznak.</p>
--	--

### III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) nem X

## IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

### IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA

#### IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli X

### IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

#### IV.2.1) Bírálati szempontok

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás X

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem X

### IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

#### IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

51/E/2009./SZTE/BF

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem X

#### IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2010./03/16 Időpont: 11.00 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen X

Igen válasz esetén, Ár(arab számokkal): 62 500 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét a Szegedi Tudományegyetem Magyar Államkincstárnál vezetett SZTE MÁK 10028007-00282802 számú számlájára kell teljesíteni a 0S006-os témaszám és az 51/E/2009./SZTE/BF hivatkozási szám

feltüntetésével.

#### **IV.3.4) Az ajánlattételi határidő**

Dátum: 2010/03/16    Időpont: 11.00 óra

#### **IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók**

HU X

#### **IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)**

#### **IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei**

Dátum: 2010/03/16    Időpont: 11.00 óra

Helyszín : Az A III) melléklet szerinti cím.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

Az Ajánlattevő és az Ajánlatkérő képviselői, illetve egyéb meghívottak a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.

### **V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK**

#### **V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) nem X**

#### **V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Igen X**

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a (projekt(ek) és / vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

TIOP-1.3.1-07/2/2F-2009-0004

A Dél-alföldi Tudáspólus felsőoktatási infrastruktúrájának fejlesztése.

#### **V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

**V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010/03/23    Időpont: 11.00 óra**

**V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/04/13**

**V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen X**

**V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:**

A dokumentáció ellenértékét a Szegedi Tudományegyetem Magyar Államkincstárnál vezetett SZTE MÁK 10028007-00282802 számú számlájára kell teljesíteni a 0S006-os témaszám és az 51/E/2009./SZTE/BF hivatkozási szám feltüntetésével.

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció 50.000,- Ft + 25 % ÁFA befizetését igazoló bankbizonylat átadása ellenében az A melléklet II. pontja szerinti címen vehető át, munkanapokon 8-12 óráig, illetve az ajánlattételi határidő lejárt napján 11 óráig

**V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen X**

#### **V.7) Egyéb információk:**

1) Az ajánlatokat összefűzött, sorszámozott 1 eredeti és 3 másolati példányban kell elkészíteni és a 4 példányt egy nagy lezárt borítékban kell benyújtani.

2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért



ellenszolgáltatás értékére, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás esetén megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. § (1), (3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy elfogadja az ajánlatkérő szerződéstervezetét, nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e

**3)** Az ajánlatban meg kell jelölni:

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe

b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá

c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.

**4)** Az ajánlatokhoz benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni. A másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban az igazolás érvénytelenségét jelenti, melyért a felelősség az ajánlattevőt terheli. Az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordításban is benyújtandók.

**5)** Az ajánlatban benyújtandó, az ajánlattevő és a teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint részére erőforrást nyújtó szervezete hatályos adatokat tartalmazó cégkivonata (adott esetben el nem bírált változás bejegyzési kérelem cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott példánya), valamint az ajánlattevő és a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint részére erőforrást nyújtó szervezete ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselő aláírási címpéldánya.

**6)** Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. § (3) bekezdésére vonatkozóan. Ha az ajánlattevő nem kíván a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni alvállalkozókat, akkor nemleges nyilatkozatát is csatolni kell

**7)** Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 70. § (4) bekezdésére, amely szerint az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. Ugyanabban a közbeszerzési eljárásban az adott személy, szervezet nem vehet részt egynél több ajánlattevő (közös ajánlattevő) közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként és erőforrást nyújtó szervezeteként.

**8)** Az ajánlatkérő a hiánypótlásra teljes körben lehetőséget biztosít.

**V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:** 2010/02/17 (év/hó/nap)

.....  
Dr. Nagymihály Tamás  
hivatalos közbeszerzési tanácsadó

.....  
Szöllősy Ervin  
beszerzési főosztályvezető  
Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság



**A. MELLÉKLET**  
**TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK**

**II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ  
BESZEREZHETŐ**

Hivatalos név: <b>Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Beszerzési Főosztály</b>		
Postai cím: Szentháromság u. 34.		
Város/Község: Szeged	Postai irányítószám:6722	Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Szegedi Tudományegyetem GMF Beszerzési Főosztály Címzett: Lajkóné Takács Ibolya / Antal Tímea		Telefon: 62/545-845
E-mail: <a href="mailto:lajkone@admin.u-szeged.hu">lajkone@admin.u-szeged.hu</a> / <a href="mailto:tantal@admin.u-szeged.hu">tantal@admin.u-szeged.hu</a>		Fax: 62/545-397
Internetcím (URL): <a href="http://www.u-szeged.hu">www.u-szeged.hu</a>		

**III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL  
BENYÚJTANI**

Hivatalos név: <b>Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Beszerzési Főosztály</b>		
Postai cím: Szentháromság u. 34.		
Város/Község: Szeged	Postai irányítószám:6722	Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Szegedi Tudományegyetem GMF Beszerzési Főosztály Címzett: Lajkóné Takács Ibolya / Antal Tímea		Telefon: 62/545-845
E-mail: <a href="mailto:lajkone@admin.u-szeged.hu">lajkone@admin.u-szeged.hu</a> / <a href="mailto:tantal@admin.u-szeged.hu">tantal@admin.u-szeged.hu</a>		Fax: 62/545-397
Internetcím (URL): <a href="http://www.u-szeged.hu">www.u-szeged.hu</a>		

**B. MELLÉKLET**  
**A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**

**A RÉSZ SZÁMA 1**

**MEGHATÁROZÁS TERMOANALIZÁLÓ ÉS SZEMCSEANALIZÁLÓ KÉSZÜLÉK**

<b>1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA</b> 1. RÉSZAJÁNLATI KÖR TERMOANALIZÁLÓ KÉSZÜLÉK	
<b>2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)</b>	
	<b>Fő szójegyzék</b>
<b>Fő tárgy</b>	38550000-5
<b>3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 1 db</b>	
<b>4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE</b> Az időtartam napokban: 70	

**A RÉSZ SZÁMA 2**

**MEGHATÁROZÁS TERMOANALIZÁLÓ ÉS SZEMCSEANALIZÁLÓ KÉSZÜLÉK**

<b>1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA</b> 2. RÉSZAJÁNLATI KÖR SZEMCSEANALIZÁLÓ KÉSZÜLÉK	
<b>2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)</b>	
	<b>Fő szójegyzék</b>
<b>Fő tárgy</b>	38550000-5
<b>3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 1 db</b>	
<b>4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE</b> Az időtartam napokban: 70	