

**SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS**  
Szerződés száma: 2/Ny/2013/SZTE/3.

amely létrejött  
egyrészt a **Szegedi Tudományegyetem**  
székhelye: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.  
képviseli: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor  
Dr. Majó Zoltán gazdasági és műszaki főigazgató  
azonosítószáma: 3365-20/2008  
adószáma: 15329815-2-06, mint **Megrendelő**,

másrészt a **DeFlorMED Kft.**  
székhelye: 1141 Budapest, Szugló u. 154.  
képviseli: Pavletits Eszter  
cégjegyzékszám: 01-09-955452  
adószáma: 23153305-2-42, mint **Szállító** között, közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint.

Jelen szerződés a Megrendelő által a TED-2013/S 016-022900 számon, 2013.01.23. napján meghirdetett „*Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.2-08/2-2009-0008 kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére orvostechnológiai gép- műszer és felszerelések beszerzése, leszállítása, üzembe helyezése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése*” tárgyú, a Kbt. alapján lefolytatott közösségi nyílt eljárás eredményeként a **13. és 16. részajánlati körökben** nyertesként kihirdetett ajánlattevővel jött létre.

### 1. A szerződés tárgya

1.1. Szállító köteles az Ajánlati felhívásban és a jelen szerződés 1. sz. mellékletében részletesen meghatározott orvostechnológiai gépeket (**13. részajánlati körben: Laringoszkóp, 16. részajánlati körben: Higiéniai eszközök**), műszereket, felszereléseket, valamint azok elválaszthatatlan tartozékait (továbbiakban: Áru) jelen szerződés szerinti feltételekkel, az előirt minőségben és mennyiségben leszállítani, Megrendelő tulajdonába adni, és a szerződésben előirt kapcsolódó szolgáltatások nyújtani.

1.2. Az Áru megnevezését, a darabszámát, típusát, árát, jótállási idejét a jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az Árunak meg kell felelnie a jelen szerződés 2. sz. mellékletében foglalt specifikációnak, valamint a Szállító által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásokban, illetve prospektusokban rögzített jellemzőknek, illetve a hatályos minőségi bizonyítványnak.

**1.3. Pályázati forrás: TIOP-2.2.2-08/2-2009-0008** kódszámú „Sürgősségi ellátás fejlesztése a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinika Központban” c. pályázat

### 2. Vételár mindösszesen:

**13. részajánlati kör: nettó 646.864,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 821.517,-Ft**

**16. részajánlati kör: nettó 2.762.180,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.507.969,-Ft**

**amelynek eszközönkénti részletezését a jelen szerződés melléklete tartalmazza.**

2.1. A szerződéses ár fix összegű, amely magyar forintban értendő.

2.2. A szerződéses ár tartalmazza az áru ellenértékét, az áru kezelésével, rakodásával, szállításával, a teljesítés helyén való átadásával, helyszíni telepítésével, beüzemelésével kapcsolatos minden költséget, adót, vámot, illetéket, engedélyezési díjat, az üzembe helyezés, a betanítás költségeit, minden egyéb, az áru rendeltetésszerű használatba vételével kapcsolatban felmerülő költségeket, ide értve a jótállás teljesítésének a költségeit is (kapcsolódó szolgáltatások). *Amennyiben az eszköznek a helyszínre történő telepítéséhez a*

u  
R

*Szállító a részére átadott „Orvostechnológiai tervben” szereplő feltételekhez képest eltérő feltételeket igényel, e feltételek kialakításának költsége is Szállítót terheli.*

2.3. A szerződéses áron felül a Szállító nem jogosult egyéb költség, vagy díj feszámítására. A fenti ár módosítására kizárólag kétoldalú, írásos megállapodás alapján kerülhet sor, a Kbt.-ben rögzítettek alapján.

### 3. Fizetési mód

3.1. A **Megrendelő** a fenti 2. pont szerinti vételárat – az eszközöknek az átadás-átvételi eljárása eredményes lezárását követően kiadott teljesítésigazolásra benyújtott végszámla alapján a Kbt. 130. § szerinti határidőn belül, a **Szállító** Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10101016-06479200-01003000 számú számlájára való átutalással egyenlíti ki. A **Szállító** az eredeti áruszámlához csatolni köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvet és a teljesítésigazolást.

Megrendelő igény esetén előleget fizet az alábbiak szerint.

Az előleg maximális mértéke a szerződés elszámolható összegének 30%-a, a 4/2011. (I.28) Kormányrendelet 57. § (1b)-alapján.

Az előlegkérés feltétele és eljárásrendje:

A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57. § (1b) Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. (1c) Az NFÜ a szállítói előleg kifizetését független, az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. (1d) A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben a közszféra szervezet kedvezményezett köteles kikötni a folyósítandó szállítói előleg összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékeként. (1e) Az (1b) bekezdés szerinti szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a szállító közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett egyidejű értesítése mellett. A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Emek hiányában a szállítói előleg-igénylést a kedvezményezett részéről elfogadottnak kell tekinteni. (1f) A kedvezményezett köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni. (1g) Az NFÜ meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait.

Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (**teljesítésigazolás**) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

**Fizetési határidő:** a fizetési határidő a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) általi kézhezvételének napját követő **30 nap**.

3.2 A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállító a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.

3.3. Megrendelőnek a jelen szerződésből eredő semmilyen jogosultságát (beszámítás, visszatartás) nem korlátozhatja a Szállító azzal, hogy a szerződésből eredő követelését engedményezi, faktorálja vagy azon zálogjogot alapít.

3.4. A Szállító a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján vállalja, hogy

a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság

tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 3.5. pont szerinti ügyletekről az Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

3.5. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

3.6. A 3.5. pont szerinti felmondás esetén a Szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

3.7. A külföldi adóilletőségű Szállító köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szállítóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

3.8. A nettó 5 millió forintot elérő illetve meghaladó számlák esetében Megrendelő a számla összegéből az önrész arányát (10 %) utalja át Szállítónak. A támogatás (számla összegének 90 %-a) kifizetése a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet szerint, közvetlen szállítói finanszírozással a Közreműködő Szervezet feladatait ellátó ESZA Kft. Közreműködésével történik.

3.9. Szállító tudomásul veszi, hogy számlája kibocsátása során köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat, Megrendelő csak a minden előírásnak megfelelő és a szükséges mellékletekkel hiánytalanul felszerelt számlát köteles befogadni.

#### **4. Teljesítési hely:**

##### **4.1. Szállítási cím:**

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Szeged, Semmelweis u. 6. sz. alatti telephelyen épülő SO1 sürgősségi részlegben a Megrendelő által megadott helyszíneken kell az eszközöket beüzemelni és átadni Megrendelő részére.

##### **4.2. Számlázási cím:**

Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

##### **4.3. Számlaküldési cím:**

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ  
6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 37.

4.4. **Teljesítés, teljesítésigazolás:** Szállító az eszközök leszállítása és az alábbi feladatok teljesítése esetén jogosult teljesítésigazolást kérni a Megrendelőtől:

- a) A szállítási ütembe tartozó árut hiánytalanul leszállította a teljesítési helyre
- b) Az eszköz helyszíni telepítése megtörtént
- c) Az eszköz üzembe helyezése (próbaüzeme) megtörtént
- d) A személyzet betanítása megtörtént
- e) Az előírt dokumentumok átadásra kerültek.

Megrendelő a teljesítésigazolást minden feltétel szerződésszerű teljesítése esetén köteles haladéktalanul kiadni Szállító részére.

4.5. A teljesítésigazolás birtokában Szállító jogosult rész-számlákat és vég számlát benyújtani.

## 5. Szállítási feltételek és határidők

5.1. Az árunak a teljesítési helyig történő szállításaért a **Szállító** külön díjazást nem igényelhet. A **Szállító** a leszállítandó Árut a szállítás módjának, illetve az előírásoknak megfelelő csomagolásban szállítja le, és a helyszínre beszereléssel, üzembe helyezéssel, betanítással ill. engedélyek, áruleírások, egyéb szükséges dokumentumok beszerzésével, illetve azoknak a Megrendelő részére történő átadásával teljesíti.

5.2. A **teljesítési határidő**: Szállító a szerződéskötést követő 60 napon belül, illetve a telepítést igénylő eszközök (statívok, műtőlámpák, műszer-, ágytálmosók) beépítést, szerelést igénylő részeit 30 napon belül köteles teljesíteni. A teljesítési határidőre Szállító köteles valamennyi eszközt (tartozékokkal) hiánytalan mennyiségben és kifogástalan minőségben leszállítani, szükség szerint a helyszínre telepíteni, a próbaüzemet és a személyzet oktatását eredményesen lebonyolítani, a szükséges engedélyeket beszerezni, az eszközt az előírt dokumentumokkal együtt átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átadni Megrendelő részére. A telepítést igénylő eszközök esetében az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötést követően készíti el az organizációs ütemtervet.

A megadott határidő kötbér köteles. A Szállító köteles a szállítás várható időpontja előtt 10 nappal Megrendelőt telefax és e-mail útján értesíteni a leszállítandó áruk megnevezésének és mennyiségének megjelölésével.

5.3. A leszállított áruk fuvarozótól történő átvétele és a fuvarozóval szembeni esetleges kárigények érvényesítése a Szállító kötelezettsége.

5.4. A **Szállító** előszállításra csak a **Megrendelő** előzetes írásos hozzájárulásával jogosult.

5.5. A Szállító fél teljesítésében – a következő bekezdés szerinti kivétellel – köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. A Szállító köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.

5.6. Az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Szállító az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

## 6. Az Áru helyszínre telepítése és próbaüzem lebonyolítása

6.1. A leszállításkor a helyszínre telepítést, üzembe helyezést haladéktalanul el kell végezni. Az átadás-átvétel lezárásáig az eszközök esetlegesen szükséges raktározását, őrzését Szállító saját költségén köteles biztosítani.

6.2. A Szállító kötelezettsége, hogy az eszközök üzembe helyezéséhez, működéséhez szükséges esetlegesen infrastruktúrára (elektromos, víz, gáz, légtechnikai, informatikai stb.) rácsatlakozzon, a rácsatlakozáshoz szükséges átalakításokat saját költségére elvégezze. Az esetleges átalakításokhoz és a rácsatlakozáshoz szükséges engedélyeket Szállító köteles beszerezni, és az átalakítást és a rácsatlakozást dokumentálni.

6.3. A telepítés és az üzembe helyezés során az orvostechikai eszközökre és egészségügyi létesítményekre vonatkozó valamennyi jogszabálynak és szabványnak teljes körűen megfelelően kell eljárnia.

6.4. Az eszköz helyszíntre telepítését követően, az eszköz jellegétől függő, de maximum 3 munkanapos próbaüzemet kell tartani, amelynek költségeit a vételár tartalmazza. A próbaüzem eredményes befejezése az átadás-átvétel feltétele. A próbaüzem részletes feltételeit a műszaki dokumentáció tartalmazza.

## **7. Az Áru átadás-átvétele**

7.1. Felek a szerelési munkák és a próbaüzem eredményes befejezését követően egyeztetett időpontban – a műszaki dokumentációban meghatározottak szerint - átadás-átvételi eljárást folytatnak le, amelynek költségeit a vételár tartalmazza. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni.

7.2. Az üzembe helyezés során az árunak rendelkeznie kell az összes alkatrészszel, illetve a gyári előírás szerinti további tartozékkal, valamint működnie kell minden, a specifikációban vállalt funkciónak. Az üzembe helyezés időpontját és a felek által tett megállapításokat az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

7.3. A jegyzőkönyv Megrendelő részéről történő aláírásának időpontjától az áruval kapcsolatos költség- és kárveszély Megrendelőre száll át és, e dátummal kezdődik Szállító jótállási kötelezettsége.

## **8. Betanítás, átadási dokumentáció**

8.1. Az áru próbaüzemének keretében – a próbaüzem lezárásáig – Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az orvos-szakmai illetve műszaki személyzetet, legalább 2 főt a helyszínen kiképzzi az áru rendeltetésszerű használatára, továbbá a leszállítást követő 1 éven belül legalább 2 szakmai konzultációt biztosít az eszközök használatával, működésével kapcsolatban, a felhasználás helyén (megrendelői igény esetén). A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az eszközök telepítését, üzembe helyezését, és az oktatási feladatokat arra megfelelő szakmai végzettséggel, szakmai gyakorlattal, a szakma gyakorlására és a munka végzésére megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberek közreműködésével hajtja végre. Amennyiben a Szállító szakembere magyar nyelven nem kommunikál, a tolmács biztosítása, és annak költsége Szállítót terheli.

8.2. Az átadás-átvételi eljárás eredményes befejezésének, a jegyzőkönyv lezárásának a feltétele, hogy Szállító a műszaki dokumentációban meghatározott Átadási dokumentációt hiánytalanul magyar nyelven átadja Megrendelő részére.

## **9. Ellenőrzések és vizsgálatok**

9.1. A Megrendelő az Áru átadás-átvétele során köteles elvégezni minden vizsgálatot és mérést annak megállapítására, hogy az Áru megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak.

9.2. Ha az átadás-átvétel során a Megrendelő azt állapítja meg, hogy az Áru nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a Megrendelő az Áru kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, a Szállító pedig köteles a Megrendelő által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.

9.3. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik.

## **10. Szavatosság, jótállás**

10.1. A Szállító kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés alapján szállított berendezések újak, megfelelnek mindazon minőségi követelményeknek, műszaki és szabvány előírásoknak, amelyek a berendezések rendeltetésszerű használatához szükségesek, továbbá megfelelnek az orvostechikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben meghatározott alapvető

u  


követelményeknek, rendelkezik az erre vonatkozó tanúsítványokkal, engedélyekkel és igazolásokkal, azokat a Megrendelő részére a teljesítés keretében átadja.

10.2. A Szállító az átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásának napjától számított **24 hónap teljes körű jótállást** vállal és szavatolja, hogy a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Szállító vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A jótállás magában foglalja az árunak a gyártó által előírt karbantartási munkáinak díjmentes ellátását is a jótállási időn belül. A jótállási időszakban semmilyen költség (pl. kiszállási díj, kilométerdíj, munkadíj, a javításkor kötelezően cserélendő fogyóanyagokon felül egyéb anyagköltség stb.) nem számolható fel. A Szállító jótállással vállalt felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

10.3. Szállító teljes körű szavatosságot vállal Megrendelővel szemben az általa az árukkal együtt leszállításra kerülő szoftverek felhasználhatóságáért is. Szállító szavatolja, hogy Megrendelő a leszállított szoftvereket a jelen szerződés alapján korlátozás nélkül jogosult az áruk működése során felhasználni, és a szoftverek Megrendelő általi használatát harmadik személyek joga semmilyen formában nem akadályozza.

10.4. Az egyes árukra vonatkozó speciális jótállási feltételeket – melyek azonban a jelen szerződésben rögzítetteknel Megrendelőre hátrányosabbak nem lehetnek, vagy amennyiben hátrányosabbak, a jelen szerződésben foglalt feltételeket kell alkalmazni – az egyes árukhoz mellékelt jótállási jegyek tartalmazzák.

10.5. A Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Szállítót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

10.6. Szállító kötelezi magát, hogy a jótállási feladatok ellátására megfelelő felkészültségű, kellő számú magyarul beszélő szakemberrel rendelkező magyarországi szerviz bázist tart fenn, vagy a jótállási időszak alatt szerződéses megállapodást köt egy, a célnak megfelelő szervizbázissal. A jótállási időszak alatt előforduló meghibásodásokat a Szállító – saját választása szerint – cseré vagy javítás útján saját költségére küszöböli ki. A kijavított részekre a jótállási kötelezettség újra kezdődik. A jótállási feladatokat ellátó szerviz adatait (cím, nyitvatartási idő, telefon, fax, e-mail cím, kapcsolattartó) az eszközre vonatkozó jótállási dokumentációban átadja Megrendelő részére.

10.7. A Szállító a jótállási idő alatt a hiba bejelentését követő 24 órán belül a helyszínen megkezdi a hiba kijavítását, illetve a hiba jellegétől függően – a Megrendelővel egyeztetve – a szükséges javításokat szakszervizben elvégezteti a lehető legrövidebb időn belül. Amennyiben az eszköz a helyszínen nem javítható, Szállító köteles gondoskodni annak el- és visszaszállításáról. Amennyiben a hiba kijavítása ésszerű határidőn belül nem lehetséges, Szállító köteles az eszközt vagy a hibás alkatrészt kicserélni. A jótállási idő alatt a garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető a Megrendelőre.

10.8. Ha a Szállító nem, vagy nem szerződészerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a Megrendelő a Szállító költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése érdekében.

10.9. A Szállító vállalja a leszállított berendezésekhez az átadás napjától számított 8 évig a tartalék alkatrészek, részegységek, illetve azokkal kompatibilis eszközöket megrendelésének lehetőségét.

## 11. Kötbér, kártérítés

11.1. A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a Szállító kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A kötbér mértéke késedelem esetén a teljesítésig, illetve hibás teljesítés esetén a hiba kijavításáig minden napra a késedelemmel vagy hibával érintett áru nettó árának 0,5 %-a. A kötbér maximuma az érintett áru nettó árának 20%-a. A kötbérek a szerződésszegések napján esedékessé válnak.

MA  


11.2. Szállítót, amennyiben a jelen szerződésben előírt teljesítési határidőt elmulasztja, Megrendelő jogosult írásban felszólítani megfelelő új teljesítési határidő megjelölésével. Amennyiben Szállító az új határidőt sem tartja be, akkor köteles meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke a meghiúsulással érintett áru, vagy áruk nettó árának 20 %-a.

11.3. A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

11.4. Szállító anyagi felelősséggel tartozik a Megrendelő tárgyi eszközeiben általa, vagy az általa a szerződés teljesítésébe bevont harmadik személy által okozott károkért.

## 12. Engedélyek

12.1. A Szállító a saját költségére köteles biztosítani a **Megrendelő** részére az **Áruk** felhasználásához szükséges engedélyeket, igazolásokat.

12.2. A Szállító a saját költségére köteles biztosítani, hogy az eszközök üzembe helyezéséhez szükséges szakhatósági engedélyeket és tanúsítványokat szükség szerint megszerezze.

## 13. Együttműködés, kapcsolattartás

13.1. Felek a szerződés teljesítése során minden olyan akadályról, körülményről, amely a jelen szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek.

13.2. A szerződés keretében a kapcsolattartásra kijelölt személyek:

**Megrendelő** részéről:

Név: Márkus Péter projektmenedzser

Levelezési cím: 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.

Telefon: 62/545-946, 30/854-5818

Fax:

E-mail: markus.peter@med.u-szeged.hu

**Szállító** részéről:

Név: Pavletits Eszter ügyvezető

Levelezési cím: 1141 Budapest, Szugló utca 154.

Telefon: 06-1/781-89-55

Fax: 06-1/781-89-56

E-mail: info@deflormed.hu

13.3. Szállító az eszközök helyszínre telepítésének megkezdését megelőzően legalább 48 órával köteles e-mailben tájékoztatást küldeni a kivitelezés műszaki ellenőrének. A műszaki ellenőr nevét, elérhetőségét Megrendelő a szerződéskötést követő 10 napon belül megadja Szállító részére.

13.4. Szállító a helyszíni tevékenysége során köteles együttműködni az építési beruházás kivitelezőjével.

## 14. Titoktartási kötelezettség

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során a másik fél tudomására jutott valamennyi információ, adat üzleti titkot képez, azokat egymás érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem használják fel. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségekre.

## 15. A szerződés hatálya és megszűnése

15.1. A szerződés mindkét szerződő fél aláírásakor, a későbbi aláírás dátumával lép hatályba.

15.2. Szállító súlyosan szerződésszegő magatartása esetén a Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására vagy a szerződéstől való elállásra. Szállító súlyosan szerződésszegő magatartásának minősül különösen:

- a) a Szállító késedelmes teljesítése miatt kitűzött póthatáridő eredménytelenül eltelt, vagy a késedelmes napok száma meghaladta a 60 napot, vagy a késedelmi kötbér elérte a szerződés szerinti maximális mértéket,
- b) a berendezések a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanok,
- c) a berendezések nem felelnek meg az orvostechikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben meghatározott alapvető követelményeknek,
- d) Szállító bármely okból, előzetes írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti a szerződésben vállalt valamely kötelezettségét (ide nem értve a vis maior esetét),
- e) Szállító ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás indult, vagy egyébként fizetéseképtelenné vált.

15.3. A szerződésszegő fél köteles a másik félnek a szerződésszegésből eredő kárát megtéríteni.

## 16. Szerzői és iparjogvédelmi jogok

16.1. A szerződéses díj megfizetésével a Megrendelő a jelen szerződés keretében átadott árura vonatkozóan az 1999. évi LXXVI. törvény szerint időben, területileg és tartalmában korlátlan felhasználási jogot szerez.

16.2. Szállító - az általa szállított és átadott áru tekintetében - a Szerződés tárgyával kapcsolatos minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb, harmadik fél által történő követelés kielégítését magára vállalja, attól Megrendelőt mentesíti.

16.3. A Szállítónak kártalanítania kell a Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden olyan igény esetén, amely licenc, szabadalom, védjegy és ipari vagy használati minta oltalmak alá eső jogok megsértéséből származik az áruknak, vagy azok bármely részének a Megrendelő részéről történő felhasználás folytán.

## 17. Egyéb megállapodások

17.1. A jelen szerződés csak a Kbt. által megszabott feltételek szerint, a szerződő Felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható.

17.2. Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezés nyelve: magyar.

17.3. A jelen szerződés mellékletei, valamint a Szállító által benyújtott ajánlat és a közbeszerzési dokumentáció a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ha a szerződést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor - ebben a sorrendben - a közbeszerzési dokumentáció, jelen szerződés, a jelen szerződés mellékletei, illetve a Szállító által benyújtott ajánlat tartalma az irányadó.

17.4. A szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem, vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés elháríthatatlan erők következménye. Elháríthatatlan erő az olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előreláthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről, illetve megszűntéről haladéktalanul értesíteni.

17.5 A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett állandó Választott Bíróság kizárólagos illetékességének. A felek kikötik, hogy az eljárás nyelve



magyar és az eljárásban a magyar jogot kell alkalmazni.

17.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Felek elsősorban a Polgári Törvénykönyv, továbbá a közbeszerzésekről szóló törvény szabályait tekintik irányadónak.

17.7. Jelen szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. A szerződés 6 db mindenben egyező, eredeti példányban készült.

17.8. A szerződés mellékletei:

1. számú melléklet: A szerződés tárgyát képező eszközök, berendezések megnevezését, mennyiségét, ajánlati árát tartalmazó lista
2. számú melléklet: Az eszközök specifikációja

### 18. Záró rendelkezések:

18.1. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szegedi Tudományegyetem részéről a szakmai teljesítés az alábbi intézményi szervezeti egységhez köthető:

SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ TIOP-2.2.2-08/2-2009-0008 Projektiroda  
6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.

18.2. Az SZTE az alábbi egyetemi munkavállalót hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartásra és a szakmai teljesítés igazolására:

Márkus Péter – projektmenedzser

Tel: 30/854-5818

e-mail: [markus.peter@med.u-szeged.hu](mailto:markus.peter@med.u-szeged.hu)

Dátum : Szeged, 2013. 09. 30.

Megrendelő részéről:

Prof. Dr. Szabó Gábor  
rektor


Dr. Majó Zoltán  
gazdasági és műszaki főigazgató

Márkus Péter  
projektmenedzser

Dátum: Budapest, 2013. 09. 30.

Szállító részéről:

DeFlorMED Kft.  
képv: Pavletits Eszter



10 x

12. részajánlati kör: Laringoszkóp

Laringoszkóp készlet 2 db

Típus: RFQ Fiberoptic

323.432,-Ft+Áfa/db, összesen: 646.864,-Ft+Áfa

Jótállási idő: 24 hónap

16. részajánlati kör: Higiéniai eszközök

Ágytálmósó berendezés 1 db

Típus: Geysir Basic CDD 1050

1.389.370,-Ft+Áfa

Jótállási idő: 24 hónap

Műszermosó fertőtlenítő berendezés 1 db

Típus: WD2050

1.372.810,-Ft+Áfa

Jótállási idő: 24 hónap



Megnevezés: Laringoszkóp készlet

Össz. darabszám:

2 db

Ajánlattevő neve: DEFLOMED KFT.

Gyártó: RFQ GmbH

Megajánlott termék típusa: RFQ Fiberoptic

A készülékkel szemben fámasztott  
követelmények:

Alapkövetelmények:

Laringoscop (felőtt, gyermek)

Jellemző adatok, paraméterek	Igény	Ajánlott paraméter	A megadott érték az ajánlat mely oldalán található
Két darab tölthető akkus nyelv (1 felnőt és 1 gyermek) közös töltőegységgel	Igen	Igen, 2 db tölthető akkus nyelv, közös töltőegység	24. oldal
A töltési idő ne haladja meg a 6 órát	Igen	Igen, a töltési idő 3-4 óra	24. oldal
Halogén fényforrás a nyelvben elhelyezve	Igen	Igen	24. oldal
Cserélhető Miller és Macintosh lapocok 0-tól 4 méretig	Igen	Igen, 2 sorozat 0-4 ig Miller és 2 sorozat 0-4ig Macintosh lapoc	24. oldal
Sterilizhető kivétel	Igen	Igen	24. oldal

SZTE TIOP-2.2.2-08/2-2009-0008 orvostechnológiai gép-műszerek és felszerelések 2/Ny/2013/SZTE  
16. részajánlati kör

Megnevezés: Ágytálmósó berendezés  
Össz. darabszám:

1 db

Ajánlattevő neve:  
Gyártó:  
Megajánlott termék típusa:

DEFLORMED KFT.  
LISCHKA GmbH  
GeysirBasic CDD 1050

A készülékkel szemben támasztott követelmények:  
Alapkövetelmények:

Jellemző adatok, paraméterek	Igény	Ajánlott paraméter	súlyszám	A megadott érték az ajánlat mely oldalán található
Szabadon álló kivétel	igen	igen		26. oldal
Rozsdamentes acél kamra vázszerkezet és burkolat (EN 1.4301)	igen	igen		25. oldal
Mérete: Kb. 480 x 580 x 1320 mm (szél. x mély. x mag.)	kérjük megadni	500*450*1775 mm		25. oldal
Fertőtlenítés termikus és vegyszeres módon	igen	igen		25. oldal
Az egyidejűleg behelyezhető eszközök száma: min. 1 db ágytál (fedéllel) + 1 db kacska vagy 3 kacska	Igen, kérjük megadni	igen, 1 db ágytál + 1 db fedél + 2 db kacska + 1 db vesetál		25. oldal
Magyar ágytálmós tudja mosni és fertőtleníteni	igen	igen		25. oldal
A mosandó eszközök (ágytál, kacska stb.) tartalmukkal együtt ürités nélkül helyezhetőek a gépbe	igen	igen		25. oldal
Elektromos üzemű, saját gőzfejlesztővel működő készülék	igen	igen		25. oldal
Aktív gőzkondenzátor	igen	igen		25. oldal
Beépített automatikus mosószer-adagoló szivattyú és beépített vizlágyító	igen	igen		25. oldal
Teljesen automatikus mikroprocesszoros vezérlés, automatikus programlefutással	igen	igen		25. oldal
Legyen alkalmas számítógéphez történő csatlakozásra	igen	igen		25. oldal
Rendelkezzen „A” szintű független folyamat-ellenőrző rendszerrel az ISO 15883 szerint	igen	igen		25. oldal
A termikus fertőtlenítés hőfoka külön igény esetén beállítható 93 °C-ra	Kérjük megadni	igen		25. oldal
Tűlfűtés elleni védelem	igen	igen		25. oldal
Automatikus hab és mosóvíznyomás szabályozó rendszer	igen	igen		25. oldal
Működése EN 15883-1/3 és IEC 61010-2-040 előírások szerint	igen	igen		25. oldal
Dupla szenzoros, független ellenőrzési rendszer	igen	igen		25. oldal
Könnyen leolvasható LCD (min. 2 x 20 karakteres eltéréssel) kijelző és kezelő display	igen	igen		25. oldal
Ciklus és fázisinformációk megjelenése a kontroll displayen	igen	igen		25. oldal
Kontrollpanelba épített független hőmérsékletkijelző	igen	igen		25. oldal
Kontrollpanelba épített független mosószerszint kijelző	igen	igen		25. oldal
Energiaigény: 400 V, 3 fázis, kb. 8 kW	Kérjük megadni	400 V, 3f, 4,5 kW		25. oldal
Összenergia/ciklus	maximum 0,5 kWh, előny a kevesebb	0,17 kWh/ciklus, (ciklus = normál program)	3	25. oldal
Vízfogyasztás liter/ciklus „normál” program esetén (öblítés, mosás, fertőtlenítés)	Kérjük megadni	28 liter/ciklus (ciklus = normál program)		25. oldal
1 db komplett program lefuttatásához szükséges víz (liter/db) „normál” program esetén	Kérjük megadni, előny a kevesebb	5,6 liter/db	3	25. oldal
Gyárilag beépített programok száma	minimum 3 db	igen, 3 db gyárilag beépített program + igény szerinti további végtelen számú program		25. oldal
Rövid programidő, normál mosás és fertőtlenítés esetén	maximum 10 perc	igen, 4,7 perc		25. oldal
Egyes mosási ciklusok az alábbi fázisokból épüljenek fel: hideg vizes mosás, kevert vizes mosás, meleg vizes mosás, öblítés, fertőtlenítés gőzzel legalább 1 perccig 91 °C-on	igen	igen		25. oldal
Minden program végén automatikusan gőzzel fertőtlenítsen a mosókamrát, a viztartályt és az elsődleges szifont	Kérjük megadni, előny a megléte	igen	4	25. oldal
Lefolyócső átmérője: 90–110 mm között	Kérjük megadni	igen, 110 mm		25. oldal
Minimum 6 db mosófúvóka és 2 db direkt forgó mosófej a hatékony tisztítás érdekében	igen, kérjük megadni	igen, 7 db fúvóka + 5 db forgó fej		25. oldal
Az egyéb ápolási eszközök behelyezése külön tartófeltét cseréje nélkül lehetséges	Kérjük megadni	igen		25. oldal

DEFLORMED Kft.  
1141 Budapest, Szűz Mária u. 154.  
Adószám: 23153302-2/2

SZTE TIOP-2.2.2-08/2-2009-0008 orvostechnológiai gép-műszerek és felszerelések 2/Ny/2013/SZTE  
16. részajánlati kör

Sorolja fel a behelyezhető egyéb ápolási eszközöket	Kérjük megadni	szívóüveg, vödör, vesetál, szobai WC, lavor, bili,		25. oldal
Tartalmazzon ciklus véget jelző hang- és fényjelzést	igen	igen, szöveg és fényjelzés		25. oldal
Beépített vagy csatlakoztatható printer a gép működésének dokumentálására	Igen, kérjük megadni	igen		25. oldal
Biztonsági, beépített áramtalanító főkapcsoló megléte	igen	igen		25. oldal
Automatikus habzás és mosóvíznyomás-ellenőrzés	igen	igen		25. oldal
Integrált automatikus mosószer-adagoló rendszer	igen	igen		25. oldal
Alacsony mosószerszint érzékelő és kijelző	igen	igen		25. oldal
Hang- és hőszigetelt kivitel	igen	igen		25. oldal
Minimális szervizigény	igen	igen		25. oldal
Könnyű szervizelhetőség előlről	igen	igen		25. oldal
Flexibilis csatlakozások a telepítésnél, fali vagy padozati csatlakozási lehetőségek	igen	igen		25. oldal

SZTE TIOP-2.2.2-08/2-2009-0008 orvostechnológiai gép-műszerek és felszerelések 2/Ny/2013/SZTE  
16. részajánlati kör

Megnevezés: Műszermosó-ferőtlenítő berendezés  
Össz. darabszám: 1 db

Ajánlattevő neve: DEFLORMED KFT.  
Gyártó: SMEG S.p.A.  
Megajánlott termék típusa: WD2050

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Alapkövetelmények:

Jellemző adatok, paraméterek	Igény	Ajánlott paraméter	súlyszám	A megadott érték az ajánlat mely oldalán található
Különféle orvosi eszközök mosogatására és forró vízzel (85-93°C) lórténő- termikus fertőtlenítésre alkalmas	igen	igen		26. oldal
Kis méretű, asztal alatti készülék	igen	igen		26. oldal
Külső méretek (nyitott ajtóval): kb. 500 x 530 x 930mm	Kérjük megadni	igen, 450*640*1240mm		26. oldal
Rozsdamentes acél kamra vázszerkezet borítás	igen	igen		26. oldal
Kamraméretek: kb. 435 x 300 x 460 mm	Kérjük megadni	igen, 450*640*1240mm		26. oldal
Kamra kapacitása, max. 60 liter	Igen, kérjük megadni	igen, 107 liter		26. oldal
Beépített vagy csatlakoztatható printer	Igen, kérjük megadni	igen, csatlakoztatható		26. oldal
Digitális kijelző	igen	igen		26. oldal
Hang- és hőszigetelt kivitel	igen	igen		26. oldal
Többszintű kódrendszer, felhasználók és a szervíz részére	igen	igen		26. oldal
Tűlfűtés elleni védelem.	igen	igen		26. oldal
Mosószerszint érzékelő	igen	igen		26. oldal
Automatikus víznyomás érzékelő rendszer	igen	igen		26. oldal
Automatikus habzásellenőrzés	igen	igen		26. oldal
Min. 1 forgó mosókar	Igen, kérjük megadni	igen, 3 db		26. oldal
Gyárilag beépített min. 3 program	minimum 3 program	igen, 6 db program		26. oldal
Programfázisok		igen		
1. hideg vizes öblítés		1. öblítés hideg vízzel		
2. tisztoszeres intenzív mosás		2. mosás detergensevel		
3. meleg vizes öblítés		3. öblítés semlegesítővel		
4. fertőtlenítés		4. termikus dezinfekció		
	Kérjük megadni			26. oldal

93 °C-on 10 perc		igen, 93 °C-on 10 percig	26. oldal
Teljes programidő kb. 40 perc	Igen, kérjük megadni	igen, max. 40 perc	26. oldal
Fűtőteljesítmény	maximum 4 kW	igen, 3,3 kW	26. oldal
Keringtető szivattyú teljesítménye	minimum 110l/perc	200 liter / perc	26. oldal
Leengedő pumpa teljesítménye	minimum 30 liter/perc, előny a nagyobb	150 liter / perc	26. oldal
Vízfogyasztás	maximum 20 liter/ciklus, előny a kisebb	7 liter / ciklus	26. oldal
A mosási ciklus hőmérséklete beállítható	igen	igen	26. oldal
Min./max. víznyomás: 1/8 bar	igen	igen	26. oldal
Csatlakozások:		igen	26. oldal
Elektromos csatlakozás		230 V 50 Hz 1N/PE	
Hideg víz		igen	
Meleg víz		igen	
Lefolyó		igen	
Tartozékok:		igen	
mosószer adagoló szivattyú	Kérjük adja meg	igen	26. oldal
alappólé		igen	
alap drótkosár kamrához illeszkedő méretben	igen	igen	26. oldal
Működése EN 15883 és IEC 61000-3-2 szabványok szerint	igen	igen	26. oldal