

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 31/Ny/2015/SZTE/1.

amely létrejött a mai napon

egyrésztől a **Szegedi Tudományegyetem**

székhelye: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

képviseli: Prof. Dr. Facskó Andrea KK elnök,

Vincze Zsolt KK gazdasági vezető

azonosítószáma: 3365-20/2008

adószáma: 15329815-2-06

mint **Vevő / Megrendelő,**

másrésztől a **Medirex Zrt.**

székhelye: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 98/b.

képviseli: Tóth Ákos vezérigazgató

cégjegyzékszám: 01-10-044186

adószáma: 119098792-42

mint **Eladó / Szállító** között, közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint.

Jelen szerződés a Megrendelő által meghirdetett a **KEOP-5.6.0/E/15** kódszámú pályázat keretében a **Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére egészségügyi eszközök beszerzése, leszállítása, üzembe helyezése** tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján lefolytatott uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárás eredményeként az 1. részajánlati körben nyertesként kihirdetett ajánlattevővel jött létre a Ptk. 6:231. § előírásai szerint.

A pályázat az eljárás megindítása után kerül benyújtásra, erre tekintettel a megrendelő jelen eljárásban feltételesen köt szerződést, mely akkor lép hatályba, amikor a Támogatói Okirat megkötésre kerül. (Kbt. 40. § (3)-(4) bek.)

A Megrendelő nem teszi lehetővé a Szállító / Szállítók által gazdálkodó szervezet létrehozását a teljesítéshez.

1. A szerződés tárgya

1.1. **Szállító** köteles a KEOP-5.6.0/E/15 kódszámú pályázat keretében a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére **1. részajánlati körben: CT berendezés** (továbbiakban: Áru) leszállítani, üzembe helyezni, az energia-felhasználás csökkenésének alátámasztására szolgáló méréseket dokumentáltan elvégezni és a kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtani.

1.2. Az Áru megnevezését, típusát, a darabszámát 1. sz. melléklete tartalmazza. Az Árunak meg kell felelnie az Ajánlati felhívásban és a jelen szerződés 1. sz. mellékletében foglalt specifikációnak, illetve a hatályos minőségi bizonyítványnak. Az Áru fogalmába az eszközök elválaszthatatlan illetve a műszaki specifikációban meghatározott tartozékait is bele kell érteni, annak műszaki tartalmát a felhívás és a beadott ajánlat tartalmazza.

A felek a Kbt. 124. § (2) bekezdésének, azaz a közbeszerzési eljárásban értékelt adatoknak a szerződésben való szerepeltetési kötelezettségének úgy tesznek eleget, hogy a szerződés részét képező 1. számú mellékletként csatolják ezen értékelés körébe tartozó elemeket.

1.3. Pályázati forrás: KEOP-5.6.0/E/15 kódszámú „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” c. pályázat

**2. Vételár: 161.500.000,-Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 205.105.000,-Ft
azaz: bruttó kettőszázötmillió-százötzezer forint**

2.1. A szerződéses ár fix összegű, amely magyar forintban értendő. Az ÁFA mértékét a hatályos jogszabály szerint kell meghatározni.

2.2. A szerződéses ár tartalmazza áru ellenértékét, az áru kezelésével, rakodásával, a helyszínre történő szállításával, a teljesítés helyén való átadásával, helyszíni felszerelésével, beüzemelésével, az energia-felhasználás csökkenésének alátámasztására szolgáló mérések elvégzésével kapcsolatos minden költséget (beleértve a szükséges átalakítási, tervezési, szerelési, csatlakoztatási költségeket), a teljes körű üzembe helyezésnek, a betanításnak, a szükséges engedélyeknek (beleértve az üzembe helyezést megelőző előzetes munkavédelmi felülvizsgálat elvégzését), az előírt dokumentációknak a költségét, a belföldi forgalomba hozatalhoz szükséges adókat, vámokat, illetékeket, minden egyéb, az áru rendeltetésszerű használatba vételével kapcsolatban felmerülő költségeket, ide értve a vállalt jótállás teljesítésének a költségeit is (kapcsolódó szolgáltatások).

2.3. A szerződéses áron felül a Szállító nem jogosult egyéb költség, vagy díj felszámítására. A fenti ár módosítására kizárólag kétoldalú, írásos megállapodás alapján kerülhet sor, a Kbt.-ben rögzítettek alapján.

3. Fizetési mód

3.1. A **Megrendelő** a fenti 2. pont szerinti vételárat kiadott teljesítésigazolásra benyújtott számla alapján a Ptk. 6:130 § (3) szerinti határidőn belül, a Szállító Magyar Takarékszövetkezeti Banknál vezetett 11500092-11023713-00000000 számú számlájára való átutalással egyenlíti ki.

3.1.2. A számlák benyújtásának feltételei:

Részszámla benyújtására nincs lehetőség.

Végszámla: az eszközök átadását és minden szerződéses kötelezettség szerződésszerű igazolt teljesítését (hiánytalan átadás-átvétel, betanítás, dokumentumok átadását) követően nyújthatja be Szállító.

Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Szállító teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

Fizetési határidő: a fizetési határidő a formai és tartalmi szempontból megfelelő számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 60 nap.

3.2. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállító a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.

3.3. Szállító tudomásul veszi, hogy számlája kibocsátása során köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat, Megrendelő csak a minden előírásnak megfelelő és a szükséges mellékletekkel hiánytalanul felszerelt számlát köteles befogadni.

3.4. A Szállító a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján vállalja, hogy

a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság

tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ügyletekről az Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

3.5. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

3.6. A 3.5. pont szerinti felmondás esetén a Szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

3.7. A külföldi adóilletőségű Szállító köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szállítóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

3.8. Felek a pénzügyi teljesítés során „Az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. §-ának figyelembe vételével járnak el.

4. Teljesítési hely:

4.1. Szállítási cím:

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
6722 Szeged, Tisza L. krt. 107., Klinika Park

4.2. Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem,
6720 Szeged, Dugonics tér 13.

4.3. Számlaküldési cím:

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.

4.4. **Teljesítés, teljesítésigazolás:** a Megrendelő által a szállítás fogadásának visszaigazolása keretében megadott helyszíneken kell az eszközöket beüzemelni és átadni Megrendelő részére. Szállító az eszközök leszállítását és az alábbiak – az adott eszköz tekintetében értelmezhető – teljes körű teljesítését követően jogosult teljesítésigazolásra:

a) Az eszköz (próbaüzeme), üzembe helyezése megtörtént (amennyiben az eszköz használatba vétele igényli vagy Megrendelő külön kérésére)

b) A személyzet betanítása megtörtént.

c) Az előírt magyar nyelvű Átadási dokumentumok átadásra kerültek az alábbiak szerint:

- 1 pld Szállítólevél
- 1 pld gépkönyv (magyar nyelvű)
- 2 példány magyar nyelvű kezelési-használati útmutató (tartalmaznia kell az eszköz üzemeltetési, karbantartási utasítását, technológiai utasítást, egyéb üzemeltetési dokumentációkat).
- Minőségi, megfelelőségi tanúsítványok másolati példánya

- Bizonylatok, nyilatkozatok (érintés, tűz, munkavédelmi, környezetvédelmi engedélyek, jegyzőkönyvek)
- Szakhatósági hozzájárulás (szükség esetén)
- Hatósági engedély (szükség esetén)
- 2 példány mérési jegyzőkönyv (szükség esetén)
- 3 példány Átadás-átvételi jegyzőkönyv
- 2 példány oktatási jegyzőkönyv
- 2 pld Szállítói tanúsítvány a szoftverek jogtisztaságára és Megrendelő részére biztosított felhasználói jogra.
- 1 pld. előzetes munkavédelmi felülvizsgálat elvégzését igazoló dokumentáció

Megrendelő a teljesítésigazolást minden – az adott eszköz tekintetében értelmezhető – feltétel szerződés szerinti teljesítése esetén köteles haladéktalanul kiadni Szállító részére.

4.5. A teljesítésigazolás birtokában Szállító jogosult számlát benyújtani a 3.1. pontban foglaltak szerint.

5. Szállítási feltételek és határidők

5.1. Az árunak a teljesítési helyig történő szállításaért a Szállító külön díjazást nem igényelhet. A Szállító a leszállítandó Árut a szállítás módjának, illetve az előírásoknak megfelelő csomagolásban szállítja le, és a helyszínre beszereléssel, üzembe helyezéssel, betanítással ill. engedélyek, áruleírások, egyéb szükséges dokumentumok beszerzésével, illetve azoknak a Megrendelő részére történő átadásával teljesíti. A csomagoló anyagok helyszínről történő elszállítása Szállító kötelezettsége.

5.2. A teljesítési határidő:

5.2.1. A szerződéskötés napjától számított 30 naptári nap (kötés köteles)

A Szállító legkésőbb a szerződéskötést követő 30 naptári napon belül köteles az eljárás tárgya szerinti eszközöket leszállítani, beállítani és üzembe helyezni, és az energia-felhasználás csökkenésének alátámasztására szolgáló méréseket dokumentáltan elvégezni.

A Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdés alapján:

A fenti 30 napos szállítási kötelezettség kezdő időpontja tekintetében a Megrendelő az alábbiakat rögzíti a szerződést megalapozó AF VI.3.17. pontja és a Dokumentáció 5.14. pontja alapján:

A szerződéshez kapcsolt projekt / program megjelölése:

Pályázat száma: KEOP-5.6.0/E/15

„Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása”

A pályázat az eljárás megindítása után kerül benyújtásra, erre tekintettel ajánlatkérő jelen eljárásban feltételelesen köt szerződést, mely akkor lép hatályba, amikor a Támogatói Okirat megkötésre kerül. (Kbt. 40. § (3)-(4) bek.)

A fentiek értelmében az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére csak akkor képes, ha a pályázat Támogatói Okirata megkötésre kerül, illetve a megjelölt pályázati forrás támogatása a beszerzésre felhasználható.

A fentiek értelmében a szerződés szerinti teljesítési határidő az érvényesen megkötött szerződés hatálybalépésétől számítandó, amelyre vonatkozóan a Megrendelő tájékoztatja a Szállítót.

Szállító (a helyszíni sikeres átadás-átvételtől készült jegyzőkönyv lezárásának napjától) köteles 60 hónap jótállási kötelezettséget teljesíteni.

5.2.2. Szállító az eszközöket Megrendelővel egyeztetett időpontban – a szerződés szerinti teljesítési határidő figyelembe vételével - jogosult leszállítani és átadni.

5.2.3. A Szállító köteles a **szállítás várható időpontja előtt 5 nappal** Megrendelőt telefax és e-mail útján értesíteni a leszállítandó áruk megnevezésének, mennyiségének és gyári számának megjelölésével. Megrendelő az eszközök fogadására készségét visszaigazolja, egyben megadja a helyiségek listáját és az átvételre kijelöltek adatait.

5.3. A leszállított áruk fuvarozótól történő átvétele és a fuvarozóval szembeni esetleges kárigények érvényesítése a Szállító kötelezettsége.

5.4. A Szállító előszállításra a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával jogosult.

6. Az Áru helyszíni üzembe helyezése

6.1. Az eszközök üzembe helyezését egy kórházként folyamatosan működő épületben kell megvalósítani. Szállító tevékenysége a kórház rendeltetésszerű működését nem akadályozhatja. A leszállításkor a helyszíni üzembe helyezést haladéktalanul el kell végezni. Az átadás-átvétel lezárásáig az eszközök esetlegesen szükséges raktározását, őrzését Szállító saját költségén köteles biztosítani.

6.2. A Szállító kötelezettsége, hogy az eszközök üzembe helyezéséhez, működéséhez szükséges infrastruktúrára (elektromos, víz, gáz, légtechnikai, informatikai stb.) rácsatlakozzon, - amennyiben szükséges - a rácsatlakozáshoz az átalakításokat saját költségére elvégezze. Az esetleges átalakításokhoz és a rácsatlakozáshoz az engedélyeket Szállító köteles beszerezni, és az átalakítást és a rácsatlakozást dokumentálni.

6.3. Az üzembe helyezés során az orvostechnikai eszközökre és egészségügyi létesítményekre vonatkozó valamennyi jogszabálynak és szabványnak teljes körűen megfelelően kell eljárnia. Szállító köteles a szállítás, üzembe helyezés során a működő klinika munka- és házirendjéhez alkalmazkodni, a biztonsági előírásait betartani. A helyszíni munkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi-, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírások be nem tartásából eredő minden jogi- és anyagi felelősség Szállítót terheli.

6.4 Az eszköz helyszínre szállítását követően, a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott üzembe helyezést kell tartani, amelynek költségeit a vételár tartalmazza.

7. Az Áru átadás-átvétele

7.1. Felek a beüzemelés eredményes befejezését követően – a műszaki dokumentációban meghatározottak szerint - átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel.

7.2. Az üzembe helyezés során az árunak rendelkeznie kell az összes alkatrészszel, illetve a gyári előírás szerinti illetve megrendelt további tartozékkal, valamint működnie kell minden, a specifikációban vállalt funkciónak. Az üzembe helyezés időpontját és a felek által tett megállapításokat az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

7.3. A sikeres átadás-átvételeiről készült jegyzőkönyv lezárásának napjától az áruval kapcsolatos költség- és kárveszély Megrendelőre száll át és e dátummal kezdődik Szállító jótállási kötelezettsége. A jegyzőkönyv lezárásának napjától számított legfeljebb 15 napon belül Megrendelő köteles a teljesítési igazolást kiadni Szállító részére.

8. Betanítás, átadási dokumentáció

8.1. Az áru próbaüzemének keretében – a próbaüzem lezárásáig – Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az orvos-szakmai illetve műszaki személyzetet, legalább 2 főt a helyszínen kiképzzi az áru rendeltetésszerű használatára. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az eszközök üzembe helyezését, és az oktatási feladatokat arra megfelelő szakmai végzettséggel, szakmai gyakorlattal, a szakma gyakorlására, és a munka végzésére megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberek közreműködésével hajtja végre. Amennyiben a Szállító szakembere magyar nyelven nem kommunikál, a tolmács biztosítása, és annak költsége Szállítót terheli.

8.2. Az átadás-átvételi eljárás eredményes befejezésének, a jegyzőkönyv lezárásának a feltétele egyebek mellett, hogy Szállító a műszaki leírás 3. pontjában meghatározott Átadási dokumentációt is hiánytalanul magyar nyelven átadja Megrendelő részére.

9. Ellenőrzések és vizsgálatok

9.1. A Megrendelő az Áru átadás-átvétele során az átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásáig köteles elvégezni minden vizsgálatot és mérést annak megállapítására, hogy az Áru megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak.

9.2. Ha az átadás-átvétel során a Megrendelő azt állapítja meg, hogy az Áru nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a Megrendelő az Áru kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, a Szállító pedig köteles a Megrendelő által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.

9.3. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik.

10. Szavatosság, jótállás

10.1. A Szállító kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés alapján szállított berendezések újak, megfelelnek mindazon minőségi követelményeknek, műszaki és szabvány előírásoknak, amelyek a berendezések rendeltetésszerű használatához szükségesek, továbbá megfelelnek az orvostechikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben meghatározott alapvető követelményeknek, rendelkezik az erre vonatkozó tanúsítványokkal, engedélyekkel és igazolásokkal, azokat a Megrendelő részére a teljesítés keretében átadja.

10.2. A Szállító minden eszközre a helyszíni sikeres átadás-átvételtől készült jegyzőkönyv lezárásának napjától számított **60 hónapra** teljes körű jótállást vállal, és szavatolja, hogy a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Szállító vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A jótállási időszakban semmilyen költség (pl. kiszállási díj, kilométerdíj, munkadíj, a javításkor kötelezően cserélendő fogyóanyagokon felül egyéb anyagköltség stb.) nem számolható fel. A Szállító jótállással vállalt felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

10.3. Az árukra vonatkozó, jelen szerződésben meghatározott feltételekkel összhangban lévő jótállási feltételeket az árukhoz mellékelte jótállási jegyek tartalmazzák.

10.4. A Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Szállítót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

11. Szerviz, alkatrészellátás

11.1. Szállító kötelezi magát, hogy a jótállási feladatok ellátására technikailag felszerelt, a szállított eszközökre kiképzett, magyarul beszélő legalább 2 fő szakemberrel rendelkező szerviz bázist tart fenn. A jótállási időszak alatt előforduló meghibásodásokat a Szállító – saját választása szerint – csere vagy javítás útján saját költségére küszöböli ki. A kijavított részekre a jótállási kötelezettség újra kezdődik. A jótállási feladatokat ellátó szerviz adatait (cím, nyitvatartási idő, telefon, fax, e-mail cím, kapcsolattartó) az eszközre vonatkozó jótállási dokumentációban átadja Megrendelő részére.

11.2. A Szállító a jótállási idő alatt a hiba bejelentését követő maximum 24 órán belül a helyszínen megkezdi a hiba kijavítását, illetve a hiba jellegétől függően – a Megrendelővel egyeztetve – a szükséges javításokat szervizben elvégezteti a lehető legrövidebb időn belül. Amennyiben az eszköz a helyszínen nem javítható, Szállító köteles gondoskodni annak el- és

visszaszállításáról. Amennyiben a hiba kijavítása ésszerű határidőn belül nem lehetséges, Szállító köteles az eszközt vagy a hibás alkatrészt kicserélni. A jótállási idő alatt a garanciális javítás egyetlen költségeleme sem terhelhető a Megrendelőre.

11.3. Ha a Szállító nem, vagy nem szerződészerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a Megrendelő a Szállító költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése érdekében.

12. Kötbér, kártérítés

12.1. A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a Szállító kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A kötbér mértéke késedelem esetén a teljesítésig, illetve hibás teljesítés esetén a hiba kijavításáig minden napra a késedelmes vagy hibásan történő szállítással érintett árunak a szállítási szerződés szerinti nettó ellenértékének 1 %-a. A kötbér maximuma az érintett áru nettó árának 10 %-a. A kötbérek a szerződésszegések napján esedékessé válnak.

12.2. A Szállító a neki felróható meghiúsulás vagy nemteljesítés esetén a teljes nettó ellenérték 20%-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

12.3. Szállítót, amennyiben a jelen szerződésben előírt teljesítési határidőt elmulasztja, Megrendelő jogosult írásban felszólítani megfelelő új teljesítési határidő megjelölésével.

12.4. A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

12.5. Szállító anyagi felelősséggel tartozik a Megrendelő tárgyi eszközeiben általa, vagy az általa a szerződés teljesítésébe bevont harmadik személy által okozott károkért.

13. Engedélyek

13.1. A Szállító a saját költségére köteles biztosítani a Megrendelő részére az Áruk felhasználásához szükséges engedélyeket, igazolásokat.

13.2. A Szállító a saját költségére köteles biztosítani, hogy az eszközök üzembe helyezéséhez szükséges szakhatósági engedélyeket és tanúsítványokat szükség szerint megszerezze.

14. Együttműködés, kapcsolattartás

14.1. Felek a szerződés teljesítése során minden olyan akadályról, körülményről, amely a jelen szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek.

14.2. A szerződés keretében a kapcsolattartásra kijelölt személyek:

Megrendelő részéről:

Név: Vincze Zsolt

Levelezési cím: 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.

Telefon: 62/545-619

Fax: 62/545-731

E-mail: vincze.zsolt@med.u-szeged.hu, fodi.szilvia@med.u-szeged.hu

Szállító részéről:

Név: Tóth Ákos

Levelezési cím: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 98/B.

Telefon: +36 1 444 4400

Fax: +36 1 444 4401

E-mail: info@medirex.hu, akos.toth@medirex.hu

AM
△

14.3. Szállító a helyszíni tevékenysége során köteles együttműködni a területen tevékenységet végző más vállalkozókkal, köteles figyelembe venni a működő kórház előírásait és telepítendő eszközökkel kapcsolatos egyeztetéseken – Megrendelő meghívására – köteles részt venni.

15. Titoktartási kötelezettség

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során a másik fél tudomására jutott valamennyi információ, adat üzleti titkot képez, azokat egymás érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem használják fel. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségekre.

16. A szerződés hatálya és megszűnése

16.1. A szerződés a felek általi aláírásával érvényes, azonban a teljesítés ellenértékének forrását biztosító pályázat Támogatói Okiratának aláírásával válik hatályossá.

16.2. Szállító súlyosan szerződésszegő magatartása esetén a Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására vagy a szerződéstől való elállásra. Szállító súlyosan szerződésszegő magatartásának minősül különösen:

- a) a Szállító késedelmes teljesítése miatt kitűzött póthatáridő eredménytelenül eltelt, vagy a késedelem meghaladta a 30 napot, vagy a késedelmi kötbér elérte a maximális mértéket,
- b) a berendezések a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanok,
- c) a berendezések nem felelnek meg az orvostechikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben meghatározott alapvető követelményeknek,
- d) Szállító bármely okból, előzetes írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti a szerződésben vállalt valamely kötelezettségét (ide nem értve a vis maior esetét),
- e) Szállító ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás indult, vagy egyébként fizetéképtelenné vált.
- f) A szerződés 3.6. pontjában foglalt feltételek bekövetkezése.

16.3. A szerződésszegő fél köteles a másik félnek a szerződésszegésből eredő kárát megtéríteni.

17. Szerzői és iparjogvédelmi jogok

17.1. Szállító - az általa szállított és átadott áru tekintetében – a Szerződés tárgyával kapcsolatos minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb, harmadik fél által történő követelés kielégítését magára vállalja, attól Megrendelőt mentesíti. Amennyiben a teljesítés során szerzői jogi eredmény keletkezik, úgy annak szabad, korlátozásmentes és teljeskörű felhasználási jogát a Szállító a Megrendelő részére átadja.

17.2. A Szállítónak kártalanítania kell a Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden olyan igény esetén, amely licenc, szabadalom, védjegy és ipari vagy használati minta oltalmak alá eső jogok megsértéséből származik az áruknak, vagy azok bármely részének a Megrendelő részéről történő felhasználás folytán.

18. Egyéb megállapodások

18.1. A jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 132. §.-ában előírtaknak megfelelően, írásos formában van lehetőség.

18.2. Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, vagy telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezés nyelve: magyar.

18.3. A jelen szerződés fizikailag csatolt mellékletei, és a Szállító által benyújtott ajánlat és a közbeszerzési dokumentáció, mint a szerződés fizikailag nem csatolt mellékletei, a szerződés

elválaszthatatlan részét képezik. Ha a szerződést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor - ebben a sorrendben - a közbeszerzési dokumentáció, jelen szerződés, a jelen szerződés mellékletei, illetve a Szállító által benyújtott ajánlat tartalma az irányadó.

18.4. A Szállító tudomásul veszi, hogy a teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Szállító alkalmasságának igazolásában. A Szállító köteles a Megrendelőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.

18.5. Az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Szállító alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Szállító az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Szállító a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

18.6. A Szállító, alvállalkozó teljesítési kötelezettségét teljesítheti a Szállító vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.

18.7. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti magyar bíróság eljárásának. A felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot és a Választott bíróság Eljárási Szabályzatát kell alkalmazni.

18.8. A szállító jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezetük átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról az Egyetemet haladéktalanul tájékoztatja.

18.9. Jelen szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. A szerződés 4 db mindenben egyező, eredeti példányban készült.

18.10. A szerződés fizikailag csatolt mellékletei:

1. számú melléklet: Az eszközök műszaki specifikációja

Szeged, 2015. 2015 OKT 08

Megrendelő részéről:

Prof. Dr. Facsó Andrea KK elnök

Vincze Zsolt KK gazdasági vezető

Budapest, 2015.10.02.

Szállító részéről:

Medirex Zrt.

képv: Tóth Ákos vezérigazgató

MEDIREX ZRT
1142 Budapest,
Bencsábet királyné útja 98/B.

KEOP-5.6.0/E/15 pályázat keretében orvosi eszközök beszerzése

1. részajánlati kör

Megnevezés: CT berendezés
 Mennyiség: 1 db
 Ajánlattevő neve: Medirex Zrt.
 Gyártó: Siemens AG
 Típus: Somatom Definition AS 20 Open
 Hivatalos beföldi szervizpartnere: Siemens Healthcare Kft.
 OTH regisztrációs szám: KEF-807-1/2012

Minimum műszaki előírás	Elvárás	súlyszám	Ajánlott paraméter
Gantry			
Legrövidebb teljes (360 fokos) forgási idő	Max. 0,5 sec		Igen, 0,5 sec
A gantrydöntés lehetséges legnagyobb szöge	Min. +/-30 fok		Igen, +/-30 fok
Gantry-nyílás átmérője (felszerelt burkolattal)	Min. 80 cm		80 cm
Betegasztal			
Az asztal terhelhetősége a max. ± 0,25 mm eltéréssel jellemzett pontosság tartásával	Min. 225 kg		227 kg
Asztallap hosszanti fémmentes scan tartománya	Min. 160 cm		200 cm
Szénszálas sík asztallap	Igen		Igen
Detektor rendszer			
Egy körülfordulás alatt mérhető szeletek száma	Min. 16 szelet/rotáció		20 szelet/rotáció
Legvékonyabb detektor sorok z-irányú mérete az izocentrumban mérve (kollimáció nélkül)	Max. 0,63 mm (0,63 mm-nél rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, a 0,6 mm a maximális pontszámot kapja)	1	0,6 mm
Az egy detektorsorban található detektor elemek száma	Min. 700 db		736 db
1 teljes körülfordulás alatt mérhető projekciók maximális száma	Min. 4500		z-sharp technológiával:4608
Röntgenteknikai paraméterek			
Röntgengenerátor teljesítménye az alkalmazott röntgensóvel (kV*mA)	Min. 80 kW		80 kW

KEOP-5.6.0/E/15 pályázat keretében orvosi eszközök beszerzése

1. részajánlati kör

Minimum műszaki előírás	Elvárás	súlyszám	Ajánlott paraméter
Vizsgálat során alkalmazható legkisebb kV érték 80 kV-nál rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, a 70 kV a maximális pontszámot kapja.	Max. 80kV	1	70 kV
Vizsgálat során alkalmazható legnagyobb kV érték	Min. 140 kV		140 kV
Alábbi két követelmény közül legalább az egyik teljesüljön			
Az anód hőkapacitása IEC 60 613 szerint	Min. 8 MHU		0,6 MHU
Az anód maximális hűlési sebessége IEC 60 613 szerint	Min. 7000kHU/min		7300 kHU/min.
A legkisebb fókuszpont méretei IEC 60 336/2005 szerint megadott méretekből. A két méret (hossz és szélesség) szorzataként mm ² -ben 0,7 mm ² -nél rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, a 0,5 mm ² a maximális pontszámot kapja. Közötte a pontkiosztás az arányosítás képletével történik	Max. 0,7 mm ²	1	0,49 mm ²
A legnagyobb fókuszpont területe IEC 60 336/2005 szerint megadott méretekből. A két méret (hossz és szélesség) szorzataként mm ² -ben 2 mm ² -nél rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, az 1 mm ² a maximális pontszámot kapja.	Max. 2 mm ²	1	0,99 mm ²
CT vezérlőpult és számítógép rendszer			
Operációs rendszer típusa:	Multi user, multi tasking		Igen, Windows, multiuser, multitasking
A képek archiválásának lehetősége CD lemezre DICOM formátumban, DICOM képnéző programmal együtt	Igen		Igen

KEOP-5.6.0/E/15 pályázat keretében orvosi eszközök beszerzése

1. részajánlati kör

Minimum műszaki előírás	Elvárás	súlyszám	Ajánlott paraméter
Külső USB 2.0 háttértárolók támogatása	Igen		Igen
A képek rekonstruálását végző számítógépek együttes RAM kapacitása	Min. 8 GByte		8 GByte
A nyersadatok tárolására szolgáló merevlemez kapacitás	Min. 1 TByte		1 TByte
Rekonstrukció maximális sebessége (512x512 mátrix esetén) teljeskörű cone beam korrekcióval és FBP mellett	Min. 20 kép/s		20 kép/s
A rekonstrukciós FOV minimális mérete(dFOV, recFOV, stb.) zoom funkció nélkül	Max. 5 cm		5 cm
Nyersadat alapú iteratív rekonstrukciós technológia a képminőség megtartása mellett, a dózis csökkentése érdekében	Igen		Igen, SAFIRE
Vizsgálatra vonatkozó elvárások			
Tájékozódó mérés / topogram			
Maximális mérési hossz a tájékozódó kép készítésekor	Min. 190 cm		
A mérés bármikor megszakítható	Igen		Igen
Helikális / spirál mérés			
Folyamatos egyszeres spirál max. ideje A 60 sec-nél rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, a 80 sec a maximális pontszámot kapja.	Min. 60 s	1	100 sec
Folyamatos egyszeres spirál mérés hossza (a tényleges érték, pl. az asztal fémentes tartományának figyelembevételével):	Min. 180 cm		194 cm
Mérési programok			
Légzés kapuzott vizsgálatok végzésének lehetősége, az ehhez szükséges SW elemekkel és a kapuzó jeleket fogadó hardver interfésszel.	Igen		Igen
Dóziscsökkentő eljárás az előzetes tájékozódó mérés alapján	Igen		Igen, CareDose4D

KEOP-5.6.0/E/15 pályázat keretében orvosi eszközök beszerzése

1. részajánlati kör

Minimum műszaki előírás	Elvárás	súlyszám	Ajánlott paraméter
Dóziscsökkentő eljárás a csőáram valós idejű modulációjával	Igen		Igen, CareDose4D
Fém műtermék csökkentő program, mely az iteratív rekonstrukciós eljárással kombinálható.	Igen		Igen iMAR
Fém implantátumok által okozott képi műtermékek hatásos elnyomása.			
Képmínőség			
Alacsony kontrasztú felbontás mérés paraméterei:			
Csőfeszültség	120kV		120kV
Szeletvastagság	8-10 mm		10 mm
Fantom	CATPHAN, 20 cm		CATPHAN, 20 cm
Megkülönböztethető objektum mérete	Max. 5 mm		5 mm
Megkülönböztethető objektum és környezetének kontrasztja	Max. 3 HU (3%)		3 HU (3%)
Alacsony kontrasztú felbontás mérés során alkalmazott dózis	Max. 27 mGy		13,1 mGy
A nagy kontrasztú, x-y síkú felbontás 2% MTF-nél	Min. 20 vp/cm		z-sharp technológiával:24 vp/cm

MEDIREX ZRT
1142 Budapest,
Erzsébet királyné útja 98/B.

