

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Adásvételi szerződés a Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.8-14-2015-0002 kódszámú pályázatának keretében orvostechikai eszközök leszállítása, üzembe helyezése tárgyban. (45/Ny/2015/SZTE)
- Mennyiség:
1. részajánlati kör: Műtőtermi eszközök
 - 2 db Altatómunkaállomás, magas tudásszintű
 - 2 db Vérmentő készülék
 - 1 db Arthroscopos torony, kézi eszközök
 - 1 db Ureteroendoszkóp
 - 1 készlet (16 db) Video-thoracoscopos eszközök
 - 2 db Műtőasztal
 - 1 db Sötétlátóteres mikroszkóp
 2. részajánlati kör: Sterilizálás eszközei
 - 2 db Alacsony hőfokú, H2O2 alapú sterilizáló berendezés
 - 2 db Ultrahangos műszermosogató
 3. részajánlati kör: Terápiás eszközök
 - 20 db Perfúzor magas tudásszintű
 - 28 db Perfúzor
 - 2 db Infúziós pumpa, volumetrikus
 - 9 db Infúziós pumpához dokkoló
 - 12 db Vér és infúzió melegítő készülék
 - 10 db Táplálópumpa
 - 4 db Ideiglenes pacemaker
 - 10 db Mobil szívókészülék
 4. részajánlati kör: Diagnosztikai eszközök
 - 6 db Defibrillátor
 - 20 db Őrzőmonitor
 - 3 db CTG
 - 3 db EKG készülék 12-csatornás
 - 3 db EKG készülék 6-csatornás
 - 2 db ABPM
 - 4 db Kézi doppler
 - 1 db Vérgáz analizátor
 5. részajánlati kör: Intenzív ágyak és tartozékaik
 - 4 db 4 részes multifunkcionális elektromos intenzív ágy (alap)
 - 20 db Antidecubitus matrac kompresszossal
 6. részajánlati kör: 1 db Elektronmikroszkóp
 7. részajánlati kör: 1 db Metszetfedő automata
3. A választott eljárás fajtája: közösségi eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
 - 4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:--
 - 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:--
 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: TED: 2015/S 179-324916 (2015.09.16.); Közbeszerzési Értesítő: K.É.-17766/2015. (2015.09.16.)
 7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
 - b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: --
 - c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: --
 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 8 ajánlat, 12 részajánlat (1., 3-4. és 6. részajánlati kör: 1-1 ajánlat; 2. részajánlati kör: 2 ajánlat; 5. és 7. részajánlati kör: 3-3 ajánlat)
 9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1. részajánlati kör tekintetében:

MEDIREX Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 98. B.

2. részajánlati kör tekintetében:

Premier G. Med Kft. 1026 Budapest, Hidász utca 1.

3. részajánlati kör tekintetében:

MEDIREX Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 98. b. ép.

4. részajánlati kör tekintetében:

MEDIREX Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 98. b. ép.

5. részajánlati kör tekintetében:

MEDIREX Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 98. b. ép.

Medys Internationale Zrt. 1034 Budapest, Zápor u. 2/c.

Premier G. Med Kft. 1026 Budapest, Hidász utca 1.

6. részajánlati kör tekintetében:

JEOL (EUROPE) SAS 1, Allée de Giverny, 78290 Croissy-Sur-Seine, Franciaország

7. részajánlati kör tekintetében:

BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2100 Gödöllő, Rigó u. 20.

„KROMAT” Műszerforgalmazó Kft. 1112 Budapest, Péterhegyi út 98.

Patho-Systems Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 3.

Ajánlattevők alkalmasságának indoklása: az ajánlati felhívásnak, a Dokumentációnak és a Kbt.-nek megfelelően nyújtották be ajánlatukat. Az ajánlattevők megfeleltek az utolsó három lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatos elvárásnak, benyújtották az előírt termékleírásokat, valamint igazolták a megkövetelt szakember rendelkezésre állását.

Az ajánlatok értékelési részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeit a mellékelt táblázat tartalmazza részajánlati körönként.

*b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): lásd mellékelt táblázat*

*c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10*

*d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot:*

Az 1. értékelési részszerzőpont esetében:

Az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra, aránypár alkalmazásával (legelőnyösebb ajánlat / vizsgált ajánlat X 10).

A 2. értékelési részszerzőpont esetében:

Az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra, aránypár alkalmazásával (vizsgált ajánlat / legelőnyösebb ajánlat X 10).

A 3-17., 20-23., 28., 30., 31., 34. értékelési részszerzőpontok esetében:

Az ajánlatkérő abszolút értékelési módszert alkalmaz, amely során a meghatározott műszaki paraméter, jellemző megléte esetén 10 pontot, annak hiányában 1 pontot kap az ajánlattevő.

A 18., 19., 24-27., 29., 32., 33. értékelési részszerzőpontok esetében:

Az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra, aránypár alkalmazásával (vizsgált ajánlat / legelőnyösebb ajánlat X 10, illetve a 24. értékelési részszerzőpont esetében: legelőnyösebb ajánlat / vizsgált ajánlat X 10).

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Johnson & Johnson Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.

Indoklás:

Az ajánlatok jogi-közbeszerzési és műszaki-szakmai vizsgálatát követően az ajánlatkérő hiánypótlásra, valamint felvilágosítás adására hívta fel az ajánlattevőt az alábbi tartalommal:

Hiánypótlás 1.:

1. Az ajánlata 12-13. oldalain csatolt specifikáció táblázatokban az „ajánlott paraméter” oszlopban olyan sorok esetében is csak „igen” jelölést szerepeltet, ahol konkrét érték megadása szükséges (nettó űrtartalom, fűtés hőmérsékletbeállítás). Kérjük, hogy csatolja a specifikációs táblázat javított változatát, megadva a konkrét paramétereket a hivatkozott műszaki jellemzők tekintetében!

2. Ajánlatkérő a Dokumentáció 4.2. pontjában előírta, hogy az ajánlati árat a melléklet szerint, eszközökre bontott tételes mennyiségi kiírás beárazásával, kitöltésével is meg kell adni. Kérjük, hogy hiánypótlás keretében csatolja a Dokumentáció mellékleteként kiadott összesítő táblázat kért adatokkal kitöltött példányát!

Hiánypótlás 2.:

Ajánlatkérő a Dokumentáció 3.2. M/1. pontjában, az alkalmasság körében kért termékleírással kapcsolatban az alábbiakat rögzítette:

Amennyiben a megadott paraméterek a gyártó hivatalos honlapján illetve a beadott kiadványban, prospektusban található adatoktól eltérnek, úgy a gyártó igazolása (nyilatkozata) szükséges az eltérő paraméterű eszközök gyártására való képességről és szándékáról.

Ajánlattevő a hiánypótlás keretében benyújtott, kiegészített termékleírásban, az alacsony hőfokú, H₂O₂ alapú sterilizáló berendezés tekintetében 43 literes nettó űrtartalmat rögzített az ajánlott paraméter oszlopban. A megajánlott típus a gyártó honlapján elérhető adatok alapján 30 literes űrtartalommal rendelkezik (továbbá az ajánlatkérő rendelkezik már a megajánlottal azonos típusszámú eszközzel, amely szintén 30 literes űrtartalmú). Mindezekre tekintettel kérjük, hogy adjon magyarázatot az eltérés okára, illetve az előírásoknak megfelelően csatolja a gyártó igazolását (nyilatkozatát) az eltérő paraméterű eszköz gyártására való képességről és szándékáról!

Az ajánlattevő a „Hiánypótlás 2” pontban megjelölt hiánypótlási felhívásban kért magyarázatra, illetve hiánypótlásra az alábbiakat adta elő:

Ajánlattevő felhívta ajánlatkérő figyelmét, hogy álláspontja szerint a kiírásban megadott nettó űrtartalom nem azonos a sterilizáló berendezés hasznos kamraméretével.

A fentiekben túl csatolásra került egy kétnyelvű nyilatkozat, melyben az Advanced Sterilization Products, a Johnson & Johnson tagvállalata, mint a Sterrad plazmasterilizáló rendszerek gyártója nyilatkozik, hogy a Sterrad NX plazmasterilizáló kamramérete vonatkozásában az alábbi adatokat szükséges figyelembe venni:

- teljes térfogat: 51,3 liter
- nettó térfogat: 43 liter

Ajánlatkérő műszaki-szakmai értékelést végző szakemberei a fentiekkel kapcsolatban az alábbi megállapításokat rögzítették:

A közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában kiegészítő tájékoztatás kérések érkeztek az eljárás tárgya szerinti eszközök egyes műszaki paramétereivel, jellemzőivel kapcsolatban. Az ajánlattevők részére 2015. szeptember 24. napján megküldött kiegészítő tájékoztatásban – többek közt – az alábbi kérdés tisztázására is sor került:

- „Nettó űrtartalom: min 43 l”. Kérdésünk, hogy elfogad-e a Tisztelt Ajánlatkérő 40 liter hasznos kamraterű, alacsony hőmérsékletű hidrogén-peroxid sterilizáló készüléket, melynek standard ciklusideje 28 perc?

Válasz: Ajánlatkérő a kiírásban szereplő elvárt hasznos kamrakapacitást, vagy annál nagyobb kamrakapacitást fogad el.

A kiegészítő tájékoztatás eredményeként egyértelmű volt tehát, hogy ajánlatkérő a kiírásban rögzített „nettó űrtartalom” alatt a hasznos kamrakapacitást érti, és ezen hasznos kamrakapacitásnak kell teljesítenie az elvárt értéket. Mindezek alapján nem helytálló az ajánlattevő válaszában szereplő azon érvelés, mely szerint „a kiírásban megadott nettó űrtartalom nem azonos a sterilizáló berendezés hasznos kamraméretével”. Ajánlatkérő egyértelműen a hasznos kamrakapacitáshoz kapcsolódóan írta elő a műszaki minimum elvárást, hiszen felhasználói, szakmai szempontból ennek az értéknek van jelentősége, a készülék egyéb térfogatértékei nem befolyásolják a használatot.

Mindezekre tekintettel ajánlatkérő nem fogadja el ajánlattevő válaszát, mivel abban nem a kért térfogat értékkel kapcsolatban került megerősítésre a megadott érték, hanem a készülék egyéb – felhasználói szempontból nem releváns – méretei kerültek feltüntetésre, jelezve egyúttal azt is, hogy ajánlattevő ezen értékre gondolt az ajánlati táblázat adatainak megadása során. A kapcsolódó magyarázatban, indoklásban pedig a kiegészítő tájékoztatásban rögzített információk figyelmen kívül hagyása, illetve azzal ellentétes meghatározás szerepel.

A fentiek alapján az ajánlata nem felel meg az Ajánlati felhívásban, a Dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen.

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

1. részajánlati kör: MEDIREX Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 98. B.

Ellenszolgáltatás összege: 96.250.000,-Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 122.237.500,-Ft

2. részajánlati kör: Premier G. Med Kft. 1026 Budapest, Hidász utca 1.

Ellenszolgáltatás összege: 18.800.000,-Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 23.876.000,-Ft

3. részajánlati kör: MEDIREX Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 98. B.

Ellenszolgáltatás összege: 51.984.000,-Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 66.019.680,-Ft

4. részajánlati kör: MEDIREX Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 98. B.

Ellenszolgáltatás összege: 33.720.000,-Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 42.824.000,-Ft

5. részajánlati kör: Medys Internationale Zrt. 1034 Budapest, Zápor u. 2/c.

Ellenszolgáltatás összege: 4.672.224,-Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 5.933.724,-Ft

6. részajánlati kör: JEOL (EUROPE) SAS 1, Allée de Giverny, 78290 Croissy-Sur-Seine, Franciaország

Ellenszolgáltatás összege: 112.668.700,-Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 143.089.249,-Ft

7. részajánlati kör: „KROMAT” Műszerforgalmazó Kft. 1112 Budapest, Péterhegyi út 98.

Ellenszolgáltatás összege: 4.500.000,-Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 5.715.000,-Ft

Ajánlataik kiválasztásának indoka: az összességében legelőnyösebb ajánlatok.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:--

12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

1. és 3-4. részajánlati kör: MEDIREX Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.: magyarországi szerviz-és alkatrészellátás biztosítása

2. részajánlati kör: Premier G. Med Kft.: karbantartás, javítás

5. részajánlati kör: Medys Internationale Zrt.: eszközök beállításának és üzembe helyezésének részfeladatai

6. részajánlati kör: JEOL (EUROPE) SAS: üzembe helyezés, szerviz

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:--

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

5. részajánlati kör: Medys Internationale Zrt.: Szabó Péter (2161 Csomád, Napsugár u. 2.): M/2. szakember

6. részajánlati kör: JEOL (EUROPE) SAS: SCANTECH Kft. (1158 Budapest, Petence u. 70.): M/2. szakember

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:

1., 3., 4., 6. részajánlati körök tekintetében:-- (a Kbt. 124. § (8) a) pontja alapján)

2., 5., 7. részajánlati körök tekintetében: 2015. november 19.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:

1., 3., 4., 6. részajánlati körök tekintetében:-- (a Kbt. 124. § (8) a) pontja alapján)

2., 5., 7. részajánlati körök tekintetében: 2015. november 28.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. november 18.

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. november 18.

18.* Az összegezés módosításának indoka:--

19.* Az összegezés módosításának időpontja:--

20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja:--

21.* Az összegezés javításának indoka:--

22.* Az összegezés javításának időpontja:--

23.* A javított összegezés megküldésének időpontja:--

24.* Egyéb információk:--



Ajánlatkérő képviselője

1. részajánlati kör: Műtőtermi eszközök (becsült érték: nettó 83.965.040,-Ft)

		Ajánlattevő	
		Medirex Zrt.	
		megadott adat	súlyozott értékelési pontszám
	súlyszám		súlyozott értékelési pontszám
Értékelési szempontok			
1. Ajánlati összeg (nettó Ft)	100	96.250.000	10
2. Jótállás ideje	10	12 hónap	10
2 db altatómunkaállomás, magas tudásszintű			
3. Elektromos meghajtás (gáz nem szükséges meghajtáshoz)	1	nem	1
4. A készülék alkalmas a párcsapda, a légzőkör és a szódatartály használati élettartamának megadására és lejárati figyelmeztetésére	1	nem	1
5. Autoflow lélegeztetési mód	1	nem	1
6. Automatikus áramlásszenzor kalibrálás	1	nem	1
7. Légköri levegő használata biztonsági lélegeztetéshez	1	nem	1
1 db arthroscopos torony, kézi eszközök			
8. Nagyfelbontású (HD) digitális kamera vezérlő egység. Magyar nyelvű beállító menürendszer	1	igen	10
9. Nagyfelbontású (HD) digitális kamera vezérlő egység. Beépített kép és adattárciás pen-drive-on (USB port)	1	igen	10
10. Nagyfelbontású (HD) kamerafej; 1 vagy 3 chipes, HD kamerafej, csipetős video adapterrel, amely lehetővé teszi a már meglévő optikák (Storz, Wolf, Olympus, Stryker, EMD, ACSI) használatát a kamerához	1	3 chipes	10
11. Nagyfelbontású (HD) kamerafej; Autoklávizható	1	igen	10
12. Nagyfelbontású (HD) kamerafej; Motoros fókusz	1	igen	10
13. Nagyfelbontású (HD) kamerafej; Motoros zoom	1	igen	10
14. Shaver és arthroscopos pumpa; Különböző egység esetén a shaver készülékhez mikro-, és makroszöveti kézirabok is csatlakoztathatóak	1	nem	1

15. Rádó frekvenciás ablator. Lábkapcsoló szinkódolt (2 pedálos), vezetékek nélküli vagy vezetékes	1	vezetékek nélküli	10	10
1 db sötétlátóterez mikroszkóp				
16. Továbbfejleszthető legyen FN=26.5 szupersejtes látóterű trinokuláris tubussal és FN=26.5 okuliárokkal	1	igen	10	10
17. Valódi színeket adó LED fényforrás. Színrendering mutató min. 96	1	igen	10	10
Összesített pontszám				1196

2. részajánlati kör: Sterilizálás eszközei (becsült érték: nettó 19.360.000,-Ft)

	Ajánlattevők					
	Johnson & Johnson Kft.		Premier G. Med Kft.			
	súlyszám	megadott adat	értékelési pontszám	súlyozott értékelési pontszám	megadott adat	értékelési pontszám
1. Ajánlati összeg (nettó Ft)	100	16.877.200	-	-	18.800.000	10
2. Jótállás ideje	10	16 hónap	-	-	24 hónap	10
Összesített pontszám						1100

3. részajánlati kör: Terápiás eszközök (becsült érték: nettó 48.782.000,-Ft)

	Ajánlattevő			
	Medirex Zrt.			
	súlyszám	megadott adat	értékelési pontszám	súlyozott értékelési pontszám
1. Ajánlati összeg (nettó Ft)	100	51.984.000	10	1000
2. Jótállás ideje	10	24 hónap	10	100
20 db perfúzor, magas tudásszintű				
18. Készülékben rögzíthető események száma	2	25.000 db	10	20
19. Elátási területeknek megfelelően elnevezett gyógyszercsoportok (Profilok) tárolása	2	30 csoport	10	20
Összesített pontszám				1140

4. részajánlati kör: Diagnosztikai eszközök (becsült érték: nettó 48.834.693,-Ft)

		Ajánlattevő		
		Medirex Zrt.		
		megadott adat	értékelési pontszám	súlyozott értékelési pontszám
	Értékelési részszempontok			
			súlyszám	
1.	Ajánlati összeg (nettó Ft)	33.720.000	10	1000
2.	Jótállás ideje	36 hónap	10	100
	6 db defibrillátor			
20.	Beeépített (készülékházon belüli) akkumulátor, tápegység és töltő	igen	10	10
21.	IrDa vagy bluetooth kommunikációs port adatleltetéshez	igen	10	10
	3 db EKG készülék 12-csatornás			
2.22.	Érintőképnyő	igen	10	10
	1 db vérgáz analízátor			
2.23.	Egymástól függetlenül cserélhető reagenstartályok és elektrodák	igen	10	10
Összesített pontszám				1140

5. részajánlati kör: Intenzív ágyak és tartozékaik (becsült érték: nettó 8.800.000,-Ft)

		Ajánlattevők					
		Medirex Zrt.		Medys Internationale Zrt.		Premier G. Med Kft.	
		megadott adat	értékelési pontszám	megadott adat	értékelési pontszám	megadott adat	értékelési pontszám
	Értékelési részszempontok						
			súlyszám				
1.	Ajánlati összeg (nettó Ft)	7.800.000	5,99	4.672.224	10	8.800.000	5,31
2.	Jótállás ideje	24 hónap	10	12 hónap	5	12 hónap	5
	Összesített pontszám						1050
			699				581

6. részajánlati kör: Elektronmikroszkóp (becsült érték: nettó 123.000.000,-Ft)

	Ajánlattevő			
	JEOL (Europe) SAS			
	súlyszám	megadott adat	értékelési pontszám	súlyozott értékelési pontszám
Értékelési részszempontok				
1. Ajánlati összeg (nettó Ft)	100	112.668.700	10	1000
2. Jótállás ideje	10	36 hónap	10	100
24. Negyítés alsó határa	3	10 X	10	30
25. Fókuszmélység	1	3,6 mm	10	10
26. Képkiviyvasási sebesség binning nélkül	1	2 kocka/mp	10	10
27. Kamera felbontás	3	8 mpixel	10	30
28. Főtárolás funkció: a mintatartó és az elektronsugár vezérlésének a lehetősége	1	igen	10	10
29. Többpozíciós mintatartó pozíció száma	3	4 pozíció	10	30
30. Operációs rendszer a TEM-et vezérlő és az adattárhíválásra szolgáló PC-n	1	Win7	10	10
31. Vákuumvédelem: gumigyűrűvel kettősen szigetelt mintatartó	1	igen	10	10
32. További LaB6 katódok száma	1	3 db	10	10
33. További wolfram katódok száma	1	12 db	10	10
34. Éves szerviznél feltétlenül cserélendő alkatrészek (olaj, stb.) térífésmentes biztosítása a jótállási idő alatt	1	igen	10	10
Összesített pontszám				1270

7. részajánlati kör: Metszettefő automata (becsült érték: nettó 6.500.000,-Ft)

	Ajánlattevők												
	Biomarker Kft.			"KROMAT" Kft.			Patho-Systems Kft.						
	súlyszám	megadott adat	értékelési pontszám	súlyozott értékelési pontszám	megadott adat	értékelési pontszám	súlyozott értékelési pontszám	megadott adat	értékelési pontszám	súlyozott értékelési pontszám	megadott adat	értékelési pontszám	súlyozott értékelési pontszám
Értékelési részszempontok													
1. Ajánlati összeg (nettó Ft)	100	6.510.000	6,7	670	4.500.000	9,69	969	4.360.000	10	1000			
2. Jótállás ideje	10	13 hónap	3,61	36,1	36 hónap	10	100	18 hónap	5	50			
Összesített pontszám				706,1									1069

Összesített pontszám

706,1

1069

1050