

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: **Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére 1. részajánlati körben: Intenzívterápia eszközei, 2. részajánlati körben: Lélegeztetők leszállítása, üzembe helyezése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése. (60/Ny/2013/SZTE)**

Mennyiség:

1. részajánlati kör: Intenzívterápia eszközei: összesen 306 db
- TCI pumpa (aneszteziológiai perfúzor): 8 db
 - PCA-pumpa (tartós fájdalomcsillapításra): 7 db
 - Infúziós pumpa, volumetrikus: 103 db
 - Perfúzor: 115 db
 - Tápláló pumpa: 10 db
 - Defibrillátor: 7 db
 - Ideiglenes pacemaker (egykamrás) I.: 7 db
 - Ideiglenes pacemaker (kétüregű) II.: 10 db
 - Betegmelegítő/műtőasztallap melegítő készülék: 14 db
 - Betegmelegítő (meleg levegős): 12 db
 - Vér és infúzió melegítő készülék: 13 db

2. részajánlati kör: Lélegeztetők: összesen 20 db

- Transzport respirátor: 3 db
- Térfogatvezérelt lélegeztetőgép, magas tudásszintű: 17 db

3. A választott eljárás fajtája: a Kbt. II. rész XII. fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárás

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:--

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, ill. az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:--

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: TED: 2013/S 153-266386 (2013.08.08.), KÉ- 13733/2013 (2013.08.12.); korrigendum: TED: 2013/S 183-315174 (2013.09.20.), KÉ- 16805/2013 (2013.09.25.)

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: --

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: --

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 2 ajánlat, 2 részajánlat (1-2. részajánlati kör: 1-1 ajánlat)

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1. **Anamed Kft.** 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.

2. Közös ajánlattevők:

Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 98/B.

Medifair Kft. 1222 Budapest, Badacsony u. 9.

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemeit a mellékelt táblázat tartalmazza.

Ajánlattevő alkalmasságának indoklása: az Ajánlattételi felhívásnak és a Kbt.-nek megfelelően nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlattevő megfelelt az utolsó kettő lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatos elvárásnak, megfelelő mértékű a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele, csatolta a referencianyilatkozatokat illetve a magyar nyelvű, fényképes termékleírást valamennyi megajánlott termékre vonatkozóan.

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): **lásd mellékelt táblázat**

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot:

1. részajánlati körben:

2-4, 10-12. értékelési részszerzőpontok: Az ajánlatkérő számára legelőnyösebb, legnagyobb érték kap 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra, aránypár alkalmazásával (vizsgált ajánlat / legjobb ajánlat) X (Pmax-Pmin)] + Pmin)

1, és 5. értékelési részszerzőpontok: Az ajánlatkérő számára legelőnyösebb, legkisebb érték kap 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra, aránypár alkalmazásával (legjobb ajánlat / vizsgált ajánlat) X (Pmax-Pmin)] + Pmin)

6-9. és 13. értékelési részszerzőpontok: Abszolút értékelési módszert alkalmaz az ajánlatkérő, amely során a meghatározott műszaki tartalom megléte esetén 10 pontot, annak hiányában 1 pontot kap az ajánlattevő.

2. részajánlati körben:

14. értékelési részszerzőpont: Az ajánlatkérő számára legelőnyösebb, legkisebb érték kap 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra, aránypár alkalmazásával (legjobb ajánlat / vizsgált ajánlat) X (Pmax-Pmin)] + Pmin)

15-27. értékelési részszerzőpontok: Abszolút értékelési módszert alkalmaz az ajánlatkérő, amely során a meghatározott műszaki tartalom megléte esetén 10 pontot, annak hiányában 1 pontot kap az ajánlattevő.

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: --

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

1. részajánlati kör: Közös ajánlattevők:

Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 98/B.

Medifair Kft. 1222 Budapest, Badacsony u. 9.

Ellenszolgáltatás összege: 151.750.000,-Ft + 40.972.500,-Ft ÁFA, bruttó 192.722.500,-Ft

2. részajánlati kör: Anamed Kft. 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.

Ellenszolgáltatás összege: 108.767.000,-Ft + 29.367.090,-Ft ÁFA, bruttó 138.134.090,-Ft

Ajánlataik kiválasztásának indoka: az összességében legelőnyösebb ajánlatok.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: --

12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

1. részajánlati kör: Közös ajánlattevők: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 98/B. és **Medifair Kft.** 1222 Budapest, Badacsony u. 9.: magyarországi szerviz – és alkatrészellátás biztosítása

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:

1. és 2. részajánlati kör tekintetében: -- (a Kbt. 124. § (8) a) pontja alapján)

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:

1. és 2. részajánlati kör tekintetében: -- (a Kbt. 124. § (8) a) pontja alapján)

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013.12.05.

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013.12.06.

18.* Az összegezés módosításának indoka: --

19.* Az összegezés módosításának időpontja: --

20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: --

21.* Az összegezés javításának indoka: --

22.* Az összegezés javításának időpontja: --

23.* A javított összegezés megküldésének időpontja: --

24.* Egyéb információk: --

Dr. Nagy Mihály ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Nagy Mihály Tamás ügyvéd
6722 Székesfehérvár, Csongor u. 6.
Tel.: 74/5638-886
Bsz: ERST-1111-02-23305900-06-010002
Ajánlatkérő képviselője

1. részajánlati kör: Szállítási szerződés a Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére Intenzívterápia eszközei leszállítása, üzembe helyezése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyban.
60/Ny/2013/SZTE

Ajánlattevő neve		Medirex Zrt. és Medifair Kft.					
Értékelési részszerzőpontok	Igény	Értékelési módszer, pontozás	Súlyszám	Értékelési pontszám	Súlyozott értékelési pontszám		
Egyösszegű nettó ajánlati ár			70	151 750 000 Ft	10,00	700,00	
Megnevezés: TCI pumpa							
2	Különböző felhasználói profilok tárolása a pumpában, melyből a pumpa bekapcsolásakor választani lehet	Min. 10 db, előny a több (max. 30 db)	A legtöbb = 10 pont, a többi egyszerű arányosítással; a 30 fölötti ajánlat is a maximális pontot kapja	3	30 db	10,00	30,00
3	Kijelző mérete: cm ²	Min. 30 cm ² , előny a nagyobb (max. 52 cm ²)	A legnagyobb = 10 pont, a többi egyszerű arányosítással; az 52 cm ² fölötti ajánlat is a maximális pontot kapja	1	52,8 cm ²	10,00	10,00
Megnevezés: PCA pumpa							
4	Kijelző mérete cm ²	Min. 15 cm ² , előny a nagyobb (max. 45 cm ²)	A legnagyobb = 10 pont, a többi egyszerű arányosítással; a 45 cm ² fölötti ajánlat is a maximális pontot kapja	1	47,25 cm ²	10,00	10,00
5	Készülék súlya állványrögzítővel együtt	max. 3,5 kg Kérjük megadni (előny a kisebb)	A legkisebb = 10 pont, a többi egyszerű arányosítással	1	3,5 kg	10,00	10,00
Megnevezés: Infúziós pumpa							
6	Primary/secondary infúzió sebessége külön állítható	Kérjük megadni, (előny a megléte)	Igen=10 pont; Nem=1 pont	5	Igen	10,00	50,00
7	Készülékbe épített 230V-os hálózati tápegység vagy tápadapter és töltő	Igen, kérjük megadni, (előny a beépített tápegység)	Beépített = 10 pont, Nem beépített= 1 pont	2	Beépített	10,00	20,00
8	Készülékbe vagy szerelékbe épített szabad átfolyást gátló (Free flow protection)	Igen, kérjük megadni, (előny a készülékbe épített)	Készülékbe építve = 10 pont, Szerelékbe építve = 1 pont	5	Beépített	10,00	50,00
Megnevezés: Perfúzor							
9	Manuális vagy automatikus fecskendőszár befogás	Igen, kérjük megadni, (előny a manuális megléte)	Manuális = 10; Automatikus = 1	1	Manuális	10,00	10,00
10	Készülékben rögzíthető események száma	Minimum 1300 db (előny a több)	A legtöbb = 10 pont, a többi egyszerű arányosítással; a 25000 db esemény fölötti ajánlat is a maximális pontot kapja	5	25000 db	10,00	50,00
11	Ellátási területeknek megfelelően elnevezett gyógyszer csoportok (Profilok) tárolása	Minimum 9 db Kérjük megadni (előny a több)	A legtöbb = 10 pont, a többi egyszerű arányosítással; a 30 db profil fölötti ajánlat is a maximális pontot kapja	3	30 db	10,00	30,00
12	Tárolható összes gyógyszerbeállítások száma	Minimum 800 db (előny a több)	A legtöbb = 10 pont, a többi egyszerű arányosítással; a 3000 db fölötti ajánlat is a maximális pontot kapja	2	3000 db	10,00	20,00
13	Készülékbe épített 230V-os hálózati tápegység vagy tápadapter és töltő	Igen, kérjük megadni, (előny a készülékbe épített)	Beépített = 10 pont, Nem beépített= 1 pont	1	Beépített	10,00	10,00
Összesen:			100				1000,00

2. részajánlati kör: Szállítási szerződés a Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére Lélegeztetők leszállítása, üzembe helyezése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyban.
60/Ny/2013/SZTE

Értékelési részszerzőpontok	igény	Értékelési módszer, pontozás	Súlyszám	Anamed Kft.		
				Értékelési pontszám	Súlyozott értékelési pontszám	
1	Egyösszegű nettó ajánlati ár		50	108 767 000 Ft	10,00	500,00
Megnevezés: Transzport respirátor						
2	Magyar nyelvű kezelő felület	Kérjük megadni, (megléte előny)	Igen=10 pont; Nem=1 pont	1	igen	10,00
3	BiLevel lélegeztetési mód (BIPAP, DuoPAP vagy ezzel egyenértékű)	Kérjük megadni, (megléte előny)	Igen=10 pont; Nem=1 pont	2	igen	20,00
4	Felnőtt és gyerek beteg légzési állapotának (compliance, légúti ellenállás, trigger aktivitás) aktuálisan megfelelő üzemmód és paraméterek (légzésindítás, frekvencia, volumen, I:E) automatikus kiszámítása és alkalmazása, ciklusról ciklusra újraszámolva, kezelői beavatkozás nélkül, mind spontán légző mind teljesen paralizált beteg esetén.	Kérjük megadni (megléte előny)	Igen=10 pont; Nem=1 pont	5	igen	50,00
II. magastudású lélegeztető						
5	Felnőtt és gyerek beteg légzési állapotának (compliance, légúti ellenállás, trigger aktivitás) aktuálisan megfelelő üzemmód és paraméterek (légzésindítás, frekvencia, volumen, I:E) automatikus kiszámítása és alkalmazása, ciklusról ciklusra újraszámolva, kezelői beavatkozás nélkül, mind spontán légző mind teljesen paralizált beteg esetén.	Kérjük megadni (megléte előny)	Igen=10 pont; Nem=1 pont	1	igen	10,00
6	Legalább 4 készülék esetén: adaptív lélegeztetés, mely figyelembe veszi a beépített érzékelők (kapnográf, pulzoximéter) által szolgáltatott információkat, a lélegeztetés-haemodinamika interakciókat, és képes ennek megfelelően, kezelői beavatkozás nélkül, módosítani a légzési mintát.	Kérjük megadni (megléte előny)	Igen=10 pont; Nem=1 pont	1	igen	10,00
7	Legalább 4 készülék esetén: felnőtt és gyerek beteg esetén Optimális FiO2 és PEEP érték meghatározása a mért SpO2 alapján	Kérjük megadni (megléte előny)	Igen=10 pont; Nem=1 pont	1	igen	10,00
8	Legalább 4 készülék esetén: felnőtt és gyerek beteg esetén az optimális FiO2 és PEEP érték meghatározása az ARDS.net protokoll alapján.	Kérjük megadni (megléte előny)	Igen=10 pont; Nem=1 pont	1	igen	10,00
9	Legalább 4 készülék esetén: felnőtt és gyerek beteg esetén az opcionális percvolumen meghatározása a mért etCO2 érték alapján	Kérjük megadni (megléte előny)	Igen=10 pont; Nem=1 pont	1	igen	10,00
10	Legalább 4 készülék esetén: ET tubus mandzsetta nyomásának automatikus vezérlése, bővítési lehetőség	Kérjük megadni (megléte előny)	Igen=10 pont; Nem=1 pont	1	igen	10,00
11	Legalább 4 készülék esetén: belégzési nyomástrigger beállítási tartomány: Minimum 0,5 - 10 H2Ocm	Kérjük megadni (megléte előny)	Igen=10 pont; Nem=1 pont	1	igen	10,00
12	Komplex, grafikus beteg állapot kijelző, a lélegeztetőtől való függés grafikus megjelenítésére, ventiláció, CO2 elimináció, spontán aktivitás jellemzésére	Kérjük megadni (megléte előny)	Igen=10 pont; Nem=1 pont	1	igen	10,00
13	Beépített levegő ellátó rendszer, (kompresszor vagy turbina), Legalább 6 készülék esetén	Kérjük megadni (megléte előny)	Igen=10 pont; Nem=1 pont	2	igen	20,00
14	A készülék tömege (kocsi nélkül) kisebb, mint 6kg., legalább 6 készülék esetén	Kérjük megadni (megléte előny)	Igen=10 pont; Nem=1 pont	1	igen	10,00
Összesen:			69			690,00