

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 1 db sebészeti operációs mikroszkóp beszerzése nagy stabilitású mobil állvánnyal, motorikus állítási lehetőséggel
3. A választott eljárás fajtája: nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
- 4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:--
- 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:--
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: K.É. 20638/2013, 2013.11.15.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
- b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:--
- c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:--
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 2
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Novotradíng-Medical Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 18.

Bírálati részszempontok adatai:

- 1) Ajánlati ár: 22.755.972,-Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 28.900.084,-Ft
- 2) A 3 tengelyből legalább két tengely motorikusan kiegyensúlyozható: igen
- 3) A mikroszkóp automatikusan a látómezőhöz igazítja a megvilágított terület nagyságát (pl.: AutoIris vagy ekvivalens funkció): igen
- 4) A megvilágítás erőssége automatikusan igazodik a munkatávolsághoz a beteg megégetésének elkerülése érdekében (Pl.: BrightCare vagy ezzel ekvivalens funkció): igen
- 5) A készletléti fényforrás is komplett elektromos meghajtásból (transzformátor, kontrol panel, ventilátor, fő izzóval egyenértékű készletléti izzó) áll: igen
- 6) A video kamera távirányítható: igen
- 7) Olyan videó adapterrel való továbbépítés lehetősége, ahol a mikroszkóptól függetlenül állítható filmen a nagyítás és a kamerába eső fény érzékenysége és a fókusz távolság: igen
- 8) 3D felvétellel és 3D megjelenítéssel való továbbépítés lehetősége: igen

Ajánlattevő alkalmasságának indoklása: az Ajánlattételi felhívásnak, a Dokumentációnak és a Kbt.-nek megfelelően nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlattevő megfelelt az utolsó kettő lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatos elvárásnak, csatolta a referencia igazolást, igazolta a megkövetelt szakember rendelkezésre állását, illetve csatolta magyar nyelvű termék leírását.

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): Az ajánlat értékelését a mellékelt táblázat tartalmazza.

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot:

Ajánlati ár: Az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra, aránypár alkalmazásával.

Műszaki bírálati részszempontok:

A 3 tengelyből legalább két tengely motorikusan kiegyensúlyozható, a mikroszkóp automatikusan a látómezőhöz igazítja a megvilágított terület nagyságát (pl.: AutoIris vagy ekvivalens funkció); a megvilágítás erőssége automatikusan igazodik a munkatávolsághoz a beteg megégetésének elkerülése érdekében (Pl.: BrightCare vagy ezzel ekvivalens funkció); a készletléti fényforrás is komplett elektromos meghajtásból (transzformátor, kontrol panel, ventilátor, fő izzóval egyenértékű készletléti izzó) áll; a video kamera távirányítható; olyan videó adapterrel való továbbépítés lehetősége, ahol a mikroszkóptól függetlenül állítható filmen a nagyítás és a kamerába eső fény érzékenysége és a fókusz távolság; 3D felvétellel és 3D

megjelenítéssel való továbbépítés lehetősége részszenpontok esetében: abszolút bírálati módszert alkalmaz az ajánlatkérő, amely során a meghatározott műszaki paraméter/jellemző megléte esetén 10 pontot, annak hiányában 1 pontot kap az ajánlattevő.

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Carl Zeiss Technika Kft. 2040 Budaörs, Neumann János u. 3.

Indoklás:

Az ajánlatok jogi-közbeszerzési és műszaki-szakmai vizsgálatát követően az ajánlatkérő hiánypótlásra hívta fel az ajánlattevőt, a Kbt. 67. §-a alapján. Az ajánlattevő a hiányok pótlását a megadott határidőig nem teljesítette, így ajánlata a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelen.

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Novotradíng-Medical Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 18.

Ellenszolgáltatás összege: 22.755.972,-Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 28.900.084,-Ft

Ajánlat kiválasztásának indoka: az összességében legelőnyösebb ajánlat.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:--

12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:--

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:--

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:--

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2013.12.19.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2013.12. 28.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013.12.17.

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013.12.18.

18.* Az összegezés módosításának indoka:--

19.* Az összegezés módosításának időpontja:--

20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja:--

21.* Az összegezés javításának indoka:--

22.* Az összegezés javításának időpontja:--

23.* A javított összegezés megküldésének időpontja:--

24.* Egyéb információk:--

.....
Ajánlatkérő képviselője

NAGYMIHÁLY ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Nagymihály Tamás ügyvéd
6722 Szeged, Csojól u. 6.
Tel.: 20/9648-886
Adószám: 18466254-2-06
Bsz: ERSTF 11606002-23385*00-06000004