

- I. számú melléklet: Felhatalmazás teljesítés igazolására – előzőekben leadva (Uromic kompakt munkaállomás és UH közbeszerzés)**
- II. számú melléklet: Megrendelés részletezése**

II. számú melléklet

Megrendelés részletezése:

S.Sz.	Elvárás	ME	Mennyiség
1.	<p>Kolposzkóp - video –EDAN C6- Elvárt paraméter Minimum követelmény: CCD kamera: Igen CCD kamera felbontása: Min. 400.000 pixel Nagyítás: Min. 50-szeres Fókusz távolság: Min. 200 – 300 mm Automatikus és manuális fókuszálás: Igen Valós idejű megjelenítés: Igen Ecetsav és jód reakció teszt: Igen Képfagyasztás funkció: Igen LED fényforrás: Igen Fehér fény különböző szintjeinek a száma: Min. 1 db, előny a több Min. 3 fokozatú zöld fényszűrő: Igen, kérjük megadni DICOM kompatibilitás: Igen Tartozékok: Gördíthető, lengőkaros kameraállvány Igen Számítógép: Igen Monitor: Min. 19” Gördíthető állvány a számítógép és a monitor elhelyezésére: Igen</p>	db	1
2.	<p>EDAN F6 Magzati Monitor (10,1" LCD, 2xUH, 1xTOCO, akku)</p>	db	4
3.	<p>EDAN MFM-CNS Kardiotokográf központi monitor rendszer</p>	db	1