

Specifikáció:

Az alább felsorolt centrifugák helyszíni kalibrációja időkijelzéssel két fordulatszámmon. A pontos fordulatszám-értékek a táblázat *Kért mérési pontok* oszlopában szerepelnek. A kalibrálási bizonyítvány érvényességi idejéhez kérjük feltüntetni a következő (vagy ezzel egyenértékű) szöveget, dátum meghatározása nélkül: Az újralibrálás időpontja a felhasználó saját minőségbiztosítási rendszere alapján kerül meghatározásra.

Eszköz		Gyártó, típus	Gyári szám	Azonosító jel	Leggyakoribb mérési pontok (RPM)	Kért mérési pontok (RPM)	Őrzési hely	
								Intézet, intézeti műszerfelelős
1	3. I. sz. Belgyógyászati Klinika, SZTK Belgyógyászat - Diabetológia	Dr. Holzinger Gábor 62-574-400, 315 mellék	Laborcentrifuga, Heraeus Seapatech Labofuge 200	75003630/01	-	3.000	1.500, 3.000	SZTE I. sz. Belgyógyászati Klinika, SZTK Belgyógyászat - Diabetológia, Tisza Lajos krt. 97.
2	5. Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika	Cseh Dominika 62-542-245	Laborcentrifuga, Heraeus Biofuge Primo	40012922	55087	3.000	1.500, 3.000	SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Korányi fasor 6., magassíkszinti labor
3	6. Családorvosi Intézet és Rendelő	Horváth Renáta 62-541-551	Laborcentrifuga, Servospin H780	TP711013150	-	3.000	2.000, 4.000	SZTE Családorvosi Intézet és Rendelő, Tisza Lajos krt. 109.
4	8. Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ	Balogh Judit 06-70-628-0507	Laborcentrifuga, Labofuge 200	41290531	-	1.300	1.300, 3.000	SZTE Gyermekgyógyászati Klinika, Korányi fasor 14-15., magassíkszint 16.

5	9. Idegsebészeti Klinika	Dr. Márkos-Gergely Gellért 06-62-545-37, 545-309	Laborcentrifuga, Hettich EBA 20	0101367	-	-	2.000, 5.000	SZTE Idegsebészeti Klinika, Semmelweis u. 6., 4/D osztály, 410 szoba
6	10. Neurológiai Klinika	Keszégné Vörös Gabriella / Szabó Csilla 62-546-182	Laborcentrifuga, Heraeus Labofuge 200	41485520	60326	2.200, 3.500, 4.300	2.200, 4.300	SZTE Neurológiai Klinika, Liquordiagnosztikai laboratórium, Tisza Lajos krt. 113., 1. emelet
7	12. Ortopédiai Klinika	Nagy Richárd 62-545-420	Laborcentrifuga, Labofuge 200	292474	-	-	2.000, 5.000	SZTE Ortopédiai Klinika, Semmelweis u. 6., 3/E nővérpult
8	13. Pszichiátriai Klinika	Dr. Datki Zsolt 06-70-944-2289	Laborcentrifuga, MSE Mistral 200R	SG94/08/318	55475	3.000	1.000, 3.000	SZTE Pszichiátria Gondozó Vasas Szent Péter u. 1-3, 4.em. kutató labor
9	15. Reumatológiai Klinika	Pördi Szilvia 06-30-279-4315	Laborcentrifuga, Hettich EBA 20	0117887	60316	4.500, 5.000	2.000, 5.000	SZTE Reumatológiai Klinika, Kálvária sgt. 57., "C" épület, 2.em. labor
10	19. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika	Tóth Márta 62-545-524	Laborcentrifuga, EBA 20	0078156	-	1.000, 1.500, 2.000	2.000, 4.000	SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Semmelweis u. 1., study szoba