

**Specifikáció:**

Az alább felsorolt centrifugák helyszíni kalibrációja időkieljessel két fordulatszám-értékek a táblázat *Kért mérési pontok* oszlopában szerepelnek. A kalibrálási bizonyítvány érvényességi idejéhez kérjük feltüntetni a következő (vagy ezzel egyenértékű) szöveget, dátum meghatározása nélkül: Az újrakalibrálás időpontja a felhasználó saját minőségbiztosítási rendszere alapján kerül meghatározásra.

Eszköz		Gyártó, típus	Gyári szám	Azonosító jel	Leggyakoribb mérési pontok (RPM)	Kért mérési pontok (RPM)	Őrzési hely
Intézet, intézeti műszerfelelős							
1	3. I. sz. Belgyógyászati Klinika, - Dialízis Központ	Hermle Z206A	601800366	SZTE65930	3.000	1.500, 3.000	Dialízis Központ; Szeged, Szőkefalvi Nagy B. u. 4/b
2	3. I. sz. Belgyógyászati Klinika, - Infektológia	Thermo Fisher Scientific	42730167	-	3.000	1.500, 3.000	II. Kórház, F épület; Szeged, Kálvária sgt. 57.
3	5. Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika	Heraeus Biofuge Primo	40012922	55087	3.000	1.500, 3.000	SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Korányi fasor 6., magasszintű labor
4	6. Családorvosi Intézet és Rendelő	Laborcentrifuga, Servospin H780	TP711013150	66223	3.000	2.000, 4.000	SZTE Családorvosi Intézet és Rendelő, Tisza Lajos krt. 109.
5	8. Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ	Laborcentrifuga, Labofuge 200	41290531	-	1.300	1.300, 3.000	SZTE Gyermekgyógyászati Klinika, Korányi fasor 14-15., magasszintű labor

6	10. Neurológiai Klinika	Keszégné Vörös Gabriella / Szabó Csilla 62-546-182	Laborcentrifuga, Heraeus Labofuge 200	41485520	60326	2.200, 3.500, 4.300	2.200, 4.300	SZTE Neurológiai Klinika, Liquordiagnosztikai laboratórium, Tisza Lajos krt. 113., 1. emelet
7	15. Reumatológiai Klinika	Pördi Szilvia 06-30-279-4315	Laborcentrifuga, Hettich EBA 20	0117887	60316	4.500, 5.000	2.000, 5.000	SZTE Reumatológiai Klinika, Korányi fasor 10-11., 2. emelet (Szemészeti Klinika épülete)
8	18. Szemészeti Klinika	Pruszi Zsanett	VWR Compactstar CS4	18003018	-	1.000, 3.000, 4.000	1.000, 3.000, 4.000	SZTE Szemészeti Klinika, Korányi fasor 10-11., alagsor, 3.study szoba
9	19. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika	Tóth Márta 62-545-524	Laborcentrifuga, EBA 20	0078156	-	1.000, 1.500, 2.000	2.000, 4.000	SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Semmelweis u. 1., study szoba