



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Beszerzési Igazgatóság
Közbeszerzési Iroda

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás 2

Tisztelt Érdeelt Gazdasági Szereplő!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Szegedi Tudományegyetem 23/E2018/SZTE számú, **„Eszközök beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére a GINOP-2.2.1-15-2017-00074 projekt keretében”** tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásában beérkezett ajánlattevői kérdésről, valamint az ajánlatkérő válaszáról.

A kérdés a közbeszerzési eljárás műszaki leírásának **1. részajánlati körét** (1db CCD spektrométer) érinti:

Kérdés:

A közbeszerzési eljárás 1. részajánlati körében megjelölt CCD spektrométer esetén kérik a jel/zaj viszony (S/N) megjelölését. Ez több tényező függvénye, a különböző gyártók eltérő beállítások mellett definiálják. Az azonos vonatkoztatási alap érdekében kérjük, jelöljék meg, milyen beállítások mellett várják a jel/zaj viszony értéket.

Válasz:

Az alábbi beállítások mellett kérjük megadni a jel/zaj viszony értéket:

10-szeres átlagolás, integrációs idő: 4 ms, egyéb függvényesimítási eljárások alkalmazása nélkül.

Szeged, 2018. április 23.

Ellenjegyezte:


dr. Zsingor Marianna, FAKSZ

dr. ZSINGOR MARIANNA
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 01006

