

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000820352023

E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés **ICG vizsgálótorony beszerzése kiegészítőkkal**
tárgya:

Ajánlatkérő **Szegedi Tudományegyetem**
neve:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Szegedi Tudományegyetem	Nemzeti azonosítószám	19308650206				
Postai cím:	Dugonics Tér 13						
Város:	Szeged	NUTS-kód:	HU333	Postai irányítószám:	6720	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Tóth	Adrienn				
E-mail:	toth.adrienn@szte.hu	Telefon:	+36 62544779	Fax:	+36 62544779		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.u-szeged.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)	www.u-szeged.hu						
Lebonyolító szerv(ek) adatai							

II. szakasz: Tárgy

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

ICG vizsgálótorony beszerzése kiegészítőkkal

II.2) A beszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Adásvételi szerződés 1 db ICG vizsgálótorony beszerzésére kiegészítőkel az SZTE részére a ROHU 443 BABYROHU projekt keretében az alábbiak szerint:

Nőgyógyászati laparoszkópos műtéti beavatkozásokhoz alkalmas komplett laparoszkópos torony összeállítás, amely alkalmas

nőgyógyászati teljes diagnosztikus átvizsgálásához és operatív beavatkozások elvégzéséhez. A képmegjelenítő rendszer NEAR INFRA (pl. IR, ICG, ENV) megvilágításra alkalmas a szövetek korai stádiumú rosszindulatú elváltozásainak diagnosztizálására.

Az eszköz(ök) részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentum Műszaki Leírás része (Közbeszerzési Dokumentum IX. része és a külön csatolt melléklet) tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Kbt. Második rész XV. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2023/S 111-346877

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 112

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 33/Ny/2023/SZTE

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1138 Budapest, Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303 25721/9/B/299	12223466241
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei: a) Mindösszesen ajánlati ár (EUR; előny az alacsonyabb): 182 400 b) Elektronikus Co2 inszufflátor gáz-melegítő *** rendszerrel rendelkezik (igen/nem; megléte előny): Igen ***a gáz-melegítő rendszer az általános testhőmérséklet tartományát lefedő melegített gázt állít elő (37 °C +/- 15%). c) Kamerafejről (steril oldalról) állítható a fényforrás és inszufflátor készülék főbb paraméterei: legalább a fényerő, CO2 áramlás (igen/nem; megléte előny): Igen d) Kameravezérlő egységeken digitális fiberoszkóp szűrő (anti-moiré/anti-grid, legalább két lépésben) (igen/nem; megléte előny): Igen e) Kamerafejekon progresszív scan funkció (igen/nem; megléte előny): Igen f) Fényforrásokon automatikus fényerő szabályozás, fokozatmentes manuális állítási lehetőséggel (igen/nem; megléte előny): Igen g) A kameravezérlő egységgel gyártóazonos medikai kivitelű monitor gyártó által kalibrált (igen/nem; megléte előny): Igen h) Kameravezérlő központi egységek moduláris kialakításúak a további fejleszthetőség érdekében (igen/nem; megléte előny): Igen Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő megfelelően igazolta az előírt M/1. műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelést.	

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:	A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	1000.00
Szöveges értékelés:	a) Mindösszesen ajánlati ár (EUR; előny az alacsonyabb) Súlyszám: 60,00 Értékelési pontszám: 10,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 600,00 b) Elektronikus Co2 inszufflátor gáz-melegítő *** rendszerrel rendelkezik (igen/nem; megléte előny) Súlyszám: 10,00 Értékelési pontszám: 10,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100,00 c) Kamerafejről (steril oldalról) állítható a fényforrás és inszufflátor készülék főbb paraméterei: legalább a fényerő, CO2 áramlás (igen/nem; megléte előny) Súlyszám: 5,00 Értékelési pontszám: 10,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50,00 d) Kameravezérlő egységeken digitális fiberoszkóp szűrő (anti-moiré/anti-grid, legalább két lépésben) (igen/nem; megléte előny) Súlyszám: 2,50 Értékelési pontszám: 10,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 25,00 e) Kamerafejekon progresszív scan funkció (igen/nem; megléte előny) Súlyszám: 5,00 Értékelési pontszám: 10,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50,00 f) Fényforrásokon automatikus fényerő szabályozás, fokozatmentes manuális állítási lehetőséggel (igen/nem; megléte előny) Súlyszám: 2,50 Értékelési pontszám: 10,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 25,00 g) A kameravezérlő egységgel gyártóazonos medikai kivitelű monitor gyártó által kalibrált (igen/nem; megléte előny) Súlyszám: 10,00 Értékelési pontszám: 10,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100,00 h) Kameravezérlő központi egységek moduláris kialakításúak a további fejleszthetőség érdekében (igen/nem; megléte előny) Súlyszám: 5,00 Értékelési pontszám: 10,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50,00

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

a) Mindösszesen ajánlati ár (EUR; előny az alacsonyabb) Súlyszám: 60 Értékelés módszere: fordított arányosítással történik, azaz ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat, az alábbi képlet szerint: $P = (A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$ ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

b) Elektronikus Co2 inszufflátor gáz-melegítő *** rendszerrel rendelkezik (igen/nem; megléte előny) - Súlyszám: 10
Értékelés módszere: abszolút értékeléssel, azaz amennyiben az eszköz gáz-melegítő funkcióval rendelkezik, úgy ajánlatkérő ezen tartalmi elemre a maximális pontot, azaz 10 pontot ad, amennyiben az eszköz nem rendelkezik gáz-melegítő funkcióval, úgy ajánlatkérő ezen tartalmi elemre a minimális pontot, azaz 0 pontot ad.

***a gáz-melegítő rendszer az általános testhőmérséklet tartományát lefedő melegített gázt állít elő (37 °C +/- 15%).

c) Kamerafejről (steril oldalról) állítható a fényforrás és inszufflátor készülék főbb paraméterei: legalább a fényerő, CO2 áramlás (igen/nem; megléte előny) - Súlyszám: 5

Értékelés módszere: abszolút értékeléssel, azaz amennyiben a kamerafejről (steril oldalról) állítható a fényforrás és inszufflátor készülék főbb paraméterei: legalább a fényerő, CO2 áramlás, úgy ajánlatkérő ezen tartalmi elemre a maximális pontot, azaz 10 pontot ad, amennyiben a kamerafejről (steril oldalról) nem állítható a fényforrás és inszufflátor készülék főbb paraméterei: legalább a fényerő, CO2 áramlás, úgy ajánlatkérő ezen tartalmi elemre a minimális pontot, azaz 0 pontot ad.

d) Kameravezérlő egységeken digitális fiberoszkóp szűrő (anti-moiré/anti-grid, legalább két lépésben) (igen/nem; megléte előny) - Súlyszám: 2,5

Értékelés módszere: abszolút értékeléssel, azaz amennyiben az eszköz kameravezérlő egységei rendelkeznek digitális fiberoszkóp szűrővel, úgy ajánlatkérő ezen tartalmi elemre a maximális pontot, azaz 10 pontot ad, amennyiben az eszköz kameravezérlő egységei nem rendelkeznek digitális fiberoszkóp szűrővel, úgy ajánlatkérő ezen tartalmi elemre a minimális pontot, azaz 0 pontot ad.

e) Kamerafejek progresszív scan funkció (igen/nem; megléte előny) - Súlyszám: 5

Értékelés módszere: abszolút értékeléssel, azaz amennyiben a kamerafejek progresszív scan funkcióval rendelkeznek, úgy ajánlatkérő ezen tartalmi elemre a maximális pontot, azaz 10 pontot ad, amennyiben a kamerafejek progresszív scan funkcióval nem rendelkeznek, úgy ajánlatkérő ezen tartalmi elemre a minimális pontot, azaz 0 pontot ad.

f) Fényforrásokon automatikus fényerő szabályozás, fokozatmentes manuális állítási lehetőséggel (igen/nem; megléte előny) - Súlyszám: 2,5

Értékelés módszere: abszolút értékeléssel, azaz amennyiben a fényforrásokon automatikus fényerő szabályozás, fokozatmentes manuális állítási lehetőséggel biztosított, úgy ajánlatkérő ezen tartalmi elemre a maximális pontot, azaz 10 pontot ad, amennyiben a fényforrásokon automatikus fényerő szabályozás, fokozatmentes manuális állítási lehetőséggel nem biztosított, úgy ajánlatkérő ezen tartalmi elemre a minimális pontot, azaz 0 pontot ad.

g) A kameravezérlő egységgel gyártóazonos medikai kivitelű monitor gyártó által kalibrált (igen/nem; megléte előny) Súlyszám: 10

Értékelés módszere: abszolút értékeléssel, azaz amennyiben a kameravezérlő egységgel gyártóazonos medikai kivitelű monitor gyártó által kalibrált, úgy ajánlatkérő ezen tartalmi elemre a maximális pontot, azaz 10 pontot ad, amennyiben kameravezérlő egységgel gyártóazonos medikai kivitelű monitor nem gyártó által kalibrált, úgy ajánlatkérő ezen tartalmi elemre a minimális pontot, azaz 0 pontot ad.

h) Kameravezérlő központi egységek moduláris kialakításúak a további fejleszthetőség érdekében (igen/nem; megléte előny)

Súlyszám: 5

Értékelés módszere: abszolút értékeléssel, azaz amennyiben az eszköz kameravezérlő központi egységei moduláris kialakításúak, úgy ajánlatkérő ezen tartalmi elemre a maximális pontot, azaz 10 pontot ad, amennyiben az eszköz kameravezérlő központi egységei nem moduláris kialakításúak, úgy ajánlatkérő ezen tartalmi elemre a minimális pontot, azaz 0 pontot ad.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1138 Budapest, 12223466241
Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303 25721/9/B/299

Ellenszolgáltatás összege: nettó 182 400 EUR

Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlattal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, az ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. Az ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást nem tartalmaz. Ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását, valamint az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelést.

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Kbt. 131 § (8) bekezdés szerint.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2023.08.04

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2023.08.04

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk: