

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Szerződés száma: 34/Ny/2020/SZTE/2

I. A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK

egyrésről

Név: Szegedi Tudományegyetem
 Székhely: HU-6720 Szeged, Dugonics tér 13.
 Törvényes képviselő: Prof. Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit
 kancellár
 Nyilvántartási szám (intézményi azonosító): 329815
 Adószám: 15329815-2-06
 Számlavezető bank: Magyar Államkincstár
 Számlaszám: 10028007-00282802-000000000
 a továbbiakban: Vevő,

másrészről

Név: TakTiMed Egészségügyi, Kereskedelmi és
 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 Székhely: 5100 Jászberény, Potyka Utca 4
 Adószám: 27347162-2-16
 Cégjegyzékszám: 16-09-019047
 Képviseli: Takács Tibor Attila ügyvezető
 Pénzforgalmi számla száma: 12001008-01720957-00100002
 Pénzforgalmi szolgáltató: Raiffeisen Bank Rt.
 a továbbiakban: Eladó,
 a továbbiakban: Fél, illetve együttesen: Felek.

II. PREAMBULUM

- II.1. A Vevő, mint Ajánlatkérő az „Eszközbeszerzés CSBSZ pályázatok keretében” a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) megjelölt uniós eljárásrendben, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzési eljárás 2. részének nyertese Eladó lett. Jelen Szerződés (továbbiakban Szerződés) megkötésére a Kbt. 131. §-a szerint, a fenti közbeszerzési eljárás eredménye alapján kerül sor.
- II.2. Felek a Szerződést a közbeszerzési eljárás során keletkezett közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint kötik meg. Felek közbeszerzési dokumentumok alatt a Kbt. 3. § 21. pontja szerinti fogalmat értik. Ezen dokumentumok a Szerződés elválaszthatatlan, szerves részét képezik függetlenül attól, hogy fizikai értelemben a Szerződés mellékletét alkotják-e.
- II.3. Szerződő Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően abban állapodnak meg, hogy a közöttük létrejött megállapodás kizárólag a Szerződésben foglaltakra, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakra terjed ki, annak nem képezi részét a Felek között

korábban kialakult szokás, gyakorlat, illetve a Szerződés tárgya szerinti üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

III. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

- III.1. A szerződés tárgya a Vevő Ajánlati felhívásában és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott minőségű, közbeszerzési tárgya szerinti 2. csomagba tartozó eszközök beszerzése (továbbiakban: Áru) a Szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele (szállítása, beüzemelése és betanítása). Eladó köteles a Vevő számára új, rendeltetésszerű használatra alkalmas Árut szállítani, használt (vagy akár felújított) Áru nem szállítható.

A leszállításra kerülő eszközök részletes listája a csatolt ártáblázatban került rögzítésre.

- III.2. A Szerződés tárgya szerinti Áru részletes leírását a Szerződés mellékletében rögzített Műszaki leírás tartalmazza, az Árunak és a feltételeknek meg kell felelnie a műszaki leírásban foglaltaknak, valamint az Eladó ajánlatában rögzített leírásnak, jellemzőknek és hatályos minőségi bizonyítványoknak. Az Árunak érvényes forgalomba hozatali engedéllyel kell rendelkeznie.
- III.3. A szerződés tárgyat képezi továbbá az Áru beüzemelése is. Az üzembe helyezés – az Áru jellegéhez mérten – magában foglalja: az Áru leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával.
- III.4. A szerződés tárgyához kapcsolódó további tulajdonságok az értékelési szemponttal összefüggésben:

A megajánlott CTG szülő érintőképernyő mérete nagyobb, mint 6": 12,1

A megajánlott CTG érintőképernyő mérete nagyobb, mint 6": 12,1

A megajánlott hibrid inkubátor rendelkezik 360°-ban körbe forgatható matractálcával és matraccal: **Igen**

A megajánlott LED kékfény ágy melletti eszköz rendelkezik dedikált pólyával, amelybe az újszülött a kékfényterápiás matraccal együtt behelyezhető és inkubátoron kívül is kézbe vehető (pl. kenguruzás közben): **Igen**

IV. VÉTELÁR

- IV.1. Szerződésszerű teljesítés esetén Vevő köteles az Áru átvételére és **nettó 68 495 000,- Ft + ÁFA, azaz nettó hatvannyolcmillió-négyszázkilencvenötezer. forint + ÁFA** összegű vételár Eladó részére történő megfizetésére. A részletes fizetési feltételeket a Szerződés V. fejezete tartalmazza.
- IV.2. A vételár tartalmazza a Szerződés teljesítésével összefüggő összes adót, vámot, illetéket, engedélyezési díjat, szállítási költséget, a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget, amelyeket az Eladó visel, kivéve azokat a költségeket, amelyeket valamely jogszabály kötelezően a Vevő terhére állapít meg.
- IV.3. A IV.1. pontban meghatározott vételár összege végleges, a Szerződés tartamára rögzített ellenérték, a Szerződés hatálya alatt nem emelhető, és amely tartalmaz valamennyi, a Szerződés tárgyával és teljesítésével összefüggő díjat és költséget.

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK

- V.1. A Vevő a Szerződés IV.1. pontja szerinti vételárat a Szerződés VI.4. pontja szerinti teljesítési helyen való igazolt – a hiba és hiánymentes – teljesítést követően elégíti ki a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerinti határidőn belül a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdésében foglaltak szerint, 30 napon belül. A kifizetés pénzneme magyar forint (HUF), a kifizetés átutalással történik. Vevő előleget és részszámlázási lehetőséget nem biztosít, Eladó 1 db. vég számla benyújtására jogosult.
- V.2. Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged Dugonics tér 13.
Számlaküldési cím: 6725 Szeged Tisza Lajos krt. 107. Fszt.15. számú iroda, Sipos- Kovács Mónika részére
- Nem a fent megjelölt címre küldött számla esetén a Vevő késedelme kizárt.
- V.3. A Szerződés ellenértéke az CSBSZ 2018. és CSBSZ 2019. azonosítószámú, „Családbarát Szülészeti Pályázati Program CSBSZ 2018” és „Családbarát Szülészeti Pályázati Program CSBSZ 2019” elnevezésű projektekből kerül a Vevő által megfizetésre, a támogatás intenzitása: 100,000000% mértékű és a finanszírozás módja: utófinanszírozás.
- Eladó köteles a számlán feltüntetni a kapcsolódó projektszámot (CSBSZ 2018. és CSBSZ 2019. – az ártáblázatban rögzítettek szerint), a Szerződés iktatószámát, a kézzel írt EOS azonosítót és kötelezettségvállalási (KV) számot is.
- V.4. Eladó tudomásul veszi, hogy az általa kibocsátandó számláknak a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt formai és tartalmi követelményeknek meg kell felelnie. Az Eladó által kiállított számlát Vevő – a beérkezést követően – ellenőrzi. Amennyiben a számla nem tartalmazza bármely szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletet, akkor Vevő a számlát nem fogadja be, kifizetése iránt nem intézkedik, a számlát javításra az Eladó visszaküldi. Ha Vevő a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét kifogásolja, akkor az erről szóló értesítést követően – a nem vitatott tételek tekintetében – Eladó köteles haladéktalanul új számlát kibocsátani. A vitatott tételek vagy részek összege vonatkozásában Vevő és Eladó egyeztetni köteles
- V.5. Vevő a vételárat Eladó **Raiffeisen Bank Rt.** banknál vezetett **12001008-01720957-00100002** számú számlájára való átutalással egyenlíti ki. Az Eladó az áruszámlához csatolni köteles az átvételi elismervényét. Eladó a teljesítési igazolás birtokában jogosult az igazolt teljesítés számlázására.
- V.6. A Vevő késedelmes fizetése esetén az Eladó a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamat érvényesítésére jogosult.
- V.7. Vevőnek a Szerződésből eredő semmilyen jogosultságát (beszámítás, visszatartás) nem korlátozhatja az Eladó azzal, hogy a Szerződésből eredő követelését engedményezi, faktorálja vagy azon zálogjogot alapít.
- V.8. Az Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kifejezetten vállalja, hogy
- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az Vevőt haladéktalanul értesíti.

- V.9. Eladó kifejezetten vállalja továbbá, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
- V.10. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül (Kbt. 136. § (2) bekezdés).
- V.11. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §-val összhangban köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

VI. SZERZŐDÉS HATÁLYA, TELJESÍTÉS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

- VI.1. Felek rögzítik, hogy a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) szerinti ellenőrző szervezet által kibocsátott, a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített támogató vagy a b) pontjában rögzített feltétellel támogató tartalmú záró tanúsítvány Vevő általi kézhezvételét követően, a Szerződés annak mindkét Fél általi aláírása napján jön létre és lép hatályba.

A Szerződés teljesítési határideje: a Szerződés hatályba lépésétől számított **2 hónap** határozott időtartam, de a projekt véghatáridejére tekintettel a teljesítési határidő legvégső időpontja 2020.12.10. napja. Amennyiben a teljesítési véghatáridő munkaszüneti napra esne, úgy az azt követő első munkanapig terjedő határozott időtartamig terjed a teljesítési határidő.

Az előzőekben foglaltaktól eltérően, ha a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti ellenőrző szervezet nem küldött hiánypótlási felhívást a Vevőnek és a miniszter a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés szerinti döntését nem közli az ott meghatározott határidőben a Vevővel, jelen Szerződés a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján a záró tanúsítvány hiányában is hatályba lép a Szerződés mindkét Fél általi aláírása napján.

- VI.2. Az Eladó köteles a szállítás várható időpontja előtt 3 munkanappal a szállítás helye szerinti szervezeti egységet értesíteni. Vevő az előteljesítés lehetőségét biztosítja, azzal, hogy az Eladó előszállításra csak a Vevő előzetes írásos hozzájárulásával jogosult.
- VI.3. Az Eladó köteles az Áru feladását/átadását követően az eredeti áruszámlát a Vevő részére megküldeni, az átvevő hely átvételi elismervényének, valamint az üzembe helyezéshez kapcsolódó egyéb dokumentumok és jegyzőkönyvek mellékelésével. A leszállított termékhez szállítólevelet is köteles mellékelni az Eladó, amelyen a termék gyártási száma, illetve a beazonosításra alkalmas adat is szerepel.
- VI.4. A teljesítés helye (szállítási cím): 6725 Szeged, Semmelweis u. 1.
- VI.5. Eladó köteles új, rendeltetésszerű használatra alkalmas Árut szállítani, továbbá az Áru szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt (így különösen, de nem kizárólagosan a kezelési útmutatót, a forgalomba hozatalra vonatkozó okmányokat, valamint a műszaki leírást, a garanciára

vonatkozó dokumentumot, stb.) a Vevő részére átadni, illetve elektronikus úton elérhetővé tenni, továbbá a rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást a Vevő által kijelölt személyek részére megadni.

- VI.6. Az árunak a teljesítési helyre történő eljuttatása az Eladó feladata. Az Eladó a leszállítandó Árut a **szállítás módjának, illetve az előírásoknak megfelelő csomagolásban szállítja le a szükséges engedélyek, magyar (vagy angol) nyelvű áruleírások, egyéb szükséges dokumentumok** beszerzésével, valamint azoknak a Vevő részére történő átadásával. Amennyiben ehhez fuvarozó vállalkozást vesz igénybe, a fuvarozó tevékenységéért a Vevő irányában az Eladót terheli a felelősség. Az árunak – fuvarozótól történő átvételekor – a Vevő a csomagoláson külsőleg észlelhető sérüléseket és a szállított csomagok esetleges mennyiségi hiányát vizsgálja, és ezen körülményeket a szállítólevélen feltünteti.
- VI.7. Amennyiben Vevő – rajta kívülálló okok miatt – az Eladó által közölt határidőben az árut átvenni nem tudja, köteles erről a tényről Eladót haladéktalanul értesíteni, megjelölve az áru átvételére általa kért legkorábbi időpontot. Amennyiben a Vevő által így meghatározott határnap az Eladó által közölt átvétel napjától számított 30 napnál hosszabb, Eladó jogosult a 30 napon túli időszakra a raktározással, őrzéssel kapcsolatban felmerült igazolt költségeket felszámítani a Vevőnek.
- VI.8. A csomagolás felbontását, az Áru mennyiségi átadását a rendeltetési helyen az Eladó szakemberei végzik a Vevő jelenlétében. A csomagbontásról, az Áru mennyiségi átvételéről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben a bontás során tapasztalt sérüléseket vagy hiányokat is rögzíteni kell.
- VI.9. Vevő az Áru átadás-átvétele során jogosult elvégezni minden vizsgálatot és mérést annak megállapítására, hogy az Áru megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak.
- VI.10. Eladó kötelezettségét képezi továbbá a leszállított és beüzemelt Áru szakszerű használatának elősegítése végett a Vevő részéről felálló kezelőszemélyzet betanítása (adott esetben).
- VI.11. Eladó az Áruhoz köteles 1 példány magyar/angol nyelvű kezelési utasítást mellékelni. Az áru jegyzőkönyvi átvételét a fenti dokumentáció hiányában a Vevő jogosult megtagadni (adott esetben).
- VI.12. Ha az átvételt a Vevő minőségi hiba, hiány miatt megtagadja, a kárveszély mindaddig az Eladót terheli, amíg a hibát, hiányosságot Eladó ki nem küszöböli. Ha az átadás-átvétel során a Vevő azt állapítja meg, hogy az Áru nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a Vevő az Áru kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, az Eladó pedig köteles a Vevő által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.
- VI.13. Sikertelen átvétel esetén az Eladó köteles a hibák elhárítása után az Áru átadására új időpontot javasolni. A megismételt átvétellel kapcsolatos minden költség az Eladót terheli.
- VI.14. Eredményes átadás esetén az átadás átvéti jegyzőkönyv Vevő általi aláírásának napján száll át a kárveszély a Vevő.
- VI.15. Vevő a Szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Eladó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni (Kbt. 135. § (1) bekezdés).

- VI.16. Az Eladó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az Eladó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Vevőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt (Kbt. 138. § (3) bekezdése).
- VI.17. Az Eladó a Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni. E szervezetek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az Eladó a szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt meg.
- VI.18. Az Eladó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:148. § (1) bekezdése alapján úgy felel az általa igénybe vett alvállalkozók, vagy bármely közreműködő magatartásáért és szerződésszerű teljesítéséért, mintha maga járna el, míg a Szerződés szerinti feladat teljesítését ellátó alkalmazottai tekintetében a Ptk. 6:540. § szerint vállal kötelezettséget és felelősséget.
- VI.19. A Szerződés teljesítése során Felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, egymás feladatainak teljesítését kölcsönösen segítik és minden, a feladatok maradéktalan ellátásához szükséges információt egymás számára biztosítanak.

VII. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

- VII.1. Az Eladó a szállítást követően minimum 12 hónap időszakra szóló teljes körű jótállást vállal a leszállított eszközre, és szavatolja, hogy a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A leszállított Áru esetében a szerződés időszaka alatti meghibásodást az Eladó köteles 2 munkanapon belül megjavítani, szükség esetén csereeszköz biztosításával is. A jótállási idő alatt a garanciális javítás egyetlen költségelem sem terhelhető a Vevőre, így nem számolható fel kiszállási díj vagy munkabér, szállítási költség.
- VII.2. A Vevő köteles írásban haladéktalanul értesíteni az Eladót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényéről. Ha az Eladó nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a Vevő az Eladó költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése érdekében.
- VII.3. A Vevő köteles írásban haladéktalanul értesíteni az Eladót a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről. Ha az Eladó nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a Vevő az Eladó költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése érdekében.

VII.4. Az Eladó a cserealkatrészek elérhetőségét és a szervizelést a jótállás idejére biztosítja.

VIII. A SZERZŐDÉSSZEGÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

VIII.1. A Szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, ha az olyan okból következett be, amelyért az Eladó felelős, kötbért köteles fizetni a Vevőnek, a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján. A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel. Vevő a Szerződés VIII. pontjában rögzítettek szerint: késedelmi, valamint meghiúsulási kötbér követelésére jogosult.

Késedelem:

VIII.2. A Vevő késedelembe esik, ha

- a Szerződésben írt vételárat határidőben nem, vagy csak részben fizeti meg; illetve
- a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az Eladó szerződésszerűen teljesíteni tudjon.

VIII.3. A Vevő köteles megtéríteni az Eladónak a késedelemből eredő kárát kivéve, ha bizonyítja, hogy a késedelmet ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

VIII.4. Az Eladó késedelmesen teljesít:

- ha a Szerződésben és annak mellékleteiben megállapított teljesítési határidő a Szerződés szerinti Áru vonatkozásában eredménytelenül eltelt,
- más esetekben, ha kötelezettségét a Vevő felszólítására (a Vevő által megjelölt határidőn belül) nem teljesíti.

VIII.4. Az Eladó a Szerződés szerinti kötelezettsége teljesítésének felróható késedelme esetén a Vevő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett minden naptári nap után az Áru nettó szerződéses ellenértékének 1%-a, de legfeljebb az Áru nettó szerződéses ellenértékének 15 %-a. A késedelmi kötbér maximális mértékének elérését követő naptól kezdődően Vevő jogosult a Szerződéstől elállni, illetve a Szerződést felmondani. A Szerződéstől való elállás, illetve annak felmondása esetén Vevő a Szerződés szerinti meghiúsulási kötbérre jogosult, amely érvényesítése esetén Vevő nem érvényesítheti a késedelmi kötbért.

VIII.5. Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítésig késedelmi kötbért érvényesít. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése Eladót nem mentesíti a teljesítés alól. (Ptk. 6:187. § (1) bek.) A Vevő – függetlenül attól, hogy az Eladó a késedelmét kimentette-e – követelheti a teljesítést, vagy ha a késedelem következtében a Szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt elállhat a Szerződéstől, illetve felmondhatja azt. Az Eladó késedelme a Vevő egyidejű késedelmét kizárja. Eladó kizárólag akkor mentesül a késedelemnek az előzőekben írt következményei alól, ha a késedelem vis major miatt következett be.

Hibás teljesítés:

VIII.6. Az Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az Áru megfelel a jogszabályokban, a közbeszerzési dokumentumokban, az Eladó Ajánlatában, a Szerződésben (és mellékleteiben) meghatározott minőségi és egyéb követelményeknek, illetve rendeltetésszerű használatra továbbá a célzott hatás kiváltására alkalmas.

- VIII.7. Eladó az Áru tekintetében szavatosságot vállal, hogy az a közbeszerzési dokumentumokban és az Eladó Ajánlatában részletezett leírásokkal mindenben megegyezik, az érvényes szabványoknak maradéktalanul megfelel, az Áru új, nem használt, nem felújított, mentes mindenféle tervezési, anyagbeli, kivitelezési hibától, valamint, hogy annak tulajdonjogát az Eladó a Vevő a részére jogosultan adja át.
- VIII.7. Az Eladó hibásan teljesít, ha a Szerződésben meghatározott Áru nem felel meg a VIII.6.-VIII.7. pontokban meghatározott követelményeknek. Hibás teljesítés esetén Eladó a Vevő felszólításában meghatározott határidőn belül köteles biztosítani a hiba jellegétől függően a hiba kijavítását, illetve a kicserélést. Amennyiben a hiba jellege (pl. az Áru kicserélése/javíthatósága, a javítás módja, az értékcsökkenés mértéke) tekintetében a Vevő és az Eladó között vita merül fel, az Eladó köteles a saját költségére minőségvizsgáló szervek szakvéleményét beszerezni.
- VIII.9. Ha a hibás teljesítés miatt a Vevő teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt – így különösen, de nem kizárólagosan, ha az Áru nem cserélhető, illetve nem javítható ki, az Eladó a kicserélést/kijavítást nem vállalja, vagy az Áru (annak egy részének, alkotórészének vagy tartozékának) kicserélése/kijavítása rövid idő alatt értékcsökkenés és a Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, a Vevő súlyos szerződésszegési okként elállhat a Szerződéstől, illetve felmondhatja azt.
- VIII.10. A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén kéri a hiba kijavítását a Ptk. 6:159. § (2) a) pontja alapján. A hibás teljesítésre, a szavatosságra és a jótállásra egyebekben a Ptk. és a Kbt. rendelkezései irányadók.
- Meghiúsulás:**
- VIII.11. Vevő súlyos szerződésszegési esetekben, meghiúsulás vagy nem teljesítés esetén jogosult a Szerződést felmondani, illetve attól elállni és ezen esetekben meghiúsulási kötbért érvényesíteni. A meghiúsulási kötbér mértéke a Vevő a Szerződés Vevő általi felmondása, illetve a Szerződéstől való elállása esetén az Áru nettó szerződéses ellenértékének 30 %-a.
- VIII.12. A Vevő szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. Vevő a kötbérek mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. A nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. Vevő nem jogosult a késedelmi kötbér mellett a meghiúsulási kötbér egyidejű megfizetésének követelésére.
- VIII.13. A Felek rögzítik, hogy bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Vevő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, amelyeket a Vevő szerződésszegés esetén érvényesíthet.
- VIII.14. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdései alapján köteles a szerződésszegésből eredő igényeket érvényesíteni és azt dokumentálni.
- VIII.15. Vevő tájékoztatja Eladót, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapján Vevő köteles bejelenteni a Közbeszerzési Hatóságnak, ha az Eladó a Szerződésben rögzített kötelezettségeit súlyosan megszegi és ez a Szerződés felmondásához, attól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez, vagy egyéb a Szerződésben rögzített jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha az Eladó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződés lehetetlenülését okozta.
- VIII.16. A kötbérek a szerződésszegések napján esedékessé válnak.

IX. VIS MAIOR

- IX.1. Felek mentesülnek a Szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis maior) következménye.
- IX.2. Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza az Eladó vagy Vevő saját hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre. Vis maiornak tekintik a Felek azokat az akaratukon kívül álló, egyik Félnak sem felróható eseményeket, amelyek a Szerződés hatályba lépését követően álltak elő, illetve amelyek a Szerződés hatályba lépését megelőzően álltak elő – és amelyek megakadályozzák a Szerződés teljesítését vagy további teljesítését – de következményeit a Felek nem láthatták előre. Ilyen események különösen, de nem kizárólagosan pl.: természeti/időjárási katasztrófák, tűz, árvíz, járvány, háborús és egyéb polgári/politikai konfliktus, továbbá amit a Felek közösen annak állapítanak meg, stb.
- IX.3. A vis maior által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről 3 munkanapon belül értesíteni.
- IX.4. Ha vis maior esetén bármely Félnél érdekmúlás következik be, az adott Fél jogosult a Szerződést felmondani, vagy a Szerződéstől elállni.

X. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- X.1. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés kizárólag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfelelően írásban módosítható.

XI. KAPCSOLATTARTÁS

- XI.1. Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot, vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint levélben, e-mailben vagy telefax útján küldenek meg egymásnak. A kézbesítés időpontjának személyes kézbesítés esetén a címzett Fél általi személyes átvétel időpontját, telefax esetében a sikeres küldést igazoló adási jelentésben szereplő időpontot, ajánlott postai küldeménynél legkésőbb a postára adást követő 5. (ötödik) munkanapot, míg e-mailes értesítés esetén a címzett Fél serverére történő megérkezés időpontját kell figyelembe venni.

- XI.2. A felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.

- XI.3. A Felek részéről kapcsolattartásra jogosultak:

Vevő kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:

Név: Jancsó László

Cím: 6725 Szeged Tisza Lajos krt. 107.

Telefon: +3630/557-9058

E-mail: jancso.laszlo@gmf.u-szeged.hu

Eladó kapcsolattartójának neve, cím, elérhetőségei:

Név: Takács Tibor Attila

Cím: 5100 Jászberény Potyka utca 4.

Telefon: +36 70/210-0022

E-mail: info@taktimed.hu

XII. VÁLASZTOTT BÍRÓSÁG, ALKALMAZOTT JOG

- XII.1. A Szerződésből eredő jogvitákat Felek megkísérlik békés úton rendezni. A Felek

megállapodnak, hogy tárgyalásaikról minden esetben jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet képviselőik aláírnak. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Vevő székhelye szerinti magyar bíróság eljárásának. Felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot kell alkalmazni.

XII.2. Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés - a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal - nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül. (Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja)

XII.3. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, előírásai, és az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

XIII. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

XIII.1. A Szerződés megszűnik:

- a) a határozott idő leteltével,
- b) a teljesítéssel,
- c) a teljesítés lehetetlenné válásával,
- d) A másik fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli felmondásnak lehet helye. A Vevő, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerződésszegés esetében őt megillető egyéb igényekre, az Eladónak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, rendkívüli felmondással felmondhatja a Szerződést az Eladó kártérítése nélkül különösen:
 - Ha az Eladó – a Vevő erre vonatkozó előzetes, a következményekre történő írásbeli figyelmeztetése ellenére – nem teljesíti bármely más, szerződéses kötelezettségét,
 - Ha az Eladóval szemben csődeljárást indítanak (kivéve a fizetési haladék időtartama alatt), vagy felszámolási, végrehajtási, illetve végelszámolási eljárás alatt áll.
- e) a Kbt. 143. § szerinti feltételek esetén a Vevő általi felmondással/elállással,
- f) vis maior esetén bekövetkező érdekmúlás bejelentésével,

XIII.2. A Vevő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel, vagy az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

XIII.3. Vevő jogosult a Szerződés felmondani, ha Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.

XIII.4. A Vevő - a Kbt. 143. § (2) bekezdése értelmében - köteles a Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

XIII.5. Vevő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat,

- a) ha feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni,



- b) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

XIII.6. A Felek titoktartással, jogvitákkal és közlésekkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei a Szerződés bármilyen okból történő megszűnését követően is fennmaradnak, és kötelező érvényűek a Felekre.

XIII.9. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése (meghiúsulása) esetén a Felek kötelesek haladéktalanul elszámolni egymással a Szerződésben foglaltak, illetve a Ptk. irányadó szabályai szerint.

XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XIV.1. A Felek a Szerződés létrehozása és teljesítése kapcsán tudomásukra jutott adatokat üzleti titokként kötelesek kezelni, figyelemmel a Kbt. vonatkozó rendelkezéseiben is írtakra.

- a) Amennyiben a Szerződés teljesítése során a Felek minősített adatokba nyernek betekintést, vagy azok birtokába jutnak, kötelesek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően eljárni.
- b) A Felek kötelezik magukat arra, hogy védik és őrzik a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák. Így különösen gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik, illetve mindazok, akik a Szerződés teljesítése kapcsán bizalmas adathoz hozzáférhetnek, betartsák az adatvédelmi jogszabályok előírásait, illetve, hogy ezen adatokhoz csak azok férhessenek hozzá, akik jogosultak azok megismerésére és felhasználására. A Felek szavatolják, hogy minden alkalmazottjuk, egyéb segítőjük, akik munkaköri vagy szerződéses kötelezettségük teljesítése során az adatokhoz, információkhoz, dokumentumokhoz hozzá kell jussanak, vagy egyébként hozzáférhetnek, megfelelő titoktartási nyilatkozatot tesznek, mielőtt a Szerződéssel kapcsolatos tevékenységüket megkezdnék, illetve az adatvédelmet megfelelően biztosítják, végrehajtják az adatvédelemhez szükséges védelmi, biztonsági intézkedéseket.
- c) Nem minősül üzleti titoknak az állami költségvetés felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.
- d) Az Eladó tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszeréből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a Vevőnél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.
- e) Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illetve a nyilvánosságra hozatalát a Vevő az üzleti titokra hivatkozással sem tagadhatja meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (1) bekezdésében, 32. § rendelkezéseiben, 33. § (1) bekezdésében és az 1. mellékletének III.4. pontjában írtak alapján.



f) Eladó kifejezetten hozzájárul, hogy a Vevő a Szerződést, valamint ezek mellékleteit az érintett projektekkel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségének teljesítése, illetve az elszámolás során bemutassa, szükség esetén az általa benyújtandó iratokhoz csatolja.

XIV.2. A Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely a XIV.1. pontban körülírt, illetve a Szerződés teljesítéséből eredő adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.

XIV.3. Az Eladó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésének megfelelően a Szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

XIV.4. A Felek kötelesek egymással együttműködni és egymást a Szerződést érintő kérdésekről a lehető leghamarabb tájékoztatni.

XIV.5. A Felek titoktartással, jogvitákkal és közlésekkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei a Szerződés bármilyen okból történő megszűnését követően is fennmaradnak, és kötelező érvényűek a Felekre.

XIV.6. A Felek a Szerződést annak áttanulmányozása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott helyen és időben jóváhagyólag összesen 4 eredeti példányban írják alá, amelyből 3 Vevőt, 1 példány az Eladót illeti meg.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Ártáblázat

2. sz. melléklet: Műszaki adatlapok

Szeged, 2020. 12. 09.

Jászberény, 2020. 12. 04.

Megrendelő részéről:

Dr. Rovó László rektor *

Dr. Fendler Judit kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

Tácsi Ildikó GF főigazgató

Jogi ellenjegyző

Dr. Nagy Panna
beszerzési igazgató

Vállalkozó részéről:

képv.: Takács Tibor Attila ügyvezető
TakTiMed Egészségügyi, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

TakTiMed Kft.

5100 Jászberény, Potyka utca 4.
Tel.: +36 30 9 548 104 E-mail: info@taktimed.hu
Adószám: 27347162-2-16

	Eszközbeszerzés	Mennyiség (db)	Szállítási hely	Szállítási cím	Értéktartó pályázat	Nettó összegár (HUF)	Mindegyeszesen nettó ajánlati ár (HUF)
CTG		1	SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika	6725 Szeged, Semmelweis u. 1.	CBSZ 2018	1 000 000	1 000 000
CTG szülő		4	SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika	6725 Szeged, Semmelweis u. 1.	CBSZ 2018	650 000	2 600 000
Baby doppler		10	SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika	6725 Szeged, Semmelweis u. 1.	CBSZ 2018	70 000	700 000
Hibrid inkubátor		2	SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika	6725 Szeged, Semmelweis u. 1.	CBSZ 2018	6 500 000	13 000 000
Mobil akkumulátoros koci hibrid inkubátorthoz		1	SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika	6725 Szeged, Semmelweis u. 1.	CBSZ 2018	4 700 000	4 700 000
Inkubátor zárt I.		7	SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika	6725 Szeged, Semmelweis u. 1.	CBSZ 2018	1 685 000	11 795 000
Inkubátor zárt II.		2	SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika	6725 Szeged, Semmelweis u. 1.	CBSZ 2019	1 685 000	3 370 000
LED kéfény ágy melléti		5	SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika	6725 Szeged, Semmelweis u. 1.	CBSZ 2019	1 610 000	8 050 000
LED kéfény állványos		3	SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika	6725 Szeged, Semmelweis u. 1.	CBSZ 2018	650 000	1 950 000
Légzősfügglő (általános körtemi légzősfügglő berendezés)		4	SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika	6725 Szeged, Semmelweis u. 1.	CBSZ 2019	50 000	200 000
Légzősfügglő (intenzív osztályos légzés- és egyéb paramétereket is figyelt berendezés)		4	SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika	6725 Szeged, Semmelweis u. 1.	CBSZ 2019	900 000	3 600 000
Légzősfügglő (transzport során alkalmazható légzés- és egyéb paramétereket is figyelt berendezés)		2	SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika	6725 Szeged, Semmelweis u. 1.	CBSZ 2019	1 500 000	3 000 000
Sterilizáló		1	SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika	6725 Szeged, Semmelweis u. 1.	CBSZ 2019	700 000	700 000
Kórházi fokozott elektromos molizivó		5	SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika	6725 Szeged, Semmelweis u. 1.	CBSZ 2019	780 000	3 900 000
Digitális csecsemómérleg		16	SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika	6725 Szeged, Semmelweis u. 1.	CBSZ 2018	205 000	3 280 000
Direkt ophthalmoscop		2	SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika	6725 Szeged, Semmelweis u. 1.	CBSZ 2019	185 000	370 000
Hallásvizsgáló készülék		1	SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika	6725 Szeged, Semmelweis u. 1.	CBSZ 2019	3 750 000	3 750 000
Fülműmő		4	SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika	6725 Szeged, Semmelweis u. 1.	CBSZ 2019	20 000	80 000
Laringoscop szott O-as és OO-as lapoccal		2	SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika	6725 Szeged, Semmelweis u. 1.	CBSZ 2019	100 000	200 000
T-elmes reusciator		4	SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika	6725 Szeged, Semmelweis u. 1.	CBSZ 2018	500 000	2 000 000
Váladáskészítő		1	SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika	6725 Szeged, Semmelweis u. 1.	CBSZ 2019	250 000	250 000
Mindegyeszesen nettó ajánlati ár (HUF)							68 495 000

A FELOLVASOLAPON KÉRJÜK FEJTARTANI!

2. rész

Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF)
A FEELVASÓLAPON kérjük feltüntetni!

TakTimed Kft.

5100 Jászberény, Pótyka utca 4.
Cégszerű aláírás Tel.: +36 30 9 548 104 E-mail: info@taktime.hu
Adószám: 27347162-2-16

734 1

CTG

Mennyiség: 1 db

Gyártó: Edan Instruments, Inc.

Származási hely: Kína

Típus: F9 Express

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
A magzati szívfrekvencia, a méhösszehúzódnások, a magzati mozgások detektálására, valamint anyai paraméterek monitorozására alkalmas monitor	Igen	Igen
Ikerterhesség monitorozására alkalmas (két ultrahang vizsgálófejes kiépítés)	Igen	Igen
Színes érintőképernyő min. 6"	Igen	Igen, 12.1"
Vízálló ultrahang vizsgálófejek a magzati szívfrekvenciák monitorozására	Igen	Igen
Ultrahang vizsgálófejek frekvenciája 1 MHz $\pm$ 10%	Igen, kérjük megadni	Igen, 1 MHz $\pm$ 10%
Magzati szívfrekvencia mérési tartomány min. 50-240 bpm	Igen, kérjük megadni	Igen, 50-240 bpm
Egyidőben két különböző magzati szívfrekvencia monitorozási lehetősége	Igen	Igen
Magzati szívfrekvencia alsó és felső riasztási határértékek beállíthatóak	Igen	Igen
TOCO fej a méhaktivitás vizsgálatára	Igen	Igen
TOCO fej mérési tartomány min. 0-100 relatív egység	Igen, kérjük megadni	Igen, 0-100 relatív egység
Bemerítéssel fertőtleníthető ultrahang és TOCO fejek	Igen	Igen
Anyai paraméterek monitorozására alkalmas min. EKG, SpO2, NIBP és TEMP	Igen, kérjük megadni	Igen, EKG, SpO2, NIBP és TEMP
Beépített hőíró nyomtató	Igen	Igen
Nyomtatási sebességek min. 1, 2 és 3 cm/min	Igen, kérjük megadni	Igen, 1, 2 és 3 cm/min
Külső esemény marker	Igen	Igen
Beépített akkumulátor	Igen	Igen
Készülék súlya akkumulátorral max. 10 kg	Igen, kérjük megadni	Igen, 6,3 kg
Későbbiekben továbbfejleszthető	Igen, kérjük a típust	Igen, FTS-3

magzati vezeték nélküli monitorozó egységgel (2 db UH fej, 1 db TOCO fej) (az ajánlatadás pillanatában elérhetőnek kell lennie!)	megadni	
--	---------	--

Az értékelési szempontok körében tett vállalás		
Színes érintőképernyő min. 6"	Igen, kérjük megadni, előny a nagyobb (12" és felette a maximális pontot kapja)	Igen, 12.1"

a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertető korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára¹

b) nem férhetők hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

TakTiMed Kft.
5100 Jászberény, Pótyka utca 4.
Tel.: +36 30 9 548 104 E-mail: info@taktimed.hu
Adószám: 27347162-2-16
1.

¹ A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

G

CTG szőlő

Mennyiség: 4 db

Gyártó: Edan Instruments, Inc.

Származási hely: Kína

Típus: F9

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
A magzati szívfrekvencia, a méhösszehúzódások és a magzati mozgások detektálására alkalmas monitor	Igen	Igen
Színes érintőképernyő min. 6"	Igen	Igen, 12.1"
Vízálló ultrahang vizsgálófej a magzati szívfrekvencia monitorozására	Igen	Igen
Ultrahang vizsgálófej frekvenciája 1 MHz $\pm$ 10%	Igen, kérjük megadni	Igen, 1 MHz $\pm$ 10%
Magzati szívfrekvencia mérési tartomány min. 50-240 bpm	Igen, kérjük megadni	Igen, 50-240 bpm
Magzati szívfrekvencia alsó és felső riasztási határértékek beállíthatóak	Igen	Igen
TOCO fej a méhaktivitás vizsgálatára	Igen	Igen
TOCO fej mérési tartomány min. 0-100 relatív egység	Igen, kérjük megadni	Igen, 0-100 relatív egység
Bemerítéssel fertőtleníthető ultrahang és TOCO fejek	Igen	Igen
Beépített hőíró nyomtató	Igen	Igen
Nyomtatási sebességek min. 1, 2 és 3 cm/min	Igen, kérjük megadni	Igen, 1, 2 és 3 cm/min
Külső esemény marker	Igen	Igen
Beépített akkumulátor	Igen	Igen
Készülék súlya akkumulátorral max. 10 kg	Igen, kérjük megadni	Igen, 6,3 kg

Az értékelési szempontok körében tett vállalás		
Színes érintőképernyő min. 6" előny a nagyobb	Igen, kérjük megadni, előny a nagyobb (12" és felette a maximális pontot kapja)	Igen, 12.1"

a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertető korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára¹

¹ A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

G

b) nem férhetők hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

TakTiMed Kft.
5100 Jászberény, Pótyka utca 4.
Tel.: +36 30 9 548 104 E-mail: info@taktimed.hu
Adószám: 27347162-2-10
1.

G

Baby doppler

Mennyiség: 10 db

Gyártó: Edan Instruments, Inc.

Származási hely: Kína

Típus: SD3 Pro

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Hordozható készülék	Igen	Igen
Állítható hangerő	Igen	Igen
Hangrögzítési lehetőség	Igen	Igen
Vízálló 2 MHz-es vizsgálófej	Igen	Igen
Tölthető akkumulátor	Igen	Igen
Alacsony akkumulátor töltöttségi szint kijelzése	Igen	Igen
Automatikus kikapcsolás funkció	Igen	Igen
Súly akkumulátorral együtt: Max: 350g	Igen, kérjük megadni	Igen, 350 g

a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertető korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára¹

b) nem férhetők hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

TakTiMed Kft.
5100 Jászberény, Pótvka utca 4.
Tel.: +36 30 9 548 104 E-mail: info@taktimed.hu
Adószám: 27347162-2-16
1.

¹ A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

Hibrid inkubátor

Mennyiség: 2 db

Gyártó: Datex-Ohmesa, Inc.

Származási hely: USA

Típus: Giraffe Omnibed Carestation

Minimum műszaki elvárás	Előírás	Ajánlott paraméter
Alkalmas legyen kis súlyú koraszülöttek számára (klimatikus körülmények és ellátási feltételek biztosítása) min. 500 g	Igen, kérjük megadni	Igen, alkalmas kis súlyú koraszülöttek számára (klimatikus körülmények és ellátási feltételek biztosítása) 500 g-tól
Hibrid inkubátor (használható zárt inkubátorként és újszülött melegítőként is)	Igen	Igen
Búrafedélbe épített, vagy a búra felett elhelyezkedő melegítő egység, amely a búra felnyitásakor automatikusan bekapcsol	Igen	Igen
Manuális beállítás és szervo hőmérséklet szabályzás	Igen	Igen
Búra téri páratartalom szabályzás		
Servo (a kívánt/beállított páratartalmat automatikusan szabályozza)	Igen	Igen
Búra téri oxigénadagolás/szabályzás		
Servo (nagynyomású O ₂ csatlakozás, a kívánt/beállított O ₂ koncentrációt automatikusan szabályozza)	Igen	Igen
Fekhely feletti légáramlás max. 0,1 m/sec	Igen, kérjük megadni	Igen, 0,1 m/sec
Búratéri CO ₂ értéke max. 0,5 %,	Igen, kérjük megadni	Igen, 0,3 %
Működési zajszint a búra térben max. 50 dB	Igen	Igen
Beállítási szabályzási és mérési adatok		
Léghőmérséklet szabályzás, mérés	Igen	Igen
Beállítható szabályzás tartománya min. 28-37°C, override móddal: min. 39°C-ig	Igen, kérjük megadni	Igen, 20-39°C
Servo bőrhőmérséklet szabályzás, mérés	Igen	Igen
Bőrhőmérséklet szabályzás tartománya min. 35-37°C override móddal: min. 37,5°C-ig	Igen, kérjük megadni	Igen, 35-37,5°C
Páratartalom szabályzás és mérési adatai		
Szabályzás tartománya min. 85 % rH,	Igen, kérjük megadni	Igen, 95% rH
Búra téri O₂ szabályzás (servo) és mérési adatai		
Szabályzás tartománya min. 21-65%	Igen, kérjük megadni	Igen, 21-65%
Elektronikus súlymérés digitális kijelzéssel	Igen	Igen

Trendek gyűjtése és megjelenítése	Igen	Igen
Színes, min. 10" képátmérőjű érintőképernyő	Igen	Igen
Pacacktartó legalább egy palack rögzítésére	Igen	Igen
Riasztások		
Intelligens alarm rendszer, hang és fényjelzéssel, szöveges kijelzéssel (monitorozás és üzemeltetés adatai, paraméter határátlépés, technikai események)	Igen	Igen
Megjelenítés		
Beállítások megjelenítése	Igen	Igen
Mért paraméterek megjelenítése	Igen	Igen
Riasztások, üzenetek megjelenítése	Igen	Igen
Trendek megjelenítése	Igen	Igen
Egyebek	Igen	Igen
Zárt rendszerű párasztó	Igen	Igen
tisztítást, fertőtlenítést biztosító párasztó rendszer	Igen	Igen
Frisslevegő bemeneti, nagy hatékonyságú szűrő	Igen	Igen
Mechanikai kialakítás	Igen	Igen
állítható gurulós állvány, min. 4 fékezhető kerékkel	Igen, kérjük megadni	Igen, állítható gurulós állvány, 4 fékezhető kerékkel
Elektronikusan állítható állványmagasság	Igen	Igen
Sugárzásos hő veszteséget csökkentő búra kialakítás	Igen	Igen
A búrán a kezelőnyílások száma min. 5	Igen, kérjük megadni	Igen, 5
Bevezető nyílások a tartozékoknak min. 8	Igen, kérjük megadni	Igen, 8
Lehajtható kezelő ajtó, reteszeléssel	Igen	Igen
Akadálymentesen hozzáférhető fekvőfelület	Igen	Igen
Beépített mérleg	Igen	Igen
Matrac mérete min. 60 x 45 cm	Igen, kérjük megadni	Igen, 64,8x48,8 cm
Fekvőfelület kétirányú dönthetősége	Igen	Igen
Beépített röntgenkazetta tartó	Igen	Igen
Pácienskör/tubus rögzítési lehetőség	Igen	Igen
Monitortartó polc	Igen	Igen
Búratarakó	Igen	Igen
szétszedhető, tisztítható, fertőtleníthető búra, bölcső, légszűrő, párasztó rendszer	Igen	Igen

Az értékelési szempontok körében tett vállalás

1. 360°-ban körbe forgatható matractálca és matrac	Kérjük megadni, előny a megléte	Igen, 360°-ban körbe forgatható matractálca és matrac
--	---------------------------------	---

6

a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertető korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára¹

b) nem férhetők hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

TakTiMed Kft.
5100 Jászberény, Pótyka utca 4.
Tel.: +36 30 9 546 104 E-mail: info@taktimed.hu
Adószám: 27347162-2-16
1.

¹ A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

Mobil akkumulátoros kocsik hibrid inkubátorhoz

Mennyiség: 1 db

Gyártó: Datex-Ohmeda, Inc.

Származási hely: USA

Típus: Giraffe Shuttle

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
A részajánlati körben szereplő hibrid inkubátorral kompatibilis transzport eszköz	Igen	Igen
Gördíthető akkumulátoros kocsi, amely min. 30 perc akkumulátoros működést biztosít a hibrid inkubátor, illetve az arra szerelt egyéb orvostechnikai berendezések számára	Igen, kérjük megadni	Igen, gördíthető akkumulátoros kocsi, amely 30 perc akkumulátoros működést biztosít a hibrid inkubátor, illetve az arra szerelt egyéb orvostechnikai berendezések számára

a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertető korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára¹

b) nem férhetők hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

TakTiMed Kft.
5100 Jászberény, Pótyka utca 4.
Tel.: +36 30 9 540 104 E-mail: info@taktimed.hu
Adószám: 27347162-2-16
1.

¹ A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

Inkubátor zárt I.

Mennyiség: 7 db

Gyártó: Drägerwerk AG & Co. KGaA

Származási hely: USA

Típus: Dräger Isolette 8000 Plus

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Alkalmas kis súlyú koraszülöttek ellátására, klimatikus körülmények és ellátási feltételek biztosítására	Igen	Igen
Fekhely feletti légáramlás max. 0,1 m/sec	Igen, kérjük megadni	Igen, max 0,1 m/sec
Buratóri CO2 értéke max. 0,5%	Igen, kérjük megadni	Igen, 0,5% max
Működési zajszint a buratórban max. 60 dB	Igen, kérjük megadni	Igen, max 47dB
Kihúzható fekvőfelület	Igen	Igen
Röntgentálca	Igen	Igen
Elektromos magasságemelés	Igen	Igen
Grafikus kijelző	Igen	Igen
Magyar nyelvű szoftver	Igen	Igen
Hőmérséklet szabályozás és mérés adatai		
Szervo hőmérséklet szabályozás	Igen	Igen
Léghőmérséklet szabályozás tartománya min. 28-37°C override móddal: min. 38°C-ig	Igen, kérjük megadni	Igen, 20-39°C
Bőrhőmérséklet szabályozás tartománya min. 34 - 37°C override móddal: min. 38°C-ig	Igen, kérjük megadni	Igen, 34-38°C
2 csatornás bőrhőmérséklet mérés	Igen	Igen
Páratartalom szabályozás és mérés adatai		
Szervo páratartalom szabályozás	Igen	Igen
Páratartalom szabályozás, mérés és digitális kijelzés	Igen	Igen
Beállítható buratóri páratartalom min. 40 - 90%	Igen, kérjük megadni	Igen, 30-95%
Riasztás		

Beállítható riasztás, hang és fényjelzéssel, szöveges kijelzéssel	Igen	Igen
Trend		
Trend ideje min. 24 óra	Igen, kérjük megadni	Igen, 24 óra
Trendbe rögzített adatok min. buratóri hőmérséklet, bőrhőmérséklet, páratartalom	Igen, kérjük megadni	Igen, hőmérséklet, bőrhőmérséklet, páratartalom
Mechanikai adatok		
Gurulós állvány, fékezhető kerekekkel	Igen	Igen
A búrán kezelőnyílások (kézméretű) - min. 4 db	Igen, kérjük megadni	Igen, 5 db
Fekvőfelület kétirányú, fokozatmentes dönthetősége min. $\pm 12^\circ$	Igen, kérjük megadni	Igen, $\pm 12^\circ$
Akadálymentesen hozzáférhető fekvőfelület	Igen	Igen
Bevezető nyílások a tartozékoknak, min. 6 db	Igen, kérjük megadni	Igen, 6 db
Tartozékok		
Tároló fiók	Igen	Igen
A fentiekben felsorolt funkciók alkalmazásához szükséges tartozékok	Igen, kérjük megadni	Igen, hőmérők, párasító tartály

a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertető korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára¹

b) nem férhetők hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

TakTImed Kft.
5100 Jászberény, Pótyka utca 4.
Tel.: +36 30 9 549 104 E-mail: info@taktimed.hu
Adószám: 27347162-2-16
1.

¹ A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

Inkubátor zárt II.

Mennyiség: 2 db

Gyártó: Drägerwerk AG & Co. KgaA

Származási hely: USA

Típus: Dräger Isolette 8000 Plus

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Alkalmas kis súlyú koraszülöttek ellátására, klimatikus körülmények és ellátási feltételek biztosítására	Igen	Igen
Fekhely feletti légáramlás max. 0,1 m/sec	Igen, kérjük megadni	Igen, max 0,1 m/sec
Buratóri CO2 értéke max. 0,5%	Igen, kérjük megadni	Igen, 0,5% max
Működési zajszint a buratórban max. 60 dB	Igen, kérjük megadni	Igen, max 47 dB
Kihúzható fekvőfelület	Igen	Igen
Röntgentálca	Igen	Igen
Elektromos magasságemelés	Igen	Igen
Grafikus kijelző	Igen	Igen
Magyar nyelvű szoftver	Igen	Igen
Hőmérséklet szabályozás és mérés adatai		
Szervo hőmérséklet szabályzás	Igen	Igen
Lég hőmérséklet szabályzás tartománya min. 28-37°C override móddal: min. 38°C-ig	Igen, kérjük megadni	Igen, 20-39°C
Bőrhőmérséklet szabályzás tartománya min. 34 - 37°C override móddal: min. 38°C-ig	Igen, kérjük megadni	Igen, 34-38°C
2 csatornás bőrhőmérséklet mérés	Igen	Igen
Páratartalom szabályzás és mérés adatai		
Szervo páratartalom szabályzás	Igen	Igen
Páratartalom szabályzás, mérés és digitális kijelzés	Igen	Igen
Beállítható buratóri páratartalom min. 40 - 90%	Igen, kérjük megadni	Igen, 30-95%
Riasztás		

6

Beállítható riasztás, hang és fényjelzéssel, szöveges kijelzéssel	Igen	Igen
Trend		
Trend ideje min. 24 óra	Igen, kérjük megadni	Igen, 24 óra
Trendbe rögzített adatok min. buratóri hőmérséklet, bőrhőmérséklet, páratartalom	Igen, kérjük megadni	Igen, hőmérséklet, bőrhőmérséklet, páratartalom
Mechanikai adatok		
Gurulós állvány, fékezhető kerekkel	Igen	Igen
A búrán kezelőnyílások (kézméretű) - min. 4 db	Igen, kérjük megadni	Igen, 5 db
Fekvőfelület kétirányú, fokozatmentes dönthetősége min. $\pm 12^\circ$	Igen, kérjük megadni	Igen, $\pm 12^\circ$
Akadálymentesen hozzáférhető fekvőfelület	Igen	Igen
Bevezető nyílások a tartozékoknak, min. 6 db	Igen, kérjük megadni	Igen, 6 db
Tartozékok		
Tároló fiók	Igen	Igen
A fentiekben felsorolt funkciók alkalmazásához szükséges tartozékok	Igen, kérjük megadni	Igen, hőmérők, párástító tartály

a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertető korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára¹

b) nem férhetők hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

TakTiMed Kft.
5100 Jászberény, Pótyka utca 4.
Tel.: +36 30 9 548 104 E-mail: info@taktimed.hu
Adószám: 27347162-2-16
1.

¹ A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

G

LED kékfény ágy melletti

Mennyiség: 5 db

Gyártó: Natus Medical Incorporated

Származási hely: USA

Típus: neoBlue Blanket

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Inkubátorba / babaágyba / az inkubátoron kívül az újszülött alá helyezhető kivitelű kékfényterápiás készülék	Igen	Igen
Készülék az alábbi részekeségekből:		
Fényforrás	Igen	Igen
Fénykábel	Igen	Igen
Matrac	Igen	Igen
Kék LED-ek hullámhossza 430 és 490 nm között	Igen, kérjük megadni	Igen, 450 és 475 nm között
Maximum felületi intenzitás min. 30 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$	Igen, kérjük megadni	Igen, 30 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$
Megvilágított terület min. 500 cm^2	Igen, kérjük megadni	Igen, 508 cm^2
Üzemóra számláló	Igen	Igen
Tartozékok, kiegészítők		
Matractakaró	10 db / készülék	Igen, 10 db / készülék

Az értékelési szempontok körében tett vállalás		
Dedikált pólya, amelybe az újszülött a kékfényterápiás matraccal együtt behelyezhető és inkubátoron kívül is kézbe vehető (pl. kenguruzás közben)!	Kérjük megadni, előny a megléte!	igen

a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertető korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online¹ bárki számára¹

b) nem férhetőek hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

¹ A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

LED kékfény állványos

Mennyiség: 3 db

Gyártó: Natus Medical Incorporated

Származási hely: USA

Típus: neoBlue compact

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Inkubátor fölé helyezhető guruló állványos kialakítás	Igen	Igen
Kerekek száma min. 3	Igen, kérjük megadni	Igen, 3
Kék LED-ek hullámhossza 450 és 470 nm között	Igen, kérjük megadni	Igen, 450 és 470 nm között
LED-ek élettartama min. 40.000 óra	Igen, kérjük megadni	Igen, 40.000 óra
Maximum Intenzitás min. 30 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$	Igen, kérjük megadni	Igen, 35 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$
Potenciométer az intenzitás testreszabhatóságához	Igen	Igen
Hatékonyan megvilágított terület min. 25 x 25 cm	Igen, kérjük megadni	Igen, 29 x 25 cm
Vizsgálólámpa funkció	Igen	Igen
Üzemóra számláló	Igen	Igen
Szemtakaró két különböző méretben 10-10 db	Igen	Igen

a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertető korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára¹

b) nem férhetők hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

TaktiMed Kft.
5100 Jászberény, Pótyka utca 4.
Tel.: +36 30 9 548 104 E-mail: info@taktimed.hu
Adószám: 27347162-2-16
1.

¹ A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

Légzésfigyelő

Mennyiség: 10 db

Gyártó: Angelcare Monitors Inc, + Edan Instruments, Inc + Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH

Származási hely: Kanada, Kína, Németország

Típus: AC127 + iM60 + MX100

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
4 db általános kórtermi légzésfigyelő berendezés		
Az újszülött/csecsemő hosszabb légzéskimaradásának jelzésére szolgáló készülék	Igen	Igen
Vezeték nélküli érzékelőlap	Igen	Igen
Az újszülött/csecsemő alatt elhelyezett érzékelő adja a jeleket a készüléknek	Igen	Igen
Az érzékelőlap érzékenysége állítható	Igen	Igen
A légzéskimaradás hosszától függően különböző riasztást ad	Igen	Igen
A készülék áramkimaradás esetén akkumulátoros üzemmódra vált	Igen	Igen
Működési hatótávolság min. 5 méter	Igen, kérjük megadni	Igen, 6 méter
4 db intenzív osztályos légzés- és egyéb paramétereket is figyelő berendezés		
Színes LCD/TFT érintőképernyő min. 10"	Igen, kérjük megadni	Igen, 10,4"
Magyar nyelvű kezelőfelület és menürendszer	Igen	Igen
Egyidejűleg megjeleníthető görbék száma min. 5	Igen, kérjük megadni	Igen, 13
Görbemejelenítési sebesség min. 6,25; 12,5; 25 és 50 mm/s	Igen, kérjük megadni	Igen, 6,25; 12,5; 25 és 50 mm/s
Egyidejűleg megjeleníthető paraméterek száma min. 6	Igen, kérjük megadni	Igen, 8

Akkumulátoros és hálózati működés	Igen	Igen
Akkumulátoros működés min. 180 perc	Igen, kérjük megadni	Igen, 210 perc
Informatikai hálózati csatlakozó	Igen	Igen
Központi monitorrendszerbe köthető	Igen	Igen
Mért paraméterek		
EKG		
3/5 elvezetéses EKG	Igen	Igen
Szívfrekvencia detektálása min. 30-250 bpm	Igen, kérjük megadni	Igen, 15-350 bpm
Szívfrekvencia riasztás beállítható legyen	Igen	Igen
Defibrillálás ellen védett	Igen	Igen
ST analízis	Igen	Igen
Arrhythmia analízis	Igen	Igen
Pace jel felismerése és kijelzése	Igen	Igen
Noninvazív vérnyomásmérés (NIBP)		
Beállítható automatikus mérési idő, kijelzéssel	Igen	Igen
Mérési tartomány min. 30-240 Hgmm	Igen, kérjük megadni	Igen, 10-270 Hgmm
Systoles, diastoles és középnyomás kijelzése	Igen	Igen
Pulzoximetria (SpO2)		
Mérési tartomány min. 30-100%	Igen, kérjük megadni	Igen, 0-100%
Perifériás pulzusszám kijelzés min. 30-250 bpm	Igen, kérjük megadni	Igen, 25-300 bpm
Szaturációs érték és pletizmográfias görbe megjelenítése	Igen	Igen
Állítható hangerősség	Igen	Igen
Légzés		
Mérési tartomány: min. 20 -100 légzés/perc	Igen, kérjük megadni	Igen, 0 – 150 légzés/perc
Riasztás beállított határértékre	Igen	Igen
Apnoe riasztás	Igen	Igen
Hőmérsékletmérés		
Min. 1 független csatornán	Igen, kérjük megadni	Igen, 2 független csatornán

6

Mérési tartomány: min. 10-45 °C	Igen, kérjük megadni	Igen, 0-50°C
Riasztás mindegyik értékre	Igen	Igen
Trendképzés, adattárolás		
Táblázatos és grafikus megjelenítés	Igen	Igen
Trend ideje min. 24 óra	Igen, kérjük megadni	Igen, 120 óra
Többszintű, egymástól jól elkülöníthető vizuális és akusztikus riasztás	Igen	Igen
Riasztási szintek száma min. 3	Igen, kérjük megadni	Igen, 3
Riasztás hangereje állítható	Igen	Igen
Tartozékok		
A megadott paraméterek méréséhez szükséges összes tartozék újszülött páciensekre	Igen, kérjük megadni	Igen, EKG kábel és elektróda, NIBP tömlő és mandzsetta, SpO2 kábel és szenzor, TEMP kábel és szenzor
2 db transzport során alkalmazható légzés- és egyéb paramétereket is figyelő berendezés		
Súly akkumulátorral együtt max. 2 kg	Igen, kérjük megadni	Igen, 1,4 kg
Színes LCD/TFT érintőképernyő min. 5"	Igen, kérjük megadni	Igen, 6,1"
Akkumulátoros és hálózati működés	Igen	Igen
Akkumulátoros működés min. 300 perc	Igen, kérjük megadni	Igen, 300 perc
Mért paraméterek		
EKG		
3/5 elvezetéses EKG	Igen	Igen
Szívfrekvencia detektálása min. 30-250 bpm	Igen, kérjük megadni	Igen, 15-300 bpm
Noninvazív vérnyomásmérés (NIBP)		
Beállítható automatikus mérési idő, kijelzéssel	Igen	Igen
Mérési tartomány min. 30-240 Hgmm	Igen, kérjük megadni	Igen, 30-270 Hgmm
Systoles, diastoles és középnyomás kijelzése	Igen	Igen

G

Pulzoximetria (SpO2)		
Mérési tartomány min. 70-100%	Igen, kérjük megadni	Igen, 0-100%
Perifériás pulzusszám kijelzés min. 30-250 bpm	Igen, kérjük megadni	Igen, 30-300 bpm
Állítható hangerősség	Igen	Igen
Légzés (Resp)		
Mérési tartomány: min. 20 -100 légzés/perc	Igen, kérjük megadni	Igen, 0-120 légzés/perc
Riasztás beállított határértékre	Igen	Igen
Apnoe riasztás	Igen	Igen
Trendképzés, adattárolás		
Táblázatos és grafikus megjelenítés	Igen	Igen
Trend ideje min. 24 óra	Igen, kérjük megadni	Igen, 48 óra
Többszintű, egymástól jól elkülöníthető vizuális és akusztikus riasztás	Igen	Igen
Riasztási szintek száma min. 3	Igen, kérjük megadni	Igen, 3
Riasztás hangereje állítható	Igen	Igen
Tartozékok		
A megadott paraméterek méréséhez szükséges összes tartozék újszülött páciensekre	Igen, kérjük megadni	Igen, újszülött EKG, SpO2, vérnyomás tartozékok

a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertető korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára¹

b) nem férhetők hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

TaktiMed Kft.
5100 Jászberény, Pótyka-utca 4.
Tel.: +36 30 9 546 104 E-mail: info@taktimed.hu
Adószám: 27347162-2-16
1.

¹ A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

G

Sterilizáló

Mennyiség: 1 db

Gyártó: Memmert GmbH Származási hely: Németország

Típus: SN 110 hőlégszterilizátor, ventilátorral 108 literes

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Min. 100 literes hőlégszterilizátor	Igen, kérjük megadni	Igen, 108 L
Teljesítmény min. 2.500 W	Igen, kérjük megadni	Igen, 2800 W
Egykamrás kivitel	Igen	Igen
Belső méret (szélesség x magasság x mélység) min. 550 x 450 x 400 mm	Igen, kérjük megadni	Igen, 560 x 480 x 400 mm
Kamra terhelhetősége min. 100 kg	Igen, kérjük megadni	Igen, 175 kg
Rozsdamentes polcok száma min. 2 db	Igen, kérjük megadni	Igen, 2 db
Digitális hőmérséklet és időzítő beállítás	Igen	Igen
Késleltetett időzítés	Igen	Igen
Adatkimentés ethernet vagy USB kimeneten keresztül	Igen, kérjük megadni	Igen, Ethernet port
Készülék tömeg max. 90 kg	Igen, kérjük megadni	Igen, 74 kg

a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertető korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára¹

b) nem férhetőek hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

TakTiMed Kft.
5100 Jászberény, Pótyka utca 4.
Tel.: +36 30 9 548 104 E-mail: info@taktimed.hu
Adószám: 27347162-2-16
1.

¹ A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

Kórházi fokozatú elektromos mellszívó

Mennyiség: 5 db

Gyártó: ARDO Medical AG

Származási hely: Svájc

Típus: Carum, Calypso

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
2 db fejőszobai állványos mellszívó		
Szabályozható teljesítmény: kétfázisú	Igen	Igen
Stimulációs fázisa a fejés előtt segít a tejleadó reflex kiváltásában	Igen	Igen
Szabályozható sebesség: min. 30 – 100 liter / perc	Igen, kérjük megadni	Igen, 30 – 120 ciklus/perc
Vákuum: min. 50 - 300 mbar	Igen, kérjük megadni	Igen, 30 – 330 mbar
A vákuum és a ritmus hangolható	Igen	Igen
Stimulációs üzemmód	Igen	Igen
Leszívó üzemmód	Igen	Igen
Érzékeny program	Igen	Igen
Teljesen zárt rendszerű, mely megakadályozza, hogy a tejbe szennyeződés kerüljön, a motorba pedig nem folyhat be a tej: Vákuum záras technológia.	Igen	Igen
Tartozékok:		
Indulókészlet 25-25 db 26, 31 és 36 mm-es szívófejjel	Igen	Igen
Készülék állvány	Igen	Igen
3 db osztályos, hordozható mellszívó		
Hordozható mellszívó alapegység tömlővel	Igen	Igen
Hálózatról és elemről/akkumulátorról is működtethető	Igen	Igen, hálózatról és elemről
Vákuum és ritmus min. 5 fokozatban állítható	Igen, kérjük megadni	Igen
Tartozékok:		
Indulókészlet 26 mm-es szívófejekkel	Igen	Igen

a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertetők korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára¹

b) nem férhetők hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

TakTiMed Kft.
5100 Jászberény, Pótyka utca 4.
Tel.: +36 30 9 548 104 E-mail: info@taktimed.hu
Adószám: 27347162-2-16
1.

¹ A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

5

Digitális csecsemőmérleg

Mennyiség: 16 db

Gyártó: SECA GmbH

Származási hely: Németország

Típus: 376 + 233

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Hitelesített és később újra hitelesíthető (Class III) szabványú csecsemőmérleg	Igen	Igen
tisztítható és fertőtleníthető műanyag tálca	Igen	Igen
LCD kijelző	Igen	Igen
Automatikus nullázás bekapcsoláskor	Igen	Igen
Mérési kapacitás min. 20 kg	Igen, kérjük megadni	Igen, 20 kg
Pontosság 5 kg alatt max. 5 g	Igen, kérjük megadni	Igen, 5 g
Min. TARA és HOLD funkciók	Igen, kérjük megadni	Igen, TARA és HOLD funkciók
Automatikus kikapcsolás	Igen	Igen
Akkumulátoros vagy elemes működés	Igen, kérjük megadni	Igen, elemes
Vezeték nélküli adatátvitel	Igen	Igen
Súly max. 5 kg	Igen, kérjük megadni	Igen, 3,7 kg
Tartozék		
2 db csecsemő hosszmérő (összesen a 12 db mérleghez)	Igen	Igen

a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertető korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára¹

b) nem férhetők hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

TakTiMed Kft.
5100 Jászberény, Petyka utca 4.
Tel.: +36 30 9 548 104 E-mail: info@taktimed.hu
Adószám: 27347162-2-16

1.

¹ A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

Direkt optalmoscop

Mennyiség: 2 db

Gyártó: Heine Optotechnik GmbH

Származási hely: Németország

Típus: Heine Beta 200 ophthalmoscope fej xenon vagy halogén izzóval, Lio-ion akkumulátoros tölthető nyéllel és vezetékes töltővel

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Akkumulátoros tölthető nyél	Igen	Igen
Halogén vagy xenon izzó	Igen, kérjük megadni	Igen, xenon
Korrektációs lencsék száma min. 25	Igen, kérjük megadni	Igen, korrektációs lencsék száma: 27 darab
Dioptria korrekció min. – 25 D - + 35 D	Igen, kérjük megadni	Igen, dioptria tartomány: -35D~+40D
Min. 5 féle blende	Igen, kérjük megadni	Igen, 6 db blende: kiskör, nagykör, félkör, rés, fixációs csillag polárkoordinátákkal, kobaltkék szűrő, vörösmentes (zöld) szűrő
Tartozékok		
Akkumulátor	Igen	Igen
Töltő	Igen	Igen

a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertető korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára¹

a) hozzáférhetőek az alábbi elérési útvonalakon

Online elérhetőség (pontos(!) URL) megadása: https://argusoptik.hu/wp/?page_id=695

<https://www.heine.com/en/products/ophthalmic-instruments/direct-ophthalmoscopes/deatil/31296-heine-beta-200-ophthalmoscope>

<https://www.heine.com/en/products/ophthalmic-instruments/direct-ophthalmoscopes/deatil/33123-heine-beta-200-led-ophthalmoscope>

TakTMed Kft.
5100 Jászberény, Pótyka utca 4.
Tel.: +36 30 9 548 104 E-mail: info@taktimed.hu
Adószám: 27347162-2-16
1.

¹ A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

Hallásvizsgáló készülék

Mennyiség: 1 db

Gyártó: MAICO Diagnostics GmbH

Származási hely: Németország

Típus: easyScreen BERAphone

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Újszülöttek és kisgyermek objektív vizsgálatára alkalmas hallásvizsgáló készülék dokkolóegységgel	Igen	Igen
Színes min. 4" érintőképernyő	Igen, kérjük megadni	Igen, 4,3" -es színes érintőképernyő
Újratölthető Li-ion akkumulátor	Igen	Igen
Min. 250 páciens adatainak tárolása	Igen, kérjük megadni	Igen, 250 páciens adatainak tárolása
ABR szűrővizsgálat elvégzésére alkalmas	Igen	Igen
Automatikus impedancia ellenőrzés	Igen	Igen
Stimulus szint min. 30 - 45 dB nHL	Igen, kérjük megadni	Igen, 30 és 45 dB nHL között megválasztható stimulus szint
ABR vizsgálatok elvégzéséhez szükséges induló készlet (kábelek, szenzorok, elektródák...) Egyszer használatos tartozékok esetén legalább 100 vizsgálatra elegendő induló készlet!	Igen, kérjük megadni	Igen, ABR vizsgálatok elvégzéséhez szükséges induló készlet: kábelek, vizsgálati elektródás készlet (BERAphone), tartalék újrafelhasználható elektródák
Számítógépes szoftver	Igen, kérjük a nevét megadni	Igen, HearSIM™
PC kapcsolat USB vagy mikro USB csatlakozón keresztül	Igen, kérjük megadni	Igen, micro USB
Hordtáska	Igen	Igen

TakTImed Kft.
5100 Jászfényszőlő, Pótyka utca 4.
Tel.: +36 30 9 548 104 E-mail: info@taktimed.hu
Adószám: 27347162-2-16
1.

a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertető korrázás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára¹

a) hozzáférhetőek az alábbi elérési útvonalatokon

Online elérhetőség (pontos(!) URL) megadása: https://wdh01.azureedge.net/-/media/maico-diagnostics/main/datasheets/easyscreen-beraphone/maico_datasheet_easyscreem_beraphone_en_19a.pfd

Ismertető weboldal: <https://www.maico-diagnostics.com/products/abr/easyscreen-beraphone>

Taktimed Kft.
5100 Jászberény, Pótyka utca 4.
Tel.: +36 30 9 548 104 E-mail: info@taktimed.hu
Adószám: 27347162-2-16
1.

¹ A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

Fülhőmérő

Mennyiség: 4 db

Gyártó: Braun

Származási hely: Németország

Típus: IRT 3030

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Újszülötteknél használható digitális fülhőmérő	Igen	Igen
LCD kijelző	Igen	Igen
Mérési tartomány min. 35°C - 42°C	Igen, kérjük megadni	Igen, 34°C – 42,2°C
Pontosság a mérési tartományban max. $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$	Igen, kérjük megadni	Igen, $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
Mérés ideje max. 15 mp	Igen	Igen
Automatikus kikapcsolás	Igen	Igen
Elemes vagy akkumulátoros működés	Igen, kérjük megadni	Igen, elemes

a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertető korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára¹

b) nem férhetők hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

Taktimed Kft.
5100 Jászberény, Pótyka utca 4.
Tel.: +36 30 9 348 104 E-mail: info@taktimed.hu
Adószám: 27347162-2-16
1.

¹ A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

Laringoscop szett

Mennyiség: 2 db

Gyártó: Timesco Healthcare Ltd. Származási hely: Anglia

Típus: XLED nyél és SIRIUS lapocok

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Száloptikás, LED-es laringoszkóp nyél D= min. 25 mm	Igen, kérjük megadni	Igen, D= 29 mm
LED izzó élettartama min. 20.000 óra	Igen, kérjük megadni	Igen, 20.000 óra
1 db Miller 00-s lapoc	Igen	Igen
1 db Miller 0-s lapoc	Igen	Igen
Elemes vagy akkumulátoros kivitel	Igen, kérjük megadni	Igen, elemes

a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertető korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára¹

b) nem férhetők hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

Taktimed Kft.
5100 Jászberény, Főutca utca 4.
Tel.: +36 30 9 448 104 E-mail: info@taktimed.hu
Adószám: 27347162-2-16
1.

¹ A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

T-elemes resuscitator

Mennyiség: 4 db

Gyártó: Fischer&Paykel

Származási hely: Új-Zéland

Típus: Neopuff

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
gázzal hajtott eszköz, mely pontos és ellenőrzött újraélesztést biztosít az újszülöttnak.	Igen	Igen
Légúti nyomás pontos szabályozása, jól látható manométer	Igen	Igen
Könnyű páciens T-darab	Igen	Igen
Maximális nyomás szabályozható	Igen	Igen
Légzőköri szelepen keresztül gyógyszer adagolható a kör széthúzása nélkül	Igen	Igen
Súly max. 3 kg	Igen, kérjük megadni!	Igen, 1,9 kg
Rendelkezik oxigén illetve levegős rotaméteres adagolóval	Igen	Igen
PIP érték min. 5 - 75 H2Ocm	Igen, kérjük megadni!	Igen, 2-75 H2Ocm
PEEP érték min. 5 - 25 H2Ocm	Igen, kérjük megadni!	Igen, 1-25H2Ocm
Manométer mérési tartománya min. 0 - 60 H2Ocm	Igen, kérjük megadni!	Igen, -10-80 H2Ocm
Min. 5 különböző méretű egyszerhasználatos maszk	Igen, kérjük megadni!	Igen, 5 különböző méretű maszkkal
Oxigén analízálás lehetősége	Igen	Igen

a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertető korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára¹

b) nem férhetők hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

TakTImed Kft.
5100 Jászberény, Petyka utca 4.
Tel.: +36 30 9 548 104 E-mail: info@taktimed.hu
Adószám: 27347162-2-16

1.

¹ A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

Váladékszívó

Mennyiség: 1 db

Gyártó: CA-MI srl Származási ország: Olaszország

Típus: NEW HOSPIVAC 350 „Basic 2” váladékszívó

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Kereken gördíthető állványos váladékszívó készülék	Igen	Igen
Elektromos meghajtás	Igen	Igen
Max. vákuum min. -90 kPa	Igen, kérjük megadni	Igen, max. -90 kPa
Nyomásmérő óra	Igen	Igen
Antibakteriális szűrő	Igen	Igen
2 db autoklávozható, min. 2 literes váladékgyűjtő tartály	Igen, kérjük megadni	Igen, 2 db autoklávozható 2 literes váladékgyűjtő tartály
Túlfolyás gátló szelep	Igen	Igen

a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelés igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertető korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára¹

b) nem férhetők hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

TakTiMed Kft.
5100 Jászberény, Pótyka utca 4.
Tel.: +36 30 9 848 104 E-mail: info@taktimed.hu
Adószám: 27347162-2-16
1.

¹ A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!

