

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

7/Ny/2021/SZAKK

amely létrejött egyrészről a

Szegedi Tudományegyetem

Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (6725 Szeged, Tisza L. krt. 107.)

Aláírásra jogosult képviselője: Prof. Dr. Lengyel Csaba elnök

Adószám: 19308650-2-06

Számlavezető pénzügyi intézmény neve: Magyar Államkincstár

Számlaszám: 10028007-00329369-00000000,

továbbiakban „**Vevő**”

másrészről a

UniCorp Biotech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1126 Budapest, Tóth Lőrinc utca 41.

Adószám: 12582800-2-43

Pénzforgalmi számla száma: 11600006-00000000-93599522

Aláírásra jogosult képviselője: Szabó-Bozsoki Zita Mária, ügyvezető

Cégjegyzékszám: 01 09 693559

továbbiakban „**Eladó**”(mindegyikük **Fél**, együttesen pedig **Felek**) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:**PREAMBULUM**

A Szegedi Tudományegyetem mint ajánlatkérő, **TED 2021/S 065-165272 – EKR000044062021** iktatószám alatt „**Orvostechikai eszközök beszerzése**” tárgyban európai uniós értékhatárt meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljárásban a 2021.08.30. napján kihirdetett eredmény alapján Eladóval mint az **1. és 2. részajánlati körben** nyertes ajánlattevővel köt szerződést, a Kbt.-ben foglalt rendelkezések maradéktalan betartása mellett. A közbeszerzési eljárás dokumentumai, valamint Eladó ajánlata a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

1. A szerződés tárgya

1.1. A jelen szerződés alapján Eladó eladja, Vevő megvásárolja az Eladó kizárólagos tulajdonában álló, az 1. sz. mellékletben nevesített **Felső kategóriás, alapfelszereltségű, továbbfejleszthető sebészeti mikroszkóp integrált kamerával és dokumentációs rendszerrel** (1. részajánlati kör) és **Vizsgálómikroszkóp integrált Full HD kamerával, LED fényforrással** (2. részajánlati kör) eszközöket (továbbiakban együttesen: készülék).

1.2. Eladó a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal az 1. sz. mellékletben meghatározott készülék tulajdonjogának átruházására, és egyben az arra vonatkozó valamennyi dokumentum, irat (használati útmutató, leírás, minőségi tanúsítvány stb.) Vevő birtokába adására, melyre az üzembe helyezéssel kerül sor.

1.3. A készüléknek újnak kell lennie, nem szállítható használt, illetve demó készülék.

1.4. Az ajánlat minőségi részszempontok szerinti tartalmi elemei:

1. részajánlati kör: Felső kategóriás sebészeti mikroszkóp kamerával

Nettó ajánlati ár: 68 900 000 Ft

A rendszer rendelkezik automatikus izoláció felhelyezését könnyítő és automatikus izolációrögző funkcióval: igen

Kihajtható tubus megléte: igen

A mikroszkóp nagyobb munkatávolság tartományt tud, mint 225-600 mm: 200-625

2. részajánlati kör: Vizsgálómikroszkóp kamerával, fényforrással

Nettó ajánlati ár: 12 080 000 Ft

Kihajtható tubus megléte: igen

2. Vételár meghatározása

2.1. A Vevő a készülék ellenértékeként (vételár), a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek hibátlan és hiánytalan teljesítése esetén, az alábbi vételarat köteles megfizetni Eladó részére:

Felső kategóriás sebészeti mikroszkóp kamerával: Nettó 68 900 000 Ft + ÁFA

Vizsgálómikroszkóp kamerával, fényforrással: Nettó 12 080 000 Ft + ÁFA

2.2. A szerződéses ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal, üzembe helyezéssel kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, csomagolás, szállítás, munkadíj egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

3. A teljesítés helye:

3.1. Szállítási cím: Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, 6725, Szeged, Tisza Lajos krt. 111.

3.2. Számlázási és számlaküldési cím: SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, 6725 Szeged, Tisza L. krt. 107.

3.3. Elektronikus számla küldési címe: bejovo.szamla@gmf.u-szeged.hu

4. A teljesítés ideje, átadás-átvétel:

4.1. A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 15 héten belül Eladó köteles a készüléket Vevő részére a fenti 3. pontban megjelölt teljesítési helyre leszállítani. Felek rögzítik, hogy a szállítást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a leszállított készülék üzembe helyezése is megtörtént. Felek megállapodnak abban, hogy a birtokba adás időpontját előzetesen egyeztetik.

4.2. Eladó az üzembe helyezés napjától számítva 12 hónap garanciát vállal az 1. sz. mellékletben meghatározott készülékre.

4.3. A készülék rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról (működéséről) Felek az üzembe helyezés keretében győződnek meg, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel.

4.4. A beüzemelés során a készüléknek rendelkeznie kell az összes alkatrésszel, illetve a gyári előírás szerinti további tartozékkal, valamint működnie kell minden a specifikációban vállalt funkciónak.

4.5. Amennyiben a készülék üzembe helyezése jogszabály szerint hatósági engedélyhez van kötve, Eladó köteles a szükséges engedélyeket az üzembe helyezésre megállapított határidőre beszerezni és átadni Vevő részére.

4.6. Az Eladó és a Vevő az üzembe helyezésre megállapított határidő lejártáig a készülék üzembe helyezéséről, egyben birtokba adásról és birtokba vételről jegyzőkönyvet vesz(nek) fel.

4.7. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a készülék rendeltetésszerű használatára a Vevő által igényelt létszámban és helyszínen a kezelőszemélyzetet előzetesen egyeztetett időpontban kiképzzi.

4.8. Eladó a készülék üzembe helyezése keretében köteles 1 példány magyar nyelvű kezelési utasítást mellékelni. A készülék jegyzőkönyvi átvételét a fenti dokumentáció hiányában a Vevő jogosult megtagadni.

4.9. Ha az átvételt a Vevő minőségi hiba, hiány miatt megtagadja, a kárveszély mindaddig az Eladót terheli, amíg a hibát, hiányosságot Eladó ki nem küszöböli. Ha az átadás-átvétel során a Vevő azt állapítja meg, hogy a készülék nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a Vevő a készülék kicserélését követelheti, és

megjelölheti a kicserélés határidejét, az Eladó pedig köteles a Vevő által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.

4.10. Sikertelen átadás-átvétel esetén az Eladó köteles a hibák elhárítása után a készülék átadására új időpontot javasolni. A megismételt átvétellel kapcsolatos minden költség az Eladót terheli.

4.11. Eredményes átadásátvétel esetén az üzembe helyezési jegyzőkönyv Vevő általi aláírásának napján száll át a kárveszély a Vevőre.

4.12. Eladó adott esetben csatoljon a szoftverhez egy hivatalos tanúsítványt, amely tartalmazza a licenz érvényességi idejét illetve a használati időt.

4.13. Eladó köteles a birtokba adást, üzembe helyezést úgy végezni, hogy azzal a betegellátás rendjét ne zavarja, annak folyamatosságát ne veszélyeztesse.

4.14. Eladó kijelenti, hogy a Vevő által a teljesítéssel összefüggésben rendelkezésére bocsátott – a betegellátással kapcsolatos anyagokat, dokumentumokat, információkat, stb. – adatokat a jelen szerződés keretén kívül nem használja fel, illetéktelen személyeknek nem szolgáltatja ki, a tudomására jutott információkat, adatokat megőrzi. Eladó köteles megtéríteni azt a vagyoni és nem vagyoni kárt, amelyet az e pontban meghatározott kötelezettségek megszegésével okozott a szerződött partnernek.

5. Fizetési feltételek:

5.1. Eladó a fenti 2. pont szerint kiállított számlát a 3. pont szerinti teljesítési helyen való igazolt teljesítést követően, az üzembe helyezést tanúsító jegyzőkönyv birtokában nyújthatja be a Vevő felé, aki a számla ellenértékét a számlának Vevőhöz történő beérkezésétől (kézhezvételétől) számított 30 napon belül utalja át Eladó számlájára. A Kbt. 27/A §. alkalmazható.

5.2. Vevő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint, írásban köteles nyilatkozni.

5.3. Amennyiben a számla formai okok miatt a számviteli törvényeknek nem felel meg, úgy Vevő a számlát ezen hibák pótlása, javítása céljából visszaküldi Eladónak. A fizetési határidő ebben az esetben a kijavított számlának Vevőhöz történő beérkezésétől számítható.

5.4. Eladó a szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

5.5. A Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.

5.6. Vevőnek a jelen szerződésből eredő semmilyen jogosultságát (beszámítás, visszatartás) nem korlátozhatja az Eladó azzal, hogy a szerződésből eredő követelését engedményezi, faktorálja vagy azon zálogjogot alapít.

5.7. Az Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján vállalja, hogy:

a. nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b. a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről (jelen szerződés 3.9. pontjában részletezettek) a Vevőt haladéktalanul értesíti.

6. Szavatosság, jótállás:

6.1. Eladó szavatolja és garantálja, hogy

a. a beüzemelt készülék alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta tervezési, kivitelezési, anyagbeli hibától,

- b. a beüzemelt készülék az átadott leírások, kezelési utasítások betartása mellett a készülék vonatkozásában meghatározott szavatossági idő tartama alatt megőrzi az üzemképességét.
 - c. A jótállás kezdő időpontja: az üzembe helyezés napja. Eladó vállalja a jogszabályban vagy jogszabályon alapuló kötelező normában előírt kötelezettségek (szavatossági, jótállási, garanciális idők) teljesítését.
- 6.2.** Eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező készülék a vonatkozó jogszabályok és szabványok követelményeinek megfelel, per-, teher- és igénymentes, annak elidegenítése részéről akadályba nem ütközik, és ez más jogos érdekét nem sérti, valamint kijelenti, hogy a Vevő a jelen szerződéssel Eladó 1. sz. mellékletben meghatározott készüléken a vételár átutalását követően tehermentes tulajdonjogot szerez. Eladó szavatolja továbbá, hogy Vevőt a készülék használatában semmilyen körülmény nem korlátozza.
- 6.3.** Eladót a szerződés tárgyát képező készülék tekintetében jog- és kellékszavatosság terheli. Eladó kijelenti, hogy az 1. sz. mellékletben meghatározott készülék a birtokba adáskor új, rejtett hibáiról nem tud.
- 6.4.** Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az üzembe helyezés napját követő 30 munkanapon belül az üzemelés során - a Vevőn kívülálló okból - bármilyen olyan hiba kerül megállapításra, amely miatt a készüléket rendeltetésének megfelelően használni nem lehet, úgy az adott készüléket Eladó az értesítéstől számított 15 munkanapon belül kicseréli, és elszállításáról saját költségére gondoskodik.
- 6.5.** Vevő köteles szóban (személyesen, telefonon) azonnal, majd írásban haladéktalanul értesíteni Eladót a szavatosság illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.
- 6.6.** Ha Eladó nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a jótállási kötelezettségének, akkor Vevő Eladó költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni a készülék üzemképessége érdekében.
- 6.7.** A szavatossági, illetve jótállási idő alatt bejelentett igények a szavatossági, illetve jótállási idő lejárta után is érvényesíthetők.
- 6.8.** Vevő a szavatossági kifogásokról és a hibás vagy késedelmes teljesítésekről minden esetben jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíteni kell a hibát, idejét és leírását. A jegyzőkönyvet Vevő a felvételét követő legkésőbb 2 munkanapon belül e-mailben megküldi Eladónak, aki az abban foglaltakat szükség esetén legkésőbb a megküldést követő 2 munkanapon belül írásban észrevételezi. A megküldött észrevételt Megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül megvizsgálja és amennyiben nem ért az abban foglaltakkal egyet, azt Eladóval írásban, e-mailben közli. Amennyiben az észrevételre határidőben nem válaszol Megrendelő, akkor az az észrevétel elfogadásának minősül.

7. Kötbér:

- 7.1.** A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén Eladó az alábbi mértékű kötbért köteles fizetni Vevőnek:
- a. késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a szerződés nettó árának a késedelem minden naptári napjára eső 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 30%-a
 - b. hibás teljesítés esetén, amennyiben Vevő a hiba kijavítását vagy a hibás készülék kicserélését igényli, az igény bejelentésétől a hiba kijavításáig vagy a készülék kicseréléséig terjedő idő alatt Vevőt fenti a) pontban meghatározott mértékű késedelmi kötbér illeti meg azzal, hogy a kötbér mértéke a szerződés nettó árára vetített 10%-ot nem haladhatja meg,
 - c. nemteljesítés esetén, ami abban az esetben valósul meg, ha az eredeti teljesítési időpont eredménytelen elmúltával Eladó a Vevő írásbeli felszólítására sem teljesít, a teljes szerződésre vetített 30% a kötbér mértéke.
- 7.2.** A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

- 7.3. A Vevő szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette.
- 7.4. Eladó köteles a Megrendelőnek a hibás teljesítésből, a késedelmes teljesítésből, továbbá a nem teljesítésből eredő kárát megtéríteni.
- 7.5. A kötbérek a szerződésszegések napján esedékessé válnak.
- 7.6. A nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Eladót a teljesítés alól. A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér együttesen nem alkalmazható.

8. A nem szerződésszerű teljesítés következményei

- 8.1. Eladó a szerződésszegésért és a nem szerződésszerű teljesítésért felelősséggel tartozik.
- 8.2. Eladóval szemben a fentiekben foglalt esetekben a szerződésszegés jellegétől függően a szavatossági jogok, késedelmi, meghiúsulási kötbér érvényesítését, ezen felül kártérítést lehet érvényesíteni jogkövetkezményként.
- 8.3. Ha a szerződés teljesítése során Eladó tekintetében olyan körülmény merül fel, mely részéről a szerződésszerű teljesítést akadályozza, köteles azt haladéktalanul írásban jelezni a Vevő felé, és egyben közölni a teljesítés várható időpontját.
- 8.4. Amennyiben Vevő a nem szerződésszerű teljesítést elfogadja Eladó részéről, ez nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, melyek egyébként a szerződésszegő magatartás esetén megilletik.
- 8.5. Nem alkalmazhatók a szerződésszegés következményei, ha a szerződésszegés a Félnek nem felróható, hanem vis major eredménye. Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza az Eladó vagy a Vevő saját hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre. A vis major által érintett Fél köteles a másik Felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről 3 napon belül értesíteni.
- 8.6. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben vis major miatt a szerződés teljesítését fel kell függesztenie, az ebből eredő kárait és veszteségeit maga köteles viselni, a Megrendelő kártérítési felelősségét a felek kizárják.

9. A szerződés hatályba lépése, módosítása, felmondása, megszüntetése

- 9.1. Jelen szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba, és a teljesítéssel megszűnik.
- 9.2. A Vevő a Kbt. 143. § (1) bekezdése a)-c) pontjai esetekben a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat.
- 9.3. A Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 9.4. A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha:
- a. az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
 - b. az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
- 9.5. A 9.4. pont szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

9.6. Jelen szerződést bármelyik Fél – a másik Fél előzetes értesítése mellett – rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha erre a másik Fél súlyos szerződésszegése okot szolgáltat, különösen, ha jelen szerződés teljesítési határidőre, illetve díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseit súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a szerződés céljának elérését nagymértékben veszélyezteti.

9.7. Ha az Eladó a Vevő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Vevő írásban felmondással megszüntetheti a szerződést.

9.8. Ha az Eladót felszámolási eljárás során fizetésképtelenné nyilvánítják, a Vevő írásban felmondással megszüntetheti a szerződést.

9.9. Jelen szerződés csak a Kbt. 141. §-a által megszabott feltételek szerint, írásban módosítható.

10. Kapcsolattartás:

10.1. Felek a szerződés időtartama alatt kölcsönös együttműködési és tájékoztatási kötelezettséget vállalnak. Az egyik fél által a másik félnek a szerződést érintő lényeges értesítéseit írásban, e-mailen kell megküldeni az erre a célra a szerződésben feltüntetett címre és a kapcsolattartó személy részére, valamint írásban kell visszaigazolni. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A felek közötti levelezés nyelve: magyar.

10.2. Kapcsolattartásra jogosult személyek:

	Vevő kapcsolattartója	Eladó kapcsolattartója
Név, tel.:	Dr. Csanády Miklós +36 (62) 545-310	Szabó-Bozsoki Zita Mária +36 20 999 9960
E-mail:	office.ori@med.u-szeged.hu	zita.bozsoki@unicorp.hu

11. Jogviták rendezése, alkalmazott jog

11.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a közbeszerzési eljárás, különösen az ajánlati felhívás vonatkozó rendelkezései, továbbá a mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.

11.2. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő Felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Vevő székhelye szerint illetékes magyar bíróság eljárásának. A Felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot kell alkalmazni.

11.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint a 321/2015. (X. 30.) korm. rend és a vonatkozó ágazati jogszabályok előírásai az irányadók.

12. Záró rendelkezések:

12.1. Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak. Kötelesek minden olyan kárt megtéríteni, ami abból származik, hogy a szerződést aláírók ilyen joggal nem rendelkeztek.

12.2. Az Eladó kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.

12.3. Az Eladó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy szervezetük A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCV törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, e ténynek a jelen szerződés fennállása alatt történő változása esetén arról a Vevőt haladéktalanul tájékoztatja.

12.4. Eladó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Eladó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Vevőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. Eladó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról,

hogyan a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

12.5. A Felek adataiban, a Szerződést aláírók, a kapcsolattartók és a teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás nem minősül szerződésmódosításnak. Ezekről a változásokról a módosulás bekövetkeztétől számított 15 napon belül a szerződő Felek írásban egymást értesíteni kötelesek.

12.6. A jelen szerződés mellékletei, valamint az Eladó által a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat és a közbeszerzési dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, még ha fizikálisan nem is kerülnek csatolásra.

12.7. Ha a szerződést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor - ebben a sorrendben - a közbeszerzési dokumentumok, jelen szerződés, a jelen szerződés mellékletei, illetve az Eladó által a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának tartalma az irányadó.

12.8. A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (Kbt.) szabályai az irányadók.

12.9. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés - a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal - nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül a Kbt. 43. § (1) bekezdése értelmében.

A szerződés 5 eredeti példányban készült, példányonként 7 sorszámozott oldalból és 6 oldal mellékletből áll, melyből kettő példány Eladót, három a Vevőt illeti.

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után cégszerűen, jóváhagyólag aláírták.

Vevő részéről:

Szeged, 2021. szeptember
2021 OKT 06.

Prof. Dr. Lengyel Csaba
SZAKK elnök
Vevő

Eladó részéről:

Budapest, 2021. szeptember
12

UniCorp Biotech Kft.
1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 41.
Adószám: 12582800-2-43
Szám: 116/2006-00000000-93599522
Szabó-Bozsoki Zita Mária ügyvezető
Unicorp Biotech Kft.
Eladó

Pénzügyi ellenjegyzés:

Pozsár Anita
SZAKK gazdasági elnökhelyettes

Dr. Fendler Judit kancellár

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Nagy Paulma
beszerzési igazgató

1. részajánlati kör: Felső kategóriás, alapfelszereltségű, továbbfejleszthető sebészeti mikroszkóp integrált kamerával és dokumentációs rendszerrel

1.1. Műszaki minimumkövetelmények.

1. részajánlati kör: Felső kategóriás, alapfelszereltségű, továbbfejleszthető sebészeti mikroszkóp integrált kamerával és dokumentációs rendszerrel	
1 db Felső kategóriás, alapfelszereltségű, továbbfejleszthető sebészeti mikroszkóp integrált kamerával és dokumentációs rendszerrel ajánlati ára mindösszesen (nettó Ft) (felolvasólapon feltüntetendő)	68.900.000 Ft
A megajánlott eszköz neve: Gyártója: Cikkszám:	TIVATO 700 Carl Zeiss Meditec AG 01PREMIU
Online elérhetőség (pontos(!) URL) megadása	https://www.zeiss.com/meditec/us/products/ear-nose-throat/surgical-microscopes/tivato-700.html
Elvárt műszaki minimumkövetelmények	Megajánlott termék paraméterei, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése (Ajánlattevő által kitöltendő!)
Sebészeti operációs mikroszkóp, nagy stabilitású mobil állvánnyal, motorikus zoom állítási lehetőségekkel.	Igen, az ajánlott készülék a ZEISS újgenerációs, legkorszerűbb terméke, amely kifejezetten fül-orr-gégészeti sebészeti operációs beavatkozásokra tervezett és fejlesztett mikroszkóp, nagy stabilitású mobil állvánnyal, motorikus zoom állítási lehetőségekkel, nagyteljesítményű optikai testtel, amely nagy nagyítások esetén is nagy fókuszmélységgel rendelkezik.
Mikroszkóp hordozó/Állványzat: Nagy stabilitású, kerekekkel ellátott, legalább négy ponton külön-külön fékezhető mobil állvány	Igen, az ajánlott készülék stabil, fékezhető (4 db) kerekeken guruló mobil állvánnyal rendelkezik, melynél a kerekek külön-külön is fékezhetőek.
Legalább 5 tengelyen elforgatható csuklós szerkezet. A mikroszkópfej elforgathatósága minimum $\pm 250^\circ$	Igen, a készülék 6 csuklós szerkezettel rendelkezik. A mikroszkópfej elforgathatósága $\pm 270^\circ$
Folyamatosan állítható dőlésszögű mozgatható kar, kinyúlás min. 1400 mm, max. 2000 mm	Igen, a folyamatosan állítható dőlésszögű mozgatható kar kinyúlása 1600 mm.
A sebész nettó mozgási lehetősége a mikroszkóp alatt érje el a legalább 800 mm-t (nettó tér = a teljes kinyúlás – a talp szélességének a fele)	Igen, a sebész nettó területe eléri az 1250 mm-ert.
Elektromágneses fékek min. 6 db.	Igen, minden mozgástengely rendelkezik elektromágneses fékekkel (6 db), amelyeket a

	felhasználó a fogantyún található gombok segítségével rögzíthet illetve kioldhat.
Fogantyúk: mindkét oldalon, programozható funkciókkal	Igen , a készülék mindkét oldalon szabadon programozható gombbal ellátott fogantyúval rendelkezik.
A szabadon programozható gombok száma fogantyúként minimum 4 - 4 db	Igen , a szabadon programozható gombok száma, fogantyúként 4-4 db
Maximálisan terhelhető tömeg az állványzaton min. 6 kg	Igen , az állványzat maximális extra terhelhetősége 7 kg.
Vezérlő egység/Kontroll panel: min. színes, grafikus LCD vagy érintéssel vezérelhető grafikus kijelző	Igen , a készülék integrált 24" HD megjelenítésre alkalmas, (grafikus) színes érintőképernyős LCD-vel rendelkezik, melyen keresztül elérhető a felhasználói felület.
A mikroszkóp monitorán megjelenő vezérlő szoftver magyar nyelvű menüvel és funkciómagyarázó segédlettel rendelkezzen	Igen , a vezérlő szoftver magyar nyelvű menüvel és funkciómagyarázó segédlettel rendelkezik.
Szabadon programozható programok száma legalább 20 db A személyre szabható presetek száma legalább 15 db	Igen , a személyre szabható presetek száma legfeljebb 40 db
A rendszer rendelkezzen öndiagnózis funkcióval	Igen , a rendszer rendelkezik öndiagnózis funkcióval
A rendszer rendelkezzen automatikus kiegyensúlyozási funkcióval	Igen , mind a 6 tengely motorikusan, automatikusan kiegyensúlyozható az AutoBalance funkciónak köszönhetően.
Apokromatikus lencserendszer	Igen , apokromatikus optikai rendszer eliminálja a szférikus és kromatikus aberrációból eredeztethető leképezési disztorziókat.
A sztereó bázis mérete min. 22 mm	Igen , a fő objektív sztereó bázisa nagyobb mint 22 mm. (23 mm)
Nagyítás: min. 6:1; motorikus zoom	Igen , az ajánlott készülék apokromatikus motorikus zoom (6:1) rendszerrel van ellátva, amely motorikusan mozgatható a fogantyúról és a lábkapcsolóról egyaránt. A Varioscope munkatávolság tartománya 200 - 625 mm.
Nagyítási tartomány: 10x okulárokkal min. 2-12x	Igen , 10x okulárral (tubus f=170 mm) nagyobb mint 2-12,5 x-es nagyítási tartományt nyújt a készülék: 1,1-től 13,0 x-ig . Integrált „PROMAG” funkciót is tartalmaz az ajánlat, ami további 50%-al növeli meg a nagyítást.
A mikroszkóp automatikusan a látómezőhöz igazítsa a megvilágított terület nagyságát.	Igen , a készülék rendelkezik az igényelt funkcióval, azaz hogy a látómezőhöz (a munkatávolság és a nagyítás függvényében) igazítja a megvilágított terület nagyságát. (Auto Brightness funkció)
Fókusz: motorikus és kézi állítás lehetőség együttesen.	Igen , a készülékben motorizált és kézi fókuszállítás is lehetséges 3 helyről: bal és jobb oldali kézfogantyú és lábkapcsoló.
Sterilizálható minden mozgatót végző mechanikailag vezérlő gomb.	Igen , sterilizálható minden mozgatót végző mechanikailag vezérlő gomb.

Sebészeti binokuláris/sztereó tubusok	Igen, a Zeiss által nyújtott binokuláris/sztereó tubusok, f170/260 binokuláris/sztereó PROMAG-gal bővített hajtogatható tubus.
Dioptria beállítások az okulárokon min. $\pm 5D$	Igen, az elérhető dioptria beállítás: tartománya nagyobb, mint $\pm 5D$ (összesen 10 D), mivel +5 D ... -8 D (összesen 13 D tartomány)
A megvilágítás erőssége automatikusan igazodjon a munkatávolsághoz.	Igen, a készülék rendelkezik az igényelt funkcióval (Focus Light Link), amely a munkatávolságtól függően automatikusan állítja a megvilágítás erősségét a beteg megégetésének elkerülése érdekében.
Fényerősség folyamatos, fokozatmentes állítási lehetősége.	Igen, a fényerősség folyamatosan állítható a fogantyún, avagy a lábkapcsolón.
Megvilágítás minimum 300 Wattos hideg fényt biztosító Xenon izzóval	Igen, a készülék hideg fényforrással, 300 W Xenon izzóval rendelkezik
A rendszer rendelkezik redundáns fényforrással, melynek azonnali és automatikus cseréje lehetséges, valamint a készenléti fényforrás a fő izzóval azonos színhőmérsékletű megvilágítás biztosítására legyen alkalmas.	Igen
A teljes mikroszkóp test a szokásos, a piacon általánosan elérhető dezinficiáló ágensekkel kezelhető.	Igen, a mikroszkóp felülete általános dezinficiáló ágensekkel fertőtleníthető, továbbá aszeptikus drape-el burkolható.
A kötelező 1 db operatőr pozíció mellett még opcionálisan legalább 3 féle tubus legyen elérhető asszisztens pozícióban	Igen, bővíthető, 3 féle, sztereó híddal szemközi és egymásra merőleges konfigurációjú társnézővel, amelyek lehetnek sztereó binokuláris hajogatható/dönthető, döntött és egyenes tubusok nagylátószögű 10x és 12,5x okulárokkal.
Fő sebész sztereó tubus és okulárok állíthatósága min. 30-180°	Igen, fő sebész : Foldable Tube f170 sztereó tubus, Promag feltéttel kiegészítve, 0-360 ° Igen, a készülék ZEISS Foldable Tube f170 sztereó tubussal rendelkezik, Promag feltéttel kiegészítve, melynek mozgási tartománya 0-360°
Fő sebész, a beépített kamera és az opcionális asszisztens sztereó tubusok fényellátását lehetővé tevő sugárosztó rendszer megléte, mely lehetővé teszi ezek egyidejű munkáját.	Igen
Integrált 4K kamera és HD felvevő egység	Igen
Vízhatlan, vezeték nélküli kommunikációval rendelkező lábkapcsolóval rendelkezik	Igen
Intraoperatív fluoreszcencia modulokkal történő továbbfejleszthetőség lehetősége	Igen
YELLOW 560 és INFRARED 800 IOF (vagy műszakilag – technológiailag azzal egyenértékű) modul előkészítés megléte	Igen
Integrált min. 1 TB tárhely	Igen
HDMI videojel kimenet	Igen

A készülék navigációs rendszerrel kapcsolható, a készülékoldali navigációs kompatibilitást biztosítani kell	Igen
Monitortartó kar a mikroszkóp állványzatra szerelve	Igen
Jótállás min. 12 hónap	Igen, 12 hónap
Hibaelhárítás megkezdése: Bejelentéstől számított max. 24 órán belül	Igen, 24 órán belül
Értékelési szempontok	
A rendszer rendelkezik automatikus izoláció felhelyezését könnyítő és automatikus izolációrögztítő funkcióval	Igen, AutoDrape funkció
Kihajtható tubus megléte: 360 fokban elforgatható, 0-180 fokban dönthető, a tubus a mikroszkópfő függőleges tengelyétől számított min. 4 cm-es vízszintes mozgást tesz lehetővé az ergonomikus műteti pozíció elérése céljából, változtatható pupillatávolság állítással	Igen, a készülék ZEISS Foldable Tube f170 sztereó tubussal rendelkezik, PROMAG feltétellel kiegészítve, melynek mozgási tartománya 0-360° , az operator- és a laterális asszisztens tubus a mikroszkópfő függőleges tengelyétől számított kb 5 cm-es vízszintes mozgást tesz lehetővé az ergonomikus műteti pozíció elérése céljából, valamint kiegészítő nagyításváltóval is rendelkezik, amely 1,5x megnöveli az össznagyítást. Változtatható pupillatávolság állítással.
A mikroszkóp nagyobb munkatávolság tartományt tud, mint 225-600 mm	Igen, Mikroszkóp munkatávolsága 200-625 mm

Budapest, 2021. 04. 28.

.....
UniCorp Biotech Kft.

Szabó-Bozsoki Zita

ügyvezető igazgató

UniCorp Biotech Kft.
Lőrinc u. 41.

Adószám: 12582800-2-43

Számsz.: 11600006-00000000-93599522

2. részajánlati kör: Vizsgálómikroszkóp integrált Full HD kamerával, LED fényforrással

2.1. Műszaki minimumkövetelmények

2. részajánlati kör: Vizsgálómikroszkóp integrált Full HD kamerával, LED fényforrással	
1 db Vizsgálómikroszkóp integrált Full HD kamerával, LED fényforrással ajánlati ára mindösszesen (nettó Ft) (felolvasólapon feltüntetendő)	12.080.000 Ft
A megajánlott eszköz neve: Gyártója: Cikkszám:	OPMI Pico Carl Zeiss Meditec AG 000000-2149-629
Online elérhetőség (pontos(!) URL) megadása	https://www.zeiss.com/meditec/int/product-portfolio/surgical-microscopes/opmi-pico-s100.html
Elvárt műszaki minimumkövetelmények	Megajánlott termék paraméterei, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése (Ajánlattevő által kitöltendő!)
Kerekeken gördíthető állványzattal rendelkező kivitel	Igen , a készülék gördíthető állványon helyezkedik el.
A fej mozgatása és a karok forgása fékezhető, beállításuk feszessége állítható.	Igen , a fej mozgatása és a karok forgása fékezhető, beállításuk feszessége állítható.
A mikroszkóp fejbe integrált full HD kamera és rögzítő rendszer	Igen , integrált HD kamera (full HD 1080 p) és rögzítő rendszer
Cserélhető multifokális objektív min. 200-300 mm fókusz távolsággal	Igen , a Varioscope-al ellátott készülék 200 - 300 mm-es tartományban finomfókuszálásra alkalmas.
Finomfókusz állítási lehetőség	Igen , finomfókuszálás Varioscope-al
További fő objektív lencsékkel való továbbfejlesztési lehetősége	Igen
Sztereo binokuláris objektív tubus minimum 30°-180° között állítható	Igen , fő sebész : Foldable Tube f170 sztereo tubus, Promag feltétellel kiegészítve, 0-360 ° Igen , a készülék ZEISS Foldable Tube f170 sztereo tubussal rendelkezik, Promag feltétellel kiegészítve, melynek mozgási tartománya 0-360°
Okulárok minimum 12.5x-es nagyítással	Igen , a készülék 12,5x-es okulárral rendelkezik
LED megvilágítás élettartama minimum 60.000 óra	Igen , LED megvilágítás, melynek élettartama 60.000 óra.
LED megvilágítás a mikroszkóp fejbe integrált (nem szükséges hozzá fénykábel)	Igen , a LED megvilágítás integrált, és nem szükséges hozzá fénykábel.
A megvilágítás által biztosított fény színhőmérséklete minimum 5700K	Igen , a színhőmérséklet 5700 K.
A megvilágítás az objektíven keresztül koaxiális	Igen , a megvilágítás az objektíven keresztül koaxiális.
Szabályozható fényerő	Igen , a fényerő szabályozható manuálisan.
Minimum öt fokozatú nagyításváltó minimum 6,4/10/16/25/40× lépésekkel vagy az objektív	Igen , manuális ötfokozatú nagyításváltó: 4x – től 25x-ig (4x, 6x, 10x, 16x, 25x); össznagyítási tartomány: 2,8-26,5 x-es

cseréje nélkül biztosított minimum 2,8 – 26,5 x-es össznagyítási tartománnyal	
A sztereó bázis mérete minimum 22 mm	Igen, a sztereó bázis mérete, minimum 22 mm (23 mm)
Autoklávval sterilizálható fogantyú hüvely az elülső oldali fogantyúhoz	Igen
Jótállás: Min. 12 hónap	Igen, 12 hónap
Hibaelhárítás megkezdése: Bejelentéstől számított max. 24 órán belül	Igen, 24 hónap
Értékelési szempont	
Kihajtható tubus megléte: 360 fokban elforgatható, 0-180 fokban dönthető, a tubus a mikroszkópfő függőleges tengelyétől számított min. 4 cm -es vízszintes mozgást tesz lehetővé az ergonomikus műteti pozíció elérése céljából, változtatható pupillatávolság állítással	Igen, a készülék ZEISS Foldable Tube f170 sztereó tubussal rendelkezik, PROMAG feltéttel kiegészítve, melynek mozgási tartománya 0-360° , az operator- és a laterális asszisztens tubus a mikroszkópfő függőleges tengelyétől számított kb 5 cm-es vízszintes mozgást tesz lehetővé az ergonomikus műteti pozíció elérése céljából, valamint kiegészítő nagyításváltóval is rendelkezik, amely 1,5x megnöveli az össznagyítást. Változtatható pupillatávolság állítással.

Budapest, 2021. 04. 28.

.....
UniCorp Biotech Kft.
Szabó-Bozsoki Zita
ügyvezető igazgató
Adószám: 12502800-2-43
Székhely: 11600006-00000000-93599522
Tőltő: Lőrinc u. 41.