

## I. szakasz: Ajánlatkérő

### I.1) Név és címek <sup>1</sup> (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem	
Postai cím: Dugonics tér 13.	
Város: Szeged	Postai irányítószám: 6720

## II. szakasz: Tárgy

### II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Sztereoszkopikus operációs mikroszkóp beszerzése és beüzemelése a Szegedi Tudományegyetem részére (7/Ny/2017/SZTE)

### II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 1 db

## IV. szakasz: Eljárás

### IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Második rész, XV. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 81. § szerinti nyílt

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:--

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:--

### IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel <sup>2</sup>

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: <sup>1</sup> 2017/S 037-066627

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: <sup>1</sup> 2278/2017 (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: <sup>2</sup> --

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: <sup>2</sup> --

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: <sup>2</sup>

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: --

## V. szakasz: Az eljárás eredménye <sup>1</sup>

A szerződés száma: 7/Ny/2017/SZTE Rész száma: <sup>2</sup> -- Elnevezés: Adásvételi szerződés 1 db sztereoszkopikus operációs mikroszkóp beszerzésére és beüzemelésére

Az eljárás eredményes volt X igen O nem

### V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ <sup>2</sup>

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

**V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás**  igen  nem

**V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők** <sup>2</sup>  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

**V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők** <sup>2</sup>  
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

**V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:** <sup>2</sup>

## V.2 Az eljárás eredménye <sup>2</sup>

**V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**  
A beérkezett ajánlatok száma: 2

**V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők**  
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):  
**Carl Zeiss Technika Kft.** 2040 Budaörs, Neumann János u. 3., ASZ: 10548756-2-13

1. Ajánlati ár (nettó HUF) (előny az alacsonyabb)	nettó 73.120.000 HUF + 27% ÁFA, azaz bruttó 92.862.400 HUF
2. Az okulárok nagyítása 12,5×-es, a látómezejük átmérője legalább 21mm, a dioptriakorrekció tartománya +5D-től -5D-ig (lehetőleg -5D-nél nagyobb) állítható.	+ 5D-től - 8 D
3. Mágneses okulárok.	van
4. A diagnosztikus képek és műtéti paraméterek mindkét okulárba vetíthetők legyenek.	van
5. Elektronikus mélységélesség állítás a lábkapcsolóról/kézi vezérlésről. Előny a megléte.	van
6. A társnéző a mikroszkópfej mozgási tengelyében van, ezért a döntése esetén a társnéző tubusa nem mozdul el, segítve ezzel az intraoperatív egyensúlyi helyzet megtartását.	igen
7. Integrált színes full HD videokamera (1920×1080 felbontás) megléte.	van
8. Hangfelvétel készíthető.	igen
9. Centrális érintőképernyővel vezérelhető mikroszkóp és kamera, illetve a felvevő minden funkciója.	van
10. Védelemmel legyen ellátva a műtőben történő mozgatás közbeni a kerekek által okozott kábel sérülés ellen.	van
11. Autofocus megléte, az autofocus funkcióban lézerspot célzófény jelezze a fókuszpontban lévő területet.	van
12. Autodrape funkció az általános izoláció, valamint a gyorsítás és sterilitás megtartása érdekében.	van

Alkalmasságának indoklása: az ajánlat megfelel az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban, továbbá a Kbt. szerint előírtaknak, mely aránytalanul alacsony árat, vagy egyéb aránytalan vállalást nem tartalmaz.

**Happy Business Services Zrt.** 1137 Budapest, Szent István krt. 18., ASZ: 22923820-2-41

1. Ajánlati ár (nettó HUF) (előny az alacsonyabb)	nettó 65.000.000 HUF + 27% ÁFA, azaz bruttó 82.550.000 HUF
2. Az okulárok nagyítása 12,5×-es, a látómezejük átmérője legalább 21mm, a dioptriakorrekció tartománya +5D-től -5D-ig (lehetőleg -5D-nél nagyobb) állítható.	+ 5D-től - 5 D
3. Mágneses okulárok.	van/nincs
4. A diagnosztikus képek és műtéti paraméterek mindkét okulárba vetíthetők legyenek.	van/nincs
5. Elektronikus mélységélesség állítás a lábkapcsolóról/kézi vezérlésről. Előny a megléte.	van/nincs
6. A társnéző a mikroszkópfej mozgási tengelyében van, ezért a döntése esetén a társnéző tubusa nem mozdul el, segítve ezzel az intraoperatív egyensúlyi helyzet megtartását.	igen/nem
7. Integrált színes full HD videokamera (1920×1080 felbontás) megléte.	van/nincs
8. Hangfelvétel készíthető.	igen/nem
9. Centrális érintőképernyővel vezérelhető mikroszkóp és kamera, illetve a felvevő minden funkciója.	van/nincs
10. Védelemmel legyen ellátva a műtőben történő mozgatás közbeni a kerekek által okozott kábel sérülés ellen.	van/nincs
11. Autofocus megléte, az autofocus funkcióban lézerspot célzófény jelezze a fókuszpontban lévő területet.	van/nincs

12. Autodrape funkció az általános izoláció, valamint a gyorsítás és sterilitás megtartása érdekében.	van/nincs
---	-----------

Alkalmosságának indoklása: Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (5) szerint végezte a bírálatot, ennek megfelelően az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlat esetében végezte el azt.

### V.2.3) Az ajánlatok értékelése <sup>2</sup>

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Carl Zeiss Technika Kft. 2040 Budaörs, Neumann János u. 3.

Értékelési részszempontok adatai:

Az értékelés szempontja	Megadott adat	Súlyszám	Pontszám	Súlyszám x pontszám
1. Ajánlati ár (nettó HUF) (előny az alacsonyabb)	nettó 73.120.000	60	9,00	540
2. Az okulárok nagyítása 12,5×-es, a látómezejük átmérője legalább 21mm, a dioptriakorrekció tartománya +5D-től -5D-ig (lehetőleg -5D-nél nagyobb) állítható.	+ 5D-től - 8 D	2	10,00	20
3. Mágneses okulárok.	van	4	10,00	40
4. A diagnosztikus képek és műtéti paraméterek mindkét okulárba vetíthetők legyenek.	van	4	10,00	40
5. Elektronikus mélységélesség állítás a lábkapcsolóról/kézi vezérlésről. Előny a megléte.	van	4	10,00	40
6. A társnéző a mikroszkópfej mozgási tengelyében van, ezért a döntése esetén a társnéző tubusa nem mozdul el, segítve ezzel az intraoperatív egyensúlyi helyzet megtartását.	igen	4	10,00	40
7. Integrált színes full HD videokamera (1920×1080 felbontás) megléte.	van	4	10,00	40
8. Hangfelvétel készíthető.	igen	2	10,00	20
9. Centrális érintőképernyővel vezérelhető mikroszkóp és kamera, illetve a felvevő minden funkciója.	van	4	10,00	40
10. Védelemmel legyen ellátva a műtőben történő mozgatás közbeni a kerekek által okozott kábel sérülés ellen.	van	4	10,00	40
11. Autofocus megléte, az autofocus funkcióban lézerspot célzófény jelezze a fókuszpontban lévő területet.	van	4	10,00	40
12. Autodrape funkció az általános izoláció, valamint a gyorsítás és sterilitás megtartása érdekében.	van	4	10,00	40
<b>Összesen pontszám:</b>				<b>940</b>

Happy Business Services Zrt. 1137 Budapest, Szent István krt. 18.

Értékelési részszempontok adatai:

Az értékelés szempontja	Megadott adat	Súlyszám	Pontszám	Súlyszám x pontszám
1. Ajánlati ár (nettó HUF) (előny az alacsonyabb)	nettó 65.000.000	60	10	600
2. Az okulárok nagyítása 12,5×-es, a látómezejük átmérője legalább 21mm, a dioptriakorrekció tartománya +5D-től -5D-ig (lehetőleg -5D-nél nagyobb) állítható.	+ 5D-től - 5 D	2	10	20
3. Mágneses okulárok.	van/nincs	4	1	4

4. A diagnosztikus képek és műtéti paraméterek mindkét okulárba vetíthetők legyenek.	van/nincs	4	1	4
5. Elektronikus mélységélesség állítás a lábkapcsolóról/kézi vezérlésről. Előny a megléte.	van/nincs	4	10	40
6. A társnéző a mikroszkópfej mozgási tengelyében van, ezért a döntése esetén a társnéző tubusa nem mozdul el, segítve ezzel az intraoperatív egyensúlyi helyzet megtartását.	igen/nem	4	1,00	4
7. Integrált színes full HD videokamera (1920×1080 felbontás) megléte.	van/nincs	4	1,00	4
8. Hangfelvétel készíthető.	igen/nem	2	10,00	20
9. Centrális érintőképernyővel vezérelhető mikroszkóp és kamera, illetve a felvevő minden funkciója.	van/nincs	4	1,00	4
10. Védelemmel legyen ellátva a műtőben történő mozgatható közbeni a kerekek által okozott kábel sérülés ellen.	van/nincs	4	1,00	4
11. Autofocus megléte, az autofocus funkcióban lézerspot célzófény jelezze a fókuszpontban lévő területet.	van/nincs	4	1,00	4
12. Autodrape funkció az általános izoláció, valamint a gyorsítás és sterilitás megtartása érdekében.	van/nincs	4	1,00	4
<b>Összesen pontszám:</b>				<b>712</b>

**V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: <sup>2</sup> 1-10**

**V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszereknek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: <sup>2</sup>**

Az (1) *ajánlati ár* részszerzőpont esetében, ahol előny a kisebb, a fordított arányosítás elve:  $P = (A \text{ legjobb} / A \text{ vizsgált}) \times (P_{\max} - P_{\min}) + P_{\min}$  ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontokra vonatkozó pontszáma P<sub>max</sub>: a pontskála felső határa P<sub>min</sub>: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

A (2) (3), (4), (5),(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), részszerzőpont esetében, ahol a pont kiosztás módszerét alkalmazza ajánlatkérő: igen válasz = 10 pontot, nem válasz = 1 pontot ér.

**V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

**Carl Zeiss Technika Kft.** 2040 Budaörs, Neumann János u. 3., ASZ: 10548756-2-13  
Ellenszolgáltatás összege: nettó 73.120.000,-Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 92.862.400,-Ft

Ajánlata kiválasztásának indoka: a legjobb ár-érték arányt tartalmazó és egyben érvényes ajánlat.

**V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: <sup>2</sup> --**

**V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele <sup>2</sup>  igen  nem**

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: <sup>2</sup> --

**V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: <sup>2</sup> --**

**V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek <sup>2</sup>**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: --

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --

**V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők <sup>2</sup>**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: --

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

### VI.1) További információk: <sup>2</sup>

**VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama**

Kezdetre: 2017. június 23. / Lejárata: 2017. július 2.

**VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017. június 22.**

**VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017. június 22.**

**VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: <sup>2</sup>**

**VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: <sup>2</sup> (éééé/hh/nn)**

**VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: <sup>2</sup> (éééé/hh/nn)**

**VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: <sup>2</sup>**

**VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: <sup>2</sup> (éééé/hh/nn)**

**VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: <sup>2</sup> (éééé/hh/nn)**

**VI.1.10) További információk: <sup>2</sup>** Az érintett pénzügyi kötelezettségvállaló nyilatkozott, hogy az ajánlati ár (nettó 73.120.000,-Ft) és a rendelkezésre álló anyagi fedezet (nettó 71.820.000,-Ft) közötti különbözet rendelkezésükre áll, azt biztosítani tudják.

<sup>1</sup> szükség szerinti számban ismétlje meg

<sup>2</sup> adott esetben



Dr. Molnár Mirtill  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

**dr. Molnár Mirtill**  
felelős akkreditált  
közbeszerzési szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00477

