



UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Beszerzési Igazgatóság
Klinikai Beszerzési Iroda

Termék megnevezése:	Optikai biométer
Alap kiépítés	Előírt követelmény
Swept-Source OCT technológia	Minimum követelmény
Video Keratometria	Minimum követelmény
Szkennelési sebesség legalább 3000 scan/sec	Minimum követelmény
2D real time OCT kép minimum 15mm szélességben (teljes elülső csarnok megjelenítése limbustól limbusig)	Minimum követelmény
Felvétel készítési idő (1 felvétel) 0,6 sec	Kérjük megadni
Külső, nem integrált számítógép	Minimum követelmény
Motoros magasságállítású asztal megléte	Minimum követelmény
Mért paraméterek	
Cornea vastagság	Minimum követelmény
Elülső csarnok mélység	Minimum követelmény
Lencse vastagság	Minimum követelmény
Teljes bulbus hossz	Minimum követelmény
Pupilla átmérő	Minimum követelmény
Astigmatizmus	Minimum követelmény
A mérési alapvonalak módosítási lehetősége manuálisan	Minimum követelmény
Tervezési formulák	
Haigis, HofferQ, Holladay1, SRK/T	Minimum követelmény
Shammas PL	Kérjük megadni
Barrett Universal II és Barrett True-K	Minimum követelmény
Toric Calculator	Minimum követelmény