

Otthon-lélegeztetés eszközeinek biztosítása gyermekkorban – bérleti konstrukció

Általános elvárások:

- Havi bérleti konstrukció, mellyel követhető betegek változó száma.
- Gyors rendelkezésre állási idő: az ellátási igény bejelentését követően 1 héten belül az eszközcsoomag biztosítása.
- Technikai probléma esetén 24 órás ügyeleti rendszerrel biztosítsák a megfelelő támogatást a hét minden napján.
- Nem csak lélegeztetőgép biztosítása, hanem az otthon-lélegeztetéshez szükséges minden eszköz bérletbe adása csomagban.
- Az eszközök feleljenek meg a gyermekgyógyászati korcsoportnak megfelelő elvárásoknak.
- A cég rendelkezzen megfelelő referenciával, ami legalább 5 gyermek otthon-lélegeztetését jelenti. Ez különösen fontos a betegek méretéből, speciális igényeiből adódó tapasztalatok miatt! Az elbírálás során előnynek minősül a minőségbiztosítási tanúsítvány szerzett (pl. ISO) szolgáltató.
- A bérleti szerződés keretében rendelkezésre bocsátott eszközök rendszeres felülvizsgálata, karbantartása, szükség esetén javítása, cseréje a cég feladata. A karbantartás, szerviz idejére cserekészüléket kell biztosítani a betegnek.

Szakmai elvárások:

- A bérleti csomag tartalmazza a beteg lélegeztetéséhez szükséges gépet:
 - A beteg igényeinek megfelelő érzékenységu lézésindítást érzékelő rendszer.
 - A beteg saját, spontán lézését támogató üzemmódok tisztán, vagy kontrollált lézéssel kombinálva (nyomástámogatott és SIMV üzemmódok).
 - Alacsony lézési térfogat biztosításának lehetősége (min 30-50 ml térfogat), ebben az alacsony volument tartományban is pontos mérési képesség.
 - Oxigénkezelés lehetősége a gépen keresztül.
 - Legalább 4 órás akkumulátoridő a minél jobb mobilitás és életminőség érdekében.
 - A környezeti levegőt használja lélegeztetésre, ezáltal független legyen külső gázellátástól.
 - A betegek méretének megfelelő légzőkörök és kiegészítő egyszer-használatos eszközök biztosítása.
 - Amennyiben a beteg nem szokik össze megfelelően a géppel, akkor biztosítsanak lehetőséget más lélegeztetőgép típus kipróbálására.
- A beteg monitorizálására pulzoximéter, igény szerint csecsemő vagy gyermek méretű egyszerhasználatos érzékelővel.
- A lélegeztetőgépen használt légzőkörbe beilleszthető gyógyszerporlasztó lehetőségének biztosítása.