



TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005

ÁRAJÁNLAT KÉRÉS

Kérjük az alábbi szolgáltatás vonatkozásában árajánlatukat:

5 db oszcilloszkóp javítása

Szolgáltatás megnevezése és paramétere, teljesítési határidő, fizetési feltétel:

1. Tektronix 7104 oszcilloszkóp 7A29 függőleges erősítőjének javítása

Hibajelenség: bemeneti osztó hibája miatt mérési bizonytalanság, pontatlanság

2. Tektronix 485 oszcilloszkóp javítása

Hibajelenség: Külső trigger bemenetre adott jelre nem szinkronizál vagy el sem indul

3. ST-509A (lengyel) oszcilloszkóp javítása

Hibajelenség: Bekapcsolás után néhány másodperc elteltével elmegy a fényerő

4. ITT OX725 oszcilloszkóp javítása

Hibajelenség: kivilágosító erősítő hiba

5. ITT OX725 oszcilloszkóp javítása

Hibajelenség: kivilágosító erősítő hiba

Bírálati szempontok:

1. Ajánlati ár

Súlyszám: 10

Maximális keretösszeg (nem kötelező megjelölni):

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.Szakmai kapcsolattartó neve, elérhetősége:
Dajka Rita +36 62 420 154Fizetési mód: ÁtutalásPályázati keret: TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 azonosítójú projekt
5% arányban a 27 24 05724, 95% arányban a 27 24 01724
Szeged, 2011. év május hónap 30. napAlfőigazgató
Dr. Ösvay KárolyAlfőigazgató
Dr. Szatmári Sándor

Ashe Daniella

Ajánlatkérő
Ashe Daniella