



TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005

## ÁRAJÁNLAT KÉRÉS

Kérjük az alábbi termék/ek vonatkozásában árajánlatukat:

### 1 db vízakktivitás mérő műszer

Vízaktivitás mérés, Intelligens elektrolit mérőcella, Mérési tartomány: 0,03...1,00 aw, 0...50°C közötti hőmérsékleten, Pontosság:  $\pm 0,003$  aw 25°C-on, mind a 6 ponton kalibrálva, Ismétlési pontosság:  $\pm 0,002$  aw, Felbontás: 0,001 aw/0,1°C

Hőmérséklet mérés: Tartomány: -20...+80°C, Ismétlési pontosság:  $\pm 0,1$ °C, Pontosság:  $\pm 0,3$ °C, Felbontás: 0,1°C

Legyen alkalmas különböző élelmiszerminták vízakktivitás értékének mérésére, hálózati üzemmódra való alkalmazás, munkabiztonsági megfelelés.

Legyen jól olvasható, háttérmegvilágítással rendelkező grafikus képernyőfelület, Kezelése legyen egyszerű és egyénileg beállítható. Interface(k) keresztül biztosítson kommunikációt más PC-alapú rendszerekhez, nyomtatóhoz, monitorokhoz.

Magyar nyelvű használati utasítás, folyamatos kellékanyag ellátás,

### A műszer típusa:

LabMASTER-aw „ADVANCED” (vagy ennek műszaki specifikációja tekintetében ezzel egyenértékű műszer)