

MŰSZAKI MINIMUM FELTÉTELEK

Vékonybél kapszula „vérző” betegeknek

Minimum műszaki követelmények	Elvárás	Ajánlott paraméter
Kapszula paraméterek		
maximális hossz: < 32 mm	igen, kérjük megadni	
maximális átmérő: < 12 mm	igen, kérjük megadni	
látószög: legalább 160°	igen, kérjük megadni	
működési időtartam: legalább 8 óra	igen, kérjük megadni	
képrögzítési sebesség: legalább 2 kép/másodperc	igen, kérjük megadni	
Hardware paraméterek		
Ingyenesen biztosított vékonybél kapszula endoszkópos rendszer a vizsgálatok elvégzéséhez és kiértékeléséhez, mely tartalmazza a következő elemeket: recorder és kiegészítő, páciensőv, számítógép és kiértékelő program	igen	
Dokkolóval tölthető recorder	igen	
Real time megjelenítés a recorderen	igen	
Ingyenes hardware upgrade	igen	
A mindenkori legfrissebb hardware rendszert biztosítása	igen	
Ingyenes 72 órán belüli technikai segítségnyújtás	igen	
Software paraméterek		
MS Windows operációs rendszer a számítógépen	igen	
A program legyen alkalmas lelet készítésre, az elkészült leletek pedig legyenek visszakereshetők	igen	
Gyorsértékelési lehetőség	igen	
Ingyenes 72 órán belüli technikai segítségnyújtás.	igen	
Ingyenes software upgrade	igen	
A pályázó vállalja, hogy mindig a legfrissebb software rendszert biztosítja	igen	

Vékonybél kapszula „nem vérző” betegeknek

Minimum műszaki követelmények	Elvárás	Ajánlott paraméter
Kapszula paraméterek		
maximális hossz: < 27 mm	igen, kérjük megadni	
maximális átmérő: < 12 mm	igen, kérjük megadni	
látószög: legalább 150°	igen, kérjük megadni	
működési időtartam: legalább 8 óra	igen, kérjük megadni	
képrögzítési sebesség: legalább 2 kép/másodperc	igen, kérjük megadni	
a rendelt darabszámmal egyező ingyenes patency kapszula biztosítása	igen	
Hardware paraméterek		
Ingyenesen biztosított vékonybél kapszula endoszkópos rendszer a vizsgálatok elvégzéséhez és kiértékeléséhez, mely tartalmazza a következő elemeket: recorder és kiegészítő, páciensöv, számítógép és kiértékelő program	igen	
Dokkolóval tölthető recorder	igen	
Real time megjelenítés a recorderen	igen	
Ingyenes hardware upgrade	igen	
A mindenkori legfrissebb hardware rendszert biztosítása	igen	
Ingyenes 72 órán belüli technikai segítségnyújtás	igen	
Software paraméterek		
MS Windows operációs rendszer a számítógépen	igen	
A program legyen alkalmas lelet készítésre, az elkészült	igen	
leletek pedig legyenek visszakereshetők		
A program legyen alkalmas Lewis score érték számítására (Crohn betegség kimutatására)	igen	
Gyorsértékelési lehetőség	igen	
Ingyenes 72 órán belüli technikai segítségnyújtás.	igen	
Ingyenes software upgrade	igen	
A pályázó vállalja, hogy mindig a legfrissebb software rendszert biztosítja	igen	