

3 db vérgáz analizátor készülék biztosítása bérleti jogviszony keretében, szervizelése, karbantartása és az ehhez szükséges fogyóanyagok szállítása:

<b>Idb teljes kiépítettségű POCT készülék</b>
A készülékkel mérni kívánt paraméterek: pH, pCO <sub>2</sub> , pO <sub>2</sub> , K, Na, Ca, Cl, Glu, Lac, sO <sub>2</sub> , tHb, O <sub>2</sub> Hb, COHb, MetHb, HHb, Bil, FetalHb
Kazettás rendszerű, ún. karbantartás-mentes vérgázanalizátor rendszer
A biztonságos és gazdaságos működés érdekében a mérő-kazetta elkülönüljön a reagens kazettától (2db működtető kazetta)
Minta térfogat: a vérminta mennyisége –teljes panel (összes paraméter) mérés esetén- ne legyen több 100 µL-nél;
A könnyű kezelhetőség érdekében magyar nyelvű működtető-kezelő felülete legyen (magyar nyelvű szoftver);
A gyors mintakezelés érdekében a mérés idő 60másodpercnél rövidebb legyen.
Mintamennyiség: 13minta/nap
Minőség ellenőrzés: Napi 3db automatikus QC mérés
<b>Idb közepes kiépítettségű POCT készülék</b>
A készülékkel mérni kívánt paraméterek: pH, pCO <sub>2</sub> , pO <sub>2</sub> , K, Na, Ca, Cl, Glu, Lac, sO <sub>2</sub> , tHb
Kazettás rendszerű, ún. karbantartás-mentes vérgázanalizátor rendszer
A biztonságos és gazdaságos működés érdekében a mérő-kazetta elkülönüljön a reagens kazettától (2db működtető kazetta)
Minta térfogat: a vérminta mennyisége –teljes panel (összes paraméter) mérés esetén- ne legyen több 100 µL-nél;
A könnyű kezelhetőség érdekében magyar nyelvű működtető-kezelő felülete legyen (magyar nyelvű szoftver);
A gyors mintakezelés érdekében a mérés idő 60másodpercnél rövidebb legyen.
Mintamennyiség: 13minta/nap
Minőség ellenőrzés: Napi 3db automatikus QC mérés
<b>Idb teljes kiépítettségű vérgáz készülék</b>
A készülékkel mérni kívánt paraméterek: pH, pCO <sub>2</sub> , pO <sub>2</sub> , K, Na, Ca, Cl, Glu, Lac, sO <sub>2</sub> , tHb, O <sub>2</sub> Hb, COHb, MetHb, HHb, Bil, FetalHb
Minta térfogat: a vérminta mennyisége –teljes panel (összes paraméter) mérés esetén- ne legyen több 100 µL-nél;
A könnyű kezelhetőség érdekében magyar nyelvű működtető-kezelő felülete legyen (magyar nyelvű szoftver);
Mintamennyiség: 10minta/nap
Minőség ellenőrzés: Évi 30db automatikus QC mérés

1 db saját tulajdonú vérgáz analizátor készülék szervizelése, karbantartása és fogyóanyagok biztosítása.

<b>Idb közepes kiépítettségű POCT készülék</b>
A készülékkel mérni kívánt paraméterek: pH, pCO <sub>2</sub> , pO <sub>2</sub> , Hct, K, Na, Ca, Cl, Glu
Kazettás rendszerű, ún. karbantartás-mentes vérgázanalizátor rendszer
A biztonságos és gazdaságos működés érdekében a mérő-kazetta elkülönüljön a reagens kazettától (2db működtető kazetta)
Minta térfogat: a vérminta mennyisége –teljes panel (összes paraméter) mérés esetén- ne legyen több 100 µL-nél;
A könnyű kezelhetőség érdekében magyar nyelvű működtető-kezelő felülete legyen (magyar nyelvű szoftver);
Mintamennyiség: 50minta/hó
Minőség ellenőrzés: Évi 30db QC mérés