

**Haemofiltrációs gép  
(CRRT dializáló készülék)**

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Súlyszám	Ajánlott paraméter
<b>A készülék min. 5 féle kezelési modalitás elvégzésére alkalmas:</b>			
CVVH – folyamatos veno-venózus hemofiltráció	Igen		
HV –CVVH – nagy volumenű folyamatos veno-venózus hemofiltráció	Igen		
CVVHDF – folyamatos veno-venózus hemodiafiltráció	Igen		
CVVHD – folyamatos veno-venózus hemodialízis	Igen		
SCUF – lassú folyamatos ultrafiltráció	Igen		
MPS – membrán plazma szeparáció	Igen		
HP – hemoperfúzió	Igen		
<b>A készülék felépítése:</b>			
Monitor: min. 12” –os színes érintőképernyő	Igen, 12”		
Legalább 3 db roller-pumpa	Igen, 5 db		
Min. 4 db mérleg (mérési elv: gravimetrikus)	Igen		
Vérmelegítő rendszerrel rendelkezzen	Igen		
légdetektor, vérszivárgás detektor, optikai érzékelő	Igen		
Citrát vagy heparin antikoaguláció egyaránt lehetséges <u>ugyanazon</u> kazettarendszerrel	Igen		
TMP, artériás, vénás, filter előtti nyomás mérés	Igen		
Integrált Calcium pumpával oldja meg a citrát antikoagulálást	Igen		

Integrált heparin pumpával oldja meg az antikoagulálást (kivéve a 2itráté antikoagulálást)	Igen		
A készülék hemofiltrációs zsákokból oldja meg a különböző modalitásokhoz szükséges folyadék felhasználást.	Igen		
A kazetta magába foglalja az artériás, vénás és filtrátum szerelékét.	Igen		
Filtercsere nélkül terápiás modalitás váltható	Igen		
Magyar nyelvű szoftver és kézikönyv	Igen		
Kazetta felismerő vonalkódleolvasó	Igen		
Gyermek, csecsemő citrát kezelése lehetséges minden CRRT modalitásban	Igen		
A készülék alkalmas felnőtt és gyermek (csecsemő is) szerelék befogadására.	Igen		